

YY/T 1028—2023 《医用内窥镜 纤维内窥镜》 医疗器械行业标准第 1 号修改单

(自发布之日起实施)

一、5.10.2.5 密封性能试验中

“a) ……，在气压表的示值升至 22kPa 时， ……”

修改为：

“a) ……，在气压表的示值升至 30kPa 时， ……”