附件1

2024年9-12月批次申诉耗材目录品种维护申报数据审核结果

序号	基础信息						医保支付信息							单独收费依据						审核结果			
	医保耗材国家代码(27位国家代码)	单件产品名称	规格	型号	注册证号	对应医保通用名	对应医保属性	是否集采耗材(国家或我市范围)	中选或非中选	所属集采项目	部件部位	人工关节所属系统类别	是否为单独收费耗材	医疗服务项目编码	医疗服务项目名称	医疗服务项目内涵	医疗服务项目除外内容（耗材名称）	适用范围/预期用途	结构及组成/主要组成成分	是否通过	未通过理由	支付限制	备注
1	C0308030830000006052000360	等离子体手术系统	带有集成电缆的短斜面35等离子刀头/电凝切割器	AC2823-01	国械注进20153013845	等离子系统	丙类	否					是	31	临床各系统诊疗	3.诊疗中所需的一次性特殊医用消耗材料(如特殊穿刺针、消融电极、特殊导丝、导管、支架、球囊、人工合成缝线、特殊缝针、钛夹、扩张器等)、药品、化学粒子均为除外内容。凡在	消融电极	该产品与专用刀头（电极）配套使用，适用于关节镜和矫形外科手术中的切开、切除，以及软组织和出血血管的电凝。	该系统由主机控制器、脚踏开关、病人电缆、刀头和电源线组成，各部件的货号和型号详见附页。	不通过	有等离子的收费项目		
2	C0308030830000006052000351	等离子体手术系统	带有集成电缆的超级TurboVac等离子刀头/电凝切割器	ASC4250-01	国械注进20153013845	等离子系统	丙类	否					是	31	临床各系统诊疗	3.诊疗中所需的一次性特殊医用消耗材料(如特殊穿刺针、消融电极、特殊导丝、导管、支架、球囊、人工合成缝线、特殊缝针、钛夹、扩张器等)、药品、化学粒子均为除外内容。凡在	消融电极	该产品与专用刀头（电极）配套使用，适用于关节镜和矫形外科手术中的切开、切除，以及软组织和出血血管的电凝。	该系统由主机控制器、脚踏开关、病人电缆、刀头和电源线组成，各部件的货号和型号详见附页。	不通过	有等离子的收费项目		
3	C0308030830000006052000331	等离子体手术系统	带手控的集成电缆TOPAZTM EZ等离子刀头/电凝切割器	ACH4041-01	国械注进20153013845	等离子系统	丙类	否					是	31	临床各系统诊疗	3.诊疗中所需的一次性特殊医用消耗材料(如特殊穿刺针、消融电极、特殊导丝、导管、支架、球囊、人工合成缝线、特殊缝针、钛夹、扩张器等)、药品、化学粒子均为除外内容。凡在	消融电极	该产品与专用刀头（电极）配套使用，适用于关节镜和矫形外科手术中的切开、切除，以及软组织和出血血管的电凝。	该系统由主机控制器、脚踏开关、病人电缆、刀头和电源线组成，各部件的货号和型号详见附页。	不通过	有等离子的收费项目		

4	C0308030830000006052000272	等离子体手术系统	带吸引的手控Ambient超级TurboVac 90等离子刀头/电凝切割器	ASHA4250-01	国械注进20153013845	等离子系统	丙类	否					是	31	临床各系统诊疗	3.诊疗中所需的一次性特殊医用消耗材料(如特殊穿刺针、消融电极、特殊导丝、导管、支架、球囊、人工合成缝线、特殊缝针、钛夹、扩张器等)、药品、化学粒子均为除外内容。凡在	消融电极	该产品与专用刀头（电极）配套使用，适用于关节镜和矫形外科手术中的切开、切除，以及软组织和出血血管的电凝。	该系统由主机控制器、脚踏开关、病人电缆、刀头和电源线组成，各部件的货号和型号详见附页。	不通过	有等离子的收费项目		
5	C0308030830000006052000341	等离子体手术系统	带有集成电缆的清除器，等离子刀头/电凝切割器	AC1345-01	国械注进20153013845	等离子系统	丙类	否					是	31	临床各系统诊疗	3.诊疗中所需的一次性特殊医用消耗材料(如特殊穿刺针、消融电极、特殊导丝、导管、支架、球囊、人工合成缝线、特殊缝针、钛夹、扩张器等)、药品、化学粒子均为除外内容。凡在	消融电极	该产品与专用刀头（电极）配套使用，适用于关节镜和矫形外科手术中的切开、切除，以及软组织和出血血管的电凝。	该系统由主机控制器、脚踏开关、病人电缆、刀头和电源线组成，各部件的货号和型号详见附页。	不通过	有等离子的收费项目		
6	C0308030830000006052000352	等离子体手术系统	带有集成电缆的超级MultiVac 50等离子刀头/电凝切割器	ASC4830-01	国械注进20153013845	等离子系统	丙类	否					是	31	临床各系统诊疗	3.诊疗中所需的一次性特殊医用消耗材料(如特殊穿刺针、消融电极、特殊导丝、导管、支架、球囊、人工合成缝线、特殊缝针、钛夹、扩张器等)、药品、化学粒子均为除外内容。凡在	消融电极	该产品与专用刀头（电极）配套使用，适用于关节镜和矫形外科手术中的切开、切除，以及软组织和出血血管的电凝。	该系统由主机控制器、脚踏开关、病人电缆、刀头和电源线组成，各部件的货号和型号详见附页。	不通过	有等离子的收费项目		
7	C1417150350000006052000052	一次性负压装置及护创敷料	PICO独立包装敷料，15cm×20cm-5包；5包/盒	66802026	国械注进20213140090	035-引流装置	甲类	否					是	HYR45301	创面密封负压引流术	清创后，将创面用无菌敷料覆盖创面，将引流管置入合适位置引出体外，创面密封膜封闭创面，连接负压吸引。不	负压护创材料	用于需要使用负压吸引的患者，可吸收低到中等程度的伤口渗出液。产品适用于医院，仅限由经过专业培训的医务	由护创敷料、固定胶带、负压泵（带软管）、电池和泵夹组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			
8	C1417150350000006052000053	一次性负压装置及护创敷料	PICO独立包装敷料，15cm×30cm-5包；5包/盒	66802027	国械注进20213140090	035-引流装置	甲类	否					是	HYR45301	创面密封负压引流术	清创后，将创面用无菌敷料覆盖创面，将引流管置入合适位置引出体外，创面密封膜封闭创面，连接负压吸引。不	负压护创材料	用于需要使用负压吸引的患者，可吸收低到中等程度的伤口渗出液。产品适用于医院，仅限由经过专业培训的医务	由护创敷料、固定胶带、负压泵（带软管）、电池和泵夹组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			

9	C1417150350000006052000054	一次性负压装置及护创敷料	PICO7双敷料套装，10cm×20cm；负压泵：1个，护创敷料：2包，泵夹：1个，电池：2个	66802002	国械注进20213140090	035-引流装置	甲类	否					是	HYR45301	创面密封负压引流术	清创后，将创面用无菌敷料覆盖创面，将引流管置入合适位置引出体外，创面密封膜封闭创面，连接负压吸引。不	负压护创材料	用于需要使用负压吸引的患者，可吸收低到中等程度的伤口渗出液。产品适用于医院，仅限由经过专业培训的医务	由护创敷料、固定胶带、负压泵（带软管）、电池和泵夹组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			
10	C1417150350000006052000055	一次性负压装置及护创敷料	PICO7双敷料套装，10cm×30cm；负压泵：1个，护创敷料：2包，泵夹：1个，电池：2个	66802003	国械注进20213140090	035-引流装置	甲类	否					是	HYR45301	创面密封负压引流术	清创后，将创面用无菌敷料覆盖创面，将引流管置入合适位置引出体外，创面密封膜封闭创面，连接负压吸引。不	负压护创材料	用于需要使用负压吸引的患者，可吸收低到中等程度的伤口渗出液。产品适用于医院，仅限由经过专业培训的医务	由护创敷料、固定胶带、负压泵（带软管）、电池和泵夹组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			
11	C1417150350000006052000056	一次性负压装置及护创敷料	PICO7双敷料套装，10cm×40cm；负压泵：1个，护创敷料：2包，泵夹：1个，电池：2个	66802004	国械注进20213140090	035-引流装置	甲类	否					是	HYR45301	创面密封负压引流术	清创后，将创面用无菌敷料覆盖创面，将引流管置入合适位置引出体外，创面密封膜封闭创面，连接负压吸引。不	负压护创材料	用于需要使用负压吸引的患者，可吸收低到中等程度的伤口渗出液。产品适用于医院，仅限由经过专业培训的医务	由护创敷料、固定胶带、负压泵（带软管）、电池和泵夹组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			
12	C1417150350000006052000057	一次性负压装置及护创敷料	PICO7双敷料套装，15cm×15cm；负压泵：1个，护创敷料：2包，泵夹：1个，电池：2个	66802005	国械注进20213140090	035-引流装置	甲类	否					是	HYR45301	创面密封负压引流术	清创后，将创面用无菌敷料覆盖创面，将引流管置入合适位置引出体外，创面密封膜封闭创面，连接负压吸引。不	负压护创材料	用于需要使用负压吸引的患者，可吸收低到中等程度的伤口渗出液。产品适用于医院，仅限由经过专业培训的医务	由护创敷料、固定胶带、负压泵（带软管）、电池和泵夹组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			
13	C1417150350000006052000058	一次性负压装置及护创敷料	PICO7双敷料套装，15cm×20cm；负压泵：1个，护创敷料：2包，泵夹：1个，电池：2个	66802006	国械注进20213140090	035-引流装置	甲类	否					是	HYR45301	创面密封负压引流术	清创后，将创面用无菌敷料覆盖创面，将引流管置入合适位置引出体外，创面密封膜封闭创面，连接负压吸引。不	负压护创材料	用于需要使用负压吸引的患者，可吸收低到中等程度的伤口渗出液。产品适用于医院，仅限由经过专业培训的医务	由护创敷料、固定胶带、负压泵（带软管）、电池和泵夹组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			
14	C1417150350000006052000059	一次性负压装置及护创敷料	PICO7双敷料套装，15cm×30cm；负压泵：1个，护创敷料：2包，泵夹：1个，电池：2个	66802007	国械注进20213140090	035-引流装置	甲类	否					是	HYR45301	创面密封负压引流术	清创后，将创面用无菌敷料覆盖创面，将引流管置入合适位置引出体外，创面密封膜封闭创面，连接负压吸引。不	负压护创材料	用于需要使用负压吸引的患者，可吸收低到中等程度的伤口渗出液。产品适用于医院，仅限由经过专业培训的医务	由护创敷料、固定胶带、负压泵（带软管）、电池和泵夹组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			
15	C1417150350000006052000060	一次性负压装置及护创敷料	PICO7双敷料套装，20cm×20cm；负压泵：1个，护创敷料：2包，泵夹：1个，电池：2个	66802008	国械注进20213140090	035-引流装置	甲类	否					是	HYR45301	创面密封负压引流术	清创后，将创面用无菌敷料覆盖创面，将引流管置入合适位置引出体外，创面密封膜封闭创面，连接负压吸引。不	负压护创材料	用于需要使用负压吸引的患者，可吸收低到中等程度的伤口渗出液。产品适用于医院，仅限由经过专业培训的医务	由护创敷料、固定胶带、负压泵（带软管）、电池和泵夹组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			

16	C1417150350000006052000061	一次性负压装置及护创敷料	PICO7单敷料套装，15cm×20cm；负压泵：1个，护创敷料：1包，泵夹：1个，电池：2个	66802016	国械注进20213140090	035-引流装置	甲类	否					是	HYR45301	创面密封负压引流术	清创后，将创面用无菌敷料覆盖创面，将引流管置入合适位置引出体外，创面密封膜封闭创面，连接负压吸引。不	负压护创材料	用于需要使用负压吸引的患者，可吸收低到中等程度的伤口渗出液。产品适用于医院，仅限由经过专业培训的医务	由护创敷料、固定胶带、负压泵（带软管）、电池和泵夹组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			
17	C1417150350000006052000062	一次性负压装置及护创敷料	PICO7单敷料套装，15cm×30cm；负压泵：1个，护创敷料：1包，泵夹：1个，电池：2个	66802017	国械注进20213140090	035-引流装置	甲类	否					是	HYR45301	创面密封负压引流术	清创后，将创面用无菌敷料覆盖创面，将引流管置入合适位置引出体外，创面密封膜封闭创面，连接负压吸引。不	负压护创材料	用于需要使用负压吸引的患者，可吸收低到中等程度的伤口渗出液。产品适用于医院，仅限由经过专业培训的医务	由护创敷料、固定胶带、负压泵（带软管）、电池和泵夹组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			
18	C1417150350000006052000063	一次性负压装置及护创敷料	PICO7单敷料套装，20cm×20cm；负压泵：1个，护创敷料：1包，泵夹：1个，电池：2个	66802018	国械注进20213140090	035-引流装置	甲类	否					是	HYR45301	创面密封负压引流术	清创后，将创面用无菌敷料覆盖创面，将引流管置入合适位置引出体外，创面密封膜封闭创面，连接负压吸引。不	负压护创材料	用于需要使用负压吸引的患者，可吸收低到中等程度的伤口渗出液。产品适用于医院，仅限由经过专业培训的医务	由护创敷料、固定胶带、负压泵（带软管）、电池和泵夹组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			
19	C1417150350000006052000064	一次性负压装置及护创敷料	PICO7单敷料套装，10cm×30cm；负压泵：1个，护创敷料：1包，泵夹：1个，电池：2个	66802013	国械注进20213140090	035-引流装置	甲类	否					是	HYR45301	创面密封负压引流术	清创后，将创面用无菌敷料覆盖创面，将引流管置入合适位置引出体外，创面密封膜封闭创面，连接负压吸引。不	负压护创材料	用于需要使用负压吸引的患者，可吸收低到中等程度的伤口渗出液。产品适用于医院，仅限由经过专业培训的医务	由护创敷料、固定胶带、负压泵（带软管）、电池和泵夹组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			
20	C1417150350000006052000065	一次性负压装置及护创敷料	PICO7单敷料套装，10cm×40cm；负压泵：1个，护创敷料：1包，泵夹：1个，电池：2个	66802014	国械注进20213140090	035-引流装置	甲类	否					是	HYR45301	创面密封负压引流术	清创后，将创面用无菌敷料覆盖创面，将引流管置入合适位置引出体外，创面密封膜封闭创面，连接负压吸引。不	负压护创材料	用于需要使用负压吸引的患者，可吸收低到中等程度的伤口渗出液。产品适用于医院，仅限由经过专业培训的医务	由护创敷料、固定胶带、负压泵（带软管）、电池和泵夹组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			
21	C1417150350000006052000067	负压伤口治疗仪-储液罐	300ml储液罐	66801273	国械注进20222140120	035-引流装置	甲类	否					是	HYR45301	创面密封负压引流术	清创后，将创面用无菌敷料覆盖创面，将引流管置入合适位置引出体外，创面密封膜封闭创面，连接负压吸引。不含清创	负压护创材料	在医疗机构由经过专业培训的专业医务人员使用，适用于需要使用负压吸引的患者，吸除冲洗剂、体液、伤口分泌物等液体。	由主机（66802134）、300ml储液罐（66801273，66801275）/800ml储液罐（66801274）、三通接头（66800971）、IV杆/床栏杆夹（66801278）、电源适配器和电源线组成。储液罐和三通接头一次性	不通过	储液罐不属于护创材料		

22	C1417150350000006052000069	负压伤口治疗仪-储液罐	800ml储液罐	66801274	国械注进20222140120	035-引流装置	甲类	否					是	HYR45301	创面密封负压引流术	清创后，将创面用无菌敷料覆盖创面，将引流管置入合适位置引出体外，创面密封膜封闭创面，连接负压吸引。不含清创	负压护创材料	在医疗机构由经过专业培训的专业医务人员使用，适用于需要使用负压吸引的患者，吸除冲洗剂、体液、伤口分泌物等液体。	由主机(66802134)、300ml储液罐(66801273，66801275)/800ml储液罐（66801274）、三通接头（66800971）、IV杆/床栏杆夹（66801278）、电源适配器和电源线组成。储液罐和三通接头一次性	不通过	储液罐不属于护创材料		
23	C1417150350000006052000070	一次性使用负压伤口治疗系统	PIC014双敷料套装，15cmx20cm，多部位型，小号：负压泵（带软管）：1个，泵夹：1个，护创敷料：2包，电池：4	66802040	国械注进20233140173	035-引流装置	甲类	否					是	HYR45301	创面密封负压引流术	清创后，将创面用无菌敷料覆盖创面，将引流管置入合适位置引出体外，创面密封膜封闭创面，连接负压吸引。不	负压护创材料	用于需要使用负压吸引的患者，可吸收低到中等程度的伤口渗出液。产品适用于医院，仅限由经过专业培训的医务	由护创敷料、固定胶带、负压泵（带软管）、电池和泵夹组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			
24	C1417150350000006052000071	一次性使用负压伤口治疗系统	PIC014双敷料套装，20cmx20cm；负压泵（带软管）：1个，泵夹：1个，护创敷料：2包，电池：4个	66802048	国械注进20233140173	035-引流装置	甲类	否					是	HYR45301	创面密封负压引流术	清创后，将创面用无菌敷料覆盖创面，将引流管置入合适位置引出体外，创面密封膜封闭创面，连接负压吸引。不	负压护创材料	用于需要使用负压吸引的患者，可吸收低到中等程度的伤口渗出液。产品适用于医院，仅限由经过专业培训的医务	由护创敷料、固定胶带、负压泵（带软管）、电池和泵夹组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			
25	C1417150350000006052000072	一次性使用负压伤口治疗系统	PIC014双敷料套装，25cmx25cm；负压泵（带软管）：1个，泵夹：1个，护创敷料：2包，电池：4个	66802049	国械注进20233140173	035-引流装置	甲类	否					是	HYR45301	创面密封负压引流术	清创后，将创面用无菌敷料覆盖创面，将引流管置入合适位置引出体外，创面密封膜封闭创面，连接负压吸引。不	负压护创材料	用于需要使用负压吸引的患者，可吸收低到中等程度的伤口渗出液。产品适用于医院，仅限由经过专业培训的医务	由护创敷料、固定胶带、负压泵（带软管）、电池和泵夹组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			
26	C1417150350000006052000073	一次性使用负压伤口治疗系统	PIC014双敷料套装，20cmx25cm，多部位型，大号：负压泵（带软管）：1个，泵夹：1个，护创敷料：2包，电池：4	66802041	国械注进20233140173	035-引流装置	甲类	否					是	HYR45301	创面密封负压引流术	清创后，将创面用无菌敷料覆盖创面，将引流管置入合适位置引出体外，创面密封膜封闭创面，连接负压吸引。不	负压护创材料	用于需要使用负压吸引的患者，可吸收低到中等程度的伤口渗出液。产品适用于医院，仅限由经过专业培训的医务	由护创敷料、固定胶带、负压泵（带软管）、电池和泵夹组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			
27	C1417150350000006052000074	一次性使用负压伤口治疗系统	PIC014双敷料套装，10cmx20cm；负压泵（带软管）：1个，泵夹：1个，护创敷料：2包，电池：4个	66802042	国械注进20233140173	035-引流装置	甲类	否					是	HYR45301	创面密封负压引流术	清创后，将创面用无菌敷料覆盖创面，将引流管置入合适位置引出体外，创面密封膜封闭创面，连接负压吸引。不	负压护创材料	用于需要使用负压吸引的患者，可吸收低到中等程度的伤口渗出液。产品适用于医院，仅限由经过专业培训的医务	由护创敷料、固定胶带、负压泵（带软管）、电池和泵夹组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			
28	C1417150350000006052000075	一次性使用负压伤口治疗系统	PIC014双敷料套装，10cmx30cm；负压泵（带软管）：1个，泵夹：1个，护创敷料：2包，电池：4个	66802043	国械注进20233140173	035-引流装置	甲类	否					是	HYR45301	创面密封负压引流术	清创后，将创面用无菌敷料覆盖创面，将引流管置入合适位置引出体外，创面密封膜封闭创面，连接负压吸引。不	负压护创材料	用于需要使用负压吸引的患者，可吸收低到中等程度的伤口渗出液。产品适用于医院，仅限由经过专业培训的医务	由护创敷料、固定胶带、负压泵（带软管）、电池和泵夹组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			

29	C1417150350000006052000076	一次性使用负压伤口治疗系统	PIC014双敷料套装，10cmx40cm；负压泵（带软管）：1个，泵夹：1个，护创敷料：2包，电池：4个	66802044	国械注进20233140173	035-引流装置	甲类	否					是	HYR45301	创面密封负压引流术	清创后，将创面用无菌敷料覆盖创面，将引流管置入合适位置引出体外，创面密封膜封闭创面，连接负压吸引。不	负压护创材料	用于需要使用负压吸引的患者，可吸收低到中等程度的伤口渗出液。产品适用于医院，仅限由经过专业培训的医务	由护创敷料、固定胶带、负压泵（带软管）、电池和泵夹组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			
30	C1417150350000006052000077	一次性使用负压伤口治疗系统	PIC014双敷料套装，15cmx15cm；负压泵（带软管）：1个，泵夹：1个，护创敷料：2包，电池：4个	66802045	国械注进20233140173	035-引流装置	甲类	否					是	HYR45301	创面密封负压引流术	清创后，将创面用无菌敷料覆盖创面，将引流管置入合适位置引出体外，创面密封膜封闭创面，连接负压吸引。不	负压护创材料	用于需要使用负压吸引的患者，可吸收低到中等程度的伤口渗出液。产品适用于医院，仅限由经过专业培训的医务	由护创敷料、固定胶带、负压泵（带软管）、电池和泵夹组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			
31	C1417150350000006052000078	一次性使用负压伤口治疗系统	PIC014双敷料套装，15cmx20cm；负压泵（带软管）：1个，泵夹：1个，护创敷料：2包，电池：4个	66802046	国械注进20233140173	035-引流装置	甲类	否					是	HYR45301	创面密封负压引流术	清创后，将创面用无菌敷料覆盖创面，将引流管置入合适位置引出体外，创面密封膜封闭创面，连接负压吸引。不	负压护创材料	用于需要使用负压吸引的患者，可吸收低到中等程度的伤口渗出液。产品适用于医院，仅限由经过专业培训的医务	由护创敷料、固定胶带、负压泵（带软管）、电池和泵夹组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			
32	C1417150350000006052000079	一次性使用负压伤口治疗系统	PIC014双敷料套装，15cmx30cm；负压泵（带软管）：1个，泵夹：1个，护创敷料：2包，电池：4个	66802047	国械注进20233140173	035-引流装置	甲类	否					是	HYR45301	创面密封负压引流术	清创后，将创面用无菌敷料覆盖创面，将引流管置入合适位置引出体外，创面密封膜封闭创面，连接负压吸引。不	负压护创材料	用于需要使用负压吸引的患者，可吸收低到中等程度的伤口渗出液。产品适用于医院，仅限由经过专业培训的医务	由护创敷料、固定胶带、负压泵（带软管）、电池和泵夹组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			
33	C1701052160600001522000001	透明质酸修护贴敷料	6贴/盒，25g/贴	脸型、圆形、椭圆形、方形	滇械注准20192140006	敷料	丙类	否					是	311400024	药物面膜综合治疗		功能性敷料	适用于面部激光、光子嫩肤、微晶磨削、果酸活肤术等微创术后皮肤以及皮炎湿疹、敏感性皮肤、激素依赖性皮炎等造成屏障受损皮肤的保护与护理。	该产品由多聚糖大分子聚合物透明质酸钠，1，2-戊二醇，纯化水、无纺布组成。使用时可在皮肤表面形成以大分子聚合物透明质酸钠为主的保护膜，抵御外界细菌、致敏原的伤害，并	不通过	药物面膜综合治疗没有功能性敷料除外收费政策		
34	C1701052160600001522000004	透明质酸修贴贴敷料	3贴/盒，25g/贴	脸型、圆形、椭圆形、方形	滇械注准20192140006	敷料	丙类	否					是	311400024	药物面膜综合治疗		功能性敷料	适用于面部激光、光子嫩肤、微晶磨削、果酸活肤术等微创术后皮肤以及皮炎湿疹、敏感性皮肤、激素依赖性皮炎等造成屏障受损皮肤的保护与护理。	该产品由多聚糖大分子聚合物透明质酸钠，1，2-戊二醇，纯化水、无纺布组成。使用时可在皮肤表面形成以大分子聚合物透明质酸钠为主的保护膜，抵御外界细菌、致敏原的伤害，并	不通过	药物面膜综合治疗没有功能性敷料除外收费政策		

35	C1402020000000000152200000005	化学换肤术护理包	透明质酸修护贴敷料、医用无纺布、棉签	40人份	滇械注准20192140008	敷料	丙类	否					是	311400067	浅层化学换肤-医学美容整形	清洁患部，眼角等脆弱部位皮肤涂保护剂;将高浓度化学活肤液自上而下，面部依额、鼻、面颊、下巴顺序涂抹，保留数分钟，喷中和液终止果酸活肤液作用;覆医用修复膜，并冷喷减轻疼痛及发红治疗皆涂	功能性敷料	适用于面部果酸活肤术后造成的屏障受损皮肤的保护与护理。	该产品由透明质酸修护贴敷料、医用无纺布、棉签组成	不通过	申报产品的适用范围与填报的除外内容不符		
36	C1701022160400001522000005	透明质酸修护生物膜	50g/支	乳膏剂	滇械注准20192140007	敷料	丙类	6						311400024	药物面膜综合治疗		功能性敷料	适用于面部激光、光子嫩肤、微晶磨削、果酸活肤术等微创术后皮肤以及皮炎湿疹、敏感性皮肤、激素依赖性皮炎等造成屏障受损皮肤的保护与护理。	该产品主要由多聚糖大分子聚合物透明质酸钠，丙烯酸（酯）类/丙烯酰胺共聚物，聚二甲基硅氧烷、1，2-戊二醇，纯化水组成，为白色或类白色乳膏状，无异物，无杂质。使用时可在皮肤表面形成以大分子聚合物透明质酸钠为主的保护膜，抵御外	不通过	药物面膜综合治疗没有功能性敷料除外收费政策		
37	C1701022160400001522000008	透明质酸修护生物膜	50g/支	乳膏剂	滇械注准20192140007	敷料	丙类	否					是	311400024	药物面膜综合治疗		功能性敷料	供泌尿外科手术中，建立内窥镜器械进入泌尿道的通道用。	该产品主要由多聚糖大分子聚合物透明质酸钠，丙烯酸（酯）类/丙烯酰胺共聚物，聚二甲基硅氧烷、1，2-戊二醇，纯化水组成，为白色或类白色乳膏状，无异物，无杂质。使用时可在皮肤表面形成以大分子聚合物透明质酸钠为主的保护膜，抵御外	不通过	药物面膜综合治疗没有功能性敷料除外收费政策		

38	C0105060210000106363000032	等离子射频手术系统-双极射频电极	RC103A	RC103A	国械注准20173010743	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	产品在医疗机构使用，用于手术中对人体软组织进行切割、消融、凝固和止血，需在生理盐水环境下使用。	系统由主机、脚踏开关、流量控制器、手柄连线、双极射频电极组成。其中电极为一次性使用，环氧乙烷灭菌，有效期3年。电极及附件的具体型号详见产品技术要求。	通过			
39	C0105060210000106363000089	等离子射频手术系统-双极射频电极	RC103	RC103	国械注准20173010743	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	产品在医疗机构使用，用于手术中对人体软组织进行切割、消融、凝固和止血，需在生理盐水环境下使用。	系统由主机、脚踏开关、流量控制器、手柄连线、双极射频电极组成。其中电极为一次性使用，环氧乙烷灭菌，有效期3年。电极及附件的具体型号详见产品技术要求。	通过			
40	C0105060210000106363000009	一次性射频消融电极针	BDN312	BDN312	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			

41	C0105060210000106363000011	一次性射频消融电极针	ADN311	ADN311	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
42	C0105060210000106363000013	一次性射频消融电极针	BDN311	BDN311	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
43	C0105060210000106363000103	一次性射频消融电极针	ADS533	ADS533	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			

44	C0105060210000106363000217	一次性射频消融电极针	A3SR01	ADN030	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
45	C0105060210000106363000222	一次性射频消融电极针	EN1SR01	ADN032	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
46	C0105060210000106363000233	一次性射频消融电极针	X3SR01	ADN183	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			

47	C0105060210000106363000236	一次性射频消融电极针	X2SR01	ADS321	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	：产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
48	C0105060210000106363000239	一次性射频消融电极针	ATSR01	BDN030	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	：产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
49	C0105060210000106363000249	一次性射频消融电极针	SESR01	ADN237	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			

50	C0105060210000106363000280	一次性射频消融电极针	EN1DR01	BDN031	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
51	C0105060210000106363000296	一次性射频消融电极针	ATDRL1	ADN220	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
52	C0105060210000106363000299	一次性射频消融电极针	A5DR01	BDN220	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			

53	C0105060210000106363000300	一次性射频消融电极针	C5TR01	BDN222	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
54	C0105060210000106363000303	一次性射频消融电极针	MC1AVR1	BDS321	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
55	C0105060210000106363000305	一次性射频消融电极针	6947M	BDN032	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			

56	C0105060210000106363000322	一次性射频消融电极针	6935M	ADS497	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
57	C0105060210000106363000336	一次性射频消融电极针	6947	ADN031	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
58	C0105060210000106363000352	一次性射频消融电极针	6935	BDN237	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			

59	C0105060210000106363000363	一次性射频消融电极针	C304-L69	BDS315	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
60	C0105060210000106363000366	一次性射频消融电极针	C304-S59	BDN170	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
61	C0105060210000106363000367	一次性射频消融电极针	C304-XL74	ADN170	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			

62	C0105060210000106363000372	一次性射频消融电极针	6250VI-EHXL	BDN201	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
63	C0105060210000106363000373	一次性射频消融电极针	6250VI-AM	BDS314	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
64	C0105060210000106363000377	一次性射频消融电极针	6250VI-MP	ADN428	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			

65	C0105060210000106363000378	一次性射频消融电极针	6250VI- EH	ADN236	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
66	C0105060210000106363000382	一次性射频消融电极针	6250VI-MPX	BDN250	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
67	C0105060210000106363000383	一次性射频消融电极针	6250VI-3D	ADS493	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			

68	C0105060210000106363000384	一次性射频消融电极针	6250VI- MPR	BDN235	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
69	C0105060210000106363000386	一次性射频消融电极针	6250VIS	ADN231	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
70	C0105060210000106363000388	一次性射频消融电极针	6250VI-45S	ADS532	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			

71	C0105060210 00010636300 00390	一次性射频消融电极针	6250VI-MB2X	BDN236	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
72	C0105060210 00010636300 00393	一次性射频消融电极针	6250VI-50S	BDN182	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
73	C0105060210 00010636300 00399	一次性射频消融电极针	6250VIC	ADN251	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			

74	C0105060210000106363000400	一次性射频消融电极针	6250VI-57S	BDN428	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
75	C0105060210000106363000401	一次性射频消融电极针	6250VI-MB2	BDN231	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
76	C0105060210000106363000402	一次性射频消融电极针	6248VI-130	BDS320	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			

77	C0105060210000106363000000404	一次性射频消融电极针	6248VI-90	ADS320	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	：产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
78	C0105060210000106363000000406	一次性射频消融电极针	6248VI-90S	ADS492	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
79	C0105060210000106363000000407	一次性射频消融电极针	6248VI-130P	BDS316	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			

80	C0105060210000106363000408	一次性射频消融电极针	30g/瓶	BDN221	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
81	C0105060210000106363000409	一次性射频消融电极针	ADS495	ADS495	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
82	C0105060210000106363000410	一次性射频消融电极针	ADS494	ADS494	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			

83	C0105060210000106363000411	一次性射频消融电极针	ADS415	ADS415	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
84	C0105060210000106363000412	一次性射频消融电极针	BDN181	BDN181	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
85	C0105060210000106363000414	一次性射频消融电极针	ADS491	ADS491	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			

86	C0105060210000106363000415	一次性射频消融电极针	ADN221	ADN221	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
87	C0105060210000106363000418	一次性射频消融电极针	BDN180	BDN180	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
88	C0105060210000106363000421	一次性射频消融电极针	BDN183	BDN183	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			

89	C0105060210000106363000422	一次性射频消融电极针	BDN251	BDN251	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
90	C0105060210000106363000088	等离子射频手术系统-双极射频电极	RC101	RC101	国械注准20173010743	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	产品在医疗机构使用，用于手术中对人体软组织进行切割、消融、凝固和止血，需在生理盐水环境下使用。	系统由主机、脚踏开关、流量控制器、手柄连线、双极射频电极组成。其中电极为一次性使用，环氧乙烷灭菌，有效期3年。电极及附件的具体型号详见产品技术要求。	通过			
91	C0105060210000106363000052	一次性等离子刀头	RC401	RC401	苏械注准20192010167	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	不通过	不符合收费政策		

92	C0105060210000106363000053	一次性等离子刀头	RC302S	RC302S	苏械注准20192010167	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	不通过	不符合收费政策		
93	C0105060210000106363000054	一次性等离子刀头	AC304L	AC304L	苏械注准20192010167	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	不通过	不符合收费政策		

94	C0105060210000106363000055	一次性等离子刀头	RC403	RC403	苏械注准20192010167	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	不通过	不符合收费政策		
95	C0105060210000106363000056	一次性等离子刀头	RC407S	RC407S	苏械注准20192010167	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	不通过	不符合收费政策		

96	C0105060210000106363000057	一次性等离子刀头	RC406S	RC406S	苏械注准20192010167	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	不通过	不符合收费政策		
97	C0105060210000106363000058	一次性等离子刀头	RC301L	RC301L	苏械注准20192010167	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	不通过	不符合收费政策		

98	C0105060210000106363000110	一次性等离子刀头	RC407L2	RC407L2	苏械注准20192010167	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	不通过	不符合收费政策		
99	C0105060210000106363000111	一次性等离子刀头	250	AC308L1	苏械注准20192010167	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	不通过	不符合收费政策		

100	C0105060210000106363000113	一次性等离子刀头	200	RC401L3	苏械注准20192010167	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	不通过	不符合收费政策		
101	C0105060210000106363000114	一次性等离子刀头	250	RC405S2	苏械注准20192010167	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	不通过	不符合收费政策		

102	C0105060210000106363000115	一次性等离子刀头	250	AC401L1	苏械注准20192010167	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	不通过	不符合收费政策		
103	C0105060210000106363000116	一次性等离子刀头	250	RC406S2	苏械注准20192010167	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	不通过	不符合收费政策		

104	C0105060210000106363000117	一次性等离子刀头	200	AC306S1	苏械注准20192010167	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	不通过	不符合收费政策		
105	C0105060210000106363000118	一次性等离子刀头	200	AC407S2	苏械注准20192010167	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	不通过	不符合收费政策		

106	C0105060210000106363000119	一次性等离子刀头	200	AC406S1	苏械注准20192010167	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	不通过	不符合收费政策		
107	C0105060210000106363000120	一次性等离子刀头	200	RC304S1	苏械注准20192010167	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	不通过	不符合收费政策		

108	C0105060210000106363000121	一次性等离子刀头	300	AC403S1	苏械注准20192010167	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	不通过	不符合收费政策		
109	C0105060210000106363000123	一次性等离子刀头	GT16F-L	AC4031	苏械注准20192010167	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	不通过	不符合收费政策		

110	C0105060210000106363000124	一次性等离子刀头	GT20F-L	RC4011	苏械注准20192010167	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	不通过	不符合收费政策		
111	C0105060210000106363000125	一次性等离子刀头	GT22F-L	AC410S	苏械注准20192010167	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	不通过	不符合收费政策		

112	C0105060210000106363000126	一次性等离子刀头	GT16F-K	RC4072	苏械注准20192010167	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	不通过	不符合收费政策		
113	C0105060210000106363000128	一次性等离子刀头	GT18F-K	AC411L1	苏械注准20192010167	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	不通过	不符合收费政策		

114	C0105060210000106363000129	一次性等离子刀头	GT22F-K	RC4023	苏械注准20192010167	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	不通过	不符合收费政策		
115	C0105060210000106363000130	一次性等离子刀头	GT12F-L	AC405S2	苏械注准20192010167	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	不通过	不符合收费政策		

116	C0105060210000106363000131	一次性等离子刀头	AC311L1	AC311L1	苏械注准20192010167	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	不通过	不符合收费政策		
117	C0105060210000106363000132	一次性等离子刀头	AC411S1	AC411S1	苏械注准20192010167	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	不通过	不符合收费政策		

118	C0105060210000106363000133	一次性等离子刀头	RC305S1	RC305S1	苏械注准20192010167	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	不通过	不符合收费政策		
119	C0105060210000106363000134	一次性等离子刀头	AC411L	AC411L	苏械注准20192010167	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	不通过	不符合收费政策		

120	C0105060210000106363000135	一次性等离子刀头	RC402L3	RC402L3	苏械注准20192010167	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	不通过	不符合收费政策		
121	C0105060210000106363000136	一次性等离子刀头	RC305	RC305	苏械注准20192010167	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	不通过	不符合收费政策		

122	C0105060210000106363000137	一次性等离子刀头	RC4031	RC4031	苏械注准20192010167	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	不通过	不符合收费政策		
123	C0105060210000106363000138	一次性等离子刀头	RC411S	RC411S	苏械注准20192010167	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	不通过	不符合收费政策		

124	C0105060210000106363000139	一次性等离子刀头	AC406S3	AC406S3	苏械注准20192010167	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	不通过	不符合收费政策		
125	C0105060210000106363000140	一次性等离子刀头	AC403S3	AC403S3	苏械注准20192010167	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	不通过	不符合收费政策		

126	C0105060210000106363000141	一次性等离子刀头	AC305S1	AC305S1	苏械注准20192010167	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	不通过	不符合收费政策		
127	C0105060210000106363000142	一次性等离子刀头	RC4013	RC4013	苏械注准20192010167	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	不通过	不符合收费政策		

128	C0105060210000106363000143	一次性等离子刀头	AC4112	AC4112	苏械注准20192010167	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	不通过	不符合收费政策		
129	C0105060210000106363000144	一次性等离子刀头	AC4021	AC4021	苏械注准20192010167	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	不通过	不符合收费政策		

130	C0105060210000106363000145	一次性等离子刀头	AC312L	AC312L	苏械注准20192010167	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	不通过	不符合收费政策		
131	C0105060210000106363000146	一次性等离子刀头	RC406S1	RC406S1	苏械注准20192010167	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	不通过	不符合收费政策		

132	C0105060210000106363000147	一次性等离子刀头	AC403L1	AC403L1	苏械注准20192010167	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	不通过	不符合收费政策		
133	C0105060210000106363000148	一次性等离子刀头	AC407S1	AC407S1	苏械注准20192010167	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	不通过	不符合收费政策		

134	C0105060210000106363000151	一次性等离子刀头	AC303L1	AC303L1	苏械注准20192010167	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	不通过	不符合收费政策		
135	C0105060210000106363000152	一次性等离子刀头	RC311L1	RC311L1	苏械注准20192010167	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	不通过	不符合收费政策		

136	C0105060210000106363000153	一次性等离子刀头	AC407L2	AC407L2	苏械注准20192010167	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	不通过	不符合收费政策		
137	C0105060210000106363000154	一次性等离子刀头	AC4011	AC4011	苏械注准20192010167	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	不通过	不符合收费政策		

138	C0105060210000106363000156	一次性等离子刀头	RC4112	RC4112	苏械注准20192010167	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	不通过	不符合收费政策		
139	C0105060210000106363000157	一次性等离子刀头	RC406S3	RC406S3	苏械注准20192010167	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	不通过	不符合收费政策		

140	C0105060210000106363000158	一次性等离子刀头	RC306S1	RC306S1	苏械注准20192010167	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	不通过	不符合收费政策		
141	C0105060210000106363000159	一次性等离子刀头	RC402L1	RC402L1	苏械注准20192010167	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	不通过	不符合收费政策		

142	C0105060210000106363000160	一次性等离子刀头	AC407	AC407	苏械注准20192010167	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	不通过	不符合收费政策		
143	C0105060210000106363000161	一次性等离子刀头	AC402L1	AC402L1	苏械注准20192010167	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	不通过	不符合收费政策		

144	C0105060210000106363000162	一次性等离子刀头	RC303L1	RC303L1	苏械注准20192010167	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	不通过	不符合收费政策		
145	C0105060210000106363000163	一次性等离子刀头	AC301S1	AC301S1	苏械注准20192010167	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	不通过	不符合收费政策		

146	C0105060210000106363000164	一次性等离子刀头	RC303S1	RC303S1	苏械注准20192010167	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	不通过	不符合收费政策		
147	C0105060210000106363000165	一次性等离子刀头	AC409	AC409	苏械注准20192010167	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	不通过	不符合收费政策		

148	C0105060210000106363000166	一次性等离子刀头	RC403L1	RC403L1	苏械注准20192010167	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	不通过	不符合收费政策		
149	C0105060210000106363000167	一次性等离子刀头	AC304S1	AC304S1	苏械注准20192010167	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	不通过	不符合收费政策		

150	C0105060210000106363000168	一次性等离子刀头	RC411L1	RC411L1	苏械注准20192010167	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	不通过	不符合收费政策		
151	C0105060210000106363000169	一次性等离子刀头	RC4021	RC4021	苏械注准20192010167	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	不通过	不符合收费政策		

152	C0105060210000106363000170	一次性等离子刀头	AC304L1	AC304L1	苏械注准20192010167	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	不通过	不符合收费政策		
153	C0105060210000106363000171	一次性等离子刀头	RC4071	RC4071	苏械注准20192010167	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	不通过	不符合收费政策		

154	C0105060210000106363000173	一次性等离子刀头	RC410S	RC410S	苏械注准20192010167	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	不通过	不符合收费政策		
155	C0105060210000106363000174	一次性等离子刀头	AC4023	AC4023	苏械注准20192010167	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	不通过	不符合收费政策		

156	C0105060210000106363000175	一次性等离子刀头	RC409	RC409	苏械注准20192010167	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	不通过	不符合收费政策		
157	C0105060210000106363000176	一次性等离子刀头	RC411S1	RC411S1	苏械注准20192010167	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	不通过	不符合收费政策		

158	C0105060210000106363000178	一次性等离子刀头	RC407S1	RC407S1	苏械注准20192010167	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	不通过	不符合收费政策		
159	C0105060210000106363000179	一次性等离子刀头	RC407S2	RC407S2	苏械注准20192010167	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	不通过	不符合收费政策		

160	C0105060210000106363000180	一次性等离子刀头	AC4013	AC4013	苏械注准20192010167	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	不通过	不符合收费政策		
161	C0105060210000106363000181	一次性等离子刀头	AC411S	AC411S	苏械注准20192010167	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	不通过	不符合收费政策		

162	C0105060210000106363000182	一次性等离子刀头	RC407	RC407	苏械注准20192010167	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	不通过	不符合收费政策		
163	C0105060210000106363000183	一次性等离子刀头	RC407L1	RC407L1	苏械注准20192010167	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	不通过	不符合收费政策		

164	C0105060210000106363000184	一次性等离子刀头	AC402L3	AC402L3	苏械注准20192010167	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	不通过	不符合收费政策		
165	C0105060210000106363000186	一次性等离子刀头	AC406S2	AC406S2	苏械注准20192010167	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	不通过	不符合收费政策		

166	C0105060210000106363000187	一次性等离子刀头	RC403S1	RC403S1	苏械注准20192010167	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	不通过	不符合收费政策		
167	C0105060210000106363000188	一次性等离子刀头	RC401L1	RC401L1	苏械注准20192010167	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	不通过	不符合收费政策		

168	C0105060210000106363000189	一次性等离子刀头	RC403S3	RC403S3	苏械注准20192010167	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	不通过	不符合收费政策		
169	C0105060210000106363000190	一次性等离子刀头	AC407L1	AC407L1	苏械注准20192010167	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	不通过	不符合收费政策		

170	C0105060210000106363000191	一次性等离子刀头	AC303S1	AC303S1	苏械注准20192010167	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	不通过	不符合收费政策		
171	C0105060210000106363000192	一次性等离子刀头	AC401L3	AC401L3	苏械注准20192010167	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	不通过	不符合收费政策		

172	C0105060210000106363000194	一次性等离子刀头	AC306L1	AC306L1	苏械注准20192010167	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	不通过	不符合收费政策		
173	C0105060210000106363000195	一次性等离子刀头	AC312S	AC312S	苏械注准20192010167	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	不通过	不符合收费政策		

174	C0105060210000106363000197	一次性等离子刀头	RC304L1	RC304L1	苏械注准20192010167	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	不通过	不符合收费政策		
175	C0105060210000106363000198	一次性等离子刀头	RC411L	RC411L	苏械注准20192010167	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	不通过	不符合收费政策		

176	C0105060210 00010636300 00007	一次性射频消融电极针	ADN316	ADN316	苏械注准 20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。 2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
177	C0105060210 00010636300 00010	一次性射频消融电极针	BDN316	BDN316	苏械注准 20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。 2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
178	C0105060210 00010636300 00092	一次性射频消融电极针	ADS612	ADS612	苏械注准 20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。 2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			

179	C0105060210000106363000095	一次性射频消融电极针	BDN111	BDN111	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
180	C0105060210000106363000096	一次性射频消融电极针	ADS428	ADS428	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
181	C0105060210000106363000104	一次性射频消融电极针	BDS533	BDS533	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			

182	C0105060210 00010636300 00106	一次性射频消融电极针	BDN116	BDN116	苏械注准 20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。 2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
183	C0105060210 00010636300 00107	一次性射频消融电极针	BDS413	BDS413	苏械注准 20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。 2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
184	C0105060210 00010636300 00199	一次性射频消融电极针	ADS362	ADS362	苏械注准 20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。 2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			

185	C0105060210 00010636300 00201	一次性射频消融电极针	ADS240	ADS240	苏械注准 20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。 2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
186	C0105060210 00010636300 00202	一次性射频消融电极针	ADS426	ADS426	苏械注准 20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。 2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
187	C0105060210 00010636300 00204	一次性射频消融电极针	ADN153	ADN153	苏械注准 20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。 2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			

188	C0105060210 00010636300 00206	一次性射频消融电极针	ADN012	ADN012	苏械注准 20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。 2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
189	C0105060210 00010636300 00207	一次性射频消融电极针	BDS340	BDS340	苏械注准 20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。 2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
190	C0105060210 00010636300 00209	一次性射频消融电极针	BDN240	BDN240	苏械注准 20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。 2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			

191	C0105060210000106363000210	一次性射频消融电极针	ADN151	ADN151	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
192	C0105060210000106363000211	一次性射频消融电极针	ADN020	ADN020	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
193	C0105060210000106363000212	一次性射频消融电极针	BDS482	BDS482	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			

194	C0105060210000106363000213	一次性射频消融电极针	BDS631	BDS631	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
195	C0105060210000106363000214	一次性射频消融电极针	BDS221	BDS221	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
196	C0105060210000106363000215	一次性射频消融电极针	ADS212	ADS212	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			

197	C0105060210 00010636300 00216	一次性射频消融电极针	ADN011	ADN011	苏械注准 20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。 2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
198	C0105060210 00010636300 00218	一次性射频消融电极针	BDN020	BDN020	苏械注准 20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。 2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
199	C0105060210 00010636300 00220	一次性射频消融电极针	BDN151	BDN151	苏械注准 20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。 2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			

200	C0105060210000106363000223	一次性射频消融电极针	ADN160	ADN160	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
201	C0105060210000106363000224	一次性射频消融电极针	BDN191	BDN191	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
202	C0105060210000106363000225	一次性射频消融电极针	BDS011	BDS011	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			

203	C0105060210000106363000226	一次性射频消融电极针	ADN241	ADN241	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
204	C0105060210000106363000227	一次性射频消融电极针	BDN012	BDN012	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
205	C0105060210000106363000228	一次性射频消融电极针	BDN211	BDN211	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			

206	C0105060210 00010636300 00229	一次性射频消融电极针	ADS412	ADS412	苏械注准 20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。 2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
207	C0105060210 00010636300 00230	一次性射频消融电极针	ADS342	ADS342	苏械注准 20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。 2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
208	C0105060210 00010636300 00231	一次性射频消融电极针	ADS632	ADS632	苏械注准 20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。 2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	：产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			

209	C0105060210000106363000232	一次性射频消融电极针	ADN270	ADN270	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
210	C0105060210000106363000234	一次性射频消融电极针	ADS360	ADS360	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
211	C0105060210000106363000237	一次性射频消融电极针	BDS240	BDS240	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			

212	C0105060210000106363000240	一次性射频消融电极针	BDS031	BDS031	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
213	C0105060210000106363000241	一次性射频消融电极针	ADS020	ADS020	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
214	C0105060210000106363000242	一次性射频消融电极针	BDS341	BDS341	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			

215	C0105060210000106363000243	一次性射频消融电极针	BDS451	BDS451	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
216	C0105060210000106363000244	一次性射频消融电极针	ADN242	ADN242	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
217	C0105060210000106363000245	一次性射频消融电极针	ADS022	ADS022	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			

218	C0105060210000106363000246	一次性射频消融电极针	ADS450	ADS450	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
219	C0105060210000106363000247	一次性射频消融电极针	BDS442	BDS442	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
220	C0105060210000106363000248	一次性射频消融电极针	ADS231	ADS231	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			

221	C0105060210000106363000252	一次性射频消融电极针	ADS631	ADS631	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
222	C0105060210000106363000253	一次性射频消融电极针	ADS222	ADS222	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
223	C0105060210000106363000254	一次性射频消融电极针	BDN193	BDN193	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			

224	C0105060210 00010636300 00255	一次性射频消融电极针	ADS427	ADS427	苏械注准 20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。 2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
225	C0105060210 00010636300 00256	一次性射频消融电极针	BDS230	BDS230	苏械注准 20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。 2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
226	C0105060210 00010636300 00257	一次性射频消融电极针	ADS032	ADS032	苏械注准 20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。 2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			

227	C0105060210000106363000258	一次性射频消融电极针	BDN133	BDN133	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
228	C0105060210000106363000259	一次性射频消融电极针	BDS632	BDS632	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
229	C0105060210000106363000260	一次性射频消融电极针	BDN271	BDN271	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			

230	C0105060210000106363000261	一次性射频消融电极针	BDS342	BDS342	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
231	C0105060210000106363000262	一次性射频消融电极针	BDS030	BDS030	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
232	C0105060210000106363000263	一次性射频消融电极针	BDS020	BDS020	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			

233	C0105060210000106363000264	一次性射频消融电极针	ADS031	ADS031	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
234	C0105060210000106363000265	一次性射频消融电极针	BDS427	BDS427	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
235	C0105060210000106363000266	一次性射频消融电极针	BDS622	BDS622	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			

236	C0105060210000106363000267	一次性射频消融电极针	ADS611	ADS611	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
237	C0105060210000106363000268	一次性射频消融电极针	ADN271	ADN271	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
238	C0105060210000106363000269	一次性射频消融电极针	BDN114	BDN114	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			

239	C0105060210 00010636300 00271	一次性射频消融电极针	BDN113	BDN113	苏械注准 20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。 2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
240	C0105060210 00010636300 00272	一次性射频消融电极针	BDS231	BDS231	苏械注准 20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。 2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
241	C0105060210 00010636300 00273	一次性射频消融电极针	ADN022	ADN022	苏械注准 20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。 2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			

242	C0105060210 00010636300 00274	一次性射频消融电极针	ADN112	ADN112	苏械注准 20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。 2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
243	C0105060210 00010636300 00275	一次性射频消融电极针	BDS362	BDS362	苏械注准 20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。 2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
244	C0105060210 00010636300 00276	一次性射频消融电极针	BDS032	BDS032	苏械注准 20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。 2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			

245	C0105060210 00010636300 00277	一次性射频消融电极针	BDS480	BDS480	苏械注准 20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。 2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
246	C0105060210 00010636300 00279	一次性射频消融电极针	BDN153	BDN153	苏械注准 20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。 2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
247	C0105060210 00010636300 00281	一次性射频消融电极针	BDN160	BDN160	苏械注准 20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。 2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			

248	C0105060210000106363000282	一次性射频消融电极针	BDS452	BDS452	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
249	C0105060210000106363000283	一次性射频消融电极针	BDS440	BDS440	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
250	C0105060210000106363000284	一次性射频消融电极针	BDN134	BDN134	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			

251	C0105060210 00010636300 00285	一次性射频消融电极针	ADN210	ADN210	苏械注准 20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。 2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
252	C0105060210 00010636300 00287	一次性射频消融电极针	BDN022	BDN022	苏械注准 20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。 2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
253	C0105060210 00010636300 00289	一次性射频消融电极针	ADS480	ADS480	苏械注准 20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。 2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			

254	C0105060210 00010636300 00290	一次性射频消融电极针	BDN242	BDN242	苏械注准 20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。 2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
255	C0105060210 00010636300 00291	一次性射频消融电极针	ADN113	ADN113	苏械注准 20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。 2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
256	C0105060210 00010636300 00294	一次性射频消融电极针	ADN150	ADN150	苏械注准 20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。 2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			

257	C0105060210000106363000295	一次性射频消融电极针	BDN131	BDN131	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
258	C0105060210000106363000297	一次性射频消融电极针	BDN021	BDN021	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
259	C0105060210000106363000298	一次性射频消融电极针	BDS021	BDS021	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			

260	C0105060210000106363000301	一次性射频消融电极针	ADS211	ADS211	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
261	C0105060210000106363000302	一次性射频消融电极针	ADN131	ADN131	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
262	C0105060210000106363000304	一次性射频消融电极针	ADN211	ADN211	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			

263	C0105060210 00010636300 00306	一次性射频消融电极针	BDS012	BDS012	苏械注准 20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。 2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
264	C0105060210 00010636300 00309	一次性射频消融电极针	BDN210	BDN210	苏械注准 20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。 2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
265	C0105060210 00010636300 00310	一次性射频消融电极针	ADS441	ADS441	苏械注准 20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。 2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			

266	C0105060210000106363000311	一次性射频消融电极针	BDS611	BDS611	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
267	C0105060210000106363000316	一次性射频消融电极针	BDS210	BDS210	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
268	C0105060210000106363000318	一次性射频消融电极针	BDN011	BDN011	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			

269	C0105060210000106363000319	一次性射频消融电极针	BDS441	BDS441	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
270	C0105060210000106363000320	一次性射频消融电极针	ADS361	ADS361	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
271	C0105060210000106363000321	一次性射频消融电极针	BDN152	BDN152	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			

272	C0105060210000106363000323	一次性射频消融电极针	BDS412	BDS412	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
273	C0105060210000106363000324	一次性射频消融电极针	BDS426	BDS426	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
274	C0105060210000106363000325	一次性射频消融电极针	ADS452	ADS452	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	：产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			

275	C0105060210000106363000328	一次性射频消融电极针	BDS220	BDS220	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
276	C0105060210000106363000329	一次性射频消融电极针	ADS482	ADS482	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
277	C0105060210000106363000330	一次性射频消融电极针	ADS021	ADS021	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			

278	C0105060210000106363000331	一次性射频消融电极针	ADN021	ADN021	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
279	C0105060210000106363000332	一次性射频消融电极针	ADN133	ADN133	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
280	C0105060210000106363000333	一次性射频消融电极针	BDS361	BDS361	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			

281	C0105060210 00010636300 00334	一次性射频消融电极针	ADS451	ADS451	苏械注准 20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。 2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
282	C0105060210 00010636300 00335	一次性射频消融电极针	BDN241	BDN241	苏械注准 20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。 2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
283	C0105060210 00010636300 00337	一次性射频消融电极针	ADS030	ADS030	苏械注准 20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。 2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			

284	C0105060210000106363000338	一次性射频消融电极针	BDS222	BDS222	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
285	C0105060210000106363000339	一次性射频消融电极针	ADS340	ADS340	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
286	C0105060210000106363000340	一次性射频消融电极针	ADS440	ADS440	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			

287	C0105060210000106363000341	一次性射频消融电极针	ADS341	ADS341	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
288	C0105060210000106363000343	一次性射频消融电极针	BDN161	BDN161	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
289	C0105060210000106363000345	一次性射频消融电极针	ADN152	ADN152	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			

290	C0105060210000106363000346	一次性射频消融电极针	BDN270	BDN270	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
291	C0105060210000106363000347	一次性射频消融电极针	BDN010	BDN010	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
292	C0105060210000106363000348	一次性射频消融电极针	ADN132	ADN132	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			

293	C0105060210000106363000349	一次性射频消融电极针	BDS620	BDS620	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
294	C0105060210000106363000350	一次性射频消融电极针	BDS532	BDS532	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
295	C0105060210000106363000351	一次性射频消融电极针	ADN134	ADN134	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			

296	C0105060210000106363000353	一次性射频消融电极针	ADS221	ADS221	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
297	C0105060210000106363000354	一次性射频消融电极针	ADS230	ADS230	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
298	C0105060210000106363000355	一次性射频消融电极针	ADN114	ADN114	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			

299	C0105060210000106363000356	一次性射频消融电极针	BDN132	BDN132	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
300	C0105060210000106363000357	一次性射频消融电极针	BDN112	BDN112	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
301	C0105060210000106363000358	一次性射频消融电极针	BDS630	BDS630	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			

302	C0105060210000106363000359	一次性射频消融电极针	BDS022	BDS022	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
303	C0105060210000106363000360	一次性射频消融电极针	ADS621	ADS621	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
304	C0105060210000106363000361	一次性射频消融电极针	ADS622	ADS622	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			

305	C0105060210000106363000362	一次性射频消融电极针	BDS211	BDS211	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
306	C0105060210000106363000364	一次性射频消融电极针	ADS012	ADS012	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
307	C0105060210000106363000365	一次性射频消融电极针	BDS212	BDS212	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			

308	C0105060210000106363000376	一次性射频消融电极针	BDS496	BDS496	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
309	C0105060210000106363000379	一次性射频消融电极针	BDS493	BDS493	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
310	C0105060210000106363000395	一次性射频消融电极针	BDS495	BDS495	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			

311	C0105060210000106363000396	一次性射频消融电极针	BDS416	BDS416	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
312	C0105060210000106363000416	一次性射频消融电极针	BDS492	BDS492	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
313	C0105060210000106363000417	一次性射频消融电极针	BDS491	BDS491	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			

314	C0105060210000106363000419	一次性射频消融电极针	BDS494	BDS494	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
315	C0105060210000106363000424	一次性射频消融电极针	BDS490	BDS490	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			
316	C0105060210000106363000425	一次性射频消融电极针	BDS497	BDS497	苏械注准20192010168	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	通过			

317	C034803113020030636300000014	一次性磨钻头	DGA30UA70	DGA30UA70	苏械注准20202041233	磨头	甲类	否					是	NBBA0000	眼耳鼻喉微动力系统	相关消耗：电钻系统，各种磨头、球、 电动切割器。	一次性无菌眼耳鼻喉刨刀、一次性无菌眼耳鼻喉钻头、一次性无菌磨钻头、 一次性无菌骨锯片、一次性无菌铣	适用于神经外科、耳鼻喉科、骨科或其它外科手术中对人体骨组织和（或）软组织的磨削处理。	一次性磨钻头由头部和柄构成，根据柄的尾端式样不同从而适配不同结构手机分为DGA型和DGB型。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭	通过			
318	C140401005000000063630000456	一次性双极射频等离子体手术电极	MC4072	MC4072	苏械注准20142010439	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于外科手术的软组织切割、消融、凝血和干燥。	该产品由工作端的双极等离子刀头、射频消融电极、手术电极杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（部分刀头无）和滴注管（部分刀头无）组成。其中，AC303、AC304、AC304B、AC304C、AC305、AC305C、AC307P、BC303、BC304、BC304B、BC304C、BC305、BC305C、BC307P、MC303、	通过			
319	C140401005000000063630000460	一次性双极射频等离子体手术电极	MC303B	MC303B	苏械注准20142010439	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于外科手术的软组织切割、消融、凝血和干燥。	该产品由工作端的双极等离子刀头、射频消融电极、手术电极杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（部分刀头无）和滴注管（部分刀头无）组成。其中，AC303、AC304、AC304B、AC304C、AC305、AC305C、AC307P、BC303、BC304、BC304B、BC304C、BC305、BC305C、BC307P、MC303、	通过			

320	C1404010050000006363000463	一次性双极射频等离子体手术电极	AC303B	AC303B	苏械注准20142010439	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于外科手术的软组织切割、消融、凝血和干燥。	该产品由工作端的双极等离子刀头、射频消融电极、手术电极杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（部分刀头无）和滴注管（部分刀头无）组成。其中，AC303、AC304、AC304B、AC304C、AC305、AC305C、AC307P、BC303、BC304、BC304B、BC304C、BC305、BC305C、BC307P、MC303、	通过			
321	C1404010050000006363000464	一次性双极射频等离子体手术电极	AC303C	AC303C	苏械注准20142010439	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于外科手术的软组织切割、消融、凝血和干燥。	该产品由工作端的双极等离子刀头、射频消融电极、手术电极杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（部分刀头无）和滴注管（部分刀头无）组成。其中，AC303、AC304、AC304B、AC304C、AC305、AC305C、AC307P、BC303、BC304、BC304B、BC304C、BC305、BC305C、BC307P、MC303、	通过			

322	C1404010050000006363000465	一次性双极射频等离子体手术电极	BC4072	BC4072	苏械注准20142010439	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于外科手术的软组织切割、消融、凝血和干燥。	该产品由工作端的双极等离子刀头、射频消融电极、手术电极杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（部分刀头无）和滴注管（部分刀头无）组成。其中，AC303、AC304、AC304B、AC304C、AC305、AC305C、AC307P、BC303、BC304、BC304B、BC304C、BC305、BC305C、BC307P、MC303、	通过			
323	C1404010050000006363000466	一次性双极射频等离子体手术电极	MC4071	MC4071	苏械注准20142010439	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于外科手术的软组织切割、消融、凝血和干燥。	该产品由工作端的双极等离子刀头、射频消融电极、手术电极杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（部分刀头无）和滴注管（部分刀头无）组成。其中，AC303、AC304、AC304B、AC304C、AC305、AC305C、AC307P、BC303、BC304、BC304B、BC304C、BC305、BC305C、BC307P、MC303、	通过			

324	C1404010050000006363000467	一次性双极射频等离子体手术电极	MC303C	MC303C	苏械注准20142010439	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于外科手术的软组织切割、消融、凝血和干燥。	该产品由工作端的双极等离子刀头、射频消融电极、手术电极杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（部分刀头无）和滴注管（部分刀头无）组成。其中，AC303、AC304、AC304B、AC304C、AC305、AC305C、AC307P、BC303、BC304、BC304B、BC304C、BC305、BC305C、BC307P、MC303、	通过			
325	C1404010050000006363000469	一次性双极射频等离子体手术电极	BC303C	BC303C	苏械注准20142010439	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于外科手术的软组织切割、消融、凝血和干燥。	该产品由工作端的双极等离子刀头、射频消融电极、手术电极杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（部分刀头无）和滴注管（部分刀头无）组成。其中，AC303、AC304、AC304B、AC304C、AC305、AC305C、AC307P、BC303、BC304、BC304B、BC304C、BC305、BC305C、BC307P、MC303、	通过			

326	C1404010050000006363000470	一次性双极射频等离子体手术电极	BC4071	BC4071	苏械注准20142010439	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于外科手术的软组织切割、消融、凝血和干燥。	该产品由工作端的双极等离子刀头、射频消融电极、手术电极杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（部分刀头无）和滴注管（部分刀头无）组成。其中，AC303、AC304、AC304B、AC304C、AC305、AC305C、AC307P、BC303、BC304、BC304B、BC304C、BC305、BC305C、BC307P、MC303、	通过			
327	C1405010050000006363000049	一次性双极射频等离子体手术电极	AC406	AC406	苏械注准20142010439	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于外科手术的软组织切割、消融、凝血和干燥。	该产品由工作端的双极等离子刀头、射频消融电极、手术电极杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（部分刀头无）和滴注管（部分刀头无）组成。其中，AC303、AC304、AC304B、AC304C、AC305、AC305C、AC307P、BC303、BC304、BC304B、BC304C、BC305、BC305C、BC307P、MC303、	通过			

328	C1405010050000006363000051	一次性双极射频等离子体手术电极	AC307	AC307	苏械注准20142010439	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于外科手术的软组织切割、消融、凝血和干燥。	该产品由工作端的双极等离子刀头、射频消融电极、手术电极杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（部分刀头无）和滴注管（部分刀头无）组成。其中，AC303、AC304、AC304B、AC304C、AC305、AC305C、AC307P、BC303、BC304、BC304B、BC304C、BC305、BC305C、BC307P、MC303、	通过			
329	C1405010050000006363000052	一次性双极射频等离子体手术电极	MC307	MC307	苏械注准20142010439	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于外科手术的软组织切割、消融、凝血和干燥。	该产品由工作端的双极等离子刀头、射频消融电极、手术电极杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（部分刀头无）和滴注管（部分刀头无）组成。其中，AC303、AC304、AC304B、AC304C、AC305、AC305C、AC307P、BC303、BC304、BC304B、BC304C、BC305、BC305C、BC307P、MC303、	通过			

330	C1405010050000006363000053	一次性双极射频等离子体手术电极	AC403A	AC403A	苏械注准20142010439	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于外科手术的软组织切割、消融、凝血和干燥。	该产品由工作端的双极等离子刀头、射频消融电极、手术电极杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（部分刀头无）和滴注管（部分刀头无）组成。其中，AC303、AC304、AC304B、AC304C、AC305、AC305C、AC307P、BC303、BC304、BC304B、BC304C、BC305、BC305C、BC307P、MC303、	通过			
331	C1405010050000006363000055	一次性双极射频等离子体手术电极	MC307Q	MC307Q	苏械注准20142010439	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于外科手术的软组织切割、消融、凝血和干燥。	该产品由工作端的双极等离子刀头、射频消融电极、手术电极杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（部分刀头无）和滴注管（部分刀头无）组成。其中，AC303、AC304、AC304B、AC304C、AC305、AC305C、AC307P、BC303、BC304、BC304B、BC304C、BC305、BC305C、BC307P、MC303、	通过			

332	C1405010050000006363000059	一次性双极射频等离子体手术电极	MC307G	MC307G	苏械注准20142010439	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于外科手术的软组织切割、消融、凝血和干燥。	该产品由工作端的双极等离子刀头、射频消融电极、手术电极杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（部分刀头无）和滴注管（部分刀头无）组成。其中，AC303、AC304、AC304B、AC304C、AC305、AC305C、AC307P、BC303、BC304、BC304B、BC304C、BC305、BC305C、BC307P、MC303、	通过			
333	C1405010050000006363000060	一次性双极射频等离子体手术电极	BC307K	BC307K	苏械注准20142010439	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于外科手术的软组织切割、消融、凝血和干燥。	该产品由工作端的双极等离子刀头、射频消融电极、手术电极杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（部分刀头无）和滴注管（部分刀头无）组成。其中，AC303、AC304、AC304B、AC304C、AC305、AC305C、AC307P、BC303、BC304、BC304B、BC304C、BC305、BC305C、BC307P、MC303、	通过			

334	C1405010050000006363000061	一次性双极射频等离子体手术电极	AC403C	AC403C	苏械注准20142010439	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于外科手术的软组织切割、消融、凝血和干燥。	该产品由工作端的双极等离子刀头、射频消融电极、手术电极杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（部分刀头无）和滴注管（部分刀头无）组成。其中，AC303、AC304、AC304B、AC304C、AC305、AC305C、AC307P、BC303、BC304、BC304B、BC304C、BC305、BC305C、BC307P、MC303、	通过			
335	C1405010050000006363000063	一次性双极射频等离子体手术电极	AC403E	AC403E	苏械注准20142010439	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于外科手术的软组织切割、消融、凝血和干燥。	该产品由工作端的双极等离子刀头、射频消融电极、手术电极杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（部分刀头无）和滴注管（部分刀头无）组成。其中，AC303、AC304、AC304B、AC304C、AC305、AC305C、AC307P、BC303、BC304、BC304B、BC304C、BC305、BC305C、BC307P、MC303、	通过			

336	C1405010050000006363000064	一次性双极射频等离子体手术电极	MC304C	MC304C	苏械注准20142010439	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于外科手术的软组织切割、消融、凝血和干燥。	该产品由工作端的双极等离子刀头、射频消融电极、手术电极杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（部分刀头无）和滴注管（部分刀头无）组成。其中，AC303、AC304、AC304B、AC304C、AC305、AC305C、AC307P、BC303、BC304、BC304B、BC304C、BC305、BC305C、BC307P、MC303、	通过			
337	C1405010050000006363000065	一次性双极射频等离子体手术电极	AC403B	AC403B	苏械注准20142010439	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于外科手术的软组织切割、消融、凝血和干燥。	该产品由工作端的双极等离子刀头、射频消融电极、手术电极杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（部分刀头无）和滴注管（部分刀头无）组成。其中，AC303、AC304、AC304B、AC304C、AC305、AC305C、AC307P、BC303、BC304、BC304B、BC304C、BC305、BC305C、BC307P、MC303、	通过			

338	C1405010050000006363000066	一次性双极射频等离子体手术电极	MC307F	MC307F	苏械注准20142010439	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于外科手术的软组织切割、消融、凝血和干燥。	该产品由工作端的双极等离子刀头、射频消融电极、手术电极杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（部分刀头无）和滴注管（部分刀头无）组成。其中，AC303、AC304、AC304B、AC304C、AC305、AC305C、AC307P、BC303、BC304、BC304B、BC304C、BC305、BC305C、BC307P、MC303、	通过			
339	C1405010050000006363000069	一次性双极射频等离子体手术电极	BC403D	BC403D	苏械注准20142010439	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于外科手术的软组织切割、消融、凝血和干燥。	该产品由工作端的双极等离子刀头、射频消融电极、手术电极杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（部分刀头无）和滴注管（部分刀头无）组成。其中，AC303、AC304、AC304B、AC304C、AC305、AC305C、AC307P、BC303、BC304、BC304B、BC304C、BC305、BC305C、BC307P、MC303、	通过			

340	C1405010050000006363000070	一次性双极射频等离子体手术电极	BC307F	BC307F	苏械注准20142010439	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于外科手术的软组织切割、消融、凝血和干燥。	该产品由工作端的双极等离子刀头、射频消融电极、手术电极杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（部分刀头无）和滴注管（部分刀头无）组成。其中，AC303、AC304、AC304B、AC304C、AC305、AC305C、AC307P、BC303、BC304、BC304B、BC304C、BC305、BC305C、BC307P、MC303、	通过			
341	C1405010050000006363000072	一次性双极射频等离子体手术电极	BC403E	BC403E	苏械注准20142010439	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于外科手术的软组织切割、消融、凝血和干燥。	该产品由工作端的双极等离子刀头、射频消融电极、手术电极杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（部分刀头无）和滴注管（部分刀头无）组成。其中，AC303、AC304、AC304B、AC304C、AC305、AC305C、AC307P、BC303、BC304、BC304B、BC304C、BC305、BC305C、BC307P、MC303、	通过			

342	C1405010050000006363000073	一次性双极射频等离子体手术电极	AC309	AC309	苏械注准20142010439	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于外科手术的软组织切割、消融、凝血和干燥。	该产品由工作端的双极等离子刀头、射频消融电极、手术电极杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（部分刀头无）和滴注管（部分刀头无）组成。其中，AC303、AC304、AC304B、AC304C、AC305、AC305C、AC307P、BC303、BC304、BC304B、BC304C、BC305、BC305C、BC307P、MC303、	通过			
343	C1405010050000006363000077	一次性双极射频等离子体手术电极	MC307K	MC307K	苏械注准20142010439	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于外科手术的软组织切割、消融、凝血和干燥。	该产品由工作端的双极等离子刀头、射频消融电极、手术电极杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（部分刀头无）和滴注管（部分刀头无）组成。其中，AC303、AC304、AC304B、AC304C、AC305、AC305C、AC307P、BC303、BC304、BC304B、BC304C、BC305、BC305C、BC307P、MC303、	通过			

344	C1405010050000006363000078	一次性双极射频等离子体手术电极	BC307N	BC307N	苏械注准20142010439	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于外科手术的软组织切割、消融、凝血和干燥。	该产品由工作端的双极等离子刀头、射频消融电极、手术电极杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（部分刀头无）和滴注管（部分刀头无）组成。其中，AC303、AC304、AC304B、AC304C、AC305、AC305C、AC307P、BC303、BC304、BC304B、BC304C、BC305、BC305C、BC307P、MC303、	通过			
345	C1405010050000006363000089	一次性双极射频等离子体手术电极	MC308A	MC308A	苏械注准20142010439	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于外科手术的软组织切割、消融、凝血和干燥。	该产品由工作端的双极等离子刀头、射频消融电极、手术电极杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（部分刀头无）和滴注管（部分刀头无）组成。其中，AC303、AC304、AC304B、AC304C、AC305、AC305C、AC307P、BC303、BC304、BC304B、BC304C、BC305、BC305C、BC307P、MC303、	通过			

346	C1405010050000006363000092	一次性双极射频等离子体手术电极	BC307M	BC307M	苏械注准20142010439	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于外科手术的软组织切割、消融、凝血和干燥。	该产品由工作端的双极等离子刀头、射频消融电极、手术电极杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（部分刀头无）和滴注管（部分刀头无）组成。其中，AC303、AC304、AC304B、AC304C、AC305、AC305C、AC307P、BC303、BC304、BC304B、BC304C、BC305、BC305C、BC307P、MC303、	通过			
347	C1405010050000006363000094	一次性双极射频等离子体手术电极	AC307A	AC307A	苏械注准20142010439	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于外科手术的软组织切割、消融、凝血和干燥。	该产品由工作端的双极等离子刀头、射频消融电极、手术电极杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（部分刀头无）和滴注管（部分刀头无）组成。其中，AC303、AC304、AC304B、AC304C、AC305、AC305C、AC307P、BC303、BC304、BC304B、BC304C、BC305、BC305C、BC307P、MC303、	通过			

348	C1405010050000006363000097	一次性双极射频等离子体手术电极	BC307	BC307	苏械注准20142010439	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于外科手术的软组织切割、消融、凝血和干燥。	该产品由工作端的双极等离子刀头、射频消融电极、手术电极杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（部分刀头无）和滴注管（部分刀头无）组成。其中，AC303、AC304、AC304B、AC304C、AC305、AC305C、AC307P、BC303、BC304、BC304B、BC304C、BC305、BC305C、BC307P、MC303、	通过			
349	C1405010050000006363000098	一次性双极射频等离子体手术电极	AC308	AC308	苏械注准20142010439	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于外科手术的软组织切割、消融、凝血和干燥。	该产品由工作端的双极等离子刀头、射频消融电极、手术电极杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（部分刀头无）和滴注管（部分刀头无）组成。其中，AC303、AC304、AC304B、AC304C、AC305、AC305C、AC307P、BC303、BC304、BC304B、BC304C、BC305、BC305C、BC307P、MC303、	通过			

350	C1405010050000006363000102	一次性双极射频等离子体手术电极	BC407A	BC407A	苏械注准20142010439	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于外科手术的软组织切割、消融、凝血和干燥。	该产品由工作端的双极等离子刀头、射频消融电极、手术电极杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（部分刀头无）和滴注管（部分刀头无）组成。其中，AC303、AC304、AC304B、AC304C、AC305、AC305C、AC307P、BC303、BC304、BC304B、BC304C、BC305、BC305C、BC307P、MC303、	通过			
351	C1405010050000006363000105	一次性双极射频等离子体手术电极	BC307J	BC307J	苏械注准20142010439	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于外科手术的软组织切割、消融、凝血和干燥。	该产品由工作端的双极等离子刀头、射频消融电极、手术电极杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（部分刀头无）和滴注管（部分刀头无）组成。其中，AC303、AC304、AC304B、AC304C、AC305、AC305C、AC307P、BC303、BC304、BC304B、BC304C、BC305、BC305C、BC307P、MC303、	通过			

352	C1405010050000006363000106	一次性双极射频等离子体手术电极	MC307M	MC307M	苏械注准20142010439	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于外科手术的软组织切割、消融、凝血和干燥。	该产品由工作端的双极等离子刀头、射频消融电极、手术电极杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（部分刀头无）和滴注管（部分刀头无）组成。其中，AC303、AC304、AC304B、AC304C、AC305、AC305C、AC307P、BC303、BC304、BC304B、BC304C、BC305、BC305C、BC307P、MC303、	通过			
353	C1405010050000006363000109	一次性双极射频等离子体手术电极	MC307E	MC307E	苏械注准20142010439	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于外科手术的软组织切割、消融、凝血和干燥。	该产品由工作端的双极等离子刀头、射频消融电极、手术电极杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（部分刀头无）和滴注管（部分刀头无）组成。其中，AC303、AC304、AC304B、AC304C、AC305、AC305C、AC307P、BC303、BC304、BC304B、BC304C、BC305、BC305C、BC307P、MC303、	通过			

354	C1405010050000006363000110	一次性双极射频等离子体手术电极	BC308	BC308	苏械注准20142010439	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于外科手术的软组织切割、消融、凝血和干燥。	该产品由工作端的双极等离子刀头、射频消融电极、手术电极杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（部分刀头无）和滴注管（部分刀头无）组成。其中，AC303、AC304、AC304B、AC304C、AC305、AC305C、AC307P、BC303、BC304、BC304B、BC304C、BC305、BC305C、BC307P、MC303、	通过			
355	C1405010050000006363000112	一次性双极射频等离子体手术电极	BC401B	BC401B	苏械注准20142010439	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于外科手术的软组织切割、消融、凝血和干燥。	该产品由工作端的双极等离子刀头、射频消融电极、手术电极杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（部分刀头无）和滴注管（部分刀头无）组成。其中，AC303、AC304、AC304B、AC304C、AC305、AC305C、AC307P、BC303、BC304、BC304B、BC304C、BC305、BC305C、BC307P、MC303、	通过			

356	C1405010050000006363000113	一次性双极射频等离子体手术电极	MC407A	MC407A	苏械注准20142010439	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于外科手术的软组织切割、消融、凝血和干燥。	该产品由工作端的双极等离子刀头、射频消融电极、手术电极杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（部分刀头无）和滴注管（部分刀头无）组成。其中，AC303、AC304、AC304B、AC304C、AC305、AC305C、AC307P、BC303、BC304、BC304B、BC304C、BC305、BC305C、BC307P、MC303、	通过			
357	C1405010050000006363000115	一次性双极射频等离子体手术电极	MC307A	MC307A	苏械注准20142010439	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于外科手术的软组织切割、消融、凝血和干燥。	该产品由工作端的双极等离子刀头、射频消融电极、手术电极杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（部分刀头无）和滴注管（部分刀头无）组成。其中，AC303、AC304、AC304B、AC304C、AC305、AC305C、AC307P、BC303、BC304、BC304B、BC304C、BC305、BC305C、BC307P、MC303、	通过			

358	C1405010050000006363000116	一次性双极射频等离子体手术电极	MC307P	MC307P	苏械注准20142010439	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于外科手术的软组织切割、消融、凝血和干燥。	该产品由工作端的双极等离子刀头、射频消融电极、手术电极杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（部分刀头无）和滴注管（部分刀头无）组成。其中，AC303、AC304、AC304B、AC304C、AC305、AC305C、AC307P、BC303、BC304、BC304B、BC304C、BC305、BC305C、BC307P、MC303、	通过			
359	C1405010050000006363000120	一次性双极射频等离子体手术电极	MC307B	MC307B	苏械注准20142010439	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于外科手术的软组织切割、消融、凝血和干燥。	该产品由工作端的双极等离子刀头、射频消融电极、手术电极杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（部分刀头无）和滴注管（部分刀头无）组成。其中，AC303、AC304、AC304B、AC304C、AC305、AC305C、AC307P、BC303、BC304、BC304B、BC304C、BC305、BC305C、BC307P、MC303、	通过			

360	C1405010050000006363000121	一次性双极射频等离子体手术电极	AC307P	AC307P	苏械注准20142010439	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于外科手术的软组织切割、消融、凝血和干燥。	该产品由工作端的双极等离子刀头、射频消融电极、手术电极杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（部分刀头无）和滴注管（部分刀头无）组成。其中，AC303、AC304、AC304B、AC304C、AC305、AC305C、AC307P、BC303、BC304、BC304B、BC304C、BC305、BC305C、BC307P、MC303、	通过			
361	C1405010050000006363000122	一次性双极射频等离子体手术电极	BC307C	BC307C	苏械注准20142010439	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于外科手术的软组织切割、消融、凝血和干燥。	该产品由工作端的双极等离子刀头、射频消融电极、手术电极杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（部分刀头无）和滴注管（部分刀头无）组成。其中，AC303、AC304、AC304B、AC304C、AC305、AC305C、AC307P、BC303、BC304、BC304B、BC304C、BC305、BC305C、BC307P、MC303、	通过			

362	C1405010050000006363000126	一次性双极射频等离子体手术电极	AC308A	AC308A	苏械注准20142010439	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于外科手术的软组织切割、消融、凝血和干燥。	该产品由工作端的双极等离子刀头、射频消融电极、手术电极杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（部分刀头无）和滴注管（部分刀头无）组成。其中，AC303、AC304、AC304B、AC304C、AC305、AC305C、AC307P、BC303、BC304、BC304B、BC304C、BC305、BC305C、BC307P、MC303、	通过			
363	C1405010050000006363000127	一次性双极射频等离子体手术电极	MC307N	MC307N	苏械注准20142010439	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于外科手术的软组织切割、消融、凝血和干燥。	该产品由工作端的双极等离子刀头、射频消融电极、手术电极杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（部分刀头无）和滴注管（部分刀头无）组成。其中，AC303、AC304、AC304B、AC304C、AC305、AC305C、AC307P、BC303、BC304、BC304B、BC304C、BC305、BC305C、BC307P、MC303、	通过			

364	C1405010050000006363000128	一次性双极射频等离子体手术电极	MC3070	MC3070	苏械注准20142010439	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于外科手术的软组织切割、消融、凝血和干燥。	该产品由工作端的双极等离子刀头、射频消融电极、手术电极杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（部分刀头无）和滴注管（部分刀头无）组成。其中，AC303、AC304、AC304B、AC304C、AC305、AC305C、AC307P、BC303、BC304、BC304B、BC304C、BC305、BC305C、BC307P、MC303、	通过			
365	C1405010050000006363000131	一次性双极射频等离子体手术电极	AC307J	AC307J	苏械注准20142010439	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于外科手术的软组织切割、消融、凝血和干燥。	该产品由工作端的双极等离子刀头、射频消融电极、手术电极杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（部分刀头无）和滴注管（部分刀头无）组成。其中，AC303、AC304、AC304B、AC304C、AC305、AC305C、AC307P、BC303、BC304、BC304B、BC304C、BC305、BC305C、BC307P、MC303、	通过			

366	C1405010050000006363000132	一次性双极射频等离子体手术电极	BC307Q	BC307Q	苏械注准20142010439	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于外科手术的软组织切割、消融、凝血和干燥。	该产品由工作端的双极等离子刀头、射频消融电极、手术电极杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（部分刀头无）和滴注管（部分刀头无）组成。其中，AC303、AC304、AC304B、AC304C、AC305、AC305C、AC307P、BC303、BC304、BC304B、BC304C、BC305、BC305C、BC307P、MC303、	通过			
367	C1405010050000006363000133	一次性双极射频等离子体手术电极	BC3070	BC3070	苏械注准20142010439	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于外科手术的软组织切割、消融、凝血和干燥。	该产品由工作端的双极等离子刀头、射频消融电极、手术电极杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（部分刀头无）和滴注管（部分刀头无）组成。其中，AC303、AC304、AC304B、AC304C、AC305、AC305C、AC307P、BC303、BC304、BC304B、BC304C、BC305、BC305C、BC307P、MC303、	通过			

368	C1405010050000006363000136	一次性双极射频等离子体手术电极	BC402B	BC402B	苏械注准20142010439	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于外科手术的软组织切割、消融、凝血和干燥。	该产品由工作端的双极等离子刀头、射频消融电极、手术电极杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（部分刀头无）和滴注管（部分刀头无）组成。其中，AC303、AC304、AC304B、AC304C、AC305、AC305C、AC307P、BC303、BC304、BC304B、BC304C、BC305、BC305C、BC307P、MC303、	通过			
369	C1405010050000006363000138	一次性双极射频等离子体手术电极	BC308A	BC308A	苏械注准20142010439	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于外科手术的软组织切割、消融、凝血和干燥。	该产品由工作端的双极等离子刀头、射频消融电极、手术电极杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（部分刀头无）和滴注管（部分刀头无）组成。其中，AC303、AC304、AC304B、AC304C、AC305、AC305C、AC307P、BC303、BC304、BC304B、BC304C、BC305、BC305C、BC307P、MC303、	通过			

370	C1405010050000006363000139	一次性双极射频等离子体手术电极	AC402C	AC402C	苏械注准20142010439	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于外科手术的软组织切割、消融、凝血和干燥。	该产品由工作端的双极等离子刀头、射频消融电极、手术电极杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（部分刀头无）和滴注管（部分刀头无）组成。其中，AC303、AC304、AC304B、AC304C、AC305、AC305C、AC307P、BC303、BC304、BC304B、BC304C、BC305、BC305C、BC307P、MC303、	通过			
371	C1405010050000006363000143	一次性双极射频等离子体手术电极	MC403D	MC403D	苏械注准20142010439	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于外科手术的软组织切割、消融、凝血和干燥。	该产品由工作端的双极等离子刀头、射频消融电极、手术电极杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（部分刀头无）和滴注管（部分刀头无）组成。其中，AC303、AC304、AC304B、AC304C、AC305、AC305C、AC307P、BC303、BC304、BC304B、BC304C、BC305、BC305C、BC307P、MC303、	通过			

372	C1405010050000006363000144	一次性双极射频等离子体手术电极	MC307C	MC307C	苏械注准20142010439	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于外科手术的软组织切割、消融、凝血和干燥。	该产品由工作端的双极等离子刀头、射频消融电极、手术电极杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（部分刀头无）和滴注管（部分刀头无）组成。其中，AC303、AC304、AC304B、AC304C、AC305、AC305C、AC307P、BC303、BC304、BC304B、BC304C、BC305、BC305C、BC307P、MC303、	通过			
373	C1405010050000006363000145	一次性双极射频等离子体手术电极	MC307J	MC307J	苏械注准20142010439	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于外科手术的软组织切割、消融、凝血和干燥。	该产品由工作端的双极等离子刀头、射频消融电极、手术电极杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（部分刀头无）和滴注管（部分刀头无）组成。其中，AC303、AC304、AC304B、AC304C、AC305、AC305C、AC307P、BC303、BC304、BC304B、BC304C、BC305、BC305C、BC307P、MC303、	通过			

374	C1405010050000006363000146	一次性双极射频等离子体手术电极	BC307A	BC307A	苏械注准20142010439	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于外科手术的软组织切割、消融、凝血和干燥。	该产品由工作端的双极等离子刀头、射频消融电极、手术电极杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（部分刀头无）和滴注管（部分刀头无）组成。其中，AC303、AC304、AC304B、AC304C、AC305、AC305C、AC307P、BC303、BC304、BC304B、BC304C、BC305、BC305C、BC307P、MC303、	通过			
375	C1405010050000006363000148	一次性双极射频等离子体手术电极	AC402B	AC402B	苏械注准20142010439	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于外科手术的软组织切割、消融、凝血和干燥。	该产品由工作端的双极等离子刀头、射频消融电极、手术电极杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（部分刀头无）和滴注管（部分刀头无）组成。其中，AC303、AC304、AC304B、AC304C、AC305、AC305C、AC307P、BC303、BC304、BC304B、BC304C、BC305、BC305C、BC307P、MC303、	通过			

376	C1405010050000006363000150	一次性双极射频等离子体手术电极	AC307Q	AC307Q	苏械注准20142010439	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于外科手术的软组织切割、消融、凝血和干燥。	该产品由工作端的双极等离子刀头、射频消融电极、手术电极杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（部分刀头无）和滴注管（部分刀头无）组成。其中，AC303、AC304、AC304B、AC304C、AC305、AC305C、AC307P、BC303、BC304、BC304B、BC304C、BC305、BC305C、BC307P、MC303、	通过			
377	C1405010050000006363000151	一次性双极射频等离子体手术电极	BC307P	BC307P	苏械注准20142010439	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于外科手术的软组织切割、消融、凝血和干燥。	该产品由工作端的双极等离子刀头、射频消融电极、手术电极杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（部分刀头无）和滴注管（部分刀头无）组成。其中，AC303、AC304、AC304B、AC304C、AC305、AC305C、AC307P、BC303、BC304、BC304B、BC304C、BC305、BC305C、BC307P、MC303、	通过			

378	C1405010050000006363000152	一次性双极射频等离子体手术电极	AC3070	AC3070	苏械注准20142010439	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于外科手术的软组织切割、消融、凝血和干燥。	该产品由工作端的双极等离子刀头、射频消融电极、手术电极杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（部分刀头无）和滴注管（部分刀头无）组成。其中，AC303、AC304、AC304B、AC304C、AC305、AC305C、AC307P、BC303、BC304、BC304B、BC304C、BC305、BC305C、BC307P、MC303、	通过			
379	C1405010050000006363000154	一次性双极射频等离子体手术电极	BC307L	BC307L	苏械注准20142010439	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于外科手术的软组织切割、消融、凝血和干燥。	该产品由工作端的双极等离子刀头、射频消融电极、手术电极杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（部分刀头无）和滴注管（部分刀头无）组成。其中，AC303、AC304、AC304B、AC304C、AC305、AC305C、AC307P、BC303、BC304、BC304B、BC304C、BC305、BC305C、BC307P、MC303、	通过			

380	C1405010050000006363000155	一次性双极射频等离子体手术电极	BC307E	BC307E	苏械注准20142010439	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于外科手术的软组织切割、消融、凝血和干燥。	该产品由工作端的双极等离子刀头、射频消融电极、手术电极杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（部分刀头无）和滴注管（部分刀头无）组成。其中，AC303、AC304、AC304B、AC304C、AC305、AC305C、AC307P、BC303、BC304、BC304B、BC304C、BC305、BC305C、BC307P、MC303、	通过			
381	C1405010050000006363000162	一次性双极射频等离子体手术电极	MC308	MC308	苏械注准20142010439	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于外科手术的软组织切割、消融、凝血和干燥。	该产品由工作端的双极等离子刀头、射频消融电极、手术电极杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（部分刀头无）和滴注管（部分刀头无）组成。其中，AC303、AC304、AC304B、AC304C、AC305、AC305C、AC307P、BC303、BC304、BC304B、BC304C、BC305、BC305C、BC307P、MC303、	通过			

382	C1405010050000006363000164	一次性双极射频等离子体手术电极	MC307D	MC307D	苏械注准20142010439	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于外科手术的软组织切割、消融、凝血和干燥。	该产品由工作端的双极等离子刀头、射频消融电极、手术电极杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（部分刀头无）和滴注管（部分刀头无）组成。其中，AC303、AC304、AC304B、AC304C、AC305、AC305C、AC307P、BC303、BC304、BC304B、BC304C、BC305、BC305C、BC307P、MC303、	通过			
383	C1405010050000006363000165	一次性双极射频等离子体手术电极	AC307C	AC307C	苏械注准20142010439	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于外科手术的软组织切割、消融、凝血和干燥。	该产品由工作端的双极等离子刀头、射频消融电极、手术电极杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（部分刀头无）和滴注管（部分刀头无）组成。其中，AC303、AC304、AC304B、AC304C、AC305、AC305C、AC307P、BC303、BC304、BC304B、BC304C、BC305、BC305C、BC307P、MC303、	通过			

384	C1405010050000006363000166	一次性双极射频等离子体手术电极	BC304C	BC304C	苏械注准20142010439	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于外科手术的软组织切割、消融、凝血和干燥。	该产品由工作端的双极等离子刀头、射频消融电极、手术电极杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（部分刀头无）和滴注管（部分刀头无）组成。其中，AC303、AC304、AC304B、AC304C、AC305、AC305C、AC307P、BC303、BC304、BC304B、BC304C、BC305、BC305C、BC307P、MC303、	通过			
385	C1405010050000006363000170	一次性双极射频等离子体手术电极	AC307B	AC307B	苏械注准20142010439	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于外科手术的软组织切割、消融、凝血和干燥。	该产品由工作端的双极等离子刀头、射频消融电极、手术电极杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（部分刀头无）和滴注管（部分刀头无）组成。其中，AC303、AC304、AC304B、AC304C、AC305、AC305C、AC307P、BC303、BC304、BC304B、BC304C、BC305、BC305C、BC307P、MC303、	通过			

386	C1405010050000006363000173	一次性双极射频等离子体手术电极	BC307B	BC307B	苏械注准20142010439	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于外科手术的软组织切割、消融、凝血和干燥。	该产品由工作端的双极等离子刀头、射频消融电极、手术电极杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（部分刀头无）和滴注管（部分刀头无）组成。其中，AC303、AC304、AC304B、AC304C、AC305、AC305C、AC307P、BC303、BC304、BC304B、BC304C、BC305、BC305C、BC307P、MC303、	通过			
387	C1405010050000006363000174	一次性双极射频等离子体手术电极	BC307G	BC307G	苏械注准20142010439	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于外科手术的软组织切割、消融、凝血和干燥。	该产品由工作端的双极等离子刀头、射频消融电极、手术电极杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（部分刀头无）和滴注管（部分刀头无）组成。其中，AC303、AC304、AC304B、AC304C、AC305、AC305C、AC307P、BC303、BC304、BC304B、BC304C、BC305、BC305C、BC307P、MC303、	通过			

388	C1405010050000006363000176	一次性双极射频等离子体手术电极	BC307D	BC307D	苏械注准20142010439	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于外科手术的软组织切割、消融、凝血和干燥。	该产品由工作端的双极等离子刀头、射频消融电极、手术电极杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（部分刀头无）和滴注管（部分刀头无）组成。其中，AC303、AC304、AC304B、AC304C、AC305、AC305C、AC307P、BC303、BC304、BC304B、BC304C、BC305、BC305C、BC307P、MC303、	通过			
389	C1405010050000006363000333	一次性双极射频等离子体手术电极	MC304B	MC304B	苏械注准20142010439	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于外科手术的软组织切割、消融、凝血和干燥。	该产品由工作端的双极等离子刀头、射频消融电极、手术电极杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（部分刀头无）和滴注管（部分刀头无）组成。其中，AC303、AC304、AC304B、AC304C、AC305、AC305C、AC307P、BC303、BC304、BC304B、BC304C、BC305、BC305C、BC307P、MC303、	通过			

390	C1405010050000006363000652	一次性双极射频等离子体手术电极	AC305B	AC305B	苏械注准20142010439	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于外科手术的软组织切割、消融、凝血和干燥。	该产品由工作端的双极等离子刀头、射频消融电极、手术电极杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（部分刀头无）和滴注管（部分刀头无）组成。其中，AC303、AC304、AC304B、AC304C、AC305、AC305C、AC307P、BC303、BC304、BC304B、BC304C、BC305、BC305C、BC307P、MC303、	通过			
391	C1404010050000006363000385	一次性等离子刀头	AC311S	AC311S	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			

392	C1404010050000006363000386	一次性等离子刀头	AC307L	AC307L	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			
393	C1404010050000006363000387	一次性等离子刀头	AC304S	AC304S	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			

394	C1404010050000006363000388	一次性等离子刀头	RC405L	RC405L	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			
395	C1404010050000006363000389	一次性等离子刀头	RC402L	RC402L	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			

396	C1404010050000006363000390	一次性等离子刀头	RC303S	RC303S	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			
397	C1404010050000006363000391	一次性等离子刀头	RC308S	RC308S	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			

398	C1404010050000006363000392	一次性等离子刀头	AC401	AC401	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			
399	C1404010050000006363000393	一次性等离子刀头	RC303L	RC303L	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			

400	C1404010050000006363000394	一次性等离子刀头	AC406S	AC406S	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			
401	C1404010050000006363000395	一次性等离子刀头	AC403S	AC403S	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			

402	C1404010050000006363000396	一次性等离子刀头	AC403L	AC403L	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			
403	C1404010050000006363000397	一次性等离子刀头	RC401L	RC401L	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			

404	C1404010050000006363000398	一次性等离子刀头	AC407S	AC407S	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			
405	C1404010050000006363000399	一次性等离子刀头	RC402S	RC402S	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			

406	C1404010050000006363000400	一次性等离子刀头	AC303L	AC303L	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			
407	C1404010050000006363000400401	一次性等离子刀头	AC402	AC402	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			

408	C1404010050000006363000402	一次性等离子刀头	AC402S	AC402S	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			
409	C1404010050000006363000403	一次性等离子刀头	AC403	AC403	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			

410	C1404010050000006363000404	一次性等离子刀头	RC404L	RC404L	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			
411	C1404010050000006363000405	一次性等离子刀头	RC302L	RC302L	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			

412	C1404010050000006363000406	一次性等离子刀头	AC303S	AC303S	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			
413	C1404010050000006363000408	一次性等离子刀头	AC305S	AC305S	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			

414	C1404010050000006363000409	一次性等离子刀头	AC402L	AC402L	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			
415	C1404010050000006363000410	一次性等离子刀头	RC4111	RC4111	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			

416	C1404010050000006363000411	一次性等离子刀头	AC3041	AC3041	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			
417	C1404010050000006363000412	一次性等离子刀头	RC4032	RC4032	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			

418	C1404010050000006363000413	一次性等离子刀头	RC409S	RC409S	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			
419	C1404010050000006363000414	一次性等离子刀头	RC3041	RC3041	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			

420	C1404010050000006363000417	一次性等离子刀头	AC3091	AC3091	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			
421	C1404010050000006363000418	一次性等离子刀头	RC306L1	RC306L1	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			

422	C1404010050000006363000421	一次性等离子刀头	RC3094	RC3094	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			
423	C1404010050000006363000422	一次性等离子刀头	AC3093	AC3093	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			

424	C1404010050000006363000424	一次性等离子刀头	AC4032	AC4032	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			
425	C1404010050000006363000425	一次性等离子刀头	RC301S1	RC301S1	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			

426	C1404010050000006363000426	一次性等离子刀头	RC402L2	RC402L2	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			
427	C1404010050000006363000427	一次性等离子刀头	AC305L1	AC305L1	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			

428	C1404010050000006363000429	一次性等离子刀头	RC402S1	RC402S1	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			
429	C1404010050000006363000430	一次性等离子刀头	AC3094	AC3094	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			

430	C1404010050000006363000432	一次性等离子刀头	AC3095	AC3095	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			
431	C1404010050000006363000433	一次性等离子刀头	AC406	AC406	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			

432	C1404010050000006363000435	一次性等离子刀头	RC305L1	RC305L1	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			
433	C1404010050000006363000437	一次性等离子刀头	AC402L2	AC402L2	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			

434	C1404010050000006363000440	一次性等离子刀头	AC403S2	AC403S2	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			
435	C1404010050000006363000441	一次性等离子刀头	RC406	RC406	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			

436	C1404010050000006363000443	一次性等离子刀头	AC409S	AC409S	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			
437	C1404010050000006363000444	一次性等离子刀头	RC3095	RC3095	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			

438	C1404010050000006363000445	一次性等离子刀头	RC4022	RC4022	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			
439	C1404010050000006363000446	一次性等离子刀头	RC3091	RC3091	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			

440	C1404010050000006363000448	一次性等离子刀头	AC3092	AC3092	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			
441	C1404010050000006363000449	一次性等离子刀头	RC403S2	RC403S2	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			

442	C1404010050000006363000450	一次性等离子刀头	RC3093	RC3093	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			
443	C1404010050000006363000451	一次性等离子刀头	AC402S1	AC402S1	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			

444	C1404010050000006363000452	一次性等离子刀头	RC3092	RC3092	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			
445	C1404010050000006363000454	一次性等离子刀头	AC4111	AC4111	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			

446	C1404010050000006363000455	一次性等离子刀头	AC4022	AC4022	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			
447	C1404010050000006363000481	一次性等离子刀头	RC308L	RC308L	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			

448	C1404010050000006363000482	一次性等离子刀头	AC310L1	AC310L1	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			
449	C1404010050000006363000483	一次性等离子刀头	RC401L2	RC401L2	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			

450	C1404010050000006363000484	一次性等离子刀头	RC409L	RC409L	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			
451	C1404010050000006363000485	一次性等离子刀头	RC405S3	RC405S3	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			

452	C1404010050000006363000486	一次性等离子刀头	RC405L3	RC405L3	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			
453	C1404010050000006363000487	一次性等离子刀头	RC407L	RC407L	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			

454	C1404010050000006363000488	一次性等离子刀头	AC309S	AC309S	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			
455	C1404010050000006363000489	一次性等离子刀头	AC4061	AC4061	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			

456	C1404010050000006363000490	一次性等离子刀头	AC401L2	AC401L2	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			
457	C1404010050000006363000491	一次性等离子刀头	RC404S	RC404S	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			

458	C1404010050000006363000492	一次性等离子刀头	AC407L	AC407L	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			
459	C1404010050000006363000493	一次性等离子刀头	RC4061	RC4061	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			

460	C1404010050000006363000494	一次性等离子刀头	AC308S	AC308S	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			
461	C1404010050000006363000495	一次性等离子刀头	AC302L1	AC302L1	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			

462	C1404010050000006363000496	一次性等离子刀头	RC302L1	RC302L1	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			
463	C1404010050000006363000498	一次性等离子刀头	AC307S	AC307S	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			

464	C1404010050000006363000499	一次性等离子刀头	RC312S	RC312S	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			
465	C1404010050000006363000500	一次性等离子刀头	AC310L	AC310L	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			

466	C1404010050000006363000501	一次性等离子刀头	RC305L	RC305L	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			
467	C1404010050000006363000502	一次性等离子刀头	RC403L	RC403L	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			

468	C1404010050000006363000503	一次性等离子刀头	AC410L	AC410L	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			
469	C1404010050000006363000504	一次性等离子刀头	RC310L1	RC310L1	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			

470	C1404010050000006363000505	一次性等离子刀头	RC305S	RC305S	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			
471	C1404010050000006363000506	一次性等离子刀头	RC411S2	RC411S2	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			

472	C1404010050000006363000507	一次性等离子刀头	AC408L	AC408L	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			
473	C1404010050000006363000508	一次性等离子刀头	RC304L	RC304L	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			

474	C1404010050000006363000509	一次性等离子刀头	AC4012	AC4012	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			
475	C1404010050000006363000510	一次性等离子刀头	RC308L1	RC308L1	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			

476	C1404010050000006363000513	一次性等离子刀头	AC401S	AC401S	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			
477	C1404010050000006363000514	一次性等离子刀头	RC405L1	RC405L1	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			

478	C1404010050000006363000515	一次性等离子刀头	AC301L	AC301L	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			
479	C1404010050000006363000516	一次性等离子刀头	RC408S	RC408S	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			

480	C1404010050000006363000517	一次性等离子刀头	AC402S2	AC402S2	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			
481	C1404010050000006363000518	一次性等离子刀头	AC405S3	AC405S3	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			

482	C1404010050000006363000519	一次性等离子刀头	AC308S1	AC308S1	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			
483	C1404010050000006363000520	一次性等离子刀头	AC409L	AC409L	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			

484	C1404010050000006363000521	一次性等离子刀头	RC307S	RC307S	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			
485	C1404010050000006363000522	一次性等离子刀头	RC403S	RC403S	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			

486	C1404010050000006363000523	一次性等离子刀头	RC405L2	RC405L2	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			
487	C1404010050000006363000525	一次性等离子刀头	RC311S	RC311S	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			

488	C1404010050000006363000526	一次性等离子刀头	RC311L	RC311L	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			
489	C1404010050000006363000527	一次性等离子刀头	AC408S	AC408S	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			

490	C1404010050000006363000528	一次性等离子刀头	RC4012	RC4012	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			
491	C1404010050000006363000529	一次性等离子刀头	RC308S1	RC308S1	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			

492	C1404010050000006363000530	一次性等离子刀头	AC301S	AC301S	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			
493	C1404010050000006363000532	一次性等离子刀头	AC304	AC304	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			

494	C1404010050000006363000533	一次性等离子刀头	RC301L1	RC301L1	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			
495	C1404010050000006363000534	一次性等离子刀头	RC304	RC304	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			

496	C1404010050000006363000535	一次性等离子刀头	RC411L2	RC411L2	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			
497	C1404010050000006363000536	一次性等离子刀头	RC306S	RC306S	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			

498	C1404010050000006363000537	一次性等离子刀头	RC401S	RC401S	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			
499	C1404010050000006363000538	一次性等离子刀头	AC302L	AC302L	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			

500	C1404010050000006363000539	一次性等离子刀头	RC408L	RC408L	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			
501	C1404010050000006363000540	一次性等离子刀头	AC409L1	AC409L1	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			

502	C1404010050000006363000541	一次性等离子刀头	RC301S	RC301S	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			
503	C1404010050000006363000542	一次性等离子刀头	RC402S2	RC402S2	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			

504	C1404010050000006363000543	一次性等离子刀头	AC306L	AC306L	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			
505	C1404010050000006363000544	一次性等离子刀头	AC311L	AC311L	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			

506	C1404010050000006363000545	一次性等离子刀头	RC405S	RC405S	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			
507	C1404010050000006363000546	一次性等离子刀头	AC405L2	AC405L2	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			

508	C1404010050000006363000547	一次性等离子刀头	RC409L1	RC409L1	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			
509	C1404010050000006363000548	一次性等离子刀头	AC308L	AC308L	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			

510	C1404010050000006363000549	一次性等离子刀头	AC411	AC411	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			
511	C1404010050000006363000550	一次性等离子刀头	AC411L2	AC411L2	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			

512	C1404010050000006363000552	一次性等离子刀头	RC309S	RC309S	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			
513	C1404010050000006363000553	一次性等离子刀头	RC304S	RC304S	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			

514	C1404010050000006363000554	一次性等离子刀头	RC402	RC402	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			
515	C1404010050000006363000556	一次性等离子刀头	RC307L	RC307L	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			

516	C1404010050000006363000558	一次性等离子刀头	RC310L	RC310L	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			
517	C1404010050000006363000559	一次性等离子刀头	RC410L	RC410L	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			

518	C1404010050000006363000560	一次性等离子刀头	RC306L	RC306L	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			
519	C1404010050000006363000561	一次性等离子刀头	RC312L	RC312L	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			

520	C1404010050000006363000562	一次性等离子刀头	AC302S	AC302S	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			
521	C1404010050000006363000563	一次性等离子刀头	AC305L	AC305L	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			

522	C1404010050000006363000564	一次性等离子刀头	AC411S2	AC411S2	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			
523	C1404010050000006363000565	一次性等离子刀头	RC411	RC411	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			

524	C1404010050000006363000566	一次性等离子刀头	AC405L1	AC405L1	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			
525	C1404010050000006363000567	一次性等离子刀头	RC405S1	RC405S1	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			

526	C1404010050000006363000568	一次性等离子刀头	RC404L1	RC404L1	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			
527	C1404010050000006363000569	一次性等离子刀头	AC4091	AC4091	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			

528	C1404010050000006363000570	一次性等离子刀头	AC306S	AC306S	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			
529	C1404010050000006363000571	一次性等离子刀头	AC404L1	AC404L1	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			

530	C1404010050000006363000572	一次性等离子刀头	AC301L1	AC301L1	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			
531	C1404010050000006363000573	一次性等离子刀头	RC4091	RC4091	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			

532	C1404010050000006363000574	一次性等离子刀头	AC405L	AC405L	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			
533	C1404010050000006363000575	一次性等离子刀头	AC405S1	AC405S1	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			

534	C1404010050000006363000576	一次性等离子刀头	AC405L3	AC405L3	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			
535	C1404010050000006363000577	一次性等离子刀头	AC405S	AC405S	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			

536	C1404010050000006363000578	一次性等离子刀头	RC404S2	RC404S2	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			
537	C1404010050000006363000579	一次性等离子刀头	RC404S1	RC404S1	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			

538	C1404010050000006363000580	一次性等离子刀头	AC404S1	AC404S1	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			
539	C1404010050000006363000581	一次性等离子刀头	AC404L	AC404L	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			

540	C1404010050000006363000582	一次性等离子刀头	AC404S	AC404S	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			
541	C1404010050000006363000583	一次性等离子刀头	AC404S2	AC404S2	苏械注准20192010167	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目	消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、	通过			

542	C020317004000000627400000031	经导管主动脉瓣系统-球囊扩张导管	PBL-21A	PBL-21A	国械注准20243131529	导管	甲类	否					是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行的复查，检查费分别按该项	导管	该产品适用于经心脏团队结合评分系统评估后认为患有有症状的、钙化的、重度退行性自体主动脉瓣狭窄，不适合接受常规外科手术置换瓣膜、年龄大于等于70岁的患者。	该产品由生物瓣膜、输送器、球囊扩张导管、导管鞘套件、压握器和充压泵组成。生物瓣膜支架材料为钴铬合金，瓣叶材料为牛心包，内裙衬和外裙边材料为聚酯，缝线材料为聚酯和聚四氟乙烯。生物瓣膜采用化学液体灭菌，一次性使用，货架有效期5年。输送器、球囊扩张导管、导管鞘套件、压握器和充压泵采用环氧	通过			
543	C170108216050000468800000002	胶原贴敷料	圆形（直径22cm）	圆形（直径22cm）	国械注准20153141005	敷料	丙类	否					是	1206	6. 换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳	适用于：皮肤过敏、激光、光子术后（无创）修复辅助治疗，表浅性疤痕（病理性疤痕）的辅助治疗.	本产品由胶原蛋白原液（含水解胶原蛋白、去离子水、甘油、医用防腐剂）和无纺布组成。经钴60辐照消毒后应无	不通过	不符合医疗服务项目除外内容		
544	C160402026000040666700000003	一次性腹腔镜软器械鞘管	I-A	XAG/DTD	川械注准20222020239	穿刺器	丙类	否					是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全价收取，次要手术项目分别	特殊穿刺针（器）	用于腹腔镜手术，作为内窥镜和器械进出切口的通道。	产品由多通道和切口牵开固定器组成。Ⅰ型多通道由穿刺套管、注气阀、气阀连接管、直角弯头和多通道平台组成；穿刺套管由穿刺套管帽、穿刺套管密封帽、穿刺套管密封座和穿刺套管座组成；注气阀由气阀和通气管组成。Ⅱ型多通道由穿刺套管a、 穿刺套管b、注气阀和多通道平台组成；穿刺套管a由穿刺套管帽、穿	通过			

545	C1604020260000406667000004	一次性腹腔镜软器械鞘管	Ⅱ -B	XAG/DTD	川械注准20222020239	穿刺器	丙类	否					是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全价收取，次要手术项目分别	特殊穿刺针（器）	用于腹腔镜手术，作为内窥镜和器械进出切口的通道。	产品由多通道和切口牵开固定器组成。Ⅰ型多通道由穿刺套管、注气阀、气阀连接管、直角弯头和多通道平台组成；穿刺套管由穿刺套管帽、穿刺套管密封帽、穿刺套管密封座和穿刺套管座组成；注气阀由气阀和通气管组成。Ⅱ型多通道由穿刺套管a、 穿刺套管b、注气阀和多通道平台组成；穿刺套管a由穿刺套管帽、穿	通过			
546	C1604020260000406667000005	一次性腹腔镜软器械鞘管	Ⅱ -E	XAG/DTD	川械注准20222020239	穿刺器	丙类	否					是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全价收取，次要手术项目分别	特殊穿刺针（器）	用于腹腔镜手术，作为内窥镜和器械进出切口的通道	产品由多通道和切口牵开固定器组成。Ⅰ型多通道由穿刺套管、注气阀、气阀连接管、直角弯头和多通道平台组成；穿刺套管由穿刺套管帽、穿刺套管密封帽、穿刺套管密封座和穿刺套管座组成；注气阀由气阀和通气管组成。Ⅱ型多通道由穿刺套管a、 穿刺套管b、注气阀和多通道平台组成；穿刺套管a由穿刺套管帽、穿	通过			

547	C1604020260000406667000006	一次性腹腔镜软器械鞘管	Ⅰ -C	XAG/DTD	川械注准20222020239	穿刺器	丙类	否					是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全价收取，次要手术项目分别	特殊穿刺针（器）	用于腹腔镜手术，作为内窥镜和器械进出切口的通道	产品由多通道和切口牵开固定器组成。Ⅰ型多通道由穿刺套管、注气阀、气阀连接管、直角弯头和多通道平台组成；穿刺套管由穿刺套管帽、穿刺套管密封帽、穿刺套管密封座和穿刺套管座组成；注气阀由气阀和通气管组成。Ⅱ型多通道由穿刺套管a、 穿刺套管b、注气阀和多通道平台组成；穿刺套管a由穿刺套管帽、穿	通过			
548	C1604020260000406667000007	一次性腹腔镜软器械鞘管	Ⅱ -A	XAG/DTD	川械注准20222020239	穿刺器	丙类	否					是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全价收取，次要手术项目分别	特殊穿刺针（器）	用于腹腔镜手术，作为内窥镜和器械进出切口的通道	产品由多通道和切口牵开固定器组成。【型多通道由穿刺套管、注气阀、气阀连接管、直角弯头和多通道平台组成;穿刺套管由穿刺套管帽、穿刺套管密封帽、穿刺套管密封座和穿刺套管座组成;注气阀由气阀和通气管组成。Ⅱ型多通道由穿刺套管a、穿刺套管b、注气阀和多通道平台组成;穿刺套管a由穿刺套管帽、穿刺套管密	通过			

549	C1604020260000406667000008	一次性腹腔镜软器械鞘管	Ⅱ -D	XAG/DTD	川械注准20222020239	穿刺器	丙类	否					是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全价收取，次要手术项目分别	特殊穿刺针（器）	用于腹腔镜手术，作为内窥镜和器械进出切口的通道。	产品由多通道和切口牵开固定器组成。Ⅰ型多通道由穿刺套管、注气阀、气阀连接管、直角弯头和多通道平台组成：穿刺套管由穿刺套管帽、穿刺套管密封帽、穿刺套管密封座和穿刺套管座组成：注气阀由气阀和通气管组成。Ⅱ型多通道由穿刺套管a、 穿刺套管b、注气阀和多通道平台组成：穿刺套管a由穿刺套管帽、穿	通过			
550	C0106030350100206190000029	一次性使用引流导管及附件	D-D411230	D-D411230	京械注准20172140521	引流装置	丙类	否					是	331006014	经十二指肠奥狄氏括约肌切开成形术	包括十二指肠乳头括约肌切开术	PTCD引流管	本产品适用于胸腔、腹腔、胆管、肾脏的液体的聚集部位的经皮穿刺	产品由引流管、接头、矫直器、套管针、丝线、固定盘及夹子组成。	通过			
551	C0106030350100206190000034	一次性使用引流导管及附件	D-D411030	D-D411030	京械注准20172140521	引流装置	丙类	否					是	331006014	经十二指肠奥狄氏括约肌切开成形术	包括十二指肠乳头括约肌切开术	PTCD引流管	本产品适用于胸腔、腹腔、胆管、肾脏的液体的聚集部位的经皮穿刺	产品由引流管、接头、矫直器、套管针、丝线、固定盘及夹子组成。	通过			
552	C0106030350100206190000036	一次性使用引流导管及附件	D-D410830	D-D410830	京械注准20172140521	引流装置	丙类	否					是	331006014	经十二指肠奥狄氏括约肌切开成形术	包括十二指肠乳头括约肌切开术	PTCD引流管	本产品适用于胸腔、腹腔、胆管、肾脏的液体的聚集部位的经皮穿刺	产品由引流管、接头、矫直器、套管针、丝线、固定盘及夹子组成。	通过			
553	C0106030350100206190000046	一次性使用引流导管及附件	D-D411630	D-D411630	京械注准20172140521	引流装置	丙类	否					是	331006014	经十二指肠奥狄氏括约肌切开成形术	包括十二指肠乳头括约肌切开术	PTCD引流管	本产品适用于胸腔、腹腔、胆管、肾脏的液体的聚集部位的经皮穿刺	产品由引流管、接头、矫直器、套管针、丝线、固定盘及夹子组成。	通过			
554	C0106030350100206190000055	一次性使用引流导管及附件	D-D411430	D-D411430	京械注准20172140521	引流装置	丙类	否					是	331006014	经十二指肠奥狄氏括约肌切开成形术	包括十二指肠乳头括约肌切开术	PTCD引流管	本产品适用于胸腔、腹腔、胆管、肾脏的液体的聚集部位的经皮穿刺	产品由引流管、接头、矫直器、套管针、丝线、固定盘及夹子组成。	通过			
555	C0106030350100206190000024	一次性使用引流导管及附件	D-D410730	D-D410730	京械注准20172140521	引流装置	丙类	否					是	331006014	经十二指肠奥狄氏括约肌切开成形术	包括十二指肠乳头括约肌切开术	PTCD引流管	本产品适用于胸腔、腹腔、胆管、肾脏的液体的聚集部位的经皮穿刺	产品由引流管、接头、矫直器、套管针、丝线、固定盘及夹子组成。	通过			
556	C0106030350100206190000026	一次性使用引流导管及附件	D-D410630	D-D410630	京械注准20172140521	引流装置	丙类	否					是	331006014	经十二指肠奥狄氏括约肌切开成形术	包括十二指肠乳头括约肌切开术	PTCD引流管	本产品适用于胸腔、腹腔、胆管、肾脏的液体的聚集部位的经皮穿刺	产品由引流管、接头、矫直器、套管针、丝线、固定盘及夹子组成。	通过			

557	C1424020350000204281000003	肠梗阻导管套件	套件 前端开口，尺寸5.3mm，有效长度300cm，双球囊	MD-44676	国械注进20172146038	引流装置	乙类	否					是	210103	X线造影	含临床操作及造影剂过敏试验	造影剂、胶片、一次性导引管	本产品是用于吸引出肠内容物，对肠梗阻等疾病进行肠管内减压而经鼻插入到肠内使用的导管。	本产品由肠梗阻导管（分为前段开口型和前端闭塞型两种，由以下组件组成：前端部、连接接头、导管主体、球囊、分歧接头、吸引管、分歧管、吸引接头、球囊接头、球囊方阀、沉淀接头、沉淀方阀、前段开口型短管还含有锤和内、外弹簧，前端闭塞型则含有金属球）、导丝以及注液接头三部分组成。肠梗阻导管	不通过	申报产品的适用范围与填报的除外内容不符		
558	C020703004010030947900050135	一次性使用中心静脉导管及附件	CF-A 7Fr2×20cm(输液接头为肝素帽)	CF-A 7Fr2×20cm(输液接头为肝素帽)	国械注准20163102086	导管	甲类	否					是	120400011	中心静脉穿刺置管术	包括深静脉穿刺置管术	该产品供插入中心静脉系统，进行输液，输血和 /或监控中心静脉压力、血液透析时一次性使用。导管留置时间不大于30天。	该产品供插入中心静脉系统，进行输液，输血和 /或监控中心静脉压力、血液透析时一次性使用。导管留置时间不大于30天。	一次性使用中心静脉导管分为单根装，标准装和复合装，单根装由单根导管组成；标准装由导管，手术刀，穿刺针，导丝及助推器，扩张管，输液接头（肝素帽/无针接头），一次性使用无菌注射针和一次性使用无菌注射器组成，复合装在标准装的基础上增加组件：镊子，消毒刷（不含消毒液），橡胶医用手套，	不通过	不能区分包装类型，复合装含有较多不可收费的低耗		

559	C020703004010030947900 50217	一次性使用中心静脉导管及附件	CF-A 18Ga×20cm(输液接头为肝素帽)	CF-A 18Ga×20cm(输液接头为肝素帽)	国械注准20163102086	导管	甲类	否					是	120400011	中心静脉穿刺置管术	包括深静脉穿刺置管术	该产品供插入中心静脉系统，进行输液，输血和 /或监控中心静脉压力、血液透析时一次性使用。导管留置时间不大于31天。	该产品供插入中心静脉系统，进行输液，输血和 /或监控中心静脉压力、血液透析时一次性使用。导管留置时间不大于30天。	一次性使用中心静脉导管分为单根装，标准装和复合装，单根装由单根导管组成：标准装由导管，手术刀，穿刺针，导丝及助推器，扩张管，输液接头（肝素帽/无针接头），一次性使用无菌注射针和一次性使用无菌注射器组成，复合装在标准装的基础上增加组件：镊子，消毒刷（不含消毒液），橡胶医用手套，	不通过	不能区分包装类型，复合装含有较多不可收费的低耗		
560	C020703004010030947900 50860	一次性使用中心静脉导管及附件	CF-A 7Fr3×20cm(输液接头为肝素帽)	CF-A 7Fr3×20cm(输液接头为肝素帽)	国械注准20163102086	导管	甲类	否					是	120400011	中心静脉穿刺置管术	包括深静脉穿刺置管术	该产品供插入中心静脉系统，进行输液，输血和 /或监控中心静脉压力、血液透析时一次性使用。导管留置时间不大于32天。	该产品供插入中心静脉系统，进行输液，输血和 /或监控中心静脉压力、血液透析时一次性使用。导管留置时间不大于30天。	一次性使用中心静脉导管分为单根装，标准装和复合装，单根装由单根导管组成：标准装由导管，手术刀，穿刺针，导丝及助推器，扩张管，输液接头（肝素帽/无针接头），一次性使用无菌注射针和一次性使用无菌注射器组成，复合装在标准装的基础上增加组件：镊子，消毒刷（不含消毒液），橡胶医用手套，	不通过	不能区分包装类型，复合装含有较多不可收费的低耗		

561	C0207030040100309479005266 2	一次性使用中心静脉导管及附件	TB-A 11.5Fr2×13cm(输液接头为肝素帽)	TB-A 11.5Fr2×13cm(输液接头为肝素帽)	国械注准20163102086	导管	甲类	否					是	120400011	中心静脉穿刺置管术	包括深静脉穿刺置管术	该产品供插入中心静脉系统，进行输液，输血和 /或监控中心静脉压力、血液透析时一次性使用。导管留置时间不大于33天。	该产品供插入中心静脉系统，进行输液，输血和 /或监控中心静脉压力、血液透析时一次性使用。导管留置时间不大于30天。	一次性使用中心静脉导管分为单根装，标准装和复合装，单根装由单根导管组成：标准装由导管，手术刀，穿刺针，导丝及助推器，扩张管，输液接头（肝素帽/无针接头），一次性使用无菌注射针和一次性使用无菌注射器组成，复合装在标准装的基础上增加组件：镊子，消毒刷（不含消毒液），橡胶医用手套，	通过			
562	C0207030040100309479005274 6	一次性使用中心静脉导管及附件	TB-A 11.5Fr2×16cm(输液接头为肝素帽)	TB-A 11.5Fr2×16cm(输液接头为肝素帽)	国械注准20163102086	导管	甲类	否					是	120400011	中心静脉穿刺置管术	包括深静脉穿刺置管术	该产品供插入中心静脉系统，进行输液，输血和 /或监控中心静脉压力、血液透析时一次性使用。导管留置时间不大于34天。	该产品供插入中心静脉系统，进行输液，输血和 /或监控中心静脉压力、血液透析时一次性使用。导管留置时间不大于30天。	一次性使用中心静脉导管分为单根装，标准装和复合装，单根装由单根导管组成：标准装由导管，手术刀，穿刺针，导丝及助推器，扩张管，输液接头（肝素帽/无针接头），一次性使用无菌注射针和一次性使用无菌注射器组成，复合装在标准装的基础上增加组件：镊子，消毒刷（不含消毒液），橡胶医用手套，	通过			

563	C1008060040000409479000541	一次性使用中心静脉导管及附件	TB-B 11.5Fr2×13cm(输液接头为肝素帽)	TB-B 11.5Fr2×13cm(输液接头为肝素帽)	国械注准20163102086	导管	甲类	否					是	120400011	中心静脉穿刺置管术	包括深静脉穿刺置管术	该产品供插入中心静脉系统，进行输液，输血和 /或监控中心静脉压力、血液透析时一次性使用。导管留置时间不大于35天。	该产品供插入中心静脉系统，进行输液，输血和 /或监控中心静脉压力、血液透析时一次性使用。导管留置时间不大于30天。	一次性使用中心静脉导管分为单根装，标准装和复合装，单根装由单根导管组成：标准装由导管，手术刀，穿刺针，导丝及助推器，扩张管，输液接头（肝素帽/无针接头），一次性使用无菌注射针和一次性使用无菌注射器组成，复合装在标准装的基础上增加组件：镊子，消毒刷（不含消毒液），橡胶医用手套，	通过			
564	C1008060040000409479000882	一次性使用中心静脉导管及附件	TB-B 11.5Fr2×16cm(输液接头为肝素帽)	TB-B 11.5Fr2×16cm(输液接头为肝素帽)	国械注准20163102086	导管	甲类	否					是	120400011	中心静脉穿刺置管术	包括深静脉穿刺置管术	该产品供插入中心静脉系统，进行输液，输血和 /或监控中心静脉压力、血液透析时一次性使用。导管留置时间不大于36天。	该产品供插入中心静脉系统，进行输液，输血和 /或监控中心静脉压力、血液透析时一次性使用。导管留置时间不大于30天。	一次性使用中心静脉导管分为单根装，标准装和复合装，单根装由单根导管组成：标准装由导管，手术刀，穿刺针，导丝及助推器，扩张管，输液接头（肝素帽/无针接头），一次性使用无菌注射针和一次性使用无菌注射器组成，复合装在标准装的基础上增加组件：镊子，消毒刷（不含消毒液），橡胶医用手套，	通过			

565	C0102360020000003581000003	内镜用外套管	TS-13140	TS-13140	国械注进20152060994	球囊	甲类	否					是	31	临床各系统诊疗	1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目。3.诊疗中所需	小肠镜球囊	本产品应在正规的医疗机构内使用，由专业的医生进行管理或操作，用于配合内窥镜插入体腔。	本产品是一种由内镜插入口、插入部、气囊、送气口、注水口构成的外套管。环氧乙烷灭菌。有效期2年。	不通过	申报产品与除外内容功能不符		
566	C0205120030100217522000001	一次性使用血管内导丝	GWL300-200S	GWL300-200S	国械注准20233030140	导丝	甲类	否					是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行的复查，检查费分别按该项	导丝	该产品适用于介入手术中，导引诊断和治疗器械进入冠状动脉血管、外周血管或神经血管系统内。	该产品由显影绕丝、主体芯丝、显影护层、表面涂层组成。显影绕丝材料为铂镍合金，主体芯丝材料为304V不锈钢，显影护层材料为含钨的聚氨酯，近端表面涂覆聚四氟乙烯涂层，远端表面涂覆PVP亲水涂层。产品一次性使用，环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	通过			

567	C020512003010021752200000002	一次性使用血管内导丝	GWS300-200S	GWS300-200S	国械注准20233030140	导丝	甲类	否					是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行的复查，检查费分别按该项	导丝	该产品适用于介入手术中，导引诊断和治疗器械进入冠状动脉血管、外周血管或神经血管系统内。	该产品由显影绕丝、主体芯丝、显影护层、表面涂层组成。显影绕丝材料为铂镍合金，主体芯丝材料为304V不锈钢，显影护层材料为含钨的聚氨酯，近端表面涂覆聚四氟乙烯涂层，远端表面涂覆PVP亲水涂层。产品一次性使用，环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	通过			
568	C020512003010021752200000003	一次性使用血管内导丝	GWL300-050J	GWL300-050J	国械注准20233030140	导丝	甲类	否					是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行的复查，检查费分别按该项	导丝	该产品适用于介入手术中，导引诊断和治疗器械进入冠状动脉血管、外周血管或神经血管系统内。	该产品由显影绕丝、主体芯丝、显影护层、表面涂层组成。显影绕丝材料为铂镍合金，主体芯丝材料为304V不锈钢，显影护层材料为含钨的聚氨酯，近端表面涂覆聚四氟乙烯涂层，远端表面涂覆PVP亲水涂层。产品一次性使用，环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	通过			

569	C020512003010021752200000004	一次性使用血管内导丝	GWS200-200S	GWS200-200S	国械注准20233030140	导丝	甲类	否					是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行的复查，检查费分别按该项	导丝	该产品适用于介入手术中，导引诊断和治疗器械进入冠状动脉血管、外周血管或神经血管系统内。	该产品由显影绕丝、主体芯丝、显影护层、表面涂层组成。显影绕丝材料为铂镍合金，主体芯丝材料为304V不锈钢，显影护层材料为含钨的聚氨酯，近端表面涂覆聚四氟乙烯涂层，远端表面涂覆PVP亲水涂层。产品一次性使用，环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	通过			
570	C020512003010021752200000005	一次性使用血管内导丝	GWL200-200S	GWL200-200S	国械注准20233030140	导丝	甲类	否					是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行的复查，检查费分别按该项	导丝	该产品适用于介入手术中，导引诊断和治疗器械进入冠状动脉血管、外周血管或神经血管系统内。	该产品由显影绕丝、主体芯丝、显影护层、表面涂层组成。显影绕丝材料为铂镍合金，主体芯丝材料为304V不锈钢，显影护层材料为含钨的聚氨酯，近端表面涂覆聚四氟乙烯涂层，远端表面涂覆PVP亲水涂层。产品一次性使用，环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	通过			

571	C020512003010021752200000006	一次性使用血管内导丝	GWL300-200J	GWL300-200J	国械注准20233030140	导丝	甲类	否					是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行的复查，检查费分别按该项	导丝	该产品适用于介入手术中，导引诊断和治疗器械进入冠状动脉血管、外周血管或神经血管系统内。	该产品由显影绕丝、主体芯丝、显影护层、表面涂层组成。显影绕丝材料为铂镍合金，主体芯丝材料为304V不锈钢，显影护层材料为含钨的聚氨酯，近端表面涂覆聚四氟乙烯涂层，远端表面涂覆PVP亲水涂层。产品一次性使用，环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	通过			
572	C020512003010021752200000007	一次性使用血管内导丝	GWS300-200J	GWS300-200J	国械注准20233030140	导丝	甲类	否					是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行的复查，检查费分别按该项	导丝	该产品适用于介入手术中，导引诊断和治疗器械进入冠状动脉血管、外周血管或神经血管系统内。	该产品由显影绕丝、主体芯丝、显影护层、表面涂层组成。显影绕丝材料为铂镍合金，主体芯丝材料为304V不锈钢，显影护层材料为含钨的聚氨酯，近端表面涂覆聚四氟乙烯涂层，远端表面涂覆PVP亲水涂层。产品一次性使用，环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	通过			

573	C020512003010021752200000008	一次性使用血管内导丝	GWS300-150S	GWS300-150S	国械注准20233030140	导丝	甲类	否					是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行的复查，检查费分别按该项	导丝	该产品适用于介入手术中，导引诊断和治疗器械进入冠状动脉血管、外周血管或神经血管系统内。	该产品由显影绕丝、主体芯丝、显影护层、表面涂层组成。显影绕丝材料为铂镍合金，主体芯丝材料为304V不锈钢，显影护层材料为含钨的聚氨酯，近端表面涂覆聚四氟乙烯涂层，远端表面涂覆PVP亲水涂层。产品一次性使用，环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	通过			
574	C020512003010021752200000009	一次性使用血管内导丝	GWL300-050S	GWL300-050S	国械注准20233030140	导丝	甲类	否					是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行的复查，检查费分别按该项	导丝	该产品适用于介入手术中，导引诊断和治疗器械进入冠状动脉血管、外周血管或神经血管系统内。	该产品由显影绕丝、主体芯丝、显影护层、表面涂层组成。显影绕丝材料为铂镍合金，主体芯丝材料为304V不锈钢，显影护层材料为含钨的聚氨酯，近端表面涂覆聚四氟乙烯涂层，远端表面涂覆PVP亲水涂层。产品一次性使用，环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	通过			

575	C020512003010021752200000010	一次性使用血管内导丝	GWS200-150S	GWS200-150S	国械注准20233030140	导丝	甲类	否					是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行的复查，检查费分别按该项	导丝	该产品适用于介入手术中，导引诊断和治疗器械进入冠状动脉血管、外周血管或神经血管系统内。	该产品由显影绕丝、主体芯丝、显影护层、表面涂层组成。显影绕丝材料为铂镍合金，主体芯丝材料为304V不锈钢，显影护层材料为含钨的聚氨酯，近端表面涂覆聚四氟乙烯涂层，远端表面涂覆PVP亲水涂层。产品一次性使用，环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	通过			
576	C020512003010021752200000011	一次性使用血管内导丝	GWS300-150J	GWS300-150J	国械注准20233030140	导丝	甲类	否					是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行的复查，检查费分别按该项	导丝	该产品适用于介入手术中，导引诊断和治疗器械进入冠状动脉血管、外周血管或神经血管系统内。	该产品由显影绕丝、主体芯丝、显影护层、表面涂层组成。显影绕丝材料为铂镍合金，主体芯丝材料为304V不锈钢，显影护层材料为含钨的聚氨酯，近端表面涂覆聚四氟乙烯涂层，远端表面涂覆PVP亲水涂层。产品一次性使用，环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	通过			

577	C020512003010021752200000012	一次性使用血管内导丝	GWL200-050S	GWL200-050S	国械注准20233030140	导丝	甲类	否					是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行的复查，检查费分别按该项	导丝	该产品适用于介入手术中，导引诊断和治疗器械进入冠状动脉血管、外周血管或神经血管系统内。	该产品由显影绕丝、主体芯丝、显影护层、表面涂层组成。显影绕丝材料为铂镍合金，主体芯丝材料为304V不锈钢，显影护层材料为含钨的聚氨酯，近端表面涂覆聚四氟乙烯涂层，远端表面涂覆PVP亲水涂层。产品一次性使用，环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	通过			
578	C020512003010021752200000013	一次性使用血管内导丝	GWT300-150S	GWT300-150S	国械注准20233030140	导丝	甲类	否					是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行的复查，检查费分别按该项	导丝	该产品适用于介入手术中，导引诊断和治疗器械进入冠状动脉血管、外周血管或神经血管系统内。	该产品由显影绕丝、主体芯丝、显影护层、表面涂层组成。显影绕丝材料为铂镍合金，主体芯丝材料为304V不锈钢，显影护层材料为含钨的聚氨酯，近端表面涂覆聚四氟乙烯涂层，远端表面涂覆PVP亲水涂层。产品一次性使用，环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	通过			

579	C0205120030100217522000014	一次性使用血管内导丝	GWT300-150J	GWT300-150J	国械注准20233030140	导丝	甲类	否					是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行的复查，检查费分别按该项	导丝	该产品适用于介入手术中，导引诊断和治疗器械进入冠状动脉血管、外周血管或神经血管系统内。	该产品由显影绕丝、主体芯丝、显影护层、表面涂层组成。显影绕丝材料为铂镍合金，主体芯丝材料为304V不锈钢，显影护层材料为含钨的聚氨酯，近端表面涂覆聚四氟乙烯涂层，远端表面涂覆PVP亲水涂层。产品一次性使用，环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	通过			
580	C0205120030100217522000015	一次性使用血管内导丝	GWT200-150S	GWT200-150S	国械注准20233030140	导丝	甲类	否					是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行的复查，检查费分别按该项	导丝	该产品适用于介入手术中，导引诊断和治疗器械进入冠状动脉血管、外周血管或神经血管系统内。	该产品由显影绕丝、主体芯丝、显影护层、表面涂层组成。显影绕丝材料为铂镍合金，主体芯丝材料为304V不锈钢，显影护层材料为含钨的聚氨酯，近端表面涂覆聚四氟乙烯涂层，远端表面涂覆PVP亲水涂层。产品一次性使用，环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	通过			
581	C1412020350000001682000007	排泄物引流装置套件	成人II型	成人II型	粤械注准20182140534	引流装置	丙类	否					是	ABZG0001	引流管更换	更换无菌引流袋或引流装置，固定，观察患者生命体征，预防并发症，处理用物，记录，做好健康教育及心理护理。	药抗返流引流袋	适用于排出物为液体或半液体的大便失禁管理	成人Ⅰ型由排泄物管理系统、挂钩、收集袋、球囊充起器、手套、铺巾、床单夹、敷贴和固定带组成，其中球囊充起器、手套、铺巾、敷贴为外购件；成人Ⅱ型由排泄物管理系统、收集袋、球囊充起器、	不通过	申报产品的适用范围与填报的除外内容不符		

582	C1425090000000101682000304	一次性使用气管插管套件	10.0mm咬嘴、胶贴、窥视片Ⅰ型	柔性型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		
583	C1425090000000101682000305	一次性使用气管插管套件	7.0mm咬嘴、胶贴	柔性型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		
584	C1425090000000101682000310	一次性使用气管插管套件	10.5mm咬嘴、胶贴、窥视片Ⅰ型	普通型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		
585	C1425090000000101682000314	一次性使用气管插管套件	7.5mm咬嘴、胶贴、窥视片Ⅰ型	普通型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		

586	C1425090000000101682000315	一次性使用气管插管套件	9.0mm咬嘴、胶贴	柔性型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		
587	C1425090000000101682000317	一次性使用气管插管套件	9.5mm咬嘴、胶贴、窥视片Ⅰ型	柔性型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		
588	C1425090000000101682000318	一次性使用气管插管套件	6.5mm咬嘴、胶贴、窥视片Ⅰ型	加强柔性型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		
589	C1425090000000101682000319	一次性使用气管插管套件	2.0mm咬嘴、胶贴、窥视片Ⅰ型	柔性型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		

590	C1425090000000101682000321	一次性使用气管插管套件	7.5mm咬嘴、胶贴	加强型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		
591	C1425090000000101682000325	一次性使用气管插管套件	5.5mm咬嘴、胶贴、窥视片Ⅰ型	柔性型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		
592	C1425090000000101682000326	一次性使用气管插管套件	3.5mm咬嘴、胶贴	加强柔性型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		
593	C1425090000000101682000327	一次性使用气管插管套件	6.0mm咬嘴、胶贴	普通型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		

594	C1425090000000101682000328	一次性使用气管插管套件	4.5mm咬嘴、胶贴、窥视片Ⅰ型	加强型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		
595	C1425090000000101682000331	一次性使用气管插管套件	8.0mm咬嘴、胶贴	加强柔性型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		
596	C1425090000000101682000333	一次性使用气管插管套件	6.0mm咬嘴、胶贴、窥视片Ⅰ型	普通型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		
597	C1425090000000101682000334	一次性使用气管插管套件	5.5mm咬嘴、胶贴、窥视片Ⅰ型	普通型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		

598	C1425090000000101682000337	一次性使用气管插管套件	4.5mm咬嘴、胶贴	加强柔性型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		
599	C1425090000000101682000342	一次性使用气管插管套件	3.0mm咬嘴、胶贴	加强型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		
600	C1425090000000101682000346	一次性使用气管插管套件	5.5mm咬嘴、胶贴	加强柔性型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		
601	C1425090000000101682000349	一次性使用气管插管套件	8.5mm咬嘴、胶贴、窥视片Ⅰ型	加强柔性型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		

602	C1425090000000101682000354	一次性使用气管插管套件	4.0mm咬嘴、胶贴、窥视片Ⅰ型	柔性型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		
603	C1425090000000101682000355	一次性使用气管插管套件	4.5mm咬嘴、胶贴	柔性型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		
604	C1425090000000101682000357	一次性使用气管插管套件	11.0mm咬嘴、胶贴、窥视片Ⅰ型	普通型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		
605	C1425090000000101682000359	一次性使用气管插管套件	5.5mm咬嘴、胶贴	普通型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		

606	C1425090000000101682000363	一次性使用气管插管套件	4.5mm咬嘴、胶贴、窥视片Ⅰ型	加强柔性型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用。	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		
607	C1425090000000101682000372	一次性使用气管插管套件	8.0mm咬嘴、胶贴	普通型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		
608	C1425090000000101682000377	一次性使用气管插管套件	4.0mm咬嘴、胶贴	普通型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		
609	C1425090000000101682000381	一次性使用气管插管套件	9.5mm咬嘴、胶贴	加强型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		

610	C1425090000000101682000382	一次性使用气管插管套件	3.5mm咬嘴、胶贴	普通型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		
611	C1425090000000101682000384	一次性使用气管插管套件	10.0mm咬嘴、胶贴	普通型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		
612	C1425090000000101682000387	一次性使用气管插管套件	9.0mm咬嘴、胶贴、窥视片Ⅰ型	普通型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		
613	C1425090000000101682000392	一次性使用气管插管套件	3.0mm咬嘴、胶贴、窥视片Ⅰ型	加强型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		

614	C1425090000000101682000393	一次性使用气管插管套件	9.5mm咬嘴、胶贴、窥视片Ⅰ型	加强型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		
615	C1425090000000101682000396	一次性使用气管插管套件	3.5mm咬嘴、胶贴	柔性型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		
616	C1425090000000101682000398	一次性使用气管插管套件	5.0mm咬嘴、胶贴	加强柔性型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		
617	C1425090000000101682000401	一次性使用气管插管套件	8.0mm咬嘴、胶贴	柔性型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		

618	C1425090000000101682000403	一次性使用气管插管套件	7.0mm咬嘴、胶贴	普通型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		
619	C1425090000000101682000413	一次性使用气管插管套件	5.5mm咬嘴、胶贴、窥视片Ⅰ型	加强型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		
620	C1425090000000101682000416	一次性使用气管插管套件	普通型	8.5mm咬嘴、胶贴、窥视片Ⅰ型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		
621	C1425090000000101682000417	一次性使用气管插管套件	10.0mm咬嘴、胶贴	柔性型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		

622	C1425090000000101682000420	一次性使用气管插管套件	8.5mm咬嘴、胶贴、窥视片Ⅰ型	柔性型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		
623	C1425090000000101682000423	一次性使用气管插管套件	6.0mm咬嘴、胶贴、窥视片Ⅰ型	加强柔性型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		
624	C1425090000000101682000426	一次性使用气管插管套件	9.0mm咬嘴、胶贴	普通型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		
625	C1425090000000101682000428	一次性使用气管插管套件	4.5mm咬嘴、胶贴	普通型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		

626	C1425090000000101682000431	一次性使用气管插管套件	10.5mm咬嘴、胶贴	普通型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		
627	C1425090000000101682000434	一次性使用气管插管套件	9.5mm咬嘴、胶贴	普通型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		
628	C1425090000000101682000436	一次性使用气管插管套件	9.5mm咬嘴、胶贴	加强柔性型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		
629	C1425090000000101682000439	一次性使用气管插管套件	9.5mm咬嘴、胶贴、窥视片Ⅰ型	加强柔性型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		

630	C1425090000000101682000441	一次性使用气管插管套件	7.0mm咬嘴、胶贴	加强型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		
631	C1425090000000101682000442	一次性使用气管插管套件	10.0mm咬嘴、胶贴、窥视片Ⅰ型	普通型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		
632	C1425090000000101682000443	一次性使用气管插管套件	7.0mm咬嘴、胶贴、窥视片Ⅰ型	加强型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		
633	C1425090000000101682000446	一次性使用气管插管套件	11.0mm咬嘴、胶贴	普通型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		

634	C1425090000000101682000447	一次性使用气管插管套件	5.5mm咬嘴、胶贴、窥视片Ⅰ型	加强柔性型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		
635	C1425090000000101682000448	一次性使用气管插管套件	3.0mm咬嘴、胶贴	普通型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		
636	C1425090000000101682000451	一次性使用气管插管套件	3.0mm咬嘴、胶贴、窥视片Ⅰ型	柔性型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		
637	C1425090000000101682000455	一次性使用气管插管套件	8.0mm咬嘴、胶贴	加强型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		

638	C1425090000000101682000457	一次性使用气管插管套件	8.5mm咬嘴、胶贴	加强型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		
639	C1425090000000101682000459	一次性使用气管插管套件	4.0mm咬嘴、胶贴	加强型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		
640	C1425090000000101682000466	一次性使用气管插管套件	3.5mm咬嘴、胶贴、窥视片Ⅰ型	加强柔性型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用。	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		
641	C1425090000000101682000467	一次性使用气管插管套件	2.0mm咬嘴、胶贴	柔性型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		

642	C1425090000000101682000468	一次性使用气管插管套件	5.0mm咬嘴、胶贴、窥视片Ⅰ型	普通型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		
643	C1425090000000101682000469	一次性使用气管插管套件	8.0mm咬嘴、胶贴、窥视片Ⅰ型	柔性型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		
644	C1425090000000101682000471	一次性使用气管插管套件	8.0mm咬嘴、胶贴、窥视片Ⅰ型	加强型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		
645	C1425090000000101682000472	一次性使用气管插管套件	9.5mm咬嘴、胶贴	柔性型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		

646	C1425090000000101682000475	一次性使用气管插管套件	7.5mm咬嘴、胶贴、窥视片Ⅰ型	加强型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		
647	C1425090000000101682000477	一次性使用气管插管套件	7.5mm咬嘴、胶贴	普通型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		
648	C1425090000000101682000478	一次性使用气管插管套件	6.0mm咬嘴、胶贴	加强型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		
649	C1425090000000101682000484	一次性使用气管插管套件	6.5mm咬嘴、胶贴	加强柔性型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		

650	C1425090000000101682000485	一次性使用气管插管套件	3.0mm咬嘴、胶贴、窥视片Ⅰ型	加强柔性型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用。	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		
651	C1425090000000101682000487	一次性使用气管插管套件	8.5mm咬嘴、胶贴	柔性型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		
652	C1425090000000101682000488	一次性使用气管插管套件	3.0mm咬嘴、胶贴、窥视片Ⅰ型	普通型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		
653	C1425090000000101682000489	一次性使用气管插管套件	6.5mm咬嘴、胶贴	柔性型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		

654	C1425090000000101682000497	一次性使用气管插管套件	3.5mm咬嘴、胶贴、窥视片Ⅰ型	普通型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		
655	C1425090000000101682000498	一次性使用气管插管套件	9.5mm咬嘴、胶贴、窥视片Ⅰ型	普通型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		
656	C1425090000000101682000503	一次性使用气管插管套件	6.5mm咬嘴、胶贴	加强型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		
657	C1425090000000101682000506	一次性使用气管插管套件	3.5mm咬嘴、胶贴、窥视片Ⅰ型	柔性型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		

658	C1425090000000101682000519	一次性使用气管插管套件	6.0mm咬嘴、胶贴	加强柔性型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		
659	C1425090000000101682000520	一次性使用气管插管套件	6.5mm咬嘴、胶贴、窥视片Ⅰ型	柔性型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		
660	C1425090000000101682000521	一次性使用气管插管套件	2.5mm咬嘴、胶贴、窥视片Ⅰ型	柔性型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		
661	C1425090000000101682000523	一次性使用气管插管套件	5.0mm咬嘴、胶贴	柔性型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		

662	C1425090000000101682000525	一次性使用气管插管套件	7.0mm咬嘴、胶贴、窥视片Ⅰ型	柔性型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		
663	C1425090000000101682000527	一次性使用气管插管套件	4.0mm咬嘴、胶贴、窥视片Ⅰ型	加强柔性型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用。	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		
664	C1425090000000101682000528	一次性使用气管插管套件	5.5mm咬嘴、胶贴	柔性型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		
665	C1425090000000101682000529	一次性使用气管插管套件	2.5mm咬嘴、胶贴	柔性型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		

666	C1425090000000101682000531	一次性使用气管插管套件	4.0mm咬嘴、胶贴、窥视片Ⅰ型	普通型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		
667	C1425090000000101682000534	一次性使用气管插管套件	5.0mm咬嘴、胶贴、窥视片Ⅰ型	柔性型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		
668	C1425090000000101682000535	一次性使用气管插管套件	8.5mm咬嘴、胶贴、窥视片Ⅰ型	加强型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		
669	C1425090000000101682000537	一次性使用气管插管套件	7.5mm咬嘴、胶贴	柔性型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		

670	C1425090000000101682000538	一次性使用气管插管套件	7.0mm咬嘴、胶贴	加强柔性型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		
671	C1425090000000101682000542	一次性使用气管插管套件	7.0mm咬嘴、胶贴、窥视片Ⅰ型	普通型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		
672	C1425090000000101682000544	一次性使用气管插管套件	9.0mm咬嘴、胶贴、窥视片Ⅰ型	加强型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		
673	C1425090000000101682000547	一次性使用气管插管套件	4.5mm咬嘴、胶贴	加强型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		

674	C1425090000000101682000551	一次性使用气管插管套件	5.0mm咬嘴、胶贴、窥视片Ⅰ型	加强柔性型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		
675	C1425090000000101682000553	一次性使用气管插管套件	普通型	2.0mm咬嘴、胶贴	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		
676	C1425090000000101682000556	一次性使用气管插管套件	7.5mm咬嘴、胶贴	加强柔性型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		
677	C1425090000000101682000564	一次性使用气管插管套件	5.5mm咬嘴、胶贴	加强型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		

678	C1425090000000101682000567	一次性使用气管插管套件	5.0mm咬嘴、胶贴	普通型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		
679	C1425090000000101682000569	一次性使用气管插管套件	3.5mm咬嘴、胶贴	加强型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		
680	C1425090000000101682000572	一次性使用气管插管套件	7.0mm咬嘴、胶贴、窥视片Ⅰ型	加强柔性型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		
681	C1425090000000101682000575	一次性使用气管插管套件	3.0mm咬嘴、胶贴	柔性型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		

682	C1425090000000101682000576	一次性使用气管插管套件	4.0mm咬嘴、胶贴	柔性型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		
683	C1425090000000101682000577	一次性使用气管插管套件	10.0mm咬嘴、胶贴、窥视片Ⅰ型	加强柔性型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		
684	C1425090000000101682000578	一次性使用气管插管套件	8.0mm咬嘴、胶贴、窥视片Ⅰ型	普通型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		
685	C1425090000000101682000585	一次性使用气管插管套件	4.5mm咬嘴、胶贴、窥视片Ⅰ型	普通型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		

686	C1425090000000101682000588	一次性使用气管插管套件	8.5mm咬嘴、胶贴	普通型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		
687	C1425090000000101682000593	一次性使用气管插管套件	6.0mm咬嘴、胶贴、窥视片Ⅰ型	加强型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		
688	C1425090000000101682000594	一次性使用气管插管套件	9.0mm咬嘴、胶贴、窥视片Ⅰ型	柔性型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		
689	C1425090000000101682000596	一次性使用气管插管套件	4.5mm咬嘴、胶贴、窥视片Ⅰ型	柔性型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		

690	C1425090000000101682000599	一次性使用气管插管套件	5.0mm咬嘴、胶贴、窥视片Ⅰ型	加强型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		
691	C1425090000000101682000601	一次性使用气管插管套件	6.5mm咬嘴、胶贴、窥视片Ⅰ型	普通型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		
692	C1425090000000101682000607	一次性使用气管插管套件	9.0mm咬嘴、胶贴	加强柔性型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		
693	C1425090000000101682000608	一次性使用气管插管套件	5.0mm咬嘴、胶贴	加强型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		

694	C1425090000000101682000610	一次性使用气管插管套件	9.0mm咬嘴、胶贴	加强型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管；包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		
695	C1425090000000101682000611	一次性使用气管插管套件	加强柔性型	8.0mm咬嘴、胶贴、窥视片Ⅰ型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管；包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用。	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		
696	C1425090000000101682000612	一次性使用气管插管套件	8.5mm咬嘴、胶贴	加强柔性型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管；包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		
697	C1425090000000101682000615	一次性使用气管插管套件	10.0mm咬嘴、胶贴	加强柔性型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管；包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		

698	C1425090000000101682000479	一次性使用气管插管套件	7.5mm咬嘴、胶贴、窥视片Ⅰ型	加强柔性型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管；包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		
699	C1425090000000101682000490	一次性使用气管插管套件	6.5mm咬嘴、胶贴	普通型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管；包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		
700	C1425090000000101682000574	一次性使用气管插管套件	6.0mm咬嘴、胶贴	柔性型	粤械注准20182080535	/	丙类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管；包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用	主要由气管插管、气管插管固定夹（或咬嘴）、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、非织造布、导丝、绷带（或胶贴）、口咽通气道和窥视片（如	不通过	政策要求的低值医用消耗品均不得另行计价，该耗材含有不得另行计价的低值医用消耗品		
701	C1425042090000213316000029	一次性使用可视支气管堵塞器套件	5Fr/6.0	BB-2	津械注准20242080024	气管插管	甲类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管；包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插		用于需要单肺通气的手术中，插入患者的支气管内，达到阻断左肺气道或右肺气道的目的。	产品由一次性使用支气管堵塞器、一次性使用无菌可视气管插管、导丝组成，选配件为：注	通过			
702	C1425042090000213316000034	一次性使用可视支气管堵塞器套件	5Fr/6.0	AP-2型	津械注准20242080024	气管插管	甲类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管；包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插		用于需要单肺通气的手术中，插入患者的支气管内，达到阻断左肺气道或右肺气道的目的。	产品由一次性使用支气管堵塞器、一次性使用无菌可视气管插管、导丝组成，选配件为：注	通过			
703	C1425042090000213316000035	一次性使用可视支气管堵塞器套件	7Fr/7.0	BP-2	津械注准20242080024	气管插管	甲类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管；包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插		用于需要单肺通气的手术中，插入患者的支气管内，达到阻断左肺气道或右肺气道的目的。	产品由一次性使用支气管堵塞器、一次性使用无菌可视气管插管、导丝组成，选配件为：注	通过			

704	C1425042090 00021331600 00037	一次性使用可视支气管堵塞器套件	9Fr/8.0	BB-2	津械注准 20242080024	气管插管	甲类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插		用于需要单肺通气的手术中，插入患者的支气管内，达到阻断左肺气道或右肺气道的目的。	产品由一次性使用支气管堵塞器、一次性使用无菌可视气管插管、导丝组成，选配件为：注	通过			
705	C1425042090 00021331600 00041	一次性使用可视支气管堵塞器套件	9Fr/8.0	AB-2型	津械注准 20242080024	气管插管	甲类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插		用于需要单肺通气的手术中，插入患者的支气管内，达到阻断左肺气道或右肺气道的目的。	产品由一次性使用支气管堵塞器、一次性使用无菌可视气管插管、导丝组成，选配件为：注	通过			
706	C1425042090 00021331600 00046	一次性使用可视支气管堵塞器套件	7Fr/7.0	AP-2型	津械注准 20242080024	气管插管	甲类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插		用于需要单肺通气的手术中，插入患者的支气管内，达到阻断左肺气道或右肺气道的目的。	产品由一次性使用支气管堵塞器、一次性使用无菌可视气管插管、导丝组成，选配件为：注	通过			
707	C1425042090 00021331600 00047	一次性使用可视支气管堵塞器套件	7Fr/7.0	AB-2型	津械注准 20242080024	气管插管	甲类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插		用于需要单肺通气的手术中，插入患者的支气管内，达到阻断左肺气道或右肺气道的目的。	产品由一次性使用支气管堵塞器、一次性使用无菌可视气管插管、导丝组成，选配件为：注	通过			
708	C1425042090 00021331600 00052	一次性使用可视支气管堵塞器套件	5Fr/6.0	BP-2	津械注准 20242080024	气管插管	甲类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插		用于需要单肺通气的手术中，插入患者的支气管内，达到阻断左肺气道或右肺气道的目的。	产品由一次性使用支气管堵塞器、一次性使用无菌可视气管插管、导丝组成，选配件为：注	通过			
709	C1425042090 00021331600 00056	一次性使用可视支气管堵塞器套件	9Fr/7.5	BP-2	津械注准 20242080024	气管插管	甲类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插		用于需要单肺通气的手术中，插入患者的支气管内，达到阻断左肺气道或右肺气道的目的。	产品由一次性使用支气管堵塞器、一次性使用无菌可视气管插管、导丝组成，选配件为：注	通过			
710	C1425042090 00021331600 00064	一次性使用可视支气管堵塞器套件	9Fr/7.5	BB-2	津械注准 20242080024	气管插管	甲类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插		用于需要单肺通气的手术中，插入患者的支气管内，达到阻断左肺气道或右肺气道的目的。	产品由一次性使用支气管堵塞器、一次性使用无菌可视气管插管、导丝组成，选配件为：注	通过			
711	C1425042090 00021331600 00067	一次性使用可视支气管堵塞器套件	9Fr/8.0	BP-2	津械注准 20242080024	气管插管	甲类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插		用于需要单肺通气的手术中，插入患者的支气管内，达到阻断左肺气道或右肺气道的目的。	产品由一次性使用支气管堵塞器、一次性使用无菌可视气管插管、导丝组成，选配件为：注	通过			
712	C1425042090 00021331600 00068	一次性使用可视支气管堵塞器套件	5Fr/6.0	AB-2型	津械注准 20242080024	气管插管	甲类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插		用于需要单肺通气的手术中，插入患者的支气管内，达到阻断左肺气道或右肺气道的目的。	产品由一次性使用支气管堵塞器、一次性使用无菌可视气管插管、导丝组成，选配件为：注	通过			

713	C1425042090 00021331600 00072	一次性使用可视支气管堵塞器套件	7Fr/7.0	BB-2	津械注准 20242080024	气管插管	甲类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插		用于需要单肺通气的手术中，插入患者的支气管内，达到阻断左肺气道或右肺气道的目的。	产品由一次性使用支气管堵塞器、一次性使用无菌可视气管插管、导丝组成，选配件为：注	通过			
714	C1425042090 00021331600 00083	一次性使用可视支气管堵塞器套件	9Fr/7.5	AB-2型	津械注准 20242080024	气管插管	甲类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插		用于需要单肺通气的手术中，插入患者的支气管内，达到阻断左肺气道或右肺气道的目的。	产品由一次性使用支气管堵塞器、一次性使用无菌可视气管插管、导丝组成，选配件为：注	通过			
715	C1425042090 00021331600 00084	一次性使用可视支气管堵塞器套件	9Fr/8.0	AP-2型	津械注准 20242080024	气管插管	甲类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插		用于需要单肺通气的手术中，插入患者的支气管内，达到阻断左肺气道或右肺气道的目的。	产品由一次性使用支气管堵塞器、一次性使用无菌可视气管插管、导丝组成，选配件为：注	通过			
716	C1425042090 00021331600 00085	一次性使用可视支气管堵塞器套件	9Fr/7.5	AP-2型	津械注准 20242080024	气管插管	甲类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插		用于需要单肺通气的手术中，插入患者的支气管内，达到阻断左肺气道或右肺气道的目的。	产品由一次性使用支气管堵塞器、一次性使用无菌可视气管插管、导丝组成，选配件为：注	通过			
717	C1425042090 00020168200 00023	一次性使用支气管堵塞器包	7Fr	可视型	粤械注准 20182080533	气管插管	甲类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管		主要供医疗部门作肺科手术时实施单肺通气时一次性使用。	一次性使用支气管堵塞器包由一次性使用支气管堵塞器、气管插管（不带墨菲孔）或可视气管插管、一次性使用气管插管导丝、呼吸道用吸引导管、一次性使	通过			
718	C1425042090 00020168200 00024	一次性使用支气管堵塞器包	9Fr	可视型	粤械注准 20182080533	气管插管	甲类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管		主要供医疗部门作肺科手术时实施单肺通气时一次性使用。	一次性使用支气管堵塞器包由一次性使用支气管堵塞器、气管插管（不带墨菲孔）或可视气管插管、一次性使用气管插管导丝、呼吸道用吸引导管、一次性使	通过			
719	C1417030350 30010307400 00001	引流导管及附件	SYⅠ10-ZQDJ	SYⅠ10-ZQDJ	浙械注准 20202140053	引流装置	乙类	否					是	ABF	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳	用于手术中（后）的血水、废液抽吸引流使用。	由引流导管、导引针、引流球、转接头、引流袋组配而成，可选配的有导引针、引流球、转接头、引流袋。	不通过	申报产品的适用范围与填报的除外内容不符		

720	C1417150350 00000307400 00026	引流导管及附件	YY10-ZQJ	YY10-ZQJ	浙械注准 20202140053	引流装置	丙类	否					是	ABF	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳	用于手术中（后）的血水、废液抽吸引流使用。	由引流导管、导引针、引流球、转接头、引流袋组配而成，可选配的有导引针、引流球、转接头、引流袋。	不通过	申报产品的适用范围与填报的除外内容不符		
721	C1417150350 00000307400 00031	引流导管及附件	YY18-ZQ	YY18-ZQ	浙械注准 20202140053	引流装置	丙类	否					是	ABF	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳	用于手术中（后）的血水、废液抽吸引流使用。	由引流导管、导引针、引流球、转接头、引流袋组配而成，可选配的有导引针、引流球、转接头、引流袋。	不通过	申报产品的适用范围与填报的除外内容不符		
722	C1417030350 30010307400 00011	引流导管及附件	YY10-ZQDJ	YY10-ZQDJ	浙械注准 20202140053	引流装置		否					是	ABF	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳	用于手术中（后）的血水、废液抽吸引流使用。	由引流导管、导引针、引流球、转接头、引流袋组配而成，可选配的有导引针、引流球、转接头、引流袋。	不通过	申报产品的适用范围与填报的除外内容不符		
723	C0103110150 00030545900 00007	一次性使用输尿管导引鞘	10Fr35cm	直型	豫械注准 20182020528	鞘管	丙类	6						311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用输尿管导引鞘由鞘管和扩张器组成。直型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（直型）组成。Y型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头	不通过	申报产品与除外内容功能不符		
724	C0103110150 00030545900 00008	一次性使用输尿管导引鞘	12Fr35cm	直型	豫械注准 20182020528	鞘管	丙类	6						311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用输尿管导引鞘由鞘管和扩张器组成。直型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（直型）组成。Y型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头	不通过	申报产品与除外内容功能不符		
725	C0103110150 00030545900 00009	一次性使用输尿管导引鞘	14Fr35cm	直型	豫械注准 20182020528	鞘管	丙类	6						311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用输尿管导引鞘由鞘管和扩张器组成。直型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（直型）组成。Y型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头	不通过	申报产品与除外内容功能不符		

726	C0103110150000305459000010	一次性使用输尿管导引鞘	10Fr45cm	直型	豫械注准20182020528	鞘管	丙类	6						311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用输尿管导引鞘由鞘管和扩张器组成。直型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（直型）组成。Y型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头	不通过	申报产品与除外内容功能不符		
727	C0103110150000305459000011	一次性使用输尿管导引鞘	12Fr45cm	直型	豫械注准20182020528	鞘管	丙类	6						311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用输尿管导引鞘由鞘管和扩张器组成。直型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（直型）组成。Y型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头	不通过	申报产品与除外内容功能不符		
728	C0103110150000305459000012	一次性使用输尿管导引鞘	14Fr45cm	直型	豫械注准20182020528	鞘管	丙类	6						311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用输尿管导引鞘由鞘管和扩张器组成。直型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（直型）组成。Y型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头	不通过	申报产品与除外内容功能不符		
729	C0103110150000305459000015	一次性使用输尿管导引鞘	10Fr35cm	Y型	豫械注准20182020528	鞘管	丙类	6						311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用输尿管导引鞘由鞘管和扩张器组成。直型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（直型）组成。Y型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头	不通过	申报产品与除外内容功能不符		
730	C0103110150000305459000016	一次性使用输尿管导引鞘	10Fr45cm	Y型	豫械注准20182020528	鞘管	丙类	6						311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用输尿管导引鞘由鞘管和扩张器组成。直型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（直型）组成。Y型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头	不通过	申报产品与除外内容功能不符		

731	C0103110150000305459000019	一次性使用输尿管导引鞘	12Fr35cm	Y型	豫械注准20182020528	鞘管	丙类	6						311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用输尿管导引鞘由鞘管和扩张器组成。直型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（直型）组成。Y型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头	不通过	申报产品与除外内容功能不符		
732	C0103110150000305459000020	一次性使用输尿管导引鞘	12Fr45cm	Y型	豫械注准20182020528	鞘管	丙类	6						311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用输尿管导引鞘由鞘管和扩张器组成。直型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（直型）组成。Y型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头	不通过	申报产品与除外内容功能不符		
733	C0103110150000305459000023	一次性使用输尿管导引鞘	14Fr35cm	Y型	豫械注准20182020528	鞘管	丙类	6						311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用输尿管导引鞘由鞘管和扩张器组成。直型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（直型）组成。Y型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头	不通过	申报产品与除外内容功能不符		
734	C0103110150000305459000024	一次性使用输尿管导引鞘	14Fr45cm	Y型	豫械注准20182020528	鞘管	丙类	6						311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用输尿管导引鞘由鞘管和扩张器组成。直型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（直型）组成。Y型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头	不通过	申报产品与除外内容功能不符		

735	C0103110150 00030545900 00025	一次性使用输尿管负压导引鞘	14Fr45cm	14Fr45cm	豫械注准 20232020100	鞘管	丙类	6						311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用输尿管负压导引鞘由鞘管、扩张器组成，鞘管由鞘管管体、鞘管接头（Y型）、密封帽组成。鞘管管体由采用尼龙、聚四氟乙烯、不锈钢制成，鞘管接头（Y型）由聚碳酸酯制成，密封帽由硅胶制成；扩张器管体由聚乙烯制成，扩张器接头由聚丙烯制成。导引鞘鞘管表面有亲水润滑涂层	不通过	申报产品与除外内容功能不符		
736	C0103110150 00030545900 00026	一次性使用输尿管负压导引鞘	12Fr45cm	12Fr45cm	豫械注准 20232020100	鞘管	丙类	6						311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用输尿管负压导引鞘由鞘管、扩张器组成，鞘管由鞘管管体、鞘管接头（Y型）、密封帽组成。鞘管管体由采用尼龙、聚四氟乙烯、不锈钢制成，鞘管接头（Y型）由聚碳酸酯制成，密封帽由硅胶制成；扩张器管体由聚乙烯制成，扩张器接头由聚丙烯制成。导引鞘鞘管表面有亲水润滑涂层	不通过	申报产品与除外内容功能不符		
737	C0103110150 00030545900 00027	一次性使用输尿管负压导引鞘	10Fr42cm	10Fr42cm	豫械注准 20232020100	鞘管	丙类	6						311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用输尿管负压导引鞘由鞘管、扩张器组成，鞘管由鞘管管体、鞘管接头（Y型）、密封帽组成。鞘管管体由采用尼龙、聚四氟乙烯、不锈钢制成，鞘管接头（Y型）由聚碳酸酯制成，密封帽由硅胶制成；扩张器管体由聚乙烯制成，扩张器接头由聚丙烯制成。导引鞘鞘管表面有亲水润滑涂层	不通过	申报产品与除外内容功能不符		

738	C0103110150 00030545900 00028	一次性使用输尿管负压导引鞘	14Fr52cm	14Fr52cm	豫械注准 20232020100	鞘管	丙类	6						311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用输尿管负压导引鞘由鞘管、扩张器组成，鞘管由鞘管管体、鞘管接头（Y型）、密封帽组成。鞘管管体由采用尼龙、聚四氟乙烯、不锈钢制成，鞘管接头（Y型）由聚碳酸酯制成，密封帽由硅胶制成；扩张器管体由聚乙烯制成，扩张器接头由聚丙烯制成。导引鞘鞘管表面有亲	不通过	申报产品与除外内容功能不符		
739	C0103110150 00030545900 00029	一次性使用输尿管负压导引鞘	12Fr55cm	12Fr55cm	豫械注准 20232020100	鞘管	丙类	6						311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用输尿管负压导引鞘由鞘管、扩张器组成，鞘管由鞘管管体、鞘管接头（Y型）、密封帽组成。鞘管管体由采用尼龙、聚四氟乙烯、不锈钢制成，鞘管接头（Y型）由聚碳酸酯制成，密封帽由硅胶制成；扩张器管体由聚乙烯制成，扩张器接头由聚丙烯制成。导引鞘鞘管表面有亲	不通过	申报产品与除外内容功能不符		
740	C0103110150 00030545900 00031	一次性使用输尿管负压导引鞘	14Fr35cm	14Fr35cm	豫械注准 20232020100	鞘管	丙类	6						311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用输尿管负压导引鞘由鞘管、扩张器组成，鞘管由鞘管管体、鞘管接头（Y型）、密封帽组成。鞘管管体由采用尼龙、聚四氟乙烯、不锈钢制成，鞘管接头（Y型）由聚碳酸酯制成，密封帽由硅胶制成；扩张器管体由聚乙烯制成，扩张器接头由聚丙烯制成。导引鞘鞘管表面有亲	不通过	申报产品与除外内容功能不符		

741	C0103110150 00030545900 00033	一次性使用输尿管负压导引鞘	10Fr35cm	10Fr35cm	豫械注准 20232020100	鞘管	丙类	6						311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用输尿管负压导引鞘由鞘管、扩张器组成，鞘管由鞘管管体、鞘管接头（Y型）、密封帽组成。鞘管管体由采用尼龙、聚四氟乙烯、不锈钢制成，鞘管接头（Y型）由聚碳酸酯制成，密封帽由硅胶制成；扩张器管体由聚乙烯制成，扩张器接头由聚丙烯制成。导引鞘鞘管表面有亲	不通过	申报产品与除外内容功能不符		
742	C0103110150 00030545900 00034	一次性使用输尿管负压导引鞘	10Fr45cm	10Fr45cm	豫械注准 20232020100	鞘管	丙类	6						311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用输尿管负压导引鞘由鞘管、扩张器组成，鞘管由鞘管管体、鞘管接头（Y型）、密封帽组成。鞘管管体由采用尼龙、聚四氟乙烯、不锈钢制成，鞘管接头（Y型）由聚碳酸酯制成，密封帽由硅胶制成；扩张器管体由聚乙烯制成，扩张器接头由聚丙烯制成。导引鞘鞘管表面有亲	不通过	申报产品与除外内容功能不符		
743	C0103110150 00030545900 00035	一次性使用输尿管负压导引鞘	10Fr55cm	10Fr55cm	豫械注准 20232020100	鞘管	丙类	6						311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用输尿管负压导引鞘由鞘管、扩张器组成，鞘管由鞘管管体、鞘管接头（Y型）、密封帽组成。鞘管管体由采用尼龙、聚四氟乙烯、不锈钢制成，鞘管接头（Y型）由聚碳酸酯制成，密封帽由硅胶制成；扩张器管体由聚乙烯制成，扩张器接头由聚丙烯制成。导引鞘鞘管表面有亲	不通过	申报产品与除外内容功能不符		

744	C0103110150 00030545900 00038	一次性使用输尿管负压导引鞘	12Fr42cm	12Fr42cm	豫械注准 20232020100	鞘管	丙类	6						311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用输尿管负压导引鞘由鞘管、扩张器组成，鞘管由鞘管管体、鞘管接头（Y型）、密封帽组成。鞘管管体由采用尼龙、聚四氟乙烯、不锈钢制成，鞘管接头（Y型）由聚碳酸酯制成，密封帽由硅胶制成；扩张器管体由聚乙烯制成，扩张器接头由聚丙烯制成。导引鞘鞘管表面有亲	不通过	申报产品与除外内容功能不符		
745	C0103110150 00030545900 00040	一次性使用输尿管负压导引鞘	10Fr52cm	10Fr52cm	豫械注准 20232020100	鞘管	丙类	6						311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用输尿管负压导引鞘由鞘管、扩张器组成，鞘管由鞘管管体、鞘管接头（Y型）、密封帽组成。鞘管管体由采用尼龙、聚四氟乙烯、不锈钢制成，鞘管接头（Y型）由聚碳酸酯制成，密封帽由硅胶制成；扩张器管体由聚乙烯制成，扩张器接头由聚丙烯制成。导引鞘鞘管表面有亲	不通过	申报产品与除外内容功能不符		
746	C0103110150 00030545900 00041	一次性使用输尿管负压导引鞘	12Fr52cm	12Fr52cm	豫械注准 20232020100	鞘管	丙类	6						311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用输尿管负压导引鞘由鞘管、扩张器组成，鞘管由鞘管管体、鞘管接头（Y型）、密封帽组成。鞘管管体由采用尼龙、聚四氟乙烯、不锈钢制成，鞘管接头（Y型）由聚碳酸酯制成，密封帽由硅胶制成；扩张器管体由聚乙烯制成，扩张器接头由聚丙烯制成。导引鞘鞘管表面有亲	不通过	申报产品与除外内容功能不符		

747	C0103110150000305459000042	一次性使用输尿管负压导引鞘	12Fr35cm	12Fr35cm	豫械注准20232020100	鞘管	丙类	6						311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用输尿管负压导引鞘由鞘管、扩张器组成，鞘管由鞘管管体、鞘管接头（Y型）、密封帽组成。鞘管管体由采用尼龙、聚四氟乙烯、不锈钢制成，鞘管接头（Y型）由聚碳酸酯制成，密封帽由硅胶制成；扩张器管体由聚乙烯制成，扩张器接头由聚丙烯制成。导引鞘鞘管表面有亲水润滑涂层	不通过	申报产品与除外内容功能不符		
748	C0103110150000305459000043	一次性使用输尿管负压导引鞘	14Fr55cm	14Fr55cm	豫械注准20232020100	鞘管	丙类	6						311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用输尿管负压导引鞘由鞘管、扩张器组成，鞘管由鞘管管体、鞘管接头（Y型）、密封帽组成。鞘管管体由采用尼龙、聚四氟乙烯、不锈钢制成，鞘管接头（Y型）由聚碳酸酯制成，密封帽由硅胶制成；扩张器管体由聚乙烯制成，扩张器接头由聚丙烯制成。导引鞘鞘管表面有亲水润滑涂层	不通过	申报产品与除外内容功能不符		
749	C0103110150000305459000044	一次性使用输尿管负压导引鞘	14Fr42cm	14Fr42cm	豫械注准20232020100	鞘管	丙类	6						311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用输尿管负压导引鞘由鞘管、扩张器组成，鞘管由鞘管管体、鞘管接头（Y型）、密封帽组成。鞘管管体由采用尼龙、聚四氟乙烯、不锈钢制成，鞘管接头（Y型）由聚碳酸酯制成，密封帽由硅胶制成；扩张器管体由聚乙烯制成，扩张器接头由聚丙烯制成。导引鞘鞘管表面有亲水润滑涂层	不通过	申报产品与除外内容功能不符		

750	C0103010010103105459000026	一次性使用输尿管支架套件	6Fr	QS-III	豫械注准20232140405	支架	甲类	6						31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目。3.诊疗中所	支架	通过对人体输尿管进行支撑和引流，用于治疗输尿管堵塞和狭窄，在体内滞留时间小于30天。	一次性使用输尿管支架套件由输尿管支架、助推器（选配）、导丝、导丝外套、夹扣、接头转换器（选配）组成（导丝为亲水涂层导丝）。输尿管支架采用聚氨酯制成，导丝其内芯为钛镍合金，包塑层和软头为聚氨酯（TPU），亲水涂层材料为聚维酮，助推器采用聚丙烯材料制成，导丝外套采用聚丙烯材料制	通过			
751	C0103010010103105459000029	一次性使用输尿管支架套件	7Fr	QS-III	豫械注准20232140405	支架	甲类	6						31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目。3.诊疗中所	支架	通过对人体输尿管进行支撑和引流，用于治疗输尿管堵塞和狭窄，在体内滞留时间小于30天。	一次性使用输尿管支架套件由输尿管支架、助推器（选配）、导丝、导丝外套、夹扣、接头转换器（选配）组成（导丝为亲水涂层导丝）。输尿管支架采用聚氨酯制成，导丝其内芯为钛镍合金，包塑层和软头为聚氨酯（TPU），亲水涂层材料为聚维酮，助推器采用聚丙烯材料制成，导丝外套采用聚丙烯材料制	通过			

752	C0103010010103105459000030	一次性使用输尿管支架套件	7Fr	QS-II	豫械注准20232140405	支架	甲类	6						31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目。3.诊疗中所	支架	通过对人体输尿管进行支撑和引流，用于治疗输尿管堵塞和狭窄，在体内滞留时间小于30天。	一次性使用输尿管支架套件由输尿管支架、助推器（选配）、导丝、导丝外套、夹扣、接头转换器（选配）组成（导丝为亲水涂层导丝）。输尿管支架采用聚氨酯制成，导丝其内芯为钛镍合金，包塑层和软头为聚氨酯（TPU），亲水涂层材料为聚维酮，助推器采用聚丙烯材料制成，导丝外套采用聚丙烯材料制	通过			
753	C0103010010103105459000031	一次性使用输尿管支架套件	5Fr	QS-III	豫械注准20232140405	支架	甲类	6						31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目。3.诊疗中所	支架	通过对人体输尿管进行支撑和引流，用于治疗输尿管堵塞和狭窄，在体内滞留时间小于30天。	一次性使用输尿管支架套件由输尿管支架、助推器（选配）、导丝、导丝外套、夹扣、接头转换器（选配）组成（导丝为亲水涂层导丝）。输尿管支架采用聚氨酯制成，导丝其内芯为钛镍合金，包塑层和软头为聚氨酯（TPU），亲水涂层材料为聚维酮，助推器采用聚丙烯材料制成，导丝外套采用聚丙烯材料制	通过			

754	C0103010010103105459000035	一次性使用输尿管支架套件	6Fr	QS-II	豫械注准20232140405	支架	甲类	6						31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目。3.诊疗中所	支架	通过对人体输尿管进行支撑和引流，用于治疗输尿管堵塞和狭窄，在体内滞留时间小于30天。	一次性使用输尿管支架套件由输尿管支架、助推器（选配）、导丝、导丝外套、夹扣、接头转换器（选配）组成（导丝为亲水涂层导丝）。输尿管支架采用聚氨酯制成，导丝其内芯为钛镍合金，包塑层和软头为聚氨酯（TPU），亲水涂层材料为聚维酮，助推器采用聚丙烯材料制成，导丝外套采用聚丙烯材料制	通过			
755	C0103010010103105459000037	一次性使用输尿管支架套件	5Fr	QS-II	豫械注准20232140405	支架	甲类	6						31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目。3.诊疗中所	支架	通过对人体输尿管进行支撑和引流，用于治疗输尿管堵塞和狭窄，在体内滞留时间小于30天。	一次性使用输尿管支架套件由输尿管支架、助推器（选配）、导丝、导丝外套、夹扣、接头转换器（选配）组成（导丝为亲水涂层导丝）。输尿管支架采用聚氨酯制成，导丝其内芯为钛镍合金，包塑层和软头为聚氨酯（TPU），亲水涂层材料为聚维酮，助推器采用聚丙烯材料制成，导丝外套采用聚丙烯材料制	通过			

756	C1604010260000808889000008	一次性使用套管穿刺器	KC-TR-Ⅱ型 Φ10	KC-TR-Ⅱ型 Φ10	湘械注准20202020064	穿刺器	丙类	否					是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、 内分泌系统、 眼、 耳、鼻口咽、 呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以	特殊穿刺针	产品供腔镜手术中穿刺体壁后作为内窥镜和手术器械进出体内的通道，并可向体内输送二氧化碳气体用。	穿刺器由穿刺针、穿刺套管、辅助组件组成，辅助组件有气腹针、标本袋。穿刺套管由套管、套管座、密封帽和阻气阀组成，穿刺针由针头、连接杆和针座组成，气腹针由注气阀、外管和针头组成，标本袋由袋体和拉绳组成。	通过			
757	C1604010260000808889000014	一次性使用套管穿刺器	KC-TR-Ⅱ型 Φ12	KC-TR-Ⅱ型 Φ12	湘械注准20202020064	穿刺器	丙类	否					是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、 内分泌系统、 眼、 耳、鼻口咽、 呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以	特殊穿刺针	产品供腔镜手术中穿刺体壁后作为内窥镜和手术器械进出体内的通道，并可向体内输送二氧化碳气体用。	穿刺器由穿刺针、穿刺套管、辅助组件组成，辅助组件有气腹针、标本袋。穿刺套管由套管、套管座、密封帽和阻气阀组成，穿刺针由针头、连接杆和针座组成，气腹针由注气阀、外管和针头组成，标本袋由袋体和拉绳组成。	通过			
758	C1604010260000808889000015	一次性使用套管穿刺器	KC-TR-Ⅱ型 Φ15	KC-TR-Ⅱ型 Φ15	湘械注准20202020064	穿刺器	丙类	否					是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、 内分泌系统、 眼、 耳、鼻口咽、 呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以	特殊穿刺针	产品供腔镜手术中穿刺体壁后作为内窥镜和手术器械进出体内的通道，并可向体内输送二氧化碳气体用。	穿刺器由穿刺针、穿刺套管、辅助组件组成，辅助组件有气腹针、标本袋。穿刺套管由套管、套管座、密封帽和阻气阀组成，穿刺针由针头、连接杆和针座组成，气腹针由注气阀、外管和针头组成，标本袋由袋体和拉绳组成	通过			

759	C1604010260000808889000020	一次性使用套管穿刺器	KC-TR-Ⅱ型Φ3	KC-TR-Ⅱ型Φ3	湘械注准20202020064	穿刺器	丙类	否					是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、 内分泌系统、 眼、 耳、鼻口咽、 呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以	特殊穿刺针	产品供腔镜手术中穿刺体壁后作为内窥镜和手术器械进出体内的通道，并可向体内输送二氧化碳气体用。	穿刺器由穿刺针、穿刺套管、辅助组件组成，辅助组件有气腹针、标本袋。穿刺套管由套管、套管座、密封帽和阻气阀组成，穿刺针由针头、连接杆和针座组成，气腹针由注气阀、外管和针头组成，标本袋由袋体和拉绳组成。	通过			
760	C1604010260000808889000021	一次性使用套管穿刺器	KC-TR-Ⅱ型套装A	KC-TR-Ⅱ型套装A	湘械注准20202020064	穿刺器	丙类	否					是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、 内分泌系统、 眼、 耳、鼻口咽、 呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以	特殊穿刺针	产品供腔镜手术中穿刺体壁后作为内窥镜和手术器械进出体内的通道，并可向体内输送二氧化碳气体用。	穿刺器由穿刺针、穿刺套管、辅助组件组成，辅助组件有气腹针、标本袋。穿刺套管由套管、套管座、密封帽和阻气阀组成，穿刺针由针头、连接杆和针座组成，气腹针由注气阀、外管和针头组成，标本袋由袋体和拉绳组成。	通过			
761	C1604010260000808889000026	一次性使用套管穿刺器	KC-TR-Ⅱ型Φ5	KC-TR-Ⅱ型Φ5	湘械注准20202020064	穿刺器	丙类	否					是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、 内分泌系统、 眼、 耳、鼻口咽、 呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以	特殊穿刺针	产品供腔镜手术中穿刺体壁后作为内窥镜和手术器械进出体内的通道，并可向体内输送二氧化碳气体用。	穿刺器由穿刺针、穿刺套管、辅助组件组成，辅助组件有气腹针、标本袋。穿刺套管由套管、套管座、密封帽和阻气阀组成，穿刺针由针头、连接杆和针座组成，气腹针由注气阀、外管和针头组成，标本袋由袋体和拉绳组成。	通过			

762	C160401026000080888900000029	一次性使用套管穿刺器	KC-TR-Ⅱ型套装B	KC-TR-Ⅱ型套装B	湘械注准20202020064	穿刺器	丙类	否					是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、 内分泌系统、 眼、 耳、鼻口咽、 呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以	特殊穿刺针	产品供腔镜手术中穿刺体壁后作为内窥镜和手术器械进出体内的通道，并可向体内输送二氧化碳气体用。	穿刺器由穿刺针、穿刺套管、辅助组件组成，辅助组件有气腹针、标本袋。穿刺套管由套管、套管座、密封帽和阻气阀组成，穿刺针由针头、连接杆和针座组成，气腹针由注气阀、外管和针头组成，标本袋由袋体和拉绳组成	通过			
763	C160401026000080888900000031	一次性使用套管穿刺器	KC-TR-Ⅱ型套装C	KC-TR-Ⅱ型套装C	湘械注准20202020064	穿刺器	丙类	否					是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、 内分泌系统、 眼、 耳、鼻口咽、 呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以	特殊穿刺针	产品供腔镜手术中穿刺体壁后作为内窥镜和手术器械进出体内的通道，并可向体内输送二氧化碳气体用。	穿刺器由穿刺针、穿刺套管、辅助组件组成，辅助组件有气腹针、标本袋。穿刺套管由套管、套管座、密封帽和阻气阀组成，穿刺针由针头、连接杆和针座组成，气腹针由注气阀、外管和针头组成，标本袋由袋体和拉绳组成。	通过			
764	C160401026000080888900000034	一次性使用套管穿刺器	KC-TR-Ⅱ型套装E	KC-TR-Ⅱ型套装E	湘械注准20202020064	穿刺器	丙类	否					是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、 内分泌系统、 眼、 耳、鼻口咽、 呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以	特殊穿刺针	产品供腔镜手术中穿刺体壁后作为内窥镜和手术器械进出体内的通道，并可向体内输送二氧化碳气体用。	穿刺器由穿刺针、穿刺套管、辅助组件组成，辅助组件有气腹针、标本袋。穿刺套管由套管、套管座、密封帽和阻气阀组成，穿刺针由针头、连接杆和针座组成，气腹针由注气阀、外管和针头组成，标本袋由袋体和拉绳组成	通过			

765	C1604010260000808889000035	一次性使用套管穿刺器	KC-TR-Ⅱ型套装F	KC-TR-Ⅱ型套装F	湘械注准20202020064	穿刺器	丙类	否					是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、 内分泌系统、 眼、 耳、鼻口咽、 呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以	特殊穿刺针	产品供腔镜手术中穿刺体壁后作为内窥镜和手术器械进出体内的通道，并可向体内输送二氧化碳气体用。	穿刺器由穿刺针、穿刺套管、辅助组件组成，辅助组件有气腹针、标本袋。穿刺套管由套管、套管座、密封帽和阻气阀组成，穿刺针由针头、连接杆和针座组成，气腹针由注气阀、外管和针头组成，标本袋由袋体和拉绳组成。	通过			
766	C1604010260000808889000036	一次性使用套管穿刺器	KC-TR-Ⅱ型套装K	KC-TR-Ⅱ型套装K	湘械注准20202020064	穿刺器	丙类	否					是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、 内分泌系统、 眼、 耳、鼻口咽、 呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以	特殊穿刺针	产品供腔镜手术中穿刺体壁后作为内窥镜和手术器械进出体内的通道，并可向体内输送二氧化碳气体用。	穿刺器由穿刺针、穿刺套管、辅助组件组成，辅助组件有气腹针、标本袋。穿刺套管由套管、套管座、密封帽和阻气阀组成，穿刺针由针头、连接杆和针座组成，气腹针由注气阀、外管和针头组成，标本袋由袋体和拉绳组成。	通过			
767	C1604010260000808889000037	一次性使用套管穿刺器	KC-TR-Ⅱ型套装L	KC-TR-Ⅱ型套装L	湘械注准20202020064	穿刺器	丙类	否					是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、 内分泌系统、 眼、 耳、鼻口咽、 呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以	特殊穿刺针	产品供腔镜手术中穿刺体壁后作为内窥镜和手术器械进出体内的通道，并可向体内输送二氧化碳气体用。	穿刺器由穿刺针、穿刺套管、辅助组件组成，辅助组件有气腹针、标本袋。穿刺套管由套管、套管座、密封帽和阻气阀组成，穿刺针由针头、连接杆和针座组成，气腹针由注气阀、外管和针头组成，标本袋由袋体和拉绳组成。	通过			

768	C1604010260000808889000038	一次性使用套管穿刺器	KC-TR-Ⅱ型套装AA	KC-TR-Ⅱ型套装AA	湘械注准20202020064	穿刺器	丙类	否					是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、 内分泌系统、 眼、 耳、鼻口咽、 呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以	特殊穿刺针	产品供腔镜手术中穿刺体壁后作为内窥镜和手术器械进出体内的通道，并可向体内输送二氧化碳气体用。	穿刺器由穿刺针、穿刺套管、辅助组件组成，辅助组件有气腹针、标本袋。穿刺套管由套管、套管座、密封帽和阻气阀组成，穿刺针由针头、连接杆和针座组成，气腹针由注气阀、外管和针头组成，标本袋由袋体和拉绳组成	通过			
769	C1604010260000808889000039	一次性使用套管穿刺器	KC-TR-Ⅰ型Φ3	KC-TR-Ⅰ型Φ3	湘械注准20202020064	穿刺器	丙类	否					是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、 内分泌系统、 眼、 耳、鼻口咽、 呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以	特殊穿刺针	产品供腔镜手术中穿刺体壁后作为内窥镜和手术器械进出体内的通道，并可向体内输送二氧化碳气体用。	穿刺器由穿刺针、穿刺套管、辅助组件组成，辅助组件有气腹针、标本袋。穿刺套管由套管、套管座、密封帽和阻气阀组成，穿刺针由针头、连接杆和针座组成，气腹针由注气阀、外管和针头组成，标本袋由袋体和拉绳组成。	通过			
770	C1604010260000808889000078	一次性使用套管穿刺器	套装S	KC-TR-Ⅱ型	湘械注准20202020064	穿刺器	丙类	否					是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、 内分泌系统、 眼、 耳、鼻口咽、 呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以	特殊穿刺针	产品供腔镜手术中穿刺体壁后作为内窥镜和手术器械进出体内的通道，并可向体内输送二氧化碳气体用。	穿刺器由穿刺针、穿刺套管、辅助组件组成，辅助组件有气腹针、标本袋。穿刺套管由套管、套管座、密封帽和阻气阀组成，穿刺针由针头、连接杆和针座组成，气腹针由注气阀、外管和针头组成，标本袋由袋体和拉绳组成。	通过			

771	C0103180040000107655000002	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V1E Q4	V1E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			
772	C0103180040000107655000003	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E D4 Q5 W2	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			

773	C0103180040000107655000004	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V1E D1 W1	V1E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			
774	C0103180040000107655000007	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E Q3	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			

775	C0103180040000107655000008	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E D1 Q6 W1	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			
776	C0103180040000107655000009	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V1E D3 Q6 W1	V1E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			

777	C0103180040000107655000011	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E D3 Q6 W1	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			
778	C0103180040000107655000014	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E D3	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			

779	C0103180040000107655000017	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E D4 Q3 W2	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			
780	C0103180040000107655000018	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E D2 Q5	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			

781	C0103180040000107655000019	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E D1 Q3 W1	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			
782	C0103180040000107655000020	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V1E D2 Q4 W1	V1E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			

783	C0103180040000107655000022	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E D1 Q4 W2	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			
784	C0103180040000107655000023	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E D4 W1	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			

785	C0103180040000107655000024	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E D1 Q7 W1	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			
786	C0103180040000107655000026	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E D2 Q7	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			

787	C0103180040000107655000027	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E D2 Q5 W2	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			
788	C0103180040000107655000030	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E D4 Q3	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			

789	C0103180040000107655000034	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E D3 Q7 W1	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			
790	C0103180040000107655000036	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E Q7 W2	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			

791	C0103180040000107655000037	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E Q8	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			
792	C0103180040000107655000039	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E D2 Q3	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			

793	C0103180040000107655000041	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E Q7	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			
794	C0103180040000107655000042	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E D3 Q1 W2	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			

795	C0103180040000107655000043	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E D3 Q8 W2	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			
796	C0103180040000107655000045	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E D4 W2	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			

797	C0103180040000107655000046	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E D2 Q2	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			
798	C0103180040000107655000047	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E D1 Q5 W2	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			

799	C0103180040000107655000051	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E D3 Q7	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			
800	C0103180040000107655000053	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E D2 Q7 W2	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			

801	C0103180040000107655000056	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E D3 Q2 W2	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			
802	C0103180040000107655000058	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E D2 Q4 W2	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			

803	C0103180040000107655000061	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E D3 Q3	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			
804	C0103180040000107655000062	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V1E D4 Q8 W2	V1E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			

805	C0103180040000107655000063	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E D1	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			
806	C0103180040000107655000064	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E D2 Q2 W1	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			

807	C0103180040000107655000065	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E D4 Q8 W2	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			
808	C0103180040000107655000068	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V1E D3 Q5 W1	V1E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			

809	C0103180040000107655000072	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E D1 Q1 W1	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			
810	C0103180040000107655000074	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E D4 Q4 W2	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			

811	C0103180040000107655000078	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E Q2	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			
812	C0103180040000107655000080	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V1E D3 Q3	V1E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			

813	C0103180040000107655000081	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E Q2 W2	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			
814	C0103180040000107655000082	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E W1	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			

815	C0103180040000107655000084	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E Q5 W1	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			
816	C0103180040000107655000086	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V1E D4 Q6 W2	V1E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			

817	C0103180040000107655000087	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V1E D1 Q8	V1E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			
818	C0103180040000107655000089	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E Q6	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			

819	C0103180040000107655000092	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V1E D1 Q7 W1	V1E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			
820	C0103180040000107655000094	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V1E D2 Q5 W1	V1E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			

821	C0103180040000107655000095	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E D3 Q1 W1	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			
822	C0103180040000107655000096	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E D2 Q8 W1	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			

823	C0103180040000107655000097	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V1E D2 Q2 W1	V1E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			
824	C0103180040000107655000100	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E D4 Q3 W1	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			

825	C0103180040000107655000108	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E D3 Q2 W1	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			
826	C0103180040000107655000109	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V1E D3 Q4 W2	V1E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			

827	C0103180040 00010765500 00110	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E Q5	V2E	湘械注准 20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			
828	C0103180040 00010765500 00111	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E D1 Q7 W2	V2E	湘械注准 20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			

829	C0103180040 00010765500 00113	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E D2 Q5 W1	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			
830	C0103180040 00010765500 00115	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E Q1 W1	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			

831	C0103180040 00010765500 00117	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E D4 Q1	V2E	湘械注准 20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			
832	C0103180040 00010765500 00118	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E D1 Q5	V2E	湘械注准 20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			

833	C0103180040000107655000120	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E D2 Q3 W1	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			
834	C0103180040000107655000121	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E D3 Q5 W2	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			

835	C0103180040000107655000123	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E D1 Q8 W1	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			
836	C0103180040000107655000125	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E D1 Q8 W2	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			

837	C0103180040000107655000128	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E D2 Q1 W1	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			
838	C0103180040000107655000129	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V1E D4 Q3 W1	V1E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			

839	C0103180040000107655000133	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E D4 Q6	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			
840	C0103180040000107655000135	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E D3 Q7 W2	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			

841	C0103180040000107655000136	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E D3 Q8 W1	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			
842	C0103180040000107655000138	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E D4 Q1 W2	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			

843	C0103180040000107655000139	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E D4 Q7 W1	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			
844	C0103180040000107655000140	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E D2 Q7 W1	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			

845	C0103180040 00010765500 00145	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E D2 Q6	V2E	湘械注准 20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			
846	C0103180040 00010765500 00146	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V1E D1 Q7	V1E	湘械注准 20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			

847	C0103180040000107655000150	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E D2 Q3 W2	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			
848	C0103180040000107655000152	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E D4 Q6 W2	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			

849	C0103180040000107655000153	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E D4	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			
850	C0103180040000107655000155	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V1E W1	V1E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			

851	C0103180040000107655000157	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V1E Q3	V1E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			
852	C0103180040000107655000166	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E D2 Q1	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			

853	C0103180040000107655000168	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E Q4 W2	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			
854	C0103180040000107655000170	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E Q6 W2	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			

855	C0103180040000107655000171	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E D1 Q1	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			
856	C0103180040000107655000172	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E D1 Q4 W1	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			

857	C0103180040000107655000174	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E D3 Q4	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			
858	C0103180040000107655000175	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E D1 Q2 W1	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			

859	C0103180040 00010765500 00179	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E D3 W2	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			
860	C0103180040 00010765500 00180	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E D3 Q1	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			

861	C0103180040 00010765500 00181	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E D2 Q1 W2	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			
862	C0103180040 00010765500 00183	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V1E D3 Q6	V1E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			

863	C0103180040000107655000184	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E D2 Q4 W1	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			
864	C0103180040000107655000185	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E D4 Q7	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			

865	C0103180040000107655000187	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E D3 W1	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			
866	C0103180040000107655000188	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E D3 Q5 W1	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			

867	C0103180040000107655000189	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E D2 Q6 W2	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			
868	C0103180040000107655000191	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E D4 Q2	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			

869	C0103180040000107655000192	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V1E D3 Q8 W2	V1E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			
870	C0103180040000107655000195	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E D2 W1	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			

871	C0103180040000107655000197	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V1E D4 Q6	V1E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			
872	C0103180040000107655000198	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E Q3 W2	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			

873	C0103180040000107655000201	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V1E D4 Q2	V1E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			
874	C0103180040000107655000203	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E D4 Q7 W2	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			

875	C0103180040000107655000204	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V1E Q3 W2	V1E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			
876	C0103180040000107655000208	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E D1 Q5 W1	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			

877	C0103180040 00010765500 00209	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E D4 Q2 W2	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			
878	C0103180040 00010765500 00210	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E D2 Q8	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			

879	C0103180040000107655000211	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V1E D3 Q5	V1E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			
880	C0103180040000107655000212	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E D3 Q3 W2	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			

881	C0103180040000107655000213	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E Q1	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			
882	C0103180040000107655000216	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E D4 Q4	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			

883	C0103180040000107655000222	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E D1 Q6 W2	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			
884	C0103180040000107655000223	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E D3 Q3 W1	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			

885	C0103180040000107655000224	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E Q7 W1	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			
886	C0103180040000107655000225	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E D3 Q6 W2	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			

887	C0103180040000107655000226	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V1E D3 Q3 W1	V1E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			
888	C0103180040000107655000227	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E D4 Q5 W1	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			

889	C0103180040000107655000230	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V1E D2 Q7	V1E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			
890	C0103180040000107655000231	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E Q6 W1	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			

891	C0103180040000107655000232	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E D4 Q2 W1	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			
892	C0103180040000107655000234	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E D2	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			

893	C0103180040000107655000235	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V1E Q6	V1E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			
894	C0103180040000107655000237	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E D3 Q4 W1	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			

895	C0103180040000107655000238	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E D3 Q4 W2	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			
896	C0103180040000107655000239	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E D3 Q2	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			

897	C0103180040 00010765500 00246	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E D1 Q6	V2E	湘械注准 20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			
898	C0103180040 00010765500 00248	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V1E D4 Q5	V1E	湘械注准 20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			

899	C0103180040000107655000251	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E D4 Q6 W1	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			
900	C0103180040000107655000252	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E D4 Q5	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			

901	C0103180040000107655000254	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E D2 Q4	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			
902	C0103180040000107655000258	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E D4 Q1 W1	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			

903	C0103180040000107655000259	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E D1 Q4	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			
904	C0103180040000107655000260	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E D1 Q7	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			

905	C0103180040000107655000262	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E Q3 W1	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			
906	C0103180040000107655000264	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E D3 Q5	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			

907	C0103180040 00010765500 00266	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E W2	V2E	湘械注准 20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			
908	C0103180040 00010765500 00268	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E D4 Q4 W1	V2E	湘械注准 20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			

909	C0103060040000607655000001	一次性使用输尿管软镜取石套件	12/14Fr L45	导入鞘型	湘械注准20152020030	导管	丙类	否					是	331102003	经皮肾镜或输尿管镜内切开成形术		造瘘鞘	建立内窥镜等器械进入泌尿道的通路，及取出结石及其他异物。	一次性使用输尿管软镜取石套件分导入鞘型、取石篮型。导入鞘型鞘体(尼龙、特氟龙)制由扩张管(尼龙)、鞘接头(尼龙)、成，取石篮型由控制手柄(聚酯亚胺)、管体(聚酯亚胺)、网篮(镍镇合金丝)制成。主要性能:各连接处应能承受15N的静拉力持续10S，应无断裂和脱离现象，产品无	不通过	申报产品与除外内容不符，不属于导管		
910	C0103060040000607655000002	一次性使用输尿管软镜取石套件	13/15Fr L45	导入鞘型	湘械注准20152020030	导管	丙类	否					是	331102003	经皮肾镜或输尿管镜内切开成形术		造瘘鞘	建立内窥镜等器械进入泌尿道的通路，及取出结石及其他异物。	一次性使用输尿管软镜取石套件分导入鞘型、取石篮型。导入鞘型鞘体(尼龙、特氟龙)制由扩张管(尼龙)、鞘接头(尼龙)、成，取石篮型由控制手柄(聚酯亚胺)、管体(聚酯亚胺)、网篮(镍镇合金丝)制成。主要性能:各连接处应能承受15N的静拉力持续10S，应无断裂和脱离现象，产品无	不通过	申报产品与除外内容不符，不属于导管		
911	C0103060040000607655000003	一次性使用输尿管软镜取石套件	14/16Fr L45	导入鞘型	湘械注准20152020030	导管	丙类	否					是	331102003	经皮肾镜或输尿管镜内切开成形术		造瘘鞘	建立内窥镜等器械进入泌尿道的通路，及取出结石及其他异物。	一次性使用输尿管软镜取石套件分导入鞘型、取石篮型。导入鞘型鞘体(尼龙、特氟龙)制由扩张管(尼龙)、鞘接头(尼龙)、成，取石篮型由控制手柄(聚酯亚胺)、管体(聚酯亚胺)、网篮(镍镇合金丝)制成。主要性能:各连接处应能承受15N的静拉力持续10S，应无断裂和脱离现象，产品无	不通过	申报产品与除外内容不符，不属于导管		

912	C0103060040000607655000004	一次性使用输尿管软镜取石套件	12/14Fr L35	导入鞘型	湘械注准20152020030	导管	丙类	否					是	331102003	经皮肾镜或输尿管镜内切开成形术		造瘘鞘	建立内窥镜等器械进入泌尿道的通路，及取出结石及其他异物。	一次性使用输尿管软镜取石套件分导入鞘型、取石篮型。导入鞘型鞘体(尼龙、特氟龙)制由扩张管(尼龙)、鞘接头(尼龙)、成，取石篮型由控制手柄(聚酯亚胺)、管体(聚酯亚胺)、网篮(镍镇合金丝)制成。主要性能:各连接处应能承受15N的静拉力持续10S，应无断裂和脱离现象，产品无	不通过	申报产品与除外内容不符，不属于导管		
913	C0103060040000607655000005	一次性使用输尿管软镜取石套件	13/15Fr L35	导入鞘型	湘械注准20152020030	导管	丙类	否					是	331102003	经皮肾镜或输尿管镜内切开成形术		造瘘鞘	建立内窥镜等器械进入泌尿道的通路，及取出结石及其他异物。	一次性使用输尿管软镜取石套件分导入鞘型、取石篮型。导入鞘型鞘体(尼龙、特氟龙)制由扩张管(尼龙)、鞘接头(尼龙)、成，取石篮型由控制手柄(聚酯亚胺)、管体(聚酯亚胺)、网篮(镍镇合金丝)制成。主要性能:各连接处应能承受15N的静拉力持续10S，应无断裂和脱离现象，产品无	不通过	申报产品与除外内容不符，不属于导管		
914	C0103060040000607655000007	一次性使用输尿管软镜取石套件	10/12Fr L35	导入鞘型	湘械注准20152020030	导管	丙类	否					是	331102003	经皮肾镜或输尿管镜内切开成形术		造瘘鞘	建立内窥镜等器械进入泌尿道的通路，及取出结石及其他异物。	一次性使用输尿管软镜取石套件分导入鞘型、取石篮型。导入鞘型鞘体(尼龙、特氟龙)制由扩张管(尼龙)、鞘接头(尼龙)、成，取石篮型由控制手柄(聚酯亚胺)、管体(聚酯亚胺)、网篮(镍镇合金丝)制成。主要性能:各连接处应能承受15N的静拉力持续10S，应无断裂和脱离现象，产品无	不通过	申报产品与除外内容不符，不属于导管		

915	C0103060040000607655000009	一次性使用输尿管软镜取石套件	10/12Fr L45	导入鞘型	湘械注准20152020030	导管	丙类	否					是	331102003	经皮肾镜或输尿管镜内切开成形术		造瘘鞘	建立内窥镜等器械进入泌尿道的通路，及取出结石及其他异物。	一次性使用输尿管软镜取石套件分导入鞘型、取石篮型。导入鞘型鞘体(尼龙、特氟龙)制由扩张管(尼龙)、鞘接头(尼龙)、成，取石篮型由控制手柄(聚酯亚胺)、管体(聚酯亚胺)、网篮(镍镇合金丝)制成。主要性能:各连接处应能承受15N的静拉力持续10S，应无断裂和脱离现象	不通过	申报产品与除外内容不符，不属于导管		
916	C0103180040000107655000005	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E D2 Q8 W2	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			

917	C0103180040000107655000006	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V1E D4	V1E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			
918	C0103180040000107655000015	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E D1 W2	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			

919	C0103180040000107655000021	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V1E Q2 W2	V1E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			
920	C0103180040000107655000025	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V1E D4 Q7 W2	V1E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			

921	C0103180040000107655000029	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E D4 Q8 W1	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			
922	C0103180040000107655000040	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V1E D2 Q7 W1	V1E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			

923	C0103180040000107655000050	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E D1 Q8	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			
924	C0103180040000107655000052	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E D2 W2	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			

925	C0103180040000107655000055	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V1E D3 Q5 W2	V1E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			
926	C0103180040000107655000057	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E Q2 W1	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			

927	C0103180040000107655000059	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V1E Q7 W1	V1E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			
928	C0103180040000107655000071	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V1E D2 Q3 W1	V1E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			

929	C0103180040000107655000073	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E Q8 W1	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			
930	C0103180040000107655000075	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V1E Q7	V1E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			

931	C0103180040000107655000099	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V1E D2 Q2 W2	V1E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			
932	C0103180040000107655000102	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E Q4	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			

933	C0103180040000107655000104	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V1E Q5 W1	V1E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			
934	C0103180040000107655000126	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V1E D2 Q1	V1E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			

935	C0103180040000107655000127	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V1E D2 Q6 W1	V1E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			
936	C0103180040000107655000130	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V1E D4 Q4 W2	V1E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			

937	C0103180040000107655000144	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E D1 W1	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			
938	C0103180040000107655000154	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E Q1 W2	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			

939	C0103180040 00010765500 00156	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E D2 Q6 W1	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			
940	C0103180040 00010765500 00159	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V1E D4 Q3 W2	V1E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			

941	C0103180040000107655000161	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V1E D2 Q7 W2	V1E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			
942	C0103180040000107655000163	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E D1 Q1 W2	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			

943	C0103180040000107655000165	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V1E Q2	V1E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			
944	C0103180040000107655000177	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E D1 Q3 W2	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			

945	C0103180040 00010765500 00182	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E Q8 W2	V2E	湘械注准 20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			
946	C0103180040 00010765500 00190	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E D4 Q8	V2E	湘械注准 20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			

947	C0103180040000107655000200	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E Q5 W2	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			
948	C0103180040000107655000207	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E D2 Q2 W2	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			

949	C0103180040000107655000218	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V1E D2 Q6 W2	V1E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			
950	C0103180040000107655000221	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E D1 Q2	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			

951	C0103180040000107655000241	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E D1 Q3	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			
952	C0103180040000107655000242	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V1E D1 Q3 W2	V1E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			

953	C0103180040000107655000245	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V1E D3 Q2 W1	V1E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			
954	C0103180040000107655000247	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V1E D3 W2	V1E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			

955	C0103180040000107655000249	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E D3 Q8	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			
956	C0103180040000107655000250	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E Q4 W1	V2E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			

957	C0103180040000107655000256	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V1E D4 Q3	V1E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			
958	C0103180040000107655000257	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V1E D4 Q7	V1E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			

959	C0103180040 00010765500 00265	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V1E D3 Q7 W2	V1E	湘械注准20232060927	导管	甲类	否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED 灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组	通过			
960	C0105060210 00011679700 00002	一次性等离子射频消融电极刀头	CDA05N	CDA05N	苏械注准20212011283	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以治	消融电极	与等离子射频手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融和凝固止血。	由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。产品采用环氧乙烷灭菌，应无菌。	通过			
961	C0105060210 00011679700 00005	一次性等离子射频消融电极刀头	BDD01N	BDD01N	苏械注准20212011283	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以治	消融电极	与等离子射频手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融和凝固止血。	由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。产品采用环氧乙烷灭菌，应无菌。	通过			

962	C0105060210000116797000023	一次性等离子射频消融电极刀头	BDC04S	BDC04S	苏械注准20212011283	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以治	消融电极	与等离子射频手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融和凝固止血。	由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。产品采用环氧乙烷灭菌，应无菌。	通过			
963	C0105060210000116797000024	一次性等离子射频消融电极刀头	BDC34S	BDC34S	苏械注准20212011283	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以治	消融电极	与等离子射频手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融和凝固止血。	由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。产品采用环氧乙烷灭菌，应无菌。	通过			
964	C0105060210000116797000025	一次性等离子射频消融电极刀头	CDA02N	CDA02N	苏械注准20212011283	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以治	消融电极	与等离子射频手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融和凝固止血。	由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。产品采用环氧乙烷灭菌，应无菌。	通过			

965	C0105060210000116797000027	一次性等离子射频消融电极刀头	BDA22N	BDA22N	苏械注准20212011283	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以治	消融电极	与等离子射频手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融和凝固止血。	由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。产品采用环氧乙烷灭菌，应无菌。	通过			
966	C0105060210000116797000032	一次性等离子射频消融电极刀头	BDC32S	BDC32S	苏械注准20212011283	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以治	消融电极	与等离子射频手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融和凝固止血。	由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。产品采用环氧乙烷灭菌，应无菌。	通过			
967	C0105060210000116797000033	一次性等离子射频消融电极刀头	BDD03N	BDD03N	苏械注准20212011283	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以治	消融电极	与等离子射频手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融和凝固止血。	由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。产品采用环氧乙烷灭菌，应无菌。	通过			

968	C0105060210000116797000034	一次性等离子射频消融电极刀头	BDC15S	BDC15S	苏械注准20212011283	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以治	消融电极	与等离子射频手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融和凝固止血。	由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。产品采用环氧乙烷灭菌，应无菌。	通过			
969	C0105060210000116797000037	一次性等离子射频消融电极刀头	ADA05N	ADA05N	苏械注准20212011283	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以治	消融电极	与等离子射频手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融和凝固止血。	由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。产品采用环氧乙烷灭菌，应无菌。	通过			
970	C0105060210000116797000040	一次性等离子射频消融电极刀头	BDC06S	BDC06S	苏械注准20212011283	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以治	消融电极	与等离子射频手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融和凝固止血。	由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。产品采用环氧乙烷灭菌，应无菌。	通过			

971	C0105060210000116797000042	一次性等离子射频消融电极刀头	CDA01N	CDA01N	苏械注准20212011283	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以治	消融电极	与等离子射频手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融和凝固止血。	由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。产品采用环氧乙烷灭菌，应无菌。	通过			
972	C0105060210000116797000045	一次性等离子射频消融电极刀头	BDC20S	BDC20S	苏械注准20212011283	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以治	消融电极	与等离子射频手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融和凝固止血。	由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。产品采用环氧乙烷灭菌，应无菌。	通过			
973	C0105060210000116797000047	一次性等离子射频消融电极刀头	BDA21N	BDA21N	苏械注准20212011283	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以治	消融电极	与等离子射频手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融和凝固止血。	由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。产品采用环氧乙烷灭菌，应无菌。	通过			

974	C0105060210000116797000048	一次性等离子射频消融电极刀头	BDC02S	BDC02S	苏械注准20212011283	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以治	消融电极	与等离子射频手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融和凝固止血。	由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。产品采用环氧乙烷灭菌，应无菌。	通过			
975	C0105060210000116797000054	一次性等离子射频消融电极刀头	BDC08S	BDC08S	苏械注准20212011283	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以治	消融电极	与等离子射频手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融和凝固止血。	由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。产品采用环氧乙烷灭菌，应无菌。	通过			
976	C0105060210000116797000059	一次性等离子射频消融电极刀头	ADA02N	ADA02N	苏械注准20212011283	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以治	消融电极	与等离子射频手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融和凝固止血。	由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。产品采用环氧乙烷灭菌，应无菌。	通过			

977	C0105060210000116797000061	一次性等离子射频消融电极刀头	BDA19N	BDA19N	苏械注准20212011283	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以治	消融电极	与等离子射频手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融和凝固止血。	由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。产品采用环氧乙烷灭菌，应无菌。	通过			
978	C0105060210000116797000067	一次性等离子射频消融电极刀头	ADC20S	ADC20S	苏械注准20212011283	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以治	消融电极	与等离子射频手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融和凝固止血。	由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。产品采用环氧乙烷灭菌，应无菌。	通过			
979	C0105060210000116797000068	一次性等离子射频消融电极刀头	BDC03S	BDC03S	苏械注准20212011283	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以治	消融电极	与等离子射频手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融和凝固止血。	由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。产品采用环氧乙烷灭菌，应无菌。	通过			

980	C0105060210000116797000073	一次性等离子射频消融电极刀头	BDD02N	BDD02N	苏械注准20212011283	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以治	消融电极	与等离子射频手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融和凝固止血。	由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。产品采用环氧乙烷灭菌，应无菌。	通过			
981	C0105060210000116797000078	一次性等离子射频消融电极刀头	BDA23N	BDA23N	苏械注准20212011283	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以治	消融电极	与等离子射频手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融和凝固止血。	由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。产品采用环氧乙烷灭菌，应无菌。	通过			
982	C0105060210000116797000081	一次性等离子射频消融电极刀头	BDC12S	BDC12S	苏械注准20212011283	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以治	消融电极	与等离子射频手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融和凝固止血。	由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。产品采用环氧乙烷灭菌，应无菌。	通过			

983	C0105060210000116797000084	一次性等离子射频消融电极刀头	BDA02N	BDA02N	苏械注准20212011283	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以治	消融电极	与等离子射频手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融和凝固止血。	由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。产品采用环氧乙烷灭菌，应无菌。	通过			
984	C0105060210000116797000085	一次性等离子射频消融电极刀头	BDA18N	BDA18N	苏械注准20212011283	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以治	消融电极	与等离子射频手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融和凝固止血。	由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。产品采用环氧乙烷灭菌，应无菌。	通过			
985	C0105060210000116797000088	一次性等离子射频消融电极刀头	BDC14S	BDC14S	苏械注准20212011283	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以治	消融电极	与等离子射频手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融和凝固止血。	由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。产品采用环氧乙烷灭菌，应无菌。	通过			

986	C0105060210000116797000091	一次性等离子射频消融电极刀头	BDC10S	BDC10S	苏械注准20212011283	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以治	消融电极	与等离子射频手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融和凝固止血。	由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。产品采用环氧乙烷灭菌，应无菌。	通过			
987	C0105060210000116797000093	一次性等离子射频消融电极刀头	BDC05S	BDC05S	苏械注准20212011283	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以治	消融电极	与等离子射频手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融和凝固止血。	由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。产品采用环氧乙烷灭菌，应无菌。	通过			
988	C0105060210000116797000098	一次性等离子射频消融电极刀头	ADA01N	ADA01N	苏械注准20212011283	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以治	消融电极	与等离子射频手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融和凝固止血。	由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。产品采用环氧乙烷灭菌，应无菌。	通过			

989	C0105060210000116797000100	一次性等离子射频消融电极刀头	BDC11S	BDC11S	苏械注准20212011283	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以治	消融电极	与等离子射频手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融和凝固止血。	由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。产品采用环氧乙烷灭菌，应无菌。	通过			
990	C0105060210000116797000102	一次性等离子射频消融电极刀头	BDA05N	BDA05N	苏械注准20212011283	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以治	消融电极	与等离子射频手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融和凝固止血。	由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。产品采用环氧乙烷灭菌，应无菌。	通过			
991	C0105060210000116797000106	一次性等离子射频消融电极刀头	CDC20S	CDC20S	苏械注准20212011283	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以治	消融电极	与等离子射频手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融和凝固止血。	由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。产品采用环氧乙烷灭菌，应无菌。	通过			

992	C0105060210000116797000107	一次性等离子射频消融电极刀头	BDC07S	BDC07S	苏械注准20212011283	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以治	消融电极	与等离子射频手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融和凝固止血。	由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。产品采用环氧乙烷灭菌，应无菌。	通过			
993	C0105060210000116797000109	一次性等离子射频消融电极刀头	BDC09S	BDC09S	苏械注准20212011283	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以治	消融电极	与等离子射频手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融和凝固止血。	由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。产品采用环氧乙烷灭菌，应无菌。	通过			
994	C0105060210000116797000117	一次性等离子射频消融电极刀头	BDA01N	BDA01N	苏械注准20212011283	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以治	消融电极	与等离子射频手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融和凝固止血。	由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。产品采用环氧乙烷灭菌，应无菌。	通过			

995	C0105060210000116797000118	一次性等离子射频消融电极刀头	BDC33S	BDC33S	苏械注准20212011283	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以冷	消融电极	与等离子射频手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融和凝固止血。	由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。产品采用环氧乙烷灭菌，应无菌。	通过			
996	C0105060210000116797000121	一次性等离子射频消融电极刀头	BDD04S	BDD04S	苏械注准20212011283	电极	甲类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以冷	消融电极	与等离子射频手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融和凝固止血。	由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。产品采用环氧乙烷灭菌，应无菌。	通过			
997	C1404010050000016797000005	一次性等离子射频消融电极刀头	ADA19N	ADA19N	苏械注准20212011283	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以冷	消融电极	与等离子射频手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融和凝固止血。	由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。产品采用环氧乙烷灭菌，应无菌。	通过			

998	C1404010050000016797000006	一次性等离子射频消融电极刀头	CDC02S	CDC02S	苏械注准20212011283	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以冷	消融电极	与等离子射频手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融和凝固止血。	由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。产品采用环氧乙烷灭菌，应无菌。	通过			
999	C1404010050000016797000009	一次性等离子射频消融电极刀头	ADC34S	ADC34S	苏械注准20212011283	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以冷	消融电极	与等离子射频手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融和凝固止血。	由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。产品采用环氧乙烷灭菌，应无菌。	通过			
1000	C1404010050000016797000012	一次性等离子射频消融电极刀头	ADD03N	ADD03N	苏械注准20212011283	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以冷	消融电极	与等离子射频手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融和凝固止血。	由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。产品采用环氧乙烷灭菌，应无菌。	通过			

1001	C1404010050000016797000016	一次性等离子射频消融电极刀头	ADD02N	ADD02N	苏械注准20212011283	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以冷	消融电极	与等离子射频手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融和凝固止血。	由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。产品采用环氧乙烷灭菌，应无菌。	通过			
1002	C1404010050000016797000021	一次性等离子射频消融电极刀头	ADA21N	ADA21N	苏械注准20212011283	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以冷	消融电极	与等离子射频手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融和凝固止血。	由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。产品采用环氧乙烷灭菌，应无菌。	通过			
1003	C1404010050000016797000026	一次性等离子射频消融电极刀头	BDC30S	BDC30S	苏械注准20212011283	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以冷	消融电极	与等离子射频手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融和凝固止血。	由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。产品采用环氧乙烷灭菌，应无菌。	通过			

1004	C1404010050000016797000028	一次性等离子射频消融电极刀头	ADC07S	ADC07S	苏械注准20212011283	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以冷	消融电极	与等离子射频手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融和凝固止血。	由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。产品采用环氧乙烷灭菌，应无菌。	通过			
1005	C1404010050000016797000032	一次性等离子射频消融电极刀头	ADC14S	ADC14S	苏械注准20212011283	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以冷	消融电极	与等离子射频手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融和凝固止血。	由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。产品采用环氧乙烷灭菌，应无菌。	通过			
1006	C1404010050000016797000039	一次性等离子射频消融电极刀头	CDB01N	CDB01N	苏械注准20212011283	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以冷	消融电极	与等离子射频手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融和凝固止血。	由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。产品采用环氧乙烷灭菌，应无菌。	通过			

1007	C1404010050000016797000040	一次性等离子射频消融电极刀头	ADC05S	ADC05S	苏械注准20212011283	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以冷	消融电极	与等离子射频手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融和凝固止血。	由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。产品采用环氧乙烷灭菌，应无菌。	通过			
1008	C1404010050000016797000042	一次性等离子射频消融电极刀头	ADC15S	ADC15S	苏械注准20212011283	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以冷	消融电极	与等离子射频手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融和凝固止血。	由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。产品采用环氧乙烷灭菌，应无菌。	通过			
1009	C1404010050000016797000044	一次性等离子射频消融电极刀头	ADC33S	ADC33S	苏械注准20212011283	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以冷	消融电极	与等离子射频手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融和凝固止血。	由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。产品采用环氧乙烷灭菌，应无菌。	通过			

1010	C1404010050000016797000045	一次性等离子射频消融电极刀头	ADC02S	ADC02S	苏械注准20212011283	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以冷	消融电极	与等离子射频手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融和凝固止血。	由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。产品采用环氧乙烷灭菌，应无菌。	通过			
1011	C1404010050000016797000051	一次性等离子射频消融电极刀头	ADC09S	ADC09S	苏械注准20212011283	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以冷	消融电极	与等离子射频手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融和凝固止血。	由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。产品采用环氧乙烷灭菌，应无菌。	通过			
1012	C1404010050000016797000052	一次性等离子射频消融电极刀头	ADC32S	ADC32S	苏械注准20212011283	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以冷	消融电极	与等离子射频手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融和凝固止血。	由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。产品采用环氧乙烷灭菌，应无菌。	通过			

1013	C1404010050000016797000054	一次性等离子射频消融电极刀头	ADA23N	ADA23N	苏械注准20212011283	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以治	消融电极	与等离子射频手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融和凝固止血。	由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。产品采用环氧乙烷灭菌，应无菌。	通过			
1014	C1404010050000016797000059	一次性等离子射频消融电极刀头	ADC11S	ADC11S	苏械注准20212011283	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以治	消融电极	与等离子射频手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融和凝固止血。	由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。产品采用环氧乙烷灭菌，应无菌。	通过			
1015	C1405010050000016797000204	一次性等离子射频消融电极刀头	CDA19N	CDA19N	苏械注准20212011283	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以治	消融电极	与等离子射频手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融和凝固止血。	由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。产品采用环氧乙烷灭菌，应无菌。	通过			

1016	C1405010050000016797000205	一次性等离子射频消融电极刀头	CDC08S	CDC08S	苏械注准20212011283	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以治	消融电极	与等离子射频手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融和凝固止血。	由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。产品采用环氧乙烷灭菌，应无菌。	通过			
1017	C1405010050000016797000207	一次性等离子射频消融电极刀头	CDC09S	CDC09S	苏械注准20212011283	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以治	消融电极	与等离子射频手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融和凝固止血。	由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。产品采用环氧乙烷灭菌，应无菌。	通过			
1018	C1405010050000016797000208	一次性等离子射频消融电极刀头	CDC03S	CDC03S	苏械注准20212011283	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以治	消融电极	与等离子射频手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融和凝固止血。	由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。产品采用环氧乙烷灭菌，应无菌。	通过			

1019	C1405010050000016797000209	一次性等离子射频消融电极刀头	CDC06S	CDC06S	苏械注准20212011283	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以治	消融电极	与等离子射频手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融和凝固止血。	由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。产品采用环氧乙烷灭菌，应无菌。	通过			
1020	C1405010050000016797000210	一次性等离子射频消融电极刀头	CDA24N	CDA24N	苏械注准20212011283	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以治	消融电极	与等离子射频手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融和凝固止血。	由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。产品采用环氧乙烷灭菌，应无菌。	通过			
1021	C1405010050000016797000211	一次性等离子射频消融电极刀头	CDC33S	CDC33S	苏械注准20212011283	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以治	消融电极	与等离子射频手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融和凝固止血。	由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。产品采用环氧乙烷灭菌，应无菌。	通过			

1022	C1405010050000016797000213	一次性等离子射频消融电极刀头	CDC11S	CDC11S	苏械注准20212011283	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以冷	消融电极	与等离子射频手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融和凝固止血。	由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。产品采用环氧乙烷灭菌，应无菌。	通过			
1023	C1405010050000016797000214	一次性等离子射频消融电极刀头	CDC04S	CDC04S	苏械注准20212011283	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以冷	消融电极	与等离子射频手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融和凝固止血。	由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。产品采用环氧乙烷灭菌，应无菌。	通过			
1024	C1405010050000016797000215	一次性等离子射频消融电极刀头	CDC07S	CDC07S	苏械注准20212011283	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以冷	消融电极	与等离子射频手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融和凝固止血。	由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。产品采用环氧乙烷灭菌，应无菌。	通过			

1025	C1405010050000016797000217	一次性等离子射频消融电极刀头	CDA23N	CDA23N	苏械注准20212011283	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以冷	消融电极	与等离子射频手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融和凝固止血。	由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。产品采用环氧乙烷灭菌，应无菌。	通过			
1026	C1405010050000016797000219	一次性等离子射频消融电极刀头	CDD01N	CDD01N	苏械注准20212011283	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以冷	消融电极	与等离子射频手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融和凝固止血。	由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。产品采用环氧乙烷灭菌，应无菌。	通过			
1027	C1405010050000016797000220	一次性等离子射频消融电极刀头	CDC14S	CDC14S	苏械注准20212011283	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以冷	消融电极	与等离子射频手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融和凝固止血。	由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。产品采用环氧乙烷灭菌，应无菌。	通过			

1028	C1405010050000016797000221	一次性等离子射频消融电极刀头	CDA18N	CDA18N	苏械注准20212011283	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以治	消融电极	与等离子射频手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融和凝固止血。	由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。产品采用环氧乙烷灭菌，应无菌。	通过			
1029	C1405010050000016797000223	一次性等离子射频消融电极刀头	CDD03N	CDD03N	苏械注准20212011283	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以治	消融电极	与等离子射频手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融和凝固止血。	由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。产品采用环氧乙烷灭菌，应无菌。	通过			
1030	C1405010050000016797000224	一次性等离子射频消融电极刀头	CDA22N	CDA22N	苏械注准20212011283	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以治	消融电极	与等离子射频手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融和凝固止血。	由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。产品采用环氧乙烷灭菌，应无菌。	通过			

1031	C1405010050000016797000226	一次性等离子射频消融电极刀头	CDC15S	CDC15S	苏械注准20212011283	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以治	消融电极	与等离子射频手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融和凝固止血。	由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。产品采用环氧乙烷灭菌，应无菌。	通过			
1032	C1405010050000016797000227	一次性等离子射频消融电极刀头	CDA21N	CDA21N	苏械注准20212011283	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以治	消融电极	与等离子射频手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融和凝固止血。	由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。产品采用环氧乙烷灭菌，应无菌。	通过			
1033	C1405010050000016797000229	一次性等离子射频消融电极刀头	CDD04S	CDD04S	苏械注准20212011283	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以治	消融电极	与等离子射频手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融和凝固止血。	由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。产品采用环氧乙烷灭菌，应无菌。	通过			

1034	C1405010050000016797000230	一次性等离子射频消融电极刀头	CDC12S	CDC12S	苏械注准20212011283	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以冷	消融电极	与等离子射频手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融和凝固止血。	由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。产品采用环氧乙烷灭菌，应无菌。	通过			
1035	C1405010050000016797000231	一次性等离子射频消融电极刀头	CDC34S	CDC34S	苏械注准20212011283	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以冷	消融电极	与等离子射频手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融和凝固止血。	由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。产品采用环氧乙烷灭菌，应无菌。	通过			
1036	C1405010050000016797000235	一次性等离子射频消融电极刀头	CDD02N	CDD02N	苏械注准20212011283	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以冷	消融电极	与等离子射频手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融和凝固止血。	由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。产品采用环氧乙烷灭菌，应无菌。	通过			

1037	C1405010050000016797000237	一次性等离子射频消融电极刀头	CDC10S	CDC10S	苏械注准20212011283	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以冷	消融电极	与等离子射频手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融和凝固止血。	由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。产品采用环氧乙烷灭菌，应无菌。	通过			
1038	C1405010050000016797000238	一次性等离子射频消融电极刀头	CDC13S	CDC13S	苏械注准20212011283	手术刀头	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以冷	消融电极	与等离子射频手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融和凝固止血。	由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。产品采用环氧乙烷灭菌，应无菌。	通过			
1039	C1402022640001101326000016	一次性使用切口保护套	80/90-80/100	QHQA	苏械注准20172020087	切口保护器	丙类	否					是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、 内分泌系统、 眼、 耳、鼻口咽、 呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以	扩张器	供小切口手术及微创手术扩张切口术野，防止切口损伤，减少切口感染用	一次性使用切口保护套由外环、置入环和通道组成。产品根据外形结构分为QHQA和QHQB两种型式。根据外环外径、置入环外径、通道外径和长度的不同共分为31种规格。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。	通过			

1040	C1402022640001101326000019	一次性使用切口保护套	120/130-120/100	QHQA	苏械注准20172020087	切口保护器	丙类	否					是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、 内分泌系统、 眼、 耳、鼻口咽、 呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以	扩张器	供小切口手术及微创手术扩张切口术野，防止切口损伤，减少切口感染用	一次性使用切口保护套由外环、置入环和通道组成。产品根据外形结构分为QHQA和QHQB两种型式。根据外环外径、置入环外径、通道外径和长度的不同共分为31种规格。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。	通过			
1041	C1402022640001101326000021	一次性使用切口保护套	150/160-150/250	QHQA	苏械注准20172020087	切口保护器	丙类	否					是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、 内分泌系统、 眼、 耳、鼻口咽、 呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以	扩张器	供小切口手术及微创手术扩张切口术野，防止切口损伤，减少切口感染用。	一次性使用切口保护套由外环、置入环和通道组成。产品根据外形结构分为QHQA和QHQB两种型式。根据外环外径、置入环外径、通道外径和长度的不同共分为31种规格。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。	通过			
1042	C1402022640001101326000024	一次性使用切口保护套	200/210-200/250	QHQA	苏械注准20172020087	切口保护器	丙类	否					是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、 内分泌系统、 眼、 耳、鼻口咽、 呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以	扩张器	供小切口手术及微创手术扩张切口术野，防止切口损伤，减少切口感染用。	一次性使用切口保护套由外环、置入环和通道组成。产品根据外形结构分为QHQA和QHQB两种型式。根据外环外径、置入环外径、通道外径和长度的不同共分为31种规格。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。	通过			

1043	C0202160040000021113000001	一次性使用血管内成像导管	TA-06-0001	TA-06-0001	国械注进20233060333	导管	甲类	否					是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。 2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。 3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行的复查，检查费分别按该 项	导管	该产品与本公司生产的血管内成像设备(其中控制台型号：TA-03-0005）配合使用，用于在医疗机构中需要进行冠状动脉介入治疗患者的冠状动脉成像，包括血管内超声成像(IVUS)和血管内光相干断层成像(OCT)。一次性使用血管内成像导管的OCT成像功能适用的冠脉血管直径范围是2.0-4.0mm，不适用于左冠状动脉主	该产品由近端连接器（含冲洗孔）、外管和探头组成。	通过			
1044	C1701012160100020607000001	重组贻贝粘蛋白水凝胶敷料	15g	0.5mg/g	湘械注准20222142096	敷料	丙类	否					是	311400056	烧伤换药		医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料、含银抗菌敷料	适用于激光、光子嫩肤、微晶磨削、果酸换肤术等微创术后非慢性创面的保护和护理。	本产品由重组贻贝粘蛋白、甲基纤维素、丙二醇、甘油、柠檬酸、纯化水和包装容器组成，容器为聚酯瓶或玻璃瓶，产品经辐	不通过	申报产品的适用范围与填报的除外内容不符		
1045	C1701022160400020607000014	重组贻贝粘蛋白膏体敷料	30g	30g	湘械注准20232140141	敷料	丙类	否					是	ACBN0001	压疮护理	指使用压疮评估表确定压疮分级及危险因素，评估病情、压疮伤口类型，对有发生压疮危险的患者采取定时翻转，取适当体位，必要时采取保护措施。核对患者信息，做好解释取得配合，取适当体位，根据伤口干湿组织范围大小等，选择相应的无菌伤口敷料和药物，暴露创面，用生理盐水清理创面去除坏死组织，用	功能性敷料、药物、特殊仪器	产品适用于激光、光子嫩肤、微晶磨削、果酸换肤术等微创术后非慢性创面及周围皮肤护理。	产品由重组贻贝粘蛋白、山嵛醇聚醚-25、十六十八醇、棕榈酸异丙酯、二甲硅油、辛酸/癸酸甘油三酯、异硬脂酸异丙酯、单双硬脂酸甘油酯、甘油、山梨醇、羟乙基纤维素、聚乙烯醇、柠檬酸、纯化水和塑料真空瓶或塑料软管组成。塑料真空瓶材质为聚酯，塑料软管材质为聚乙烯。产品经辐照灭菌，无菌提供。	不通过	适用范围不符合申报的医疗服务项目		

1046	C1408021840000108861000002	尼龙缝合线	7-0	3365	国械注进20172020380	不可吸收性缝线	甲类	否					是	33	（三）手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全价收取，次要手术项目分别		用于手术缝合。	尼龙缝合线的原料为尼龙66，针由不锈钢制成。有硅涂层，涂层成分：100%硅。	通过			
1047	C1408021840000108861000018	尼龙缝合线	9-0	1407	国械注进20172020380	不可吸收性缝线	甲类	否					是	33	（三）手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全价收取，次要手术项目分别		用于手术缝合。	尼龙缝合线的原料为尼龙66，针由不锈钢制成。有硅涂层，涂层成分：100%硅。	通过			

1048	C1408021840000108861000020	尼龙缝合线	8-0	2056	国械注进20172020380	不可吸收性缝线	甲类	否					是	33	（三）手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全价收取，次要手术项目分别		用于手术缝合。	尼龙缝合线的原料为尼龙66，针由不锈钢制成。有硅涂层，涂层成分：100%硅。	通过			
1049	C1408021840000108861000043	尼龙缝合线	7-0	2058	国械注进20172020380	不可吸收性缝线	甲类	否					是	33	（三）手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全价收取，次要手术项目分别		用于手术缝合。	尼龙缝合线的原料为尼龙66，针由不锈钢制成。有硅涂层，涂层成分：100%硅。	通过			

1050	C1408021840000208861000011	尼龙缝合线	5-0	2806	国械注进20172020380	不可吸收性缝线	甲类	否					是	33	（三）手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全价收取，次要手术项目分别		用于手术缝合。	尼龙缝合线的原料为尼龙66，针由不锈钢制成。有硅涂层，涂层成分：100%硅。	通过			
1051	C0204010580000104254000004	植入式心脏起搏器	A3SR01	A3SR01	国械注进20153122749	起搏器	甲类	6						310702007	永久起搏器安置术		起搏器、心导管、电极	该起搏器适用于恢复生理心率、改善心脏输出量、防止疾病发生或预防由心脏搏动形成或传导紊乱导致	该产品由脉冲发生器（含IS-1电极连接器内腔接口）、小螺丝刀组成。	通过			
1052	C0204010580000104254000006	植入式心脏起搏器	EN1SR01	EN1SR01	国械注进20153122749	起搏器	甲类	6						310702007	永久起搏器安置术		起搏器、心导管、电极	该起搏器适用于恢复生理心率、改善心脏输出量、防止疾病发生或预防由心脏搏动形成或传导紊乱导致	该产品由脉冲发生器（含IS-1电极连接器内腔接口）、小螺丝刀组成。	通过			
1053	C0204010580000104254000010	植入式心脏起搏器	X3SR01	X3SR01	国械注进20203120345	起搏器	甲类	6						310702007	永久起搏器安置术		起搏器、心导管、电极	该系统适用于可能受益于频率应答或非频率应答起搏的患者，用于恢复生理心率，增大心输出量，防止出现症状或防止与心脏起搏脉冲形成或传导紊乱相关的心律失常。所有型号均可用于治疗心动过缓，其中X2DR01可用于治疗房性心动过速。该产品为磁共振环境条件安全的植入式心脏起搏器，在制造商规定的特定条	产品由一个植入式脉冲发生器和一个扭矩扳手组成。	通过			

1054	C020401058000010425400000012	植入式心脏起搏器	X2SR01	X2SR01	国械注进20203120345	起搏器	甲类	6						310702007	永久起搏器安置术		起搏器、心导管、电极	该系统适用于可能受益于频率应答或非频率应答起搏的患者，用于恢复生理心率，增大心输出量，防止出现症状或防止与心脏起搏脉冲形成或传导紊乱相关的心律失常。所有型号均可用于治疗心动过缓，其中X2DR01可用于治疗房性心动过速。该产品为磁共振环境条件安全的植入式心脏起搏器，在制造商规定的特定条	产品由一个植入式脉冲发生器和一个扭矩扳手组成。	通过			
1055	C020401058000010425400000013	植入式心脏起搏器	ATSR01	ATSR01	国械注进20223120352	起搏器	甲类	6						310702007	永久起搏器安置术		起搏器、心导管、电极	用于改善心脏输出量，防止病症发生或预防由心脏搏动形成或传导紊乱而导致的心律失常。该产品属于磁共振环境条件安全医疗器械，在制造商规定的特定条件下，以及保证对患者和植入设备采取了特殊保护措施的前提下，患者可接受临床1.5T和3.0T场强的磁共振成像检查，不适用于局部射频发射的照射	产品由植入式脉冲发生器和转矩扳手组成。	通过			
1056	C020401058000050425400000019	植入式心脏起搏器	SESR01	SESR01	国械注进20153122773	起搏器	甲类	6						310702007	永久起搏器安置术		起搏器、心导管、电极	该起搏器适用于恢复生理心率、改善心脏输出量、防止疾病发生或预防由心脏搏动形成或传导紊乱导致	该产品由脉冲发生器（含IS-1电极连接器内腔接口）、小螺丝刀组成。	通过			
1057	C020402058000010425400000011	植入式心脏起搏器	EN1DR01	EN1DR01	国械注进20153122749	起搏器	甲类	6						310702007	永久起搏器安置术		起搏器、心导管、电极	该起搏器适用于恢复生理心率、改善心脏输出量、防止疾病发生或预防由心脏搏动形成或传导紊乱导致	该产品由脉冲发生器（含IS-1电极连接器内腔接口）、小螺丝刀组成。	通过			

1058	C020402058000010425400000018	植入式心脏起搏器	ATDRL1	ATDRL1	国械注进20223120352	起搏器	甲类	6						310702007	永久起搏器安置术		起搏器、心导管、电极	用于改善心脏输出量，防止病症发生或预防由心脏搏动形成或传导紊乱而导致的心律失常。该产品属于磁共振环境条件安全医疗器械，在制造商规定的特定条件下，以及保证对患者和植入设备采取了特殊保护措施的前提下，患者可接受临床1.5T和3.0T场强的磁共振成像检查，不适用于局部射频	产品由植入式脉冲发生器和转矩扳手组成。	通过			
1059	C020402058000050425400000005	植入式心脏起搏器	A5DR01	A5DR01	国械注进20173121974	起搏器	甲类	6						310702007	永久起搏器安置术		起搏器、心导管、电极	该产品适用于恢复生理心率、改善心脏输出量、防止病症发生或预防由心脏搏动形成或传导紊乱而导致的心律失常。其中植入A3DR01型的患者可以接受场强1.5T及以下的MRI	该产品由脉冲发生器（含电极连接器内腔接口）和扭矩扳手组成。	通过			
1060	C020403058000050425400000005	植入式心脏起搏器	C5TR01	C5TR01	国械注进20153121987	起搏器	甲类	6						310702007	永久起搏器安置术		起搏器、心导管、电极	该产品适用于伴有心室传导功能紊乱的心衰患者。	该产品由脉冲发生器（含IS-1电极连接器内腔接口）、扭矩扳手组	通过			
1061	C020404058000000425400000002	经导管植入式无导线起搏系统	MC1AVR1	MC1AVR1	国械注进20223120231	起搏器	甲类	6						310702007	永久起搏器安置术		起搏器、心导管、电极	该系统可在右心室内感知患者心脏活动，监测心动过缓心律并针对心动过缓提供起搏治疗。本产品为磁共振环境条件安全的医疗器械，在规定的条件下以及保证对患者和植入设备采取了特殊保护措施的前提下，患者可接受临床1.5T和3.0T场强的磁共振成像检查	产品由植入式脉冲发生器（含固定翼）和输送导管组成。	通过			

1062	C020412061000010425400000003	植入式除颤电极导线	6947M	6947M	国械注进20173217262	导线	丙类	6						310702009	埋藏式心脏复律除颤器安置术		除颤器、心导管、电极	该电极设计与植入式心律转复除颤器共同使用，植入心室内进行起搏、感知、心脏复律和除颤治疗。该产品为磁共振环境条件安全的植入式心脏起搏电极导线，在制造商规定的特定条件下，并保证对患者和植入设备采取了特殊保护措施的前提下，患者可接受临床1.5T和3.0T场强的磁共振成像检查，不适	电极由电极体和附件组成，每个包装都含有下列组件：1个电极导线配有1个不透射线的固定套管、1个塑形钢丝和1个AccuRead工具、2个紫色固定工具、1个紫色的塑形钢丝导入器、1个开口固定套管、1个静脉拉钩、额外塑形钢丝。	通过			
1063	C020412061000010425400000004	植入式除颤电极导线	6935M	6935M	国械注进20173217262	导线	丙类	6						310702009	埋藏式心脏复律除颤器安置术		除颤器、心导管、电极	该电极设计与植入式心律转复除颤器共同使用，植入心室内进行起搏、感知、心脏复律和除颤治疗。该产品为磁共振环境条件安全的植入式心脏起搏电极导线，在制造商规定的特定条件下，并保证对患者和植入设备采取了特殊保护措施的前提下，患者可接受临床1.5T和3.0T场强的磁共振成像检查，不适	电极由电极体和附件组成，每个包装都含有下列组件：1个电极导线配有1个不透射线的固定套管、1个塑形钢丝和1个AccuRead工具、2个紫色固定工具、1个紫色的塑形钢丝导入器、1个开口固定套管、1个静脉拉钩、额外塑形钢丝。	通过			
1064	C020412061000030425400000003	植入式除颤电极导线	6947	6947	国械注进20173121026	导线	丙类	6						310702009	埋藏式心脏复律除颤器安置术		除颤器、心导管、电极	该电极导线设计与植入式心律转复除颤器共同使用，植入心室内进行起搏、感知、心脏复律和除颤治疗。	产品由电极导线和附件组成。附件包括固定套管、塑形钢丝、塑形钢丝导入器、静脉拉钩、备用钢丝、固定工具、	通过			
1065	C020412061000030425400000004	植入式除颤电极导线	6935	6935	国械注进20173121026	导线	丙类	6						310702009	埋藏式心脏复律除颤器安置术		除颤器、心导管、电极	该电极导线设计与植入式心律转复除颤器共同使用，植入心室内进行起搏、感知、心脏复律和除颤治疗。	产品由电极导线和附件组成。附件包括固定套管、塑形钢丝、塑形钢丝导入器、静脉拉钩、备用钢丝、固定工具、	通过			

1066	C020413062000010425400000039	可调控型导管系统	C304-L69	C304-L69	国械注进20183032678	起搏器附件	丙类	6						310702007	永久起搏器安置术		起搏器、心导管、电极	可调控型导管系统适用于为诊断和治疗用经静脉器械导入到心脏腔和冠脉系统内提供通道，以及把球囊导管导入到冠状窦内或者把电极导线经冠状窦	可调控型导管系统由以下部件组成：导管和调控型手柄，扩张器，导管切开器，止血阀，注射器，针头，导引钢丝。环氧乙烷灭菌，产品一	通过			
1067	C020413062000010425400000040	可调控型导管系统	C304-S59	C304-S59	国械注进20183032678	起搏器附件	丙类	6						310702007	永久起搏器安置术		起搏器、心导管、电极	可调控型导管系统适用于为诊断和治疗用经静脉器械导入到心脏腔和冠脉系统内提供通道，以及把球囊导管导入到冠状窦内或者把电极导线经冠状窦	可调控型导管系统由以下部件组成：导管和调控型手柄，扩张器，导管切开器，止血阀，注射器，针头，导引钢丝。环氧乙烷灭菌，产品一	通过			
1068	C020413062000010425400000041	可调控型导管系统	C304-XL74	C304-XL74	国械注进20183032678	起搏器附件	丙类	6						310702007	永久起搏器安置术		起搏器、心导管、电极	可调控型导管系统适用于为诊断和治疗用经静脉器械导入到心脏腔和冠脉系统内提供通道，以及把球囊导管导入到冠状窦内或者把电极导线经冠状窦	可调控型导管系统由以下部件组成：导管和调控型手柄，扩张器，导管切开器，止血阀，注射器，针头，导引钢丝。环氧乙烷灭菌，产品一	通过			
1069	C020413062000020425400000004	左心部传送导管系统	6250VI-EHXL	6250VI-EHXL	国械注进20193031597	起搏器附件	丙类	6						310702007	永久起搏器安置术		起搏器、心导管、电极	该传送导管系统适用于将电极和其它经静脉器械通过冠状窦导入左心室血管。	该产品由以下部件组成：带SureValve止血阀一体式导引导管、扩张器、导引钢丝、导管切开刀和止血阀辅助工具。导引导管管身由内而外分三层，内壁由聚四氟乙烯组成，中层为304不锈钢编织层，外层由不同硬度的pebax一段段连接而成，其中，管身外层内侧含硫酸钡，外层远侧三分之一含有亲水涂层。止血阀	通过			

1070	C020413062000020425400000005	左心部传送导管系统	6250VI-AM	6250VI-AM	国械注进20193031597	起搏器附件	丙类	6						310702007	永久起搏器安置术		起搏器、心导管、电极	该传送导管系统适用于将电极和其它经静脉器械通过冠状窦导入左心室血管。	该产品由以下部件组成：带SureValve止血阀一体式导引导管、扩张器、导引钢丝、导管切开刀和止血阀辅助工具。导引导管管身由内而外分三层，内壁由聚四氟乙烯组成，中层为304不锈钢编织层，外层由不同硬度的pebax一段段连接而成，其中，管身外层内侧含硫酸钡，外层远侧三分之一含有亲水涂层。止血阀	通过			
1071	C020413062000020425400000007	左心部传送导管系统	6250VI-MP	6250VI-MP	国械注进20193031597	起搏器附件	丙类	6						310702007	永久起搏器安置术		起搏器、心导管、电极	该传送导管系统适用于将电极和其它经静脉器械通过冠状窦导入左心室血管。	该产品由以下部件组成：带SureValve止血阀一体式导引导管、扩张器、导引钢丝、导管切开刀和止血阀辅助工具。导引导管管身由内而外分三层，内壁由聚四氟乙烯组成，中层为304不锈钢编织层，外层由不同硬度的pebax一段段连接而成，其中，管身外层内侧含硫酸钡，外层远侧三分之一含有亲水涂层。止血阀	通过			

1072	C020413062000020425400000008	左心部传送导管系统	6250VI- EH	6250VI- EH	国械注进20193031597	起搏器附件	丙类	6						310702007	永久起搏器安置术		起搏器、心导管、电极	该传送导管系统适用于将电极和其它经静脉器械通过冠状窦导入左心室血管。	该产品由以下部件组成：带SureValve止血阀一体式导引导管、扩张器、导引钢丝、导管切开刀和止血阀辅助工具。导引导管管身由内而外分三层，内壁由聚四氟乙烯组成，中层为304不锈钢编织层，外层由不同硬度的pebax一段段连接而成，其中，管身外层内侧含硫酸钡，外层远侧三分之一含有亲水涂层。止血阀	通过			
1073	C020413062000020425400000009	左心部传送导管系统	6250VI-MPX	6250VI-MPX	国械注进20193031597	起搏器附件	丙类	6						310702007	永久起搏器安置术		起搏器、心导管、电极	该传送导管系统适用于将电极和其它经静脉器械通过冠状窦导入左心室血管。	该产品由以下部件组成：带SureValve止血阀一体式导引导管、扩张器、导引钢丝、导管切开刀和止血阀辅助工具。导引导管管身由内而外分三层，内壁由聚四氟乙烯组成，中层为304不锈钢编织层，外层由不同硬度的pebax一段段连接而成，其中，管身外层内侧含硫酸钡，外层远侧三分之一含有亲水涂层。止血阀	通过			

1074	C020413062000020425400000013	左心部传送导管系统	6250VI-3D	6250VI-3D	国械注进20193031597	起搏器附件	丙类	6						310702007	永久起搏器安置术		起搏器、心导管、电极	该传送导管系统适用于将电极和其它经静脉器械通过冠状窦导入左心室血管。	该产品由以下部件组成：带SureValve止血阀一体式导引导管、扩张器、导引钢丝、导管切开刀和止血阀辅助工具。导引导管管身由内而外分三层，内壁由聚四氟乙烯组成，中层为304不锈钢编织层，外层由不同硬度的pebax一段段连接而成，其中，管身外层内侧含硫酸钡，外层远侧三分之一含有亲水涂层。止血阀	通过			
1075	C020413062000020425400000014	左心部传送导管系统	6250VI- MPR	6250VI- MPR	国械注进20193031597	起搏器附件	丙类	6						310702007	永久起搏器安置术		起搏器、心导管、电极	该传送导管系统适用于将电极和其它经静脉器械通过冠状窦导入左心室血管。	该产品由以下部件组成：带SureValve止血阀一体式导引导管、扩张器、导引钢丝、导管切开刀和止血阀辅助工具。导引导管管身由内而外分三层，内壁由聚四氟乙烯组成，中层为304不锈钢编织层，外层由不同硬度的pebax一段段连接而成，其中，管身外层内侧含硫酸钡，外层远侧三分之一含有亲水涂层。止血阀	通过			

1076	C020413062000020425400000023	左心部传送导管系统	6250VIS	6250VIS	国械注进20193031597	起搏器附件	丙类	6						310702007	永久起搏器安置术		起搏器、心导管、电极	该传送导管系统适用于将电极和其它经静脉器械通过冠状窦导入左心室血管。	该产品由以下部件组成：带SureValve止血阀一体式导引导管、扩张器、导引钢丝、导管切开刀和止血阀辅助工具。导引导管管身由内而外分三层，内壁由聚四氟乙烯组成，中层为304不锈钢编织层，外层由不同硬度的pebax一段段连接而成，其中，管身外层内侧含硫酸钡，外层远侧三分之一含有亲水涂层。止血阀	通过			
1077	C020413062000020425400000026	左心部传送导管系统	6250VI-45S	6250VI-45S	国械注进20193031597	起搏器附件	丙类	6						310702007	永久起搏器安置术		起搏器、心导管、电极	该传送导管系统适用于将电极和其它经静脉器械通过冠状窦导入左心室血管。	该产品由以下部件组成：带SureValve止血阀一体式导引导管、扩张器、导引钢丝、导管切开刀和止血阀辅助工具。导引导管管身由内而外分三层，内壁由聚四氟乙烯组成，中层为304不锈钢编织层，外层由不同硬度的pebax一段段连接而成，其中，管身外层内侧含硫酸钡，外层远侧三分之一含有亲水涂层。止血阀	通过			

1078	C020413062000020425400000029	左心部传送导管系统	6250VI-MB2X	6250VI-MB2X	国械注进20193031597	起搏器附件	丙类	6						310702007	永久起搏器安置术		起搏器、心导管、电极	该传送导管系统适用于将电极和其它经静脉器械通过冠状窦导入左心室血管。	该产品由以下部件组成：带SureValve止血阀一体式导引导管、扩张器、导引钢丝、导管切开刀和止血阀辅助工具。导引导管管身由内而外分三层，内壁由聚四氟乙烯组成，中层为304不锈钢编织层，外层由不同硬度的pebax一段段连接而成，其中，管身外层内侧含硫酸钡，外层远侧三分之一含有亲水涂层。止血阀	通过			
1079	C020413062000020425400000030	左心部传送导管系统	6250VI-50S	6250VI-50S	国械注进20193031597	起搏器附件	丙类	6						310702007	永久起搏器安置术		起搏器、心导管、电极	该传送导管系统适用于将电极和其它经静脉器械通过冠状窦导入左心室血管。	该产品由以下部件组成：带SureValve止血阀一体式导引导管、扩张器、导引钢丝、导管切开刀和止血阀辅助工具。导引导管管身由内而外分三层，内壁由聚四氟乙烯组成，中层为304不锈钢编织层，外层由不同硬度的pebax一段段连接而成，其中，管身外层内侧含硫酸钡，外层远侧三分之一含有亲水涂层。止血阀	通过			

1080	C020413062000020425400000034	左心部传送导管系统	6250VIC	6250VIC	国械注进20193031597	起搏器附件	丙类	6						310702007	永久起搏器安置术		起搏器、心导管、电极	该传送导管系统适用于将电极和其它经静脉器械通过冠状窦导入左心室血管。	该产品由以下部件组成：带SureValve止血阀一体式导引导管、扩张器、导引钢丝、导管切开刀和止血阀辅助工具。导引导管管身由内而外分三层，内壁由聚四氟乙烯组成，中层为304不锈钢编织层，外层由不同硬度的pebax一段段连接而成，其中，管身外层内侧含硫酸钡，外层远侧三分之一含有亲水涂层。止血阀	通过			
1081	C020413062000020425400000035	左心部传送导管系统	6250VI-57S	6250VI-57S	国械注进20193031597	起搏器附件	丙类	6						310702007	永久起搏器安置术		起搏器、心导管、电极	该传送导管系统适用于将电极和其它经静脉器械通过冠状窦导入左心室血管。	该产品由以下部件组成：带SureValve止血阀一体式导引导管、扩张器、导引钢丝、导管切开刀和止血阀辅助工具。导引导管管身由内而外分三层，内壁由聚四氟乙烯组成，中层为304不锈钢编织层，外层由不同硬度的pebax一段段连接而成，其中，管身外层内侧含硫酸钡，外层远侧三分之一含有亲水涂层。止血阀	通过			

1082	C020413062000020425400000036	左心部传送导管系统	6250VI-MB2	6250VI-MB2	国械注进20193031597	起搏器附件	丙类	6						310702007	永久起搏器安置术		起搏器、心导管、电极	该传送导管系统适用于将电极和其它经静脉器械通过冠状窦导入左心室血管。	该产品由以下部件组成：带SureValve止血阀一体式导引导管、扩张器、导引钢丝、导管切开刀和止血阀辅助工具。导引导管管身由内而外分三层，内壁由聚四氟乙烯组成，中层为304不锈钢编织层，外层由不同硬度的pebax一段段连接而成，其中，管身外层内侧含硫酸钡，外层远侧三分之一含有亲水涂层。止血阀	通过			
1083	C020413062000020425400000037	传送导管系统	6248VI-130	6248VI-130	国械注进20193031598	起搏器附件	丙类	6						310702007	永久起搏器安置术		起搏器、心导管、电极	该导管系统用于将造影剂和经静脉植入器械导入冠状窦或左心部静脉血管。导管系统需要配合外导引导管使用。	该产品由1根内导管、1根带SureValve止血阀一体式传送导管和2个止血阀辅助工具组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。产品货架寿命24	通过			
1084	C020413062000020425400000038	传送导管系统	6248VI-90	6248VI-90	国械注进20193031598	起搏器附件	丙类	6						310702007	永久起搏器安置术		起搏器、心导管、电极	该导管系统用于将造影剂和经静脉植入器械导入冠状窦或左心部静脉血管。导管系统需要配合外导引导管使用。	该产品由1根内导管、1根带SureValve止血阀一体式传送导管和2个止血阀辅助工具组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。产品货架寿命24	通过			
1085	C020413062000020425400000039	传送导管系统	6248VI-90S	6248VI-90S	国械注进20193031598	起搏器附件	丙类	6						310702007	永久起搏器安置术		起搏器、心导管、电极	该导管系统用于将造影剂和经静脉植入器械导入冠状窦或左心部静脉血管。导管系统需要配合外导引导管使用。	该产品由1根内导管、1根带SureValve止血阀一体式传送导管和2个止血阀辅助工具组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。产品货架寿命24	通过			
1086	C020413062000020425400000040	传送导管系统	6248VI-130P	6248VI-130P	国械注进20193031598	起搏器附件	丙类	6						310702007	永久起搏器安置术		起搏器、心导管、电极	该导管系统用于将造影剂和经静脉植入器械导入冠状窦或左心部静脉血管。导管系统需要配合外导引导管使用。	该产品由1根内导管、1根带SureValve止血阀一体式传送导管和2个止血阀辅助工具组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。产品货架寿命24	通过			

1087	C0408030610000004254000001	植入式脑深部刺激延伸导线	37086	37086	国械注进20173126055	导线	丙类	否					是	33	（三）手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全价收取，次要手术项目分别	人工植入体	延伸导线用于植入式神经刺激器与电极之间的连接，可适用于帕金森氏病控制疗法和震颤控制疗法。帕金森氏病控制疗法双侧刺激内苍白球（GPI）或丘脑下核（STN）作为辅助疗法，适用于减少用药物疗法不能充分控制的深度左旋多巴反应性帕金森氏病的某些症状。震颤控制系统的单侧丘脑刺激适用于抑制上肢震颤，	延伸导线套件包装内容物由延伸导线、连接器护套、神经刺激器接口插头、额外固定螺钉、转矩扳手组成。	通过			
1088	C1412020350000004049000023	引流袋	2000ml	II型收集软袋	苏苏械备20180411	引流装置	丙类	否					是	ACBK0001	引流管护理	指各种引流管护理，包括引流管冲洗。评估患者病情及引流情况等，核对患者信息，解释其目的取得配合，准备用物，取适当体位，戴手套，合理暴露伤口，观察引流液的量、色及性质，严格无菌操作原则用蘸有消毒液的棉签消毒，更换无菌敷料，倾	“药物、抗返流引流袋”	用于向体外引出并收集体内液体。	与插入人体内的引流导管相连接的体外液路和/或容器，为负压引流，对引流速率和压力没有特定的控制功能。不含电动负压源。产品为一次性使用，非灭菌形式提供。	通过			
1089	C1701072160300020900900006	透明薄膜敷贴	10.0cm x 11.5cm	1679	国械注进20162142804	敷料	丙类	否					是	1204	4.注射	含用药指导与观察、药物的配置；含一次性输液器、过滤器、采血器、注射器	静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	产品可用于覆盖和保护导管部位和伤口，为伤口愈合维持一个湿润的环境，以便于进行自溶清创术。亦可用作第二级敷料，保护皮肤受损，将器械固定在皮肤	该产品包含薄膜背衬及胶粘剂。	不通过	申报产品的适用范围比填报的除外内容扩大范围		
1090	C1701072160300020900900012	透明伤口敷料	尺寸5cm x 7cm，吸收垫2.5cm × 4cm	3582	国械注进20162144867	敷料	丙类	否					是	①1204②1206	①4.注射②6.换药	①含用药指导与观察、药物的配置：含一次性输液器、过滤器、采血器、注射器②无	①静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器②特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜长效抗菌	本产品适用于急性伤口如割伤、烧伤、磨伤的护理，静脉输液部位的覆盖和保护，外科伤口的术后护理，也可用于浅表性慢性伤口的护理。	敷料由聚氨酯薄膜背衬、丙烯酸酯胶粘剂、氨基甲酸酯/硅树脂背涂、聚酯和聚乙烯薄膜组成的吸收垫、纸质离型纸和纸质赋型边框构成。一次性使用	不通过	申报信息填报不准确		

1091	C1701072160300020900900013	透明伤口敷料	尺寸9cm x 10cm，吸收垫4.5cm × 6cm	3586	国械注进20162144867	敷料	丙类	否					是	①1204②1206	①4.注射②6.换药	①含用药指导与观察 、药物的配置：含一次性输液器、过滤器、采血器、注射器②无	①静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器②特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜长效抗菌	本产品适用于急性伤口如割伤、烧伤、磨伤的护理，静脉输液部位的覆盖和保护，外科伤口的术后护理，也可用于浅表性慢性伤口的护理。	敷料由聚氨酯薄膜背衬、丙烯酸酯胶粘剂、氨基甲酸酯/硅树脂背涂、聚酯和聚乙烯薄膜组成的吸收垫、纸质离型纸和纸质赋型边框构成。一次性使用	不通过	申报信息填报不准确		
1092	C020703004020050548400000046	经外周中心静脉导管套装	4F瓣膜55cm	后端裁剪塞丁格型	国械注准20153030522	导管	甲类	否					是	ABD	4.静脉置管术		中心静脉套件、测压套件、导管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	用于建立静脉输注通道，还可用于抽取静脉血样	普通型导管由显影标记的管身、连接件、带鲁尔接头的导丝组成，瓣膜式导管的前端带造影堵头。标准型导管由显影标记的管身、连接件、带鲁尔接头的导丝、穿刺针和肝素帽组成，其中穿刺针和肝素帽为外购部件，瓣膜式导管的前端带造影堵头。塞丁格型导管由带显影标记的管身、连接件、带鲁尔接头的导丝以及手	通过			
1093	C1417140000000018223000110	一次性使用多功能引流导管	YN-F-Ⅴ-Fr38	YN-F-Ⅴ型	鲁械注准20222140697	-	丙类	否					是	1206	换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装）、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	YN-F-Ⅰ、YN-F-Ⅱ、YN-F-Ⅳ型用于外科手术后创伤或切口处的体液引流及患处冲洗，YN-F-Ⅲ、YN-F-Ⅴ、YN-X-Ⅵ型用于外科手术后创伤或切口处的体液引流。	YN-F-Ⅰ型由引流管、套管、冲洗管、排气管和接头组成；YN-F-Ⅱ型由引流段、连接段、阀门、罗伯特夹、冲洗管组成；YN-Ⅲ型由引流段、连接段、球囊、固定夹、充起阀组成，YN-F-Ⅳ型由引流段、连接段、冲洗阀组成，YN-F-Ⅴ型由引流管和接头组成，YN-X-Ⅵ型由引流管和引导针（选配）组成。本产品的引流管组	通过			

1094	C1417140000000000303000000548	外科手术引流导管套装	SY-Fr12-C-100ml-400ml	标准型十字型引流管	鲁械注准20162140459	-	丙类	否					是	1206	换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装）、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	用于临床外科手术皮下引流、体表创伤或切口引流。	产品由引流管、负压球、引流袋组配而成，可配有引导针(三棱形或扁平型)。其中，引流管可配有引流袋、负压球或负压球接引流袋。引流管为硅橡胶材质，负压球为硅橡胶材质、引导针为304H（OCR18Ni9）医用不锈钢材质，引	通过			
1095	C1701082160500003061000000021	医用重组胶原蛋白功能敷料贴	25g/袋	25g/袋	晋械注准20162140043	敷料	丙类	否					是	311400024	药物面膜综合治疗			修复面部皮肤屏障，用于物理治疗术后皮肤浅表性损伤的修复。	该产品由胶原蛋白溶液和无纺布组成，胶原蛋白溶液主要材料为重组胶原蛋白，辅以透明质酸钠、乳酸钠和少量防腐剂（尼泊金酯类和苯氧乙醇）。包装材料为铝塑复合	不通过	与申报项目除外内容不符		
1096	C1701082160500003061000000018	医用重组胶原蛋白功能敷料	30g/瓶	30g/瓶	晋械注准20142140011	敷料	丙类	6						ACBN0001	压疮护理		功能性敷料、药物、特殊仪器	该产品可用于非慢性创面（如小创口、擦伤、切割伤、痤疮引起的浅表性创面）及周围皮肤的护理，修复皮肤屏障功能；适用于激光治疗术后创面的覆盖、促进创面愈合与	该产品主要材料为重组胶原蛋白，辅以透明质酸钠、甘油和少量防腐剂（尼泊金酯类和苯氧乙醇）。包装材料为钠钙玻璃模制注射剂瓶或配备聚丙烯喷头的钠钙玻璃模制注	不通过	耗材与诊疗项目实用范围不符		
1097	C1501062120100405159000000002	可吸收复合止血膜	BBHM-5050	BBHM-5050	国械注准20223140658	止血材料	丙类	否					是	HM9	13.其它		植物止血材料、各种人工血管、转流管、人工补片、特殊缝线	本产品适用于外科手术（除眼科、神经外科、泌尿外科外）中结扎或其他常规控制方法不适用或无效时，作为辅助用品控制毛细血管	本品由羧甲基壳聚糖、羧甲基纤维素钠和氯化钙组成。本产品经辐照灭菌，一次性使用。	通过			
1098	C1501062120100505159000000001	可吸收复合止血膜	BBHM-8050	BBHM-8050	国械注准20223140659	止血材料	丙类	否					是	HM9	13.其它		植物止血材料、各种人工血管、转流管、人工补片、特殊缝线	本产品适用于外科手术（除眼科、神经外科、泌尿外科外）中结扎或其他常规控制方法不适用或无效时，作为辅助用品控制毛细血管。	本品由羧甲基壳聚糖、羧甲基纤维素钠和氯化钙组成。本产品经辐照灭菌，一次性使用。	通过			

1099	C150106212010050515900000002	可吸收复合止血膜	BBHM-10050	BBHM-10050	国械注准20223140660	止血材料	丙类	否					是	HM9	13.其它		植物止血材料、各种人工血管、转流管、人工补片、特殊缝线	本产品适用于外科手术（除眼科、神经外科、泌尿外科外）中结扎或其他常规控制方法不适用或无效时，作为辅助用品控制毛细血管。	本品由羧甲基壳聚糖、羧甲基纤维素钠和氯化钙组成。本产品经辐照灭菌，一次性使用。	通过			
1100	C150106212010050515900000003	可吸收复合止血膜	BBHM-10080	BBHM-10080	国械注准20223140661	止血材料	丙类	否					是	HM9	13.其它		植物止血材料、各种人工血管、转流管、人工补片、特殊缝线	本产品适用于外科手术（除眼科、神经外科、泌尿外科外）中结扎或其他常规控制方法不适用或无效时，作为辅助用品控制毛细血管。	本品由羧甲基壳聚糖、羧甲基纤维素钠和氯化钙组成。本产品经辐照灭菌，一次性使用。	通过			
1101	C150106212010050515900000004	可吸收复合止血膜	BBHM-13070	BBHM-13070	国械注准20223140662	止血材料	丙类	否					是	HM9	13.其它		植物止血材料、各种人工血管、转流管、人工补片、特殊缝线	本产品适用于外科手术（除眼科、神经外科、泌尿外科外）中结扎或其他常规控制方法不适用或无效时，作为辅助用品控制毛细血管。	本品由羧甲基壳聚糖、羧甲基纤维素钠和氯化钙组成。本产品经辐照灭菌，一次性使用。	通过			
1102	C033102026000001252200000001	椎体成形工具包-穿刺针	3512	CSVA	沪械注准20202040346	穿刺器	丙类	是-国家脊柱	未中选	骨科脊柱			是	320701	肌肉骨骼系统介入诊疗		穿刺注射针、骨水泥、加压注射装置	产品供医疗机构骨科微创介入手术(经皮椎体后凸成形术、经皮椎体成形术)时做配套工具用。	产品由经皮穿刺针、工作套管、导针、骨钻、推杆和骨取样器组成，金属部分采用06Cr19Ni10制成，高分	通过			
1103	C033102026000001252200000003	椎体成形工具包-穿刺针	2410	CSVB	沪械注准20202040346	穿刺器	丙类	是-国家脊柱	未中选	骨科脊柱			是	320701	肌肉骨骼系统介入诊疗		穿刺注射针、骨水泥、加压注射装置	产品供医疗机构骨科微创介入手术(经皮椎体后凸成形术、经皮椎体成形术)时做配套工具用。	产品由经皮穿刺针、工作套管、导针、骨钻、推杆和骨取样器组成，金属部分采用06Cr19Ni10制成，高分	通过			
1104	C033102026000001252200000004	椎体成形工具包-穿刺针	3012	CSVB	沪械注准20202040346	穿刺器	丙类	是-国家脊柱	未中选	骨科脊柱			是	320701	肌肉骨骼系统介入诊疗		穿刺注射针、骨水泥、加压注射装置	产品供医疗机构骨科微创介入手术(经皮椎体后凸成形术、经皮椎体成形术)时做配套工具用。	产品由经皮穿刺针、工作套管、导针、骨钻、推杆和骨取样器组成，金属部分采用06Cr19Ni10制成，高分	通过			
1105	C033102026000001252200000006	椎体成形工具包-穿刺针	3513	CSVB	沪械注准20202040346	穿刺器	丙类	是-国家脊柱	未中选	骨科脊柱			是	320701	肌肉骨骼系统介入诊疗		穿刺注射针、骨水泥、加压注射装置	产品供医疗机构骨科微创介入手术(经皮椎体后凸成形术、经皮椎体成形术)时做配套工具用。	产品由经皮穿刺针、工作套管、导针、骨钻、推杆和骨取样器组成，金属部分采用06Cr19Ni10制成，高分	通过			

1106	C0331090030000012522000001	椎体成形工具包	1033	CSVD	沪械注准20202040346	导丝	丙类	是-国家脊柱	未中选	骨科脊柱			是	320701	肌肉骨骼系统介入诊疗	检查费分	穿刺注射针、骨水泥、加压注射装置	产品供医疗机构骨科微创介入手术(经皮椎体后凸成形术、经皮椎体成形术)时做配套工具用。	产品由经皮穿刺针、工作套管、导针、骨钻、推杆和骨取样器组成，金属部分采用06Cr19Ni10制成，高分	通过			
1107	C0331090030000012522000002	椎体成形工具包	1533	CSVD	沪械注准20202040346	导丝	丙类	是-国家脊柱	未中选	骨科脊柱			是	320701	肌肉骨骼系统介入诊疗		穿刺注射针、骨水泥、加压注射装置	产品供医疗机构骨科微创介入手术(经皮椎体后凸成形术、经皮椎体成形术)时做配套工具用。	产品由经皮穿刺针、工作套管、导针、骨钻、推杆和骨取样器组成，金属部分采用06Cr19Ni10制成，高分	通过			
1108	C1204011180200217457000002	乳房软组织加强补片	超轻质：16克/平方米（g/m2）；中	TiLOOP Bra 6000637	国械注进20163131539	修补材料	丙类	否					是	33	（三）手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全价收取，次要手术项目分别	人工植入体	该产品适用于一期乳房重建手术中的乳房软组织加强作用。	该产品为通过经编工艺制成的网状物，由聚丙烯单纤维丝和钛化物涂层构成，其中钛化合物涂层是通过PACVD（等离子体化学气相沉积法）工艺将四（二甲基氨）钛引入聚丙烯基体。该产品一次性使用，经环氧乙烷灭菌。货架有效期五年。	通过			
1109	C1204011180200217457000003	乳房软组织加强补片	轻质：35克/平方米（g/m2）；大	TiLOOP Bra 6000641	国械注进20163131539	修补材料	丙类	否					是	33	（三）手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全价收取，次要手术项目分别	人工植入体	该产品适用于一期乳房重建手术中的乳房软组织加强作用。	该产品为通过经编工艺制成的网状物，由聚丙烯单纤维丝和钛化物涂层构成，其中钛化合物涂层是通过PACVD（等离子体化学气相沉积法）工艺将四（二甲基氨）钛引入聚丙烯基体。该产品一次性使用，经环氧乙烷灭菌。货架有效期五年。	通过			

1110	C12040111802002174570000004	乳房软组织加强补片	轻质；35克/平方米（g/m2）；小	TiLOOP Bra 6000639	国械注进20163131539	修补材料	丙类	否					是	33	（三）手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全价收取，次要手术项目分别	人工植入体	该产品适用于一期乳房重建手术中的乳房软组织加强作用。	该产品为通过经编工艺制成的网状物，由聚丙烯单纤维丝和钛化物涂层构成，其中钛化合物涂层是通过PACVD（等离子体化学气相沉积法）工艺将四（二甲基氨）钛引入聚丙烯基体。该产品一次性使用，经环氧乙烷灭菌。货架有效期五年。	通过			
1111	C12040111802002174570000005	乳房软组织加强补片	超轻质；16克/平方米（g/m2）；小	TiLOOP Bra 6000636	国械注进20163131539	修补材料	丙类	否					是	33	（三）手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全价收取，次要手术项目分别	人工植入体	该产品适用于一期乳房重建手术中的乳房软组织加强作用。	该产品为通过经编工艺制成的网状物，由聚丙烯单纤维丝和钛化物涂层构成，其中钛化合物涂层是通过PACVD（等离子体化学气相沉积法）工艺将四（二甲基氨）钛引入聚丙烯基体。该产品一次性使用，经环氧乙烷灭菌。货架有效期五年。	通过			

1112	C1204011180200217457000006	乳房软组织加强补片	超轻质；16克/平方米（g/m2）；大	TiLOOP Bra 6000638	国械注进20163131539	修补材料	丙类	否					是	33	（三）手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全价收取，次要手术项目分别	人工植入体	该产品适用于一期乳房重建手术中的乳房软组织加强作用。	该产品为通过经编工艺制成的网状物，由聚丙烯单纤维丝和钛化物涂层构成，其中钛化合物涂层是通过PACVD（等离子体化学气相沉积法）工艺将四（二甲基氨）钛引入聚丙烯基体。该产品一次性使用，经环氧乙烷灭菌。货架有效期五年。	通过			
1113	C150110212000031218500000002	可吸收骨蜡	GL0.5	/	国械注准20243130162	止血材料	丙类	否					是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	适用于四肢骨和胸腰椎皮质骨和松质骨的出血的毛细血管骨创面的止血。	该产品由一定比例的聚乙二醇1500、聚乙二醇600、羧甲基纤维素钠物理共混制成，辐照灭菌包装，无	不通过	申报产品与除外内容不符		
1114	C150110212000031218500000003	可吸收骨蜡	GL1	/	国械注准20243130162	止血材料	丙类	否					是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	适用于四肢骨和胸腰椎皮质骨和松质骨的出血的毛细血管骨创面的止血。	该产品由一定比例的聚乙二醇1500、聚乙二醇600、羧甲基纤维素钠物理共混制成，辐照灭菌包装，无	不通过	申报产品与除外内容不符		
1115	C150110212000031218500000004	可吸收骨蜡	GL1.5	/	国械注准20243130162	止血材料	丙类	否					是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	适用于四肢骨和胸腰椎皮质骨和松质骨的出血的毛细血管骨创面的止血。	该产品由一定比例的聚乙二醇1500、聚乙二醇600、羧甲基纤维素钠物理共混制成，辐照灭菌包装，无	不通过	申报产品与除外内容不符		
1116	C150110212000041218500000001	可吸收骨蜡	GL3	/	国械注准20243130162	止血材料	丙类	否					是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	适用于四肢骨和胸腰椎皮质骨和松质骨的出血的毛细血管骨创面的止血。	该产品由一定比例的聚乙二醇1500、聚乙二醇600、羧甲基纤维素钠物理共混制成，辐照灭菌包装，无	不通过	申报产品与除外内容不符		
1117	C150110212000041218500000002	可吸收骨蜡	GL4	/	国械注准20243130162	止血材料	丙类	否					是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	适用于四肢骨和胸腰椎皮质骨和松质骨的出血的毛细血管骨创面的止血。	该产品由一定比例的聚乙二醇1500、聚乙二醇600、羧甲基纤维素钠物理共混制成，辐照灭菌包装，无	不通过	申报产品与除外内容不符		

1118	C0103110150000420010000000004	一次性使用软性膀胱肾盂电子内窥镜导管及扩张附件	WLU-Q21236-S132	全组合型	豫械注准20232062015	鞘管	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项诊		用于泌尿外科检查、手术中，建立软镜导管进入泌尿道的通道，并引导软镜导管插入泌尿系统，可配合医用内窥镜图像处理器使用，通过视频监视器提供影像供尿道、膀胱、肾盂的观察、诊断、摄影和治疗用。	产品分为软镜导管型、软镜导引鞘型、软镜导丝型、全组合型四种类型。软镜导管作为基本配置，主要由头端、弯曲部、插入管、手柄、电缆线、插头、四通接头和防水帽，万向夹（选配）组成。软镜导引鞘型由软镜导管和输尿管鞘导管、引流瓶（选配）组成，其中输尿管鞘导管可根据类型分为直型、负压Y型、可	不通过	申请项目无相关除外内容		
1119	C0103110150000420010000000010	一次性使用软性膀胱肾盂电子内窥镜导管及扩张附件	WLU-Q21246-S132	全组合型	豫械注准20232062015	鞘管	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项诊		用于泌尿外科检查、手术中，建立软镜导管进入泌尿道的通道，并引导软镜导管插入泌尿系统，可配合医用内窥镜图像处理器使用，通过视频监视器提供影像供尿道、膀胱、肾盂的观察、诊断、摄影和治疗用。	产品分为软镜导管型、软镜导引鞘型、软镜导丝型、全组合型四种类型。软镜导管作为基本配置，主要由头端、弯曲部、插入管、手柄、电缆线、插头、四通接头和防水帽，万向夹（选配）组成。软镜导引鞘型由软镜导管和输尿管鞘导管、引流瓶（选配）组成，其中输尿管鞘导管可根据类型分为直型、负压Y型、可	不通过	申请项目无相关除外内容		

1120	C0103110150000420010000012	一次性使用软性膀胱肾盂电子内窥镜导管及扩张附件	WLU-Q21236-S128	全组合型	豫械注准20232062015	鞘管	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项诊		用于泌尿外科检查、手术中，建立软镜导管进入泌尿道的通道，并引导软镜导管插入泌尿系统，可配合医用内窥镜图像处理器使用，通过视频监视器提供影像供尿道、膀胱、肾盂的观察、诊断、摄影和治疗用。	产品分为软镜导管型、软镜导引鞘型、软镜导丝型、全组合型四种类型。软镜导管作为基本配置，主要由头端、弯曲部、插入管、手柄、电缆线、插头、四通接头和防水帽，万向夹（选配）组成。软镜导引鞘型由软镜导管和输尿管鞘导管、引流瓶（选配）组成，其中输尿管鞘导管可根据类型分为直型、负压Y型、可	不通过	申请项目无相关除外内容		
1121	C0103110150000420010000013	一次性使用软性膀胱肾盂电子内窥镜导管及扩张附件	WLU-Q21236-S332	全组合型	豫械注准20232062015	鞘管	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项诊		用于泌尿外科检查、手术中，建立软镜导管进入泌尿道的通道，并引导软镜导管插入泌尿系统，可配合医用内窥镜图像处理器使用，通过视频监视器提供影像供尿道、膀胱、肾盂的观察、诊断、摄影和治疗用。	产品分为软镜导管型、软镜导引鞘型、软镜导丝型、全组合型四种类型。软镜导管作为基本配置，主要由头端、弯曲部、插入管、手柄、电缆线、插头、四通接头和防水帽，万向夹（选配）组成。软镜导引鞘型由软镜导管和输尿管鞘导管、引流瓶（选配）组成，其中输尿管鞘导管可根据类型分为直型、负压Y型、可	不通过	申请项目无相关除外内容		

1122	C0103110150000420010000014	一次性使用软性膀胱肾盂电子内窥镜导管及扩张附件	WLU-Q21246-S228	全组合型	豫械注准20232062015	鞘管	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项诊		用于泌尿外科检查、手术中，建立软镜导管进入泌尿道的通道，并引导软镜导管插入泌尿系统，可配合医用内窥镜图像处理器使用，通过视频监视器提供影像供尿道、膀胱、肾盂的观察、诊断、摄影和治疗用。	产品分为软镜导管型、软镜导引鞘型、软镜导丝型、全组合型四种类型。软镜导管作为基本配置，主要由头端、弯曲部、插入管、手柄、电缆线、插头、四通接头和防水帽，万向夹（选配）组成。软镜导引鞘型由软镜导管和输尿管鞘导管、引流瓶（选配）组成，其中输尿管鞘导管可根据类型分为直型、负压Y型、可	不通过	申请项目无相关除外内容		
1123	C0103110150000420010000018	一次性使用软性膀胱肾盂电子内窥镜导管及扩张附件	WLU-Q21246-S135	全组合型	豫械注准20232062015	鞘管	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项诊		用于泌尿外科检查、手术中，建立软镜导管进入泌尿道的通道，并引导软镜导管插入泌尿系统，可配合医用内窥镜图像处理器使用，通过视频监视器提供影像供尿道、膀胱、肾盂的观察、诊断、摄影和治疗用。	产品分为软镜导管型、软镜导引鞘型、软镜导丝型、全组合型四种类型。软镜导管作为基本配置，主要由头端、弯曲部、插入管、手柄、电缆线、插头、四通接头和防水帽，万向夹（选配）组成。软镜导引鞘型由软镜导管和输尿管鞘导管、引流瓶（选配）组成，其中输尿管鞘导管可根据类型分为直型、负压Y型、可	不通过	申请项目无相关除外内容		

1124	C0103110150000420010000024	一次性使用软性膀胱肾盂电子内窥镜导管及扩张附件	WLU-Q21246-S232	全组合型	豫械注准20232062015	鞘管	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项诊		用于泌尿外科检查、手术中，建立软镜导管进入泌尿道的通道，并引导软镜导管插入泌尿系统，可配合医用内窥镜图像处理器使用，通过视频监视器提供影像供尿道、膀胱、肾盂的观察、诊断、摄影和治疗用。	产品分为软镜导管型、软镜导引鞘型、软镜导丝型、全组合型四种类型。软镜导管作为基本配置，主要由头端、弯曲部、插入管、手柄、电缆线、插头、四通接头和防水帽，万向夹（选配）组成。软镜导引鞘型由软镜导管和输尿管鞘导管、引流瓶（选配）组成，其中输尿管鞘导管可根据类型分为直型、负压Y型、可	不通过	申请项目无相关除外内容		
1125	C0103110150000420010000026	一次性使用软性膀胱肾盂电子内窥镜导管及扩张附件	WLU-Q21236-S232	全组合型	豫械注准20232062015	鞘管	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项诊		用于泌尿外科检查、手术中，建立软镜导管进入泌尿道的通道，并引导软镜导管插入泌尿系统，可配合医用内窥镜图像处理器使用，通过视频监视器提供影像供尿道、膀胱、肾盂的观察、诊断、摄影和治疗用。	产品分为软镜导管型、软镜导引鞘型、软镜导丝型、全组合型四种类型。软镜导管作为基本配置，主要由头端、弯曲部、插入管、手柄、电缆线、插头、四通接头和防水帽，万向夹（选配）组成。软镜导引鞘型由软镜导管和输尿管鞘导管、引流瓶（选配）组成，其中输尿管鞘导管可根据类型分为直型、负压Y型、可	不通过	申请项目无相关除外内容		

1126	C0103110150000420010000028	一次性使用软性膀胱肾盂电子内窥镜导管及扩张附件	WLU-Q21236-S135	全组合型	豫械注准20232062015	鞘管	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项诊		用于泌尿外科检查、手术中，建立软镜导管进入泌尿道的通道，并引导软镜导管插入泌尿系统，可配合医用内窥镜图像处理器使用，通过视频监视器提供影像供尿道、膀胱、肾盂的观察、诊断、摄影和治疗用。	产品分为软镜导管型、软镜导引鞘型、软镜导丝型、全组合型四种类型。软镜导管作为基本配置，主要由头端、弯曲部、插入管、手柄、电缆线、插头、四通接头和防水帽，万向夹（选配）组成。软镜导引鞘型由软镜导管和输尿管鞘导管、引流瓶（选配）组成，其中输尿管鞘导管可根据类型分为直型、负压Y型、可	不通过	申请项目无相关除外内容		
1127	C0103110150000420010000035	一次性使用软性膀胱肾盂电子内窥镜导管及扩张附件	WLU-Q21236-S328	全组合型	豫械注准20232062015	鞘管	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项诊		用于泌尿外科检查、手术中，建立软镜导管进入泌尿道的通道，并引导软镜导管插入泌尿系统，可配合医用内窥镜图像处理器使用，通过视频监视器提供影像供尿道、膀胱、肾盂的观察、诊断、摄影和治疗用。	产品分为软镜导管型、软镜导引鞘型、软镜导丝型、全组合型四种类型。软镜导管作为基本配置，主要由头端、弯曲部、插入管、手柄、电缆线、插头、四通接头和防水帽，万向夹（选配）组成。软镜导引鞘型由软镜导管和输尿管鞘导管、引流瓶（选配）组成，其中输尿管鞘导管可根据类型分为直型、负压Y型、可	不通过	申请项目无相关除外内容		

1128	C0103110150000420010000037	一次性使用软性膀胱肾盂电子内窥镜导管及扩张附件	WLU-Q21236-S235	全组合型	豫械注准20232062015	鞘管	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项诊		用于泌尿外科检查、手术中，建立软镜导管进入泌尿道的通道，并引导软镜导管插入泌尿系统，可配合医用内窥镜图像处理器使用，通过视频监视器提供影像供尿道、膀胱、肾盂的观察、诊断、摄影和治疗用。	产品分为软镜导管型、软镜导引鞘型、软镜导丝型、全组合型四种类型。软镜导管作为基本配置，主要由头端、弯曲部、插入管、手柄、电缆线、插头、四通接头和防水帽，万向夹（选配）组成。软镜导引鞘型由软镜导管和输尿管鞘导管、引流瓶（选配）组成，其中输尿管鞘导管可根据类型分为直型、负压Y型、可	不通过	申请项目无相关除外内容		
1129	C0103110150000420010000042	一次性使用软性膀胱肾盂电子内窥镜导管及扩张附件	WLU-Q21246-S235	全组合型	豫械注准20232062015	鞘管	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项诊		用于泌尿外科检查、手术中，建立软镜导管进入泌尿道的通道，并引导软镜导管插入泌尿系统，可配合医用内窥镜图像处理器使用，通过视频监视器提供影像供尿道、膀胱、肾盂的观察、诊断、摄影和治疗用。	产品分为软镜导管型、软镜导引鞘型、软镜导丝型、全组合型四种类型。软镜导管作为基本配置，主要由头端、弯曲部、插入管、手柄、电缆线、插头、四通接头和防水帽，万向夹（选配）组成。软镜导引鞘型由软镜导管和输尿管鞘导管、引流瓶（选配）组成，其中输尿管鞘导管可根据类型分为直型、负压Y型、可	不通过	申请项目无相关除外内容		

1130	C0103110150000420010000045	一次性使用软性膀胱肾盂电子内窥镜导管及扩张附件	WLU-Q21246-S128	全组合型	豫械注准20232062015	鞘管	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项诊		用于泌尿外科检查、手术中，建立软镜导管进入泌尿道的通道，并引导软镜导管插入泌尿系统，可配合医用内窥镜图像处理器使用，通过视频监视器提供影像供尿道、膀胱、肾盂的观察、诊断、摄影和治疗用。	产品分为软镜导管型、软镜导引鞘型、软镜导丝型、全组合型四种类型。软镜导管作为基本配置，主要由头端、弯曲部、插入管、手柄、电缆线、插头、四通接头和防水帽，万向夹（选配）组成。软镜导引鞘型由软镜导管和输尿管鞘导管、引流瓶（选配）组成，其中输尿管鞘导管可根据类型分为直型、负压Y型、可	不通过	申请项目无相关除外内容		
1131	C0103110150000420010000048	一次性使用软性膀胱肾盂电子内窥镜导管及扩张附件	WLU-Q21236-S335	全组合型	豫械注准20232062015	鞘管	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项诊		用于泌尿外科检查、手术中，建立软镜导管进入泌尿道的通道，并引导软镜导管插入泌尿系统，可配合医用内窥镜图像处理器使用，通过视频监视器提供影像供尿道、膀胱、肾盂的观察、诊断、摄影和治疗用。	产品分为软镜导管型、软镜导引鞘型、软镜导丝型、全组合型四种类型。软镜导管作为基本配置，主要由头端、弯曲部、插入管、手柄、电缆线、插头、四通接头和防水帽，万向夹（选配）组成。软镜导引鞘型由软镜导管和输尿管鞘导管、引流瓶（选配）组成，其中输尿管鞘导管可根据类型分为直型、负压Y型、可	不通过	申请项目无相关除外内容		

1132	C0103110150000420010000051	一次性使用软性膀胱肾盂电子内窥镜导管及扩张附件	WLU-Q21236-S228	全组合型	豫械注准20232062015	鞘管	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项诊		用于泌尿外科检查、手术中，建立软镜导管进入泌尿道的通道，并引导软镜导管插入泌尿系统，可配合医用内窥镜图像处理器使用，通过视频监视器提供影像供尿道、膀胱、肾盂的观察、诊断、摄影和治疗用。	产品分为软镜导管型、软镜导引鞘型、软镜导丝型、全组合型四种类型。软镜导管作为基本配置，主要由头端、弯曲部、插入管、手柄、电缆线、插头、四通接头和防水帽，万向夹（选配）组成。软镜导引鞘型由软镜导管和输尿管鞘导管、引流瓶（选配）组成，其中输尿管鞘导管可根据类型分为直型、负压Y型、可	不通过	申请项目无相关除外内容		
1133	C0103110150000420010000053	一次性使用软性膀胱肾盂电子内窥镜导管及扩张附件	WLU-Q21336-S328	全组合型	豫械注准20232062015	鞘管	丙类	否					是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、 内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、 口腔颌面、呼吸系统、 心脏及血管系统、 血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、 女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项诊		用于泌尿外科检查、手术中，建立软镜导管进入泌尿道的通道，并引导软镜导管插入泌尿系统，可配合医用内窥镜图像处理器使用，通过视频监视器提供影像供尿道、膀胱、肾盂的观察、诊断、摄影和治疗用。	产品分为软镜导管型、软镜导引鞘型、软镜导丝型、全组合型四种类型。软镜导管作为基本配置，主要由头端、弯曲部、插入管、手柄、电缆线、插头、四通接头和防水帽，万向夹（选配）组成。软镜导引鞘型由软镜导管和输尿管鞘导管、引流瓶（选配）组成，其中输尿管鞘导管可根据类型分为直型、负压Y型、可	不通过	申请项目无相关除外内容		

1134	C0102170190200412446000001	一次性使用电子胆道内窥镜导管取石套件	CH1-5F-EU	CH1-5F-EU	沪械注准20242060291	网篮	丙类	否					是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、 内分泌系统、 眼、 耳、鼻口咽、 呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以		通过视频监视器提供影像，对胆道区域进行观察、诊断、治疗中成像，以及取出结石、异物或已切除组织样本。	一次性使用电子胆道内窥镜导管取石套件由一次性使用电子胆道内窥镜导管和一次性使用取石网篮组成，各组件均具有有效第二类医疗器械注册证。	通过			
1135	C0102170190200412446000002	一次性使用电子胆道内窥镜导管取石套件	CH1-5F-US	CH1-5F-US	沪械注准20242060291	网篮	丙类	否					是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、 内分泌系统、 眼、 耳、鼻口咽、 呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以		通过视频监视器提供影像，对胆道区域进行观察、诊断、治疗中成像，以及取出结石、异物或已切除组织样本。	一次性使用电子胆道内窥镜导管取石套件由一次性使用电子胆道内窥镜导管和一次性使用取石网篮组成，各组件均具有有效第二类医疗器械注册证。	通过			
1136	C0102170190200412446000003	一次性使用电子胆道内窥镜导管取石套件	CH1-3F-EU	CH1-3F-EU	沪械注准20242060291	网篮	丙类	否					是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、 内分泌系统、 眼、 耳、鼻口咽、 呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以		通过视频监视器提供影像，对胆道区域进行观察、诊断、治疗中成像，以及取出结石、异物或已切除组织样本。	一次性使用电子胆道内窥镜导管取石套件由一次性使用电子胆道内窥镜导管和一次性使用取石网篮组成，各组件均具有有效第二类医疗器械注册证。	通过			

1137	C0102170190200412446000000004	一次性使用电子胆道内窥镜导管取石套件	CH1-3F-US	CH1-3F-US	沪械注准20242060291	网篮	丙类	否					是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、 内分泌系统、 眼、 耳、鼻口咽、 呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以		通过视频监视器提供影像，对胆道区域进行观察、诊断、治疗中成像，以及取出结石、异物或已切除组织样本。	一次性使用电子胆道内窥镜导管取石套件由一次性使用电子胆道内窥镜导管和一次性使用取石网篮组成，各组件均具有有效第二类医疗器械注册证。	通过			
1138	C0102230240000206619000000002	经皮胃造瘘套装	GT16F-L	GT16F-L	京械注准20222140333	造瘘管	甲类	6						331002009	胃肠造瘘术	包括胃或小肠切开置造瘘管	一次性造瘘管	本产品通过经皮穿刺技术，与软性内窥镜配套使用在胃内形成喂养通道，用于肠内营养液的输送及胃减压。使用时间小于30天。	经皮胃造瘘套装各规格型号根据组成部件划分成K型和L型，K型由造口管、固定环、夹子、冲洗器、冲洗管(25G)、冲洗管(19G)、穿刺组件、手术刀、导丝、Y型饲喂接头、E型饲喂接头、纱布块、洞巾组成；L型由造口管、固定环、夹子、冲洗器、冲洗管(25G)、冲洗管(19G)、穿刺组件、手术刀、导丝、Y型饲喂接头、E型	不通过	申报产品包含了纱布、洞巾等不可单独收费的低值易耗品，扩大了除外内容范围。		

1139	C0102230240000206619000005	经皮胃造瘘套装	GT20F-L	GT20F-L	京械注准20222140333	造瘘管	甲类	6						331002009	胃肠造瘘术	包括胃或小肠切开置造瘘管	一次性造瘘管	本产品通过经皮穿刺技术，与软性内窥镜配套使用在胃内形成喂养通道，用于肠内营养液的输送及胃减压。使用时间小于30天。	经皮胃造瘘套装各规格型号根据组成部件划分成K型和L型，K型由造口管、固定环、夹子、冲洗器、冲洗管(25G)、冲洗管(19G)、穿刺组件、手术刀、导丝、Y型饲喂接头、E型饲喂接头、纱布块、洞巾组成；L型由造口管、固定环、夹子、冲洗器、冲洗管(25G)、冲洗管(19G)、穿刺组件、手术刀、导丝、Y型饲喂接头、E型	不通过	申报产品包含了纱布、洞巾等不可单独收费的低值易耗品，扩大了除外内容范围。		
1140	C0102230240000206619000007	经皮胃造瘘套装	GT22F-L	GT22F-L	京械注准20222140333	造瘘管	甲类	6						331002009	胃肠造瘘术	包括胃或小肠切开置造瘘管	一次性造瘘管	本产品通过经皮穿刺技术，与软性内窥镜配套使用在胃内形成喂养通道，用于肠内营养液的输送及胃减压。使用时间小于30天。	经皮胃造瘘套装各规格型号根据组成部件划分成K型和L型，K型由造口管、固定环、夹子、冲洗器、冲洗管(25G)、冲洗管(19G)、穿刺组件、手术刀、导丝、Y型饲喂接头、E型饲喂接头、纱布块、洞巾组成；L型由造口管、固定环、夹子、冲洗器、冲洗管(25G)、冲洗管(19G)、穿刺组件、手术刀、导丝、Y型饲喂接头、E型	不通过	申报产品包含了纱布、洞巾等不可单独收费的低值易耗品，扩大了除外内容范围。		

1141	C0102230240000206619000008	经皮胃造瘘套装	GT16F-K	GT16F-K	京械注准20222140333	造瘘管	甲类	6						331002009	胃肠造瘘术	包括胃或小肠切开置造瘘管	一次性造瘘管	本产品通过经皮穿刺技术，与软性内窥镜配套使用在胃内形成喂养通道，用于肠内营养液的输送及胃减压。使用时间小于30天。	经皮胃造瘘套装各规格型号根据组成部件划分成K型和L型，K型由造口管、固定环、夹子、冲洗器、冲洗管(25G)、冲洗管(19G)、穿刺组件、手术刀、导丝、Y型饲喂接头、E型饲喂接头、纱布块、洞巾组成；L型由造口管、固定环、夹子、冲洗器、冲洗管(25G)、冲洗管(19G)、穿刺组件、手术刀、导丝、Y型饲喂接头、E型	不通过	申报产品包含了纱布、洞巾等不可单独收费的低值易耗品，扩大了除外内容范围。		
1142	C0102230240000206619000010	经皮胃造瘘套装	GT18F-K	GT18F-K	京械注准20222140333	造瘘管	甲类	6						331002009	胃肠造瘘术	包括胃或小肠切开置造瘘管	一次性造瘘管	本产品通过经皮穿刺技术，与软性内窥镜配套使用在胃内形成喂养通道，用于肠内营养液的输送及胃减压。使用时间小于30天。	经皮胃造瘘套装各规格型号根据组成部件划分成K型和L型，K型由造口管、固定环、夹子、冲洗器、冲洗管(25G)、冲洗管(19G)、穿刺组件、手术刀、导丝、Y型饲喂接头、E型饲喂接头、纱布块、洞巾组成；L型由造口管、固定环、夹子、冲洗器、冲洗管(25G)、冲洗管(19G)、穿刺组件、手术刀、导丝、Y型饲喂接头、E型	不通过	申报产品包含了纱布、洞巾等不可单独收费的低值易耗品，扩大了除外内容范围。		

1143	C0102230240000206619000012	经皮胃造瘘套装	GT22F-K	GT22F-K	京械注准20222140333	造瘘管	甲类	6						331002009	胃肠造瘘术	包括胃或小肠切开置造瘘管	一次性造瘘管	本产品通过经皮穿刺技术，与软性内窥镜配套使用在胃内形成喂养通道，用于肠内营养液的输送及胃减压。使用时间小于30天。	经皮胃造瘘套装各规格型号根据组成部件划分成K型和L型，K型由造口管、固定环、夹子、冲洗器、冲洗管(25G)、冲洗管(19G)、穿刺组件、手术刀、导丝、Y型饲喂接头、E型饲喂接头、纱布块、洞巾组成；L型由造口管、固定环、夹子、冲洗器、冲洗管(25G)、冲洗管(19G)、穿刺组件、手术刀、导丝、Y型饲喂接头、E型	不通过	申报产品包含了纱布、洞巾等不可单独收费的低值易耗品，扩大了除外内容范围。		
1144	C0102230240000206619000014	经皮胃造瘘套装	GT12F-L	GT12F-L	京械注准20222140333	造瘘管	甲类	6						331002009	胃肠造瘘术	包括胃或小肠切开置造瘘管	一次性造瘘管	本产品通过经皮穿刺技术，与软性内窥镜配套使用在胃内形成喂养通道，用于肠内营养液的输送及胃减压。使用时间小于30天。	经皮胃造瘘套装各规格型号根据组成部件划分成K型和L型，K型由造口管、固定环、夹子、冲洗器、冲洗管(25G)、冲洗管(19G)、穿刺组件、手术刀、导丝、Y型饲喂接头、E型饲喂接头、纱布块、洞巾组成；L型由造口管、固定环、夹子、冲洗器、冲洗管(25G)、冲洗管(19G)、穿刺组件、手术刀、导丝、Y型饲喂接头、E型	不通过	申报产品包含了纱布、洞巾等不可单独收费的低值易耗品，扩大了除外内容范围。		

1145	C1417030350300101480000041	引流导管及附件	最大宽度：7mm	CV-0107	国械注许20172140301	引流装置	乙类	否					是	ABF	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	用于手术中（后）的血水、废液、痰液抽吸引流用。	引流导管及附件由引流管、引流袋和引流球、导引针及附件组成，引流球及附件包括引流球，双出接头，迫紧环，引流吊带，小鸭嘴（切口），鳄鱼夹（上夹），鳄鱼夹（下夹），套环，软塞。产品才有硅胶，聚丙烯，ABS树脂材料，不锈	不通过	申报产品的适用范围与填报的除外内容不符		
1146	C1417030350300101480000042	引流导管及附件	最大宽度：10mm	CV-0110	国械注许20172140301	引流装置	乙类	否					是	ABF	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	用于手术中（后）的血水、废液、痰液抽吸引流用。	引流导管及附件由引流管、引流袋和引流球、导引针及附件组成，引流球及附件包括引流球，双出接头，迫紧环，引流吊带，小鸭嘴（切口），鳄鱼夹（上夹），鳄鱼夹（下夹），套环，软塞。产品才有硅胶，聚丙烯，ABS树脂材料，不锈	不通过	申报产品的适用范围与填报的除外内容不符		
1147	C1417030350300101480000001	引流导管及附件	最大宽度：13mm	CV-0113	国械注许20172140301	引流装置	乙类	否					是	ABF	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	用于手术中（后）的血水、废液、痰液抽吸引流用。	引流导管及附件由引流管、引流袋和引流球、导引针及附件组成，引流球及附件包括引流球，双出接头，迫紧环，引流吊带，小鸭嘴（切口），鳄鱼夹（上夹），鳄鱼夹（下夹），套环，软塞。产品才有硅胶，聚丙烯，ABS树脂材料，不锈	不通过	申报产品的适用范围与填报的除外内容不符		

1148	C040714035000011817200017	一次性使用颅脑外引流套件	CY221-8F	CY221-8F	粤械注准20232140306	引流装置	丙类	6						330201059	立体定向颅内肿物清除术	包括血肿、脓肿、肿瘤、取活检、取异物	引流管	用于脑室外引流、脑血肿腔外引流和脑脊液外引流。	一次性使用颅脑外引流套件由脑室引流管、不锈钢导丝、外引流管路、滴瓶、引流袋、排气口过滤器、导引针、塑胶背板(选配)组成，其中带亲水涂层脑室引流管的亲水涂层为聚乙烯	通过			
1149	C040714035000011817200018	一次性使用颅脑外引流套件	CY221-10F	CY221-10F	粤械注准20232140306	引流装置	丙类	6						330201059	立体定向颅内肿物清除术	包括血肿、脓肿、肿瘤、取活检、取异物	引流管	用于脑室外引流、脑血肿腔外引流和脑脊液外引流。	一次性使用颅脑外引流套件由脑室引流管、不锈钢导丝、外引流管路、滴瓶、引流袋、排气口过滤器、导引针、塑胶背板(选配)组成，其中带亲水涂层脑室引流管的亲水涂层为聚乙烯	通过			
1150	C040714035000011817200019	一次性使用颅脑外引流套件	CY221-12F	CY221-12F	粤械注准20232140306	引流装置	丙类	6						330201059	立体定向颅内肿物清除术	包括血肿、脓肿、肿瘤、取活检、取异物	引流管	用于脑室外引流、脑血肿腔外引流和脑脊液外引流。	一次性使用颅脑外引流套件由脑室引流管、不锈钢导丝、外引流管路、滴瓶、引流袋、排气口过滤器、导引针、塑胶背板(选配)组成，其中带亲水涂层脑室引流管的亲水涂层为聚乙烯	通过			
1151	C040714035000011817200020	一次性使用颅脑外引流套件	CY221-14F	CY221-14F	粤械注准20232140306	引流装置	丙类	6						330201059	立体定向颅内肿物清除术	包括血肿、脓肿、肿瘤、取活检、取异物	引流管	用于脑室外引流、脑血肿腔外引流和脑脊液外引流。	一次性使用颅脑外引流套件由脑室引流管、不锈钢导丝、外引流管路、滴瓶、引流袋、排气口过滤器、导引针、塑胶背板(选配)组成，其中带亲水涂层脑室引流管的亲水涂层为聚乙烯	通过			

1152	C040714035000031817200000016	一次性使用颅脑外引流套件	CY111-12F	CY111-12F	粤械注准20232140306	引流装置	丙类	否					是	330201059	立体定向颅内肿物清除术	包括血肿、脓肿、肿瘤、取活检、取异物	引流管	用于脑室外引流、脑血肿腔外引流和脑脊液外引流。	一次性使用颅脑外引流套件由脑室引流管、不锈钢导丝、外引流管路、滴瓶、引流袋、排气口过滤器、导引针、塑胶背板(选配)组成，其中带亲水涂层脑室引流管的亲水涂层为聚乙烯	通过			
1153	C040714035000031817200000017	一次性使用颅脑外引流套件	CY111-10F	CY111-10F	粤械注准20232140306	引流装置	丙类	否					是	330201059	立体定向颅内肿物清除术	包括血肿、脓肿、肿瘤、取活检、取异物	引流管	用于脑室外引流、脑血肿腔外引流和脑脊液外引流。	一次性使用颅脑外引流套件由脑室引流管、不锈钢导丝、外引流管路、滴瓶、引流袋、排气口过滤器、导引针、塑胶背板(选配)组成，其中带亲水涂层脑室引流管的亲水涂层为聚乙烯	通过			
1154	C040714035000031817200000018	一次性使用颅脑外引流套件	CY111-14F	CY111-14F	粤械注准20232140306	引流装置	丙类	否					是	330201059	立体定向颅内肿物清除术	包括血肿、脓肿、肿瘤、取活检、取异物	引流管	用于脑室外引流、脑血肿腔外引流和脑脊液外引流。	一次性使用颅脑外引流套件由脑室引流管、不锈钢导丝、外引流管路、滴瓶、引流袋、排气口过滤器、导引针、塑胶背板(选配)组成，其中带亲水涂层脑室引流管的亲水涂层为聚乙烯	通过			
1155	C040714035000031817200000019	一次性使用颅脑外引流套件	CY212-10F	CY212-10F	粤械注准20232140306	引流装置	丙类	6						330201059	立体定向颅内肿物清除术	包括血肿、脓肿、肿瘤、取活检、取异物	引流管	用于脑室外引流、脑血肿腔外引流和脑脊液外引流。	一次性使用颅脑外引流套件由脑室引流管、不锈钢导丝、外引流管路、滴瓶、引流袋、排气口过滤器、导引针、塑胶背板(选配)组成，其中带亲水涂层脑室引流管的亲水涂层为聚乙烯	通过			

1156	C040714035000031817200000020	一次性使用颅脑外引流套件	CY211-8F	CY211-8F	粤械注准20232140306	引流装置	丙类	6						330201059	立体定向颅内肿物清除术	包括血肿、脓肿、肿瘤、取活检、取异物	引流管	用于脑室外引流、脑血肿腔外引流和脑脊液外引流。	一次性使用颅脑外引流套件由脑室引流管、不锈钢导丝、外引流管路、滴瓶、引流袋、排气口过滤器、导引针、塑胶背板(选配)组成，其中带亲水涂层脑室引流管的亲水涂层为聚乙烯	通过			
1157	C040714035000031817200000021	一次性使用颅脑外引流套件	CY111-16F	CY111-16F	粤械注准20232140306	引流装置	丙类	否					是	330201059	立体定向颅内肿物清除术	包括血肿、脓肿、肿瘤、取活检、取异物	引流管	用于脑室外引流、脑血肿腔外引流和脑脊液外引流。	一次性使用颅脑外引流套件由脑室引流管、不锈钢导丝、外引流管路、滴瓶、引流袋、排气口过滤器、导引针、塑胶背板(选配)组成，其中带亲水涂层脑室引流管的亲水涂层为聚乙烯	通过			
1158	C040714035000031817200000022	一次性使用颅脑外引流套件	CY111-8F	CY111-8F	粤械注准20232140306	引流装置	丙类	否					是	330201059	立体定向颅内肿物清除术	包括血肿、脓肿、肿瘤、取活检、取异物	引流管	用于脑室外引流、脑血肿腔外引流和脑脊液外引流。	一次性使用颅脑外引流套件由脑室引流管、不锈钢导丝、外引流管路、滴瓶、引流袋、排气口过滤器、导引针、塑胶背板(选配)组成，其中带亲水涂层脑室引流管的亲水涂层为聚乙烯	通过			
1159	C040714035000031817200000023	一次性使用颅脑外引流套件	CY211-10F	CY211-10F	粤械注准20232140306	引流装置	丙类	6						330201059	立体定向颅内肿物清除术	包括血肿、脓肿、肿瘤、取活检、取异物	引流管	用于脑室外引流、脑血肿腔外引流和脑脊液外引流。	一次性使用颅脑外引流套件由脑室引流管、不锈钢导丝、外引流管路、滴瓶、引流袋、排气口过滤器、导引针、塑胶背板(选配)组成，其中带亲水涂层脑室引流管的亲水涂层为聚乙烯	通过			

1160	C040714035000031817200000024	一次性使用颅脑外引流套件	CY212-14F	CY212-14F	粤械注准20232140306	引流装置	丙类	6						330201059	立体定向颅内肿物清除术	包括血肿、脓肿、肿瘤、取活检、取异物	引流管	用于脑室外引流、脑血肿腔外引流和脑脊液外引流。	一次性使用颅脑外引流套件由脑室引流管、不锈钢导丝、外引流管路、滴瓶、引流袋、排气口过滤器、导引针、塑胶背板(选配)组成，其中带亲水涂层脑室引流管的亲水涂层为聚乙烯	通过			
1161	C040714035000031817200000025	一次性使用颅脑外引流套件	CY212-8F	CY212-8F	粤械注准20232140306	引流装置	丙类	6						330201059	立体定向颅内肿物清除术	包括血肿、脓肿、肿瘤、取活检、取异物	引流管	用于脑室外引流、脑血肿腔外引流和脑脊液外引流。	一次性使用颅脑外引流套件由脑室引流管、不锈钢导丝、外引流管路、滴瓶、引流袋、排气口过滤器、导引针、塑胶背板(选配)组成，其中带亲水涂层脑室引流管的亲水涂层为聚乙烯	通过			
1162	C040714035000031817200000026	一次性使用颅脑外引流套件	CY212-16F	CY212-16F	粤械注准20232140306	引流装置	丙类	6						330201059	立体定向颅内肿物清除术	包括血肿、脓肿、肿瘤、取活检、取异物	引流管	用于脑室外引流、脑血肿腔外引流和脑脊液外引流。	一次性使用颅脑外引流套件由脑室引流管、不锈钢导丝、外引流管路、滴瓶、引流袋、排气口过滤器、导引针、塑胶背板(选配)组成，其中带亲水涂层脑室引流管的亲水涂层为聚乙烯	通过			
1163	C040714035000031817200000027	一次性使用颅脑外引流套件	CY211-14F	CY211-14F	粤械注准20232140306	引流装置	丙类	6						330201059	立体定向颅内肿物清除术	包括血肿、脓肿、肿瘤、取活检、取异物	引流管	用于脑室外引流、脑血肿腔外引流和脑脊液外引流。	一次性使用颅脑外引流套件由脑室引流管、不锈钢导丝、外引流管路、滴瓶、引流袋、排气口过滤器、导引针、塑胶背板(选配)组成，其中带亲水涂层脑室引流管的亲水涂层为聚乙烯	通过			

1164	C040714035000031817200028	一次性使用颅脑外引流套件	CY211-16F	CY211-16F	粤械注准20232140306	引流装置	丙类	6						330201059	立体定向颅内肿物清除术	包括血肿、脓肿、肿瘤、取活检、取异物	引流管	用于脑室外引流、脑血肿腔外引流和脑脊液外引流。	一次性使用颅脑外引流套件由脑室引流管、不锈钢导丝、外引流管路、滴瓶、引流袋、排气口过滤器、导引针、塑胶背板(选配)组成，其中带亲水涂层脑室引流管的亲水涂层为聚乙烯	通过			
1165	C040714035000031817200029	一次性使用颅脑外引流套件	CY212-12F	CY212-12F	粤械注准20232140306	引流装置	丙类	6						330201059	立体定向颅内肿物清除术	包括血肿、脓肿、肿瘤、取活检、取异物	引流管	用于脑室外引流、脑血肿腔外引流和脑脊液外引流。	一次性使用颅脑外引流套件由脑室引流管、不锈钢导丝、外引流管路、滴瓶、引流袋、排气口过滤器、导引针、塑胶背板(选配)组成，其中带亲水涂层脑室引流管的亲水涂层为聚乙烯	通过			
1166	C141702035000010307400003	一次性使用胸腔引流套件	CZJ-800-G11	CZJ-800-G11	浙械注准20242141804	引流装置	丙类	6						1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	产品与本公司胸腔引流系统(SmartVac)配套使用，用于胸腔密闭式引流。	产品由胸腔引流管、胸腔引流瓶、引流连接管组配而成，其中胸腔引流管由引流管、转接头(选配)、内套管(选配)、导丝(选配)、扩张管(选配)、导引针(选配)、导丝导入蓝空器(选配)、塑柄手术刀(选配)、导管固定器(选配)、	通过			
1167	C141702035000010307400008	一次性使用胸腔引流套件	CZJ-800-G01	CZJ-800-G01	浙械注准20242141804	引流装置	丙类	6						1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	产品与本公司胸腔引流系统(SmartVac)配套使用，用于胸腔密闭式引流。	产品由胸腔引流管、胸腔引流瓶、引流连接管组配而成，其中胸腔引流管由引流管、转接头(选配)、内套管(选配)、导丝(选配)、扩张管(选配)、导引针(选配)、导丝导入蓝空器(选配)、塑柄手术刀(选配)、导管固定器(选配)、	通过			

1168	C1417020350 00010307400 00009	一次性使用胸腔引流套件	CZJ-800-G02	CZJ-800-G02	浙械注准 20242141804	引流装置	丙类	6						1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	产品与本公司胸腔引流系统(SmartVac)配套使用，用于胸腔密闭式引流。	产品由胸腔引流管、胸腔引流瓶、引流连接管组配而成，其中胸腔引流管由引流管、转接头(选配)、内套管(选配)、导丝(选配)、扩张管(选配)、导引针(选配)、导丝导入蓝空器(选配)、塑柄手术刀(选配)、导管固定器(选配)、	通过			
1169	C1417020350 00010307400 00023	一次性使用胸腔引流套件	500-G12	500-G12	浙械注准 20242141804	引流装置	丙类	6						1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	产品与本公司胸腔引流系统(SmartVac)配套使用，用于胸腔密闭式引流。	产品由胸腔引流管、胸腔引流瓶、引流连接管组配而成，其中胸腔引流管由引流管、转接头(选配)、内套管(选配)、导丝(选配)、扩张管(选配)、导引针(选配)、导丝导入蓝空器(选配)、塑柄手术刀(选配)、导管固定器(选配)、	通过			
1170	C1417020350 00010307400 00026	一次性使用胸腔引流套件	800-G01	800-G01	浙械注准 20242141804	引流装置	丙类	6						1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	产品与本公司胸腔引流系统(SmartVac)配套使用，用于胸腔密闭式引流。	产品由胸腔引流管、胸腔引流瓶、引流连接管组配而成，其中胸腔引流管由引流管、转接头(选配)、内套管(选配)、导丝(选配)、扩张管(选配)、导引针(选配)、导丝导入蓝空器(选配)、塑柄手术刀(选配)、导管固定器(选配)、	通过			

1171	C1417020350 00010307400 00027	一次性使用胸腔引流套件	500-G01	500-G01	浙械注准 20242141804	引流装置	丙类	6						1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	产品与本公司胸腔引流系统(SmartVac)配套使用，用于胸腔密闭式引流。	产品由胸腔引流管、胸腔引流瓶、引流连接管组配而成，其中胸腔引流管由引流管、转接头(选配)、内套管(选配)、导丝(选配)、扩张管(选配)、导引针(选配)、导丝导入蓝空器(选配)、塑柄手术刀(选配)、导管固定器(选配)	通过			
1172	C1417020350 00010307400 00029	一次性使用胸腔引流套件	500-G11	500-G11	浙械注准 20242141804	引流装置	丙类	6						1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	产品与本公司胸腔引流系统(SmartVac)配套使用，用于胸腔密闭式引流。	产品由胸腔引流管、胸腔引流瓶、引流连接管组配而成，其中胸腔引流管由引流管、转接头(选配)、内套管(选配)、导丝(选配)、扩张管(选配)、导引针(选配)、导丝导入蓝空器(选配)、塑柄手术刀(选配)、导管固定器(选配)	通过			
1173	C1417020350 00010307400 00032	一次性使用胸腔引流套件	800-G11	800-G11	浙械注准 20242141804	引流装置	丙类	6						1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	产品与本公司胸腔引流系统(SmartVac)配套使用，用于胸腔密闭式引流。	产品由胸腔引流管、胸腔引流瓶、引流连接管组配而成，其中胸腔引流管由引流管、转接头(选配)、内套管(选配)、导丝(选配)、扩张管(选配)、导引针(选配)、导丝导入蓝空器(选配)、塑柄手术刀(选配)、导管固定器(选配)、	通过			

1174	C1417020350 00010307400 00035	一次性使用胸腔引流套件	CZJ-800-G12	CZJ-800-G12	浙械注准 20242141804	引流装置	丙类	6						1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	产品与本公司胸腔引流系统(SmartVac)配套使用，用于胸腔密闭式引流。	产品由胸腔引流管、胸腔引流瓶、引流连接管组配而成，其中胸腔引流管由引流管、转接头(选配)、内套管(选配)、导丝(选配)、扩张管(选配)、导引针(选配)、导丝导入蓝空器(选配)、塑柄手术刀(选配)、导管固定器(选配)、	通过			
1175	C1417020350 00010307400 00040	一次性使用胸腔引流套件	800-G02	800-G02	浙械注准 20242141804	引流装置	丙类	6						1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	产品与本公司胸腔引流系统(SmartVac)配套使用，用于胸腔密闭式引流。	产品由胸腔引流管、胸腔引流瓶、引流连接管组配而成，其中胸腔引流管由引流管、转接头(选配)、内套管(选配)、导丝(选配)、扩张管(选配)、导引针(选配)、导丝导入蓝空器(选配)、塑柄手术刀(选配)、导管固定器(选配)、	通过			
1176	C1417020350 00010307400 00043	一次性使用胸腔引流套件	500-G02	500-G02	浙械注准 20242141804	引流装置	丙类	6						1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	产品与本公司胸腔引流系统(SmartVac)配套使用，用于胸腔密闭式引流。	产品由胸腔引流管、胸腔引流瓶、引流连接管组配而成，其中胸腔引流管由引流管、转接头(选配)、内套管(选配)、导丝(选配)、扩张管(选配)、导引针(选配)、导丝导入蓝空器(选配)、塑柄手术刀(选配)、导管固定器(选配)、	通过			

1177	C1417020350 00010307400 00047	一次性使用胸腔引流套件	800-G12	800-G12	浙械注准 20242141804	引流装置	丙类	6						1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	产品与本公司胸腔引流系统(SmartVac)配套使用，用于胸腔密闭式引流。	产品由胸腔引流管、胸腔引流瓶、引流连接管组配而成，其中胸腔引流管由引流管、转接头(选配)、内套管(选配)、导丝(选配)、扩张管(选配)、导引针(选配)、导丝导入蓝空器(选配)、塑柄手术刀(选配)、导管固定器(选配)、	通过			
1178	C0407140350 00011817200 00002	一次性使用颅脑外引流套件	CY222-12F	CY222-12F	粤械注准 20232140306	引流装置	丙类	6						330201059	立体定向颅内肿物清除术	包括血肿、脓肿、肿瘤、取活检、取异物	引流管	一次性使用颅脑外引流套件由脑室引流管、不锈钢导丝、外引流管路、滴瓶、引流袋、排气口过滤器、导引针、塑胶背板(选配)组成，其中带亲水涂层脑室引流管的亲水涂层为聚乙烯	用于脑室外引流、脑血肿腔外引流和脑脊液外引流。	通过			
1179	C0407140350 00011817200 00005	一次性使用颅脑外引流套件	CY222-14F	CY222-14F	粤械注准 20232140306	引流装置	丙类	6						330201059	立体定向颅内肿物清除术	包括血肿、脓肿、肿瘤、取活检、取异物	引流管	一次性使用颅脑外引流套件由脑室引流管、不锈钢导丝、外引流管路、滴瓶、引流袋、排气口过滤器、导引针、塑胶背板(选配)组成，其中带亲水涂层脑室引流管的亲水涂层为聚乙烯	用于脑室外引流、脑血肿腔外引流和脑脊液外引流。	通过			
1180	C0407140350 00011817200 00012	一次性使用颅脑外引流套件	CY121-10F	CY121-10F	粤械注准 20232140306	引流装置	丙类	6						330201059	立体定向颅内肿物清除术	包括血肿、脓肿、肿瘤、取活检、取异物	引流管	一次性使用颅脑外引流套件由脑室引流管、不锈钢导丝、外引流管路、滴瓶、引流袋、排气口过滤器、导引针、塑胶背板(选配)组成，其中带亲水涂层脑室引流管的亲水涂层为聚乙烯	用于脑室外引流、脑血肿腔外引流和脑脊液外引流。	通过			

1181	C040714035000011817200000013	一次性使用颅脑外引流套件	CY121-12F	CY121-12F	粤械注准20232140306	引流装置	丙类	6						330201059	立体定向颅内肿物清除术	包括血肿、脓肿、肿瘤、取活检、取异物	引流管	一次性使用颅脑外引流套件由脑室引流管、不锈钢导丝、外引流管路、滴瓶、引流袋、排气口过滤器、导引针、塑胶背板(选配)组成，其中带亲水涂层脑室引流管的亲水涂层为聚乙烯	用于脑室外引流、脑血肿腔外引流和脑脊液外引流。	通过			
1182	C040714035000011817200000014	一次性使用颅脑外引流套件	CY121-14F	CY121-14F	粤械注准20232140306	引流装置	丙类	6						330201059	立体定向颅内肿物清除术	包括血肿、脓肿、肿瘤、取活检、取异物	引流管	一次性使用颅脑外引流套件由脑室引流管、不锈钢导丝、外引流管路、滴瓶、引流袋、排气口过滤器、导引针、塑胶背板(选配)组成，其中带亲水涂层脑室引流管的亲水涂层为聚乙烯	用于脑室外引流、脑血肿腔外引流和脑脊液外引流。	通过			
1183	C040714035000011817200000016	一次性使用颅脑外引流套件	CY121-8F	CY121-8F	粤械注准20232140306	引流装置	丙类	6						330201059	立体定向颅内肿物清除术	包括血肿、脓肿、肿瘤、取活检、取异物	引流管	一次性使用颅脑外引流套件由脑室引流管、不锈钢导丝、外引流管路、滴瓶、引流袋、排气口过滤器、导引针、塑胶背板(选配)组成，其中带亲水涂层脑室引流管的亲水涂层为聚乙烯	用于脑室外引流、脑血肿腔外引流和脑脊液外引流。	通过			
1184	C040714035000011817200000027	一次性使用颅脑外引流套件	CY222-8F	CY222-8F	粤械注准20232140306	引流装置	丙类	6						330201059	立体定向颅内肿物清除术	包括血肿、脓肿、肿瘤、取活检、取异物	引流管	一次性使用颅脑外引流套件由脑室引流管、不锈钢导丝、外引流管路、滴瓶、引流袋、排气口过滤器、导引针、塑胶背板(选配)组成，其中带亲水涂层脑室引流管的亲水涂层为聚乙烯	用于脑室外引流、脑血肿腔外引流和脑脊液外引流。	通过			

1185	C040714035000011817200000030	一次性使用颅脑外引流套件	CY222-10F	CY222-10F	粤械注准20232140306	引流装置	丙类	6						330201059	立体定向颅内肿物清除术	包括血肿、脓肿、肿瘤、取活检、取异物	引流管	一次性使用颅脑外引流套件由脑室引流管、不锈钢导丝、外引流管路、滴瓶、引流袋、排气口过滤器、导引针、塑胶背板(选配)组成，其中带亲水涂层脑室引流管的亲水涂层为聚乙烯	用于脑室外引流、脑血肿腔外引流和脑脊液外引流。	通过			
1186	C040714035000031817200000030	一次性使用颅脑外引流套件	CY211-12F	CY211-12F	粤械注准20232140306	引流装置	丙类	6						330201059	立体定向颅内肿物清除术	包括血肿、脓肿、肿瘤、取活检、取异物	引流管	一次性使用颅脑外引流套件由脑室引流管、不锈钢导丝、外引流管路、滴瓶、引流袋、排气口过滤器、导引针、塑胶背板(选配)组成，其中带亲水涂层脑室引流管的亲水涂层为聚乙烯	用于脑室外引流、脑血肿腔外引流和脑脊液外引流。	通过			
1187	C020704072000050305600000009	耐高压植入式给药装置	2015ISP	2015ISP	国械注进20173146658	输液港	丙类	6						320100013	植入式给药装置（输液港）置入术	消毒辅巾，麻醉，血管穿刺置管，皮肤切开，扩张皮下，造影摄片，留管接植入式输液港给药装置，肝素盐水封管，皮下包埋植入式输液港给药装	植入式给药装置（输液港）	本产品适用于静脉的局部化疗的药物输注。	该产品为无源器械，由植入泵、Huber针、辅助导引器械、10ML注射器、穿刺针、导管冲洗器组成。	通过			
1188	C020704072000050305600000028	耐高压植入式给药装置	3017ISP	3017ISP	国械注进20173146658	输液港	丙类	6						320100013	植入式给药装置（输液港）置入术	消毒辅巾，麻醉，血管穿刺置管，皮肤切开，扩张皮下，造影摄片，留管接植入式输液港给药装置，肝素盐水封管，皮下包埋植入式输液港给药装	植入式给药装置（输液港）	本产品适用于静脉的局部化疗的药物输注。	该产品为无源器械，由植入泵、Huber针、辅助导引器械、10ML注射器、穿刺针、导管冲洗器组成。	通过			

1189	C020704072000051029000 00028	耐高压植入式给药装置	耐高压植入式给药装置，6F ChronoFlex聚氨酯末端开口导管，标准包装	1606062	国械注进20233140239	输液港	丙类	6						320100013	植入式给药装置（输液港） 置入术		植入式给药装置（输液港）	耐高压植入式给药装置适用于临床需要反复插入血管通道的患者的有关治疗，也可用于注入药品、静脉输液、静脉内注射营养溶液和血制品，而且还用于抽取血液样品。当与PowerLoc一次性使用植入式给药装置留置针结合使用时，适用于高压注射造影剂。对于	本产品包括输液港、末端开口ChronoFlex聚氨酯导管、导管锁扣、导丝、注射器、无损伤针、穿刺针、微插管鞘(扩张器和导管鞘)AirGuard血管鞘(扩张器和撕裂鞘)、隧道针、血管拉钩、冲洗接头、PowerLoc一次性使用植入式给药装置留置针组成。本产品	通过			
1190	C020704072000010838500 00001	ZS2系列植入式给药装置	ZS2-I-D-1.8/1.2-500	ZS2-I-D-1.8/1.2-500	国械注准20183141712	输液港	丙类	6						320100013	植入式给药装置（输液港）置入术		植入式给药装置（输液港）	该产品是一种给药途径，适用于静脉、动脉、腔内及脊柱内的给药和输液，也可以用于抽取血液和输血。	该产品按使用部位，分为动脉、静脉、腔内及脊柱内四种，由港体（包括港座、注射件、储液腔、连接管）导管锁（含钛环）、导管和选用器械或附件组成。选用器械或附件可根据临床需要选择配置。包括：插管导引(血管勾)、一次性使用注射器（仅用于术前冲洗导管）、一次性使用注射针、麻醉用针、一次性	通过			

1191	C0207040720000108385000004	ZS2系列植入式给药装置	ZS2-I-D-1.8/1.2-650	ZS2-I-D-1.8/1.2-650	国械注准20183141712	输液港	丙类	6						320100013	植入式给药装置（输液港）置入术		植入式给药装置（输液港）	该产品是一种给药途径，适用于静脉、动脉、腔内及脊柱内的给药和输液，也可以用于抽取血液和输血。	该产品按使用部位，分为动脉、静脉、腔内及脊柱内四种，由港体（包括港座、注射件、储液腔、连接管）导管锁（含钛环）、导管和选用器械或附件组成。选用器械或附件可根据临床需要选择配置。包括：插管导引(血管勾)、一次性使用注射器（仅用于术前冲洗导管）、一次性使用注射针、麻醉用针、一次性	通过			
1192	C0207040720002083850000006	ZS2系列植入式给药装置	ZS2-I-J-2.8/2.0-750	ZS2-I-J-2.8/2.0-750	国械注准20183141712	输液港	丙类	6						320100013	植入式给药装置（输液港）置入术		植入式给药装置（输液港）	该产品是一种给药途径，适用于静脉、动脉、腔内及脊柱内的给药和输液，也可以用于抽取血液和输血。	该产品按使用部位，分为动脉、静脉、腔内及脊柱内四种，由港体（包括港座、注射件、储液腔、连接管）导管锁（含钛环）、导管和选用器械或附件组成。选用器械或附件可根据临床需要选择配置。包括：插管导引(血管勾)、一次性使用注射器（仅用于术前冲洗导管）、一次性使用注射针、麻醉用针、一次性	通过			

1193	C0207040720 00020838500 00009	ZS2系列植入式给药装置	ZS2-I-J- 2.0/1.3-500	ZS2-I-J- 2.0/1.3-500	国械注准 20183141712	输液港	丙类	6						320100013	植入式给药装置（输液港）置入术		植入式给药装置（输液港）	该产品是一种给药途径，适用于静脉、动脉、腔内及脊柱内的给药和输液，也可以用于抽取血液和输血。	该产品按使用部位，分为动脉、静脉、腔内及脊柱内四种，由港体（包括港座、注射件、储液腔、连接管）导管锁（含钛环）、导管和选用器械或附件组成。选用器械或附件可根据临床需要选择配置。包括：插管导引(血管勾)、一次性使用注射器（仅用于术前冲洗导管）、一次性使用注射针、麻醉用针、一次性	通过			
1194	C0207040720 00020838500 00012	ZS2系列植入式给药装置	ZS2-I-J- 2.4/1.5-750	ZS2-I-J- 2.4/1.5-750	国械注准 20183141712	输液港	丙类	6						320100013	植入式给药装置（输液港）置入术		植入式给药装置（输液港）	该产品是一种给药途径，适用于静脉、动脉、腔内及脊柱内的给药和输液，也可以用于抽取血液和输血。	该产品按使用部位，分为动脉、静脉、腔内及脊柱内四种，由港体（包括港座、注射件、储液腔、连接管）导管锁（含钛环）、导管和选用器械或附件组成。选用器械或附件可根据临床需要选择配置。包括：插管导引(血管勾)、一次性使用注射器（仅用于术前冲洗导管）、一次性使用注射针、麻醉用针、一次性	通过			

1195	C0207040720000208385000014	ZS2系列植入式给药装置	ZS2-II-J-1.6/0.9-600	ZS2-II-J-1.6/0.9-600	国械注准20183141712	输液港	丙类	6						320100013	植入式给药装置（输液港）置入术		植入式给药装置（输液港）	该产品是一种给药途径，适用于静脉、动脉、腔内及脊柱内的给药和输液，也可以用于抽取血液和输血。	该产品按使用部位，分为动脉、静脉、腔内及脊柱内四种，由港体（包括港座、注射件、储液腔、连接管）导管锁（含钛环）、导管和选用器械或附件组成。选用器械或附件可根据临床需要选择配置。包括：插管导引(血管勾)、一次性使用注射器（仅用于术前冲洗导管）、一次性使用注射针、麻醉用针、一次性	通过			
1196	C0207040720000208385000015	ZS2系列植入式给药装置	ZS2-II-J-1.6/0.9-700	ZS2-II-J-1.6/0.9-700	国械注准20183141712	输液港	丙类	6						320100013	植入式给药装置（输液港）置入术		植入式给药装置（输液港）	该产品是一种给药途径，适用于静脉、动脉、腔内及脊柱内的给药和输液，也可以用于抽取血液和输血。	该产品按使用部位，分为动脉、静脉、腔内及脊柱内四种，由港体（包括港座、注射件、储液腔、连接管）导管锁（含钛环）、导管和选用器械或附件组成。选用器械或附件可根据临床需要选择配置。包括：插管导引(血管勾)、一次性使用注射器（仅用于术前冲洗导管）、一次性使用注射针、麻醉用针、一次性	通过			

1197	C0207040720 00020838500 00016	ZS2系列植入式给药装置	ZS2-I-J- 2.0/1.3-600	ZS2-I-J- 2.0/1.3-600	国械注准 20183141712	输液港	丙类	6						320100013	植入式给药装置（输液港）置入术		植入式给药装置（输液港）	该产品是一种给药途径，适用于静脉、动脉、腔内及脊柱内的给药和输液，也可以用于抽取血液和输血。	该产品按使用部位，分为动脉、静脉、腔内及脊柱内四种，由港体（包括港座、注射件、储液腔、连接管）导管锁（含钛环）、导管和选用器械或附件组成。选用器械或附件可根据临床需要选择配置。包括：插管导引(血管勾)、一次性使用注射器（仅用于术前冲洗导管）、一次性使用注射针、麻醉用针、一次性	通过			
1198	C0207040720 00020838500 00017	ZS2系列植入式给药装置	ZS2-I-J- 2.4/1.5-550	ZS2-I-J- 2.4/1.5-550	国械注准 20183141712	输液港	丙类	6						320100013	植入式给药装置（输液港）置入术		植入式给药装置（输液港）	该产品是一种给药途径，适用于静脉、动脉、腔内及脊柱内的给药和输液，也可以用于抽取血液和输血。	该产品按使用部位，分为动脉、静脉、腔内及脊柱内四种，由港体（包括港座、注射件、储液腔、连接管）导管锁（含钛环）、导管和选用器械或附件组成。选用器械或附件可根据临床需要选择配置。包括：插管导引(血管勾)、一次性使用注射器（仅用于术前冲洗导管）、一次性使用注射针、麻醉用针、一次性	通过			

1199	C0207040720 00020838500 00020	ZS2系列植入式给药装置	ZS2-I-J- 2.0/1.3-550	ZS2-I-J- 2.0/1.3-550	国械注准 20183141712	输液港	丙类	6						320100013	植入式给药装置（输液港）置入术		植入式给药装置（输液港）	该产品是一种给药途径，适用于静脉、动脉、腔内及脊柱内的给药和输液，也可以用于抽取血液和输血。	该产品按使用部位，分为动脉、静脉、腔内及脊柱内四种，由港体（包括港座、注射件、储液腔、连接管）导管锁（含钛环）、导管和选用器械或附件组成。选用器械或附件可根据临床需要选择配置。包括：插管导引(血管勾)、一次性使用注射器（仅用于术前冲洗导管）、一次性使用注射针、麻醉用针、一次性	通过			
1200	C0207040720 00020838500 00023	ZS2系列植入式给药装置	ZS2-III-J- 1.6/0.9-750	ZS2-III-J- 1.6/0.9-750	国械注准 20183141712	输液港	丙类	6						320100013	植入式给药装置（输液港）置入术		植入式给药装置（输液港）	该产品是一种给药途径，适用于静脉、动脉、腔内及脊柱内的给药和输液，也可以用于抽取血液和输血。	该产品按使用部位，分为动脉、静脉、腔内及脊柱内四种，由港体（包括港座、注射件、储液腔、连接管）导管锁（含钛环）、导管和选用器械或附件组成。选用器械或附件可根据临床需要选择配置。包括：插管导引(血管勾)、一次性使用注射器（仅用于术前冲洗导管）、一次性使用注射针、麻醉用针、一次性	通过			

1201	C0207040720 00020838500 00028	ZS2系列植入式给药装置	ZS2-I-J- 2.0/1.3-750	ZS2-I-J- 2.0/1.3-750	国械注准 20183141712	输液港	丙类	6						320100013	植入式给药装置（输液港）置入术		植入式给药装置（输液港）	该产品是一种给药途径，适用于静脉、动脉、腔内及脊柱内的给药和输液，也可以用于抽取血液和输血。	该产品按使用部位，分为动脉、静脉、腔内及脊柱内四种，由港体（包括港座、注射件、储液腔、连接管）导管锁（含钛环）、导管和选用器械或附件组成。选用器械或附件可根据临床需要选择配置。包括：插管导引(血管勾)、一次性使用注射器（仅用于术前冲洗导管）、一次性使用注射针、麻醉用针、一次性	通过			
1202	C0207040720 00020838500 00029	ZS2系列植入式给药装置	ZS2-I-J- 2.4/1.5-650	ZS2-I-J- 2.4/1.5-650	国械注准 20183141712	输液港	丙类	6						320100013	植入式给药装置（输液港）置入术		植入式给药装置（输液港）	该产品是一种给药途径，适用于静脉、动脉、腔内及脊柱内的给药和输液，也可以用于抽取血液和输血。	该产品按使用部位，分为动脉、静脉、腔内及脊柱内四种，由港体（包括港座、注射件、储液腔、连接管）导管锁（含钛环）、导管和选用器械或附件组成。选用器械或附件可根据临床需要选择配置。包括：插管导引(血管勾)、一次性使用注射器（仅用于术前冲洗导管）、一次性使用注射针、麻醉用针、一次性	通过			

1203	C020704072000030838500000009	ZS2系列植入式给药装置	ZS2-I-Q-2.8/1.7-500	ZS2-I-Q-2.8/1.7-500	国械注准20183141712	输液港	丙类	6						320100013	植入式给药装置（输液港）置入术		植入式给药装置（输液港）	该产品是一种给药途径，适用于静脉、动脉、腔内及脊柱内的给药和输液，也可以用于抽取血液和输血。	该产品按使用部位，分为动脉、静脉、腔内及脊柱内四种，由港体（包括港座、注射件、储液腔、连接管）导管锁（含钛环）、导管和选用器械或附件组成。选用器械或附件可根据临床需要选择配置。包括：插管导引(血管勾)、一次性使用注射器（仅用于术前冲洗导管）、一次性使用注射针、麻醉用针、一次性	通过			
1204	C142504209000021331600000030	一次性使用可视支气管堵塞器套件	9Fr/8.0	AP-1型	津械注准20242080024	气管插管	甲类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	用于需要单肺通气的手术中，插入患者的支气管内，达到阻断左肺气道或右肺气道的目的。	产品由一次性使用支气管堵塞器、一次性使用无菌可视气管插管、导丝组成，选配件为：注	通过			
1205	C142504209000021331600000031	一次性使用可视支气管堵塞器套件	9Fr/8.0	BP-1	津械注准20242080024	气管插管	甲类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	用于需要单肺通气的手术中，插入患者的支气管内，达到阻断左肺气道或右肺气道的目的。	产品由一次性使用支气管堵塞器、一次性使用无菌可视气管插管、导丝组成，选配件为：注	通过			
1206	C142504209000021331600000032	一次性使用可视支气管堵塞器套件	9Fr/7.5	BP-1	津械注准20242080024	气管插管	甲类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	用于需要单肺通气的手术中，插入患者的支气管内，达到阻断左肺气道或右肺气道的目的。	产品由一次性使用支气管堵塞器、一次性使用无菌可视气管插管、导丝组成，选配件为：注	通过			
1207	C142504209000021331600000033	一次性使用可视支气管堵塞器套件	9Fr/7.5	AP-1型	津械注准20242080024	气管插管	甲类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	用于需要单肺通气的手术中，插入患者的支气管内，达到阻断左肺气道或右肺气道的目的。	产品由一次性使用支气管堵塞器、一次性使用无菌可视气管插管、导丝组成，选配件为：注	通过			
1208	C142504209000021331600000036	一次性使用可视支气管堵塞器套件	5Fr/6.0	AP-1型	津械注准20242080024	气管插管	甲类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	用于需要单肺通气的手术中，插入患者的支气管内，达到阻断左肺气道或右肺气道的目的。	产品由一次性使用支气管堵塞器、一次性使用无菌可视气管插管、导丝组成，选配件为：注	通过			
1209	C142504209000021331600000063	一次性使用可视支气管堵塞器套件	5Fr/6.0	BP-1	津械注准20242080024	气管插管	甲类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	用于需要单肺通气的手术中，插入患者的支气管内，达到阻断左肺气道或右肺气道的目的。	产品由一次性使用支气管堵塞器、一次性使用无菌可视气管插管、导丝组成，选配件为：注	通过			

1210	C1425042090 00021331600 00065	一次性使用可视支气管堵塞器套件	7Fr/7.0	AP-1型	津械注准 20242080024	气管插管	甲类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	用于需要单肺通气的手术中，插入患者的支气管内，达到阻断左肺气道或右肺气道的目的。	产品由一次性使用支气管堵塞器、一次性使用无菌可视气管插管、导丝组成，选配件为：注	通过			
1211	C1425042090 00021331600 00078	一次性使用可视支气管堵塞器套件	7Fr/7.0	BP-1	津械注准 20242080024	气管插管	甲类	否					是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	用于需要单肺通气的手术中，插入患者的支气管内，达到阻断左肺气道或右肺气道的目的。	产品由一次性使用支气管堵塞器、一次性使用无菌可视气管插管、导丝组成，选配件为：注	通过			
1212	C0207030040 10071029000 00002	外周插管中心静脉导管	5Fr双腔导管	3275118	国械注进 20173031259	导管	甲类	否					是	120400011	中心静脉穿刺置管术	包括深静脉穿刺置管术	中心静脉套件、测压套件、导管	本产品用于短期或长期使用，经外周静脉进入中心静脉系统，以便进行静脉注射疗法、造影剂的高压注射，同时还可允许中心静脉压监测，在血液取样，静脉输注或治疗	本产品包括导管（单腔、双腔、三腔）、T型连接件、微插管鞘、导丝、刀片、带穿刺针的导引套管、穿刺针、护帽和Statlock导管固定器。产品各组件原材料详见产品技术	通过			
1213	C0207030040 10070843800 00872	高压外周中心静脉导管和配置器械	MMPG2-5F-35	MMPG2-5F-35	国械注准 20233030499	导管	甲类	6						ABD	4.静脉置管术		中心静脉套件、测压套件、导管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	该产品适用于短期或长期经外周静脉进入中心静脉系统使用，以便进行输液、静脉注射治疗、血液取样、造影剂的注射、液体、药物和营养的输注，同时还可允	该产品主要由高压外周中心静脉导管、穿刺器械及辅料器械组成。高压外周中心静脉导管主要由管体、三角座、延长管、管座和止流夹组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性	通过			
1214	C0103110150 00031203700 00156	一次性使用输尿管导引鞘	CGS10055T0	CGS10055T0	浙械注准 20212020030	鞘管		6						311000022.0 1	经皮输尿管内管置入术(输尿管镜加收)		导管	产品用于在泌尿系统内窥镜检查及手术时建立通道，以便于内窥镜或其他器械进	由扩张器、外鞘和导丝组成，其中导丝为选配件。	不通过	申报产品与除外内容不符		
1215	C0103110150 00031203700 00557	一次性使用输尿管导引鞘	AGS13035T0	AGS13035T0	浙械注准 20212020030	鞘管		6						311000022.0 1	经皮输尿管内管置入术(输尿管镜加收)		导管	产品用于在泌尿系统内窥镜检查及手术时建立通道，以便于内窥镜或其他器械进	由扩张器、外鞘和导丝组成，其中导丝为选配件。	不通过	申报产品与除外内容不符		
1216	C0103110150 00031203700 00607	一次性使用输尿管导引鞘	CGS11538S4	CGS11538S4	浙械注准 20212020030	鞘管		6						311000022.0 1	经皮输尿管内管置入术(输尿管镜加收)		导管	产品用于在泌尿系统内窥镜检查及手术时建立通道，以便于内窥镜或其他器械进	由扩张器、外鞘和导丝组成，其中导丝为选配件。	不通过	申报产品与除外内容不符		
1217	C0103110150 00031203700 00750	一次性使用输尿管导引鞘	CGS11538T0	CGS11538T0	浙械注准 20212020030	鞘管		6						311000022.0 1	经皮输尿管内管置入术(输尿管镜加收)		导管	产品用于在泌尿系统内窥镜检查及手术时建立通道，以便于内窥镜或其他器械进	由扩张器、外鞘和导丝组成，其中导丝为选配件。	不通过	申报产品与除外内容不符		

1218	C0103110150 00031203700 00982	一次性使用输尿管导引鞘	CGS12538T0	CGS12538T0	浙械注准 20212020030	鞘管		6						311000022.0 1	经皮输尿管内管置入术(输尿管镜加收)		导管	产品用于在泌尿系统内窥镜检查及手术时建立通道，以便于内窥镜或其他器械进	由扩张器、外鞘和导丝组成，其中导丝为选配件。	不通过	申报产品与除外内容不符		
1219	C0103110150 00031203700 01056	一次性使用输尿管导引鞘	CGS11548T0	CGS11548T0	浙械注准 20212020030	鞘管		6						311000022.0 1	经皮输尿管内管置入术(输尿管镜加收)		导管	产品用于在泌尿系统内窥镜检查及手术时建立通道，以便于内窥镜或其他器械进	由扩张器、外鞘和导丝组成，其中导丝为选配件。	不通过	申报产品与除外内容不符		
1220	C0103110150 00031203700 01360	一次性使用输尿管导引鞘	CGS09550T0	CGS09550T0	浙械注准 20212020030	鞘管		6						311000022.0 1	经皮输尿管内管置入术(输尿管镜加收)		导管	产品用于在泌尿系统内窥镜检查及手术时建立通道，以便于内窥镜或其他器械进	由扩张器、外鞘和导丝组成，其中导丝为选配件。	不通过	申报产品与除外内容不符		
1221	C0103110150 00031203700 01518	一次性使用输尿管导引鞘	AGS11035T0	AGS11035T0	浙械注准 20212020030	鞘管		6						311000022.0 1	经皮输尿管内管置入术(输尿管镜加收)		导管	产品用于在泌尿系统内窥镜检查及手术时建立通道，以便于内窥镜或其他器械进	由扩张器、外鞘和导丝组成，其中导丝为选配件。	不通过	申报产品与除外内容不符		
1222	C0103110150 00031203700 01558	一次性使用输尿管导引鞘	CGS10050T0	CGS10050T0	浙械注准 20212020030	鞘管		6						311000022.0 1	经皮输尿管内管置入术(输尿管镜加收)		导管	产品用于在泌尿系统内窥镜检查及手术时建立通道，以便于内窥镜或其他器械进	由扩张器、外鞘和导丝组成，其中导丝为选配件。	不通过	申报产品与除外内容不符		
1223	C0103110150 00031203700 01625	一次性使用输尿管导引鞘	AGS10035T0	AGS10035T0	浙械注准 20212020030	鞘管		6						311000022.0 1	经皮输尿管内管置入术(输尿管镜加收)		导管	产品用于在泌尿系统内窥镜检查及手术时建立通道，以便于内窥镜或其他器械进	由扩张器、外鞘和导丝组成，其中导丝为选配件。	不通过	申报产品与除外内容不符		
1224	C0103110150 00031203700 01688	一次性使用输尿管导引鞘	CGS09540T0	CGS09540T0	浙械注准 20212020030	鞘管		6						311000022.0 1	经皮输尿管内管置入术(输尿管镜加收)		导管	产品用于在泌尿系统内窥镜检查及手术时建立通道，以便于内窥镜或其他器械进	由扩张器、外鞘和导丝组成，其中导丝为选配件。	不通过	申报产品与除外内容不符		
1225	C0103110150 00031203700 01846	一次性使用输尿管导引鞘	AGS11538T0	AGS11538T0	浙械注准 20212020030	鞘管		6						311000022.0 1	经皮输尿管内管置入术(输尿管镜加收)		导管	产品用于在泌尿系统内窥镜检查及手术时建立通道，以便于内窥镜或其他器械进	由扩张器、外鞘和导丝组成，其中导丝为选配件。	不通过	申报产品与除外内容不符		
1226	C0103110150 00031203700 01854	一次性使用输尿管导引鞘	CGS10045T0	CGS10045T0	浙械注准 20212020030	鞘管		6						311000022.0 1	经皮输尿管内管置入术(输尿管镜加收)		导管	产品用于在泌尿系统内窥镜检查及手术时建立通道，以便于内窥镜或其他器械进	由扩张器、外鞘和导丝组成，其中导丝为选配件。	不通过	申报产品与除外内容不符		
1227	C0103110150 00031203700 01877	一次性使用输尿管导引鞘	AGS12035T0	AGS12035T0	浙械注准 20212020030	鞘管		6						311000022.0 1	经皮输尿管内管置入术(输尿管镜加收)		导管	产品用于在泌尿系统内窥镜检查及手术时建立通道，以便于内窥镜或其他器械进	由扩张器、外鞘和导丝组成，其中导丝为选配件。	不通过	申报产品与除外内容不符		
1228	C0103110150 00031203700 02190	一次性使用输尿管导引鞘	CGS12040T0	CGS12040T0	浙械注准 20212020030	鞘管		6						311000022.0 1	经皮输尿管内管置入术(输尿管镜加收)		导管	产品用于在泌尿系统内窥镜检查及手术时建立通道，以便于内窥镜或其他器械进	由扩张器、外鞘和导丝组成，其中导丝为选配件。	不通过	申报产品与除外内容不符		

1229	C0103110150 00031203700 02327	一次性使用输尿管导引鞘	CGS12548T0	CGS12548T0	浙械注准 20212020030	鞘管		6						311000022.0 1	经皮输尿管内管置入术(输尿管镜加收)		导管	产品用于在泌尿系统内窥镜检查及手术时建立通道，以便于内窥镜或其他器械进	由扩张器、外鞘和导丝组成，其中导丝为选配件。	不通过	申报产品与除外内容不符		
1230	C0103110150 00031203700 02823	一次性使用输尿管导引鞘	CGS10550T0	CGS10550T0	浙械注准 20212020030	鞘管		6						311000022.0 1	经皮输尿管内管置入术(输尿管镜加收)		导管	产品用于在泌尿系统内窥镜检查及手术时建立通道，以便于内窥镜或其他器械进	由扩张器、外鞘和导丝组成，其中导丝为选配件。	不通过	申报产品与除外内容不符		
1231	C0103110150 00031203700 02881	一次性使用输尿管导引鞘	AGS10045T0	AGS10045T0	浙械注准 20212020030	鞘管		6						311000022.0 1	经皮输尿管内管置入术(输尿管镜加收)		导管	产品用于在泌尿系统内窥镜检查及手术时建立通道，以便于内窥镜或其他器械进	由扩张器、外鞘和导丝组成，其中导丝为选配件。	不通过	申报产品与除外内容不符		
1232	C0103110150 00031203700 03107	一次性使用输尿管导引鞘	AGS10545T0	AGS10545T0	浙械注准 20212020030	鞘管		6						311000022.0 1	经皮输尿管内管置入术(输尿管镜加收)		导管	产品用于在泌尿系统内窥镜检查及手术时建立通道，以便于内窥镜或其他器械进	由扩张器、外鞘和导丝组成，其中导丝为选配件。	不通过	申报产品与除外内容不符		
1233	C0103110150 00031203700 03171	一次性使用输尿管导引鞘	AGS11045T0	AGS11045T0	浙械注准 20212020030	鞘管		6						311000022.0 1	经皮输尿管内管置入术(输尿管镜加收)		导管	产品用于在泌尿系统内窥镜检查及手术时建立通道，以便于内窥镜或其他器械进	由扩张器、外鞘和导丝组成，其中导丝为选配件。	不通过	申报产品与除外内容不符		
1234	C0103110150 00031203700 03562	一次性使用输尿管导引鞘	CGS12050T0	CGS12050T0	浙械注准 20212020030	鞘管		6						311000022.0 1	经皮输尿管内管置入术(输尿管镜加收)		导管	产品用于在泌尿系统内窥镜检查及手术时建立通道，以便于内窥镜或其他器械进	由扩张器、外鞘和导丝组成，其中导丝为选配件。	不通过	申报产品与除外内容不符		
1235	C0103110150 00031203700 03597	一次性使用输尿管导引鞘	CGS13050T0	CGS13050T0	浙械注准 20212020030	鞘管		6						311000022.0 1	经皮输尿管内管置入术(输尿管镜加收)		导管	产品用于在泌尿系统内窥镜检查及手术时建立通道，以便于内窥镜或其他器械进	由扩张器、外鞘和导丝组成，其中导丝为选配件。	不通过	申报产品与除外内容不符		
1236	C0103110150 00031203700 03671	一次性使用输尿管导引鞘	CGS12055T0	CGS12055T0	浙械注准 20212020030	鞘管		6						311000022.0 1	经皮输尿管内管置入术(输尿管镜加收)		导管	产品用于在泌尿系统内窥镜检查及手术时建立通道，以便于内窥镜或其他器械进	由扩张器、外鞘和导丝组成，其中导丝为选配件。	不通过	申报产品与除外内容不符		
1237	C0103110150 00031203700 03720	一次性使用输尿管导引鞘	AGS11545T0	AGS11545T0	浙械注准 20212020030	鞘管		6						311000022.0 1	经皮输尿管内管置入术(输尿管镜加收)		导管	产品用于在泌尿系统内窥镜检查及手术时建立通道，以便于内窥镜或其他器械进	由扩张器、外鞘和导丝组成，其中导丝为选配件。	不通过	申报产品与除外内容不符		
1238	C0103110150 00031203700 04590	一次性使用输尿管导引鞘	CGS11540T0	CGS11540T0	浙械注准 20212020030	鞘管		6						311000022.0 1	经皮输尿管内管置入术(输尿管镜加收)		导管	产品用于在泌尿系统内窥镜检查及手术时建立通道，以便于内窥镜或其他器械进	由扩张器、外鞘和导丝组成，其中导丝为选配件。	不通过	申报产品与除外内容不符		
1239	C0103110150 00031203700 04646	一次性使用输尿管导引鞘	CGS13035T0	CGS13035T0	浙械注准 20212020030	鞘管		6						311000022.0 1	经皮输尿管内管置入术(输尿管镜加收)		导管	产品用于在泌尿系统内窥镜检查及手术时建立通道，以便于内窥镜或其他器械进	由扩张器、外鞘和导丝组成，其中导丝为选配件。	不通过	申报产品与除外内容不符		

1240	C0103110150 00031203700 04691	一次性使用输尿管导引鞘	CGS12045T0	CGS12045T0	浙械注准 20212020030	鞘管		6						311000022.0 1	经皮输尿管内管置入术(输尿管镜加收)		导管	产品用于在泌尿系统内窥镜检查及手术时建立通道，以便于内窥镜或其他器械进	由扩张器、外鞘和导丝组成，其中导丝为选配件。	不通过	申报产品与除外内容不符		
1241	C0103110150 00031203700 04711	一次性使用输尿管导引鞘	CGS13045T0	CGS13045T0	浙械注准 20212020030	鞘管		6						311000022.0 1	经皮输尿管内管置入术(输尿管镜加收)		导管	产品用于在泌尿系统内窥镜检查及手术时建立通道，以便于内窥镜或其他器械进	由扩张器、外鞘和导丝组成，其中导丝为选配件。	不通过	申报产品与除外内容不符		
1242	C0103110150 00031203700 05065	一次性使用输尿管导引鞘	CGS11550T0	CGS11550T0	浙械注准 20212020030	鞘管		6						311000022.0 1	经皮输尿管内管置入术(输尿管镜加收)		导管	产品用于在泌尿系统内窥镜检查及手术时建立通道，以便于内窥镜或其他器械进	由扩张器、外鞘和导丝组成，其中导丝为选配件。	不通过	申报产品与除外内容不符		
1243	C0103110150 00031203700 05139	一次性使用输尿管导引鞘	AGS09545T0	AGS09545T0	浙械注准 20212020030	鞘管		6						311000022.0 1	经皮输尿管内管置入术(输尿管镜加收)		导管	产品用于在泌尿系统内窥镜检查及手术时建立通道，以便于内窥镜或其他器械进	由扩张器、外鞘和导丝组成，其中导丝为选配件。	不通过	申报产品与除外内容不符		
1244	C0103110150 00031203700 05172	一次性使用输尿管导引鞘	CGS11548S4	CGS11548S4	浙械注准 20212020030	鞘管		6						311000022.0 1	经皮输尿管内管置入术(输尿管镜加收)		导管	产品用于在泌尿系统内窥镜检查及手术时建立通道，以便于内窥镜或其他器械进	由扩张器、外鞘和导丝组成，其中导丝为选配件。	不通过	申报产品与除外内容不符		
1245	C0103110150 00031203700 05240	一次性使用输尿管导引鞘	CGS10035T0	CGS10035T0	浙械注准 20212020030	鞘管		6						311000022.0 1	经皮输尿管内管置入术(输尿管镜加收)		导管	产品用于在泌尿系统内窥镜检查及手术时建立通道，以便于内窥镜或其他器械进	由扩张器、外鞘和导丝组成，其中导丝为选配件。	不通过	申报产品与除外内容不符		
1246	C0103110150 00031203700 05346	一次性使用输尿管导引鞘	AGS11548T0	AGS11548T0	浙械注准 20212020030	鞘管		6						311000022.0 1	经皮输尿管内管置入术(输尿管镜加收)		导管	产品用于在泌尿系统内窥镜检查及手术时建立通道，以便于内窥镜或其他器械进	由扩张器、外鞘和导丝组成，其中导丝为选配件。	不通过	申报产品与除外内容不符		
1247	C0103110150 00031203700 05421	一次性使用输尿管导引鞘	CGS11035T0	CGS11035T0	浙械注准 20212020030	鞘管		6						311000022.0 1	经皮输尿管内管置入术(输尿管镜加收)		导管	产品用于在泌尿系统内窥镜检查及手术时建立通道，以便于内窥镜或其他器械进	由扩张器、外鞘和导丝组成，其中导丝为选配件。	不通过	申报产品与除外内容不符		
1248	C0103110150 00031203700 05553	一次性使用输尿管导引鞘	CGS10040T0	CGS10040T0	浙械注准 20212020030	鞘管		6						311000022.0 1	经皮输尿管内管置入术(输尿管镜加收)		导管	产品用于在泌尿系统内窥镜检查及手术时建立通道，以便于内窥镜或其他器械进	由扩张器、外鞘和导丝组成，其中导丝为选配件。	不通过	申报产品与除外内容不符		
1249	C0103110150 00031203700 05595	一次性使用输尿管导引鞘	AGS10535T0	AGS10535T0	浙械注准 20212020030	鞘管		6						311000022.0 1	经皮输尿管内管置入术(输尿管镜加收)		导管	产品用于在泌尿系统内窥镜检查及手术时建立通道，以便于内窥镜或其他器械进	由扩张器、外鞘和导丝组成，其中导丝为选配件。	不通过	申报产品与除外内容不符		
1250	C0103110150 00031203700 05865	一次性使用输尿管导引鞘	CGS11055T0	CGS11055T0	浙械注准 20212020030	鞘管		6						311000022.0 1	经皮输尿管内管置入术(输尿管镜加收)		导管	产品用于在泌尿系统内窥镜检查及手术时建立通道，以便于内窥镜或其他器械进	由扩张器、外鞘和导丝组成，其中导丝为选配件。	不通过	申报产品与除外内容不符		

1251	C0103110150 00031203700 05998	一次性使用输尿管导引鞘	AGS13045T0	AGS13045T0	浙械注准 20212020030	鞘管		6						311000022.0 1	经皮输尿管内管置入术(输尿管镜加收)		导管	产品用于在泌尿系统内窥镜检查及手术时建立通道，以便于内窥镜或其他器械进	由扩张器、外鞘和导丝组成，其中导丝为选配件。	不通过	申报产品与除外内容不符		
1252	C0103110150 00031203700 06061	一次性使用输尿管导引鞘	CGS10540T0	CGS10540T0	浙械注准 20212020030	鞘管		6						311000022.0 1	经皮输尿管内管置入术(输尿管镜加收)		导管	产品用于在泌尿系统内窥镜检查及手术时建立通道，以便于内窥镜或其他器械进	由扩张器、外鞘和导丝组成，其中导丝为选配件。	不通过	申报产品与除外内容不符		
1253	C0103110150 00031203700 06178	一次性使用输尿管导引鞘	CGS11050T0	CGS11050T0	浙械注准 20212020030	鞘管		6						311000022.0 1	经皮输尿管内管置入术(输尿管镜加收)		导管	产品用于在泌尿系统内窥镜检查及手术时建立通道，以便于内窥镜或其他器械进	由扩张器、外鞘和导丝组成，其中导丝为选配件。	不通过	申报产品与除外内容不符		
1254	C0103110150 00031203700 06285	一次性使用输尿管导引鞘	CGS11045T0	CGS11045T0	浙械注准 20212020030	鞘管		6						311000022.0 1	经皮输尿管内管置入术(输尿管镜加收)		导管	产品用于在泌尿系统内窥镜检查及手术时建立通道，以便于内窥镜或其他器械进	由扩张器、外鞘和导丝组成，其中导丝为选配件。	不通过	申报产品与除外内容不符		
1255	C0103110150 00031203700 06449	一次性使用输尿管导引鞘	AGS09535T0	AGS09535T0	浙械注准 20212020030	鞘管		6						311000022.0 1	经皮输尿管内管置入术(输尿管镜加收)		导管	产品用于在泌尿系统内窥镜检查及手术时建立通道，以便于内窥镜或其他器械进	由扩张器、外鞘和导丝组成，其中导丝为选配件。	不通过	申报产品与除外内容不符		
1256	C0103110150 00031203700 06496	一次性使用输尿管导引鞘	CGS11040T0	CGS11040T0	浙械注准 20212020030	鞘管		6						311000022.0 1	经皮输尿管内管置入术(输尿管镜加收)		导管	产品用于在泌尿系统内窥镜检查及手术时建立通道，以便于内窥镜或其他器械进	由扩张器、外鞘和导丝组成，其中导丝为选配件。	不通过	申报产品与除外内容不符		
1257	C0103110150 00031203700 06571	一次性使用输尿管导引鞘	CGS13040T0	CGS13040T0	浙械注准 20212020030	鞘管		6						311000022.0 1	经皮输尿管内管置入术(输尿管镜加收)		导管	产品用于在泌尿系统内窥镜检查及手术时建立通道，以便于内窥镜或其他器械进	由扩张器、外鞘和导丝组成，其中导丝为选配件。	不通过	申报产品与除外内容不符		
1258	C0103110150 00031203700 06735	一次性使用输尿管导引鞘	CGS12035T0	CGS12035T0	浙械注准 20212020030	鞘管		6						311000022.0 1	经皮输尿管内管置入术(输尿管镜加收)		导管	产品用于在泌尿系统内窥镜检查及手术时建立通道，以便于内窥镜或其他器械进	由扩张器、外鞘和导丝组成，其中导丝为选配件。	不通过	申报产品与除外内容不符		

1259	C0207030040200505484000047	经外周中心静脉导管套装	4F瓣膜50cm	后端裁剪标准型	国械注准20153030522	导管	甲类	6						120400011	中心静脉穿刺置管术	包括深静脉穿刺置管术	中心静脉套件、测压套件、导管	用于建立静脉输注通道，还可用于抽取静脉血样	普通型导管由显影标记的管身、连接件、带鲁尔接头的导丝组成，瓣膜式导管的前端带造影堵头。标准型导管由显影标记的管身、连接件、带鲁尔接头的导丝、穿刺针和肝素帽组成，其中穿刺针和肝素帽为外购部件，瓣膜式导管的前端带造影堵头。塞丁格型导管由带显影标记的管身、连接件、带鲁尔接头的导丝以及手	通过			
1260	C0207030040200505484000067	经外周中心静脉导管套装	4F瓣膜35cm	后端裁剪塞丁格型	国械注准20153030522	导管	甲类	6						120400011	中心静脉穿刺置管术	包括深静脉穿刺置管术	中心静脉套件、测压套件、导管	用于建立静脉输注通道，还可用于抽取静脉血样	普通型导管由显影标记的管身、连接件、带鲁尔接头的导丝组成，瓣膜式导管的前端带造影堵头。标准型导管由显影标记的管身、连接件、带鲁尔接头的导丝、穿刺针和肝素帽组成，其中穿刺针和肝素帽为外购部件，瓣膜式导管的前端带造影堵头。塞丁格型导管由带显影标记的管身、连接件、带鲁尔接头的导丝以及手	通过			

1261	C0207030040200505484000070	经外周中心静脉导管套装	4F开口35cm	后端裁剪塞丁格型	国械注准20153030522	导管	甲类	6						120400011	中心静脉穿刺置管术	包括深静脉穿刺置管术	中心静脉套件、测压套件、导管	用于建立静脉输注通道，还可用于抽取静脉血样	普通型导管由显影标记的管身、连接件、带鲁尔接头的导丝组成，瓣膜式导管的前端带造影堵头。标准型导管由显影标记的管身、连接件、带鲁尔接头的导丝、穿刺针和肝素帽组成，其中穿刺针和肝素帽为外购部件，瓣膜式导管的前端带造影堵头。塞丁格型导管由带显影标记的管身、连接件、带鲁尔接头的导丝以及手	通过			
1262	C0207030040200505484000071	经外周中心静脉导管套装	4F瓣膜55cm	后端裁剪标准型	国械注准20153030522	导管	甲类	6						120400011	中心静脉穿刺置管术	包括深静脉穿刺置管术	中心静脉套件、测压套件、导管	用于建立静脉输注通道，还可用于抽取静脉血样	普通型导管由显影标记的管身、连接件、带鲁尔接头的导丝组成，瓣膜式导管的前端带造影堵头。标准型导管由显影标记的管身、连接件、带鲁尔接头的导丝、穿刺针和肝素帽组成，其中穿刺针和肝素帽为外购部件，瓣膜式导管的前端带造影堵头。塞丁格型导管由带显影标记的管身、连接件、带鲁尔接头的导丝以及手	通过			

1263	C0207030040200505484000073	经外周中心静脉导管套装	4F开口55cm	后端裁剪塞丁格型	国械注准20153030522	导管	甲类	6						120400011	中心静脉穿刺置管术	包括深静脉穿刺置管术	中心静脉套件、测压套件、导管	用于建立静脉输注通道，还可用于抽取静脉血样	普通型导管由显影标记的管身、连接件、带鲁尔接头的导丝组成，瓣膜式导管的前端带造影堵头。标准型导管由显影标记的管身、连接件、带鲁尔接头的导丝、穿刺针和肝素帽组成，其中穿刺针和肝素帽为外购部件，瓣膜式导管的前端带造影堵头。塞丁格型导管由带显影标记的管身、连接件、带鲁尔接头的导丝以及手	通过			
1264	C0207030040200505484000079	经外周中心静脉导管套装	4F瓣膜50cm	后端裁剪塞丁格型	国械注准20153030522	导管	甲类	6						120400011	中心静脉穿刺置管术	包括深静脉穿刺置管术	中心静脉套件、测压套件、导管	用于建立静脉输注通道，还可用于抽取静脉血样	普通型导管由显影标记的管身、连接件、带鲁尔接头的导丝组成，瓣膜式导管的前端带造影堵头。标准型导管由显影标记的管身、连接件、带鲁尔接头的导丝、穿刺针和肝素帽组成，其中穿刺针和肝素帽为外购部件，瓣膜式导管的前端带造影堵头。塞丁格型导管由带显影标记的管身、连接件、带鲁尔接头的导丝以及手	通过			

1265	C0106030350100203089000002	引流导管	ULT10.2-38-25-P-5S-CLDM-HC	ULT10.2-38-25-P-5S-CLDM-HC	国械注进20192142121	引流装置	丙类	6						31	(一)临床各系统诊疗	"1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目。3.诊疗中所需	导管	引流导管被设计用于放射介入诊断和治疗手术时，经皮插入胆道、肾盂或脓肿进行引流。	引流导管由引流导管（导管、导管座和固定拉线）、导管导入套管、套管针、皮肤固定器组成。材料：引流导管：导管：聚亚氨酯，导管座：ABS材料（丙烯腈-丁二烯-苯乙烯）、304不锈钢，固定拉线：3-0尼龙缝线：涂层：AQ亲水涂层（聚乙烯吡咯烷酮）；套管针：针管和针芯：304不锈钢，接头：聚碳酸酯；导管	通过			
1266	C0106030350100203089000003	引流导管	ULT10.2-38-25-P-6S-CLM-RH	ULT10.2-38-25-P-6S-CLM-RH	国械注进20192142121	引流装置	丙类	6						31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目。3.诊疗中所	导管	引流导管被设计用于放射介入诊断和治疗手术时，经皮插入胆道、肾盂或脓肿进行引流。	引流导管由引流导管（导管、导管座和固定拉线）、导管导入套管、套管针、皮肤固定器组成。材料：引流导管：导管：聚亚氨酯，导管座：ABS材料（丙烯腈-丁二烯-苯乙烯）、304不锈钢，固定拉线：3-0尼龙缝线：涂层：AQ亲水涂层（聚乙烯吡咯烷酮）；套管针：针管和针芯：304不锈钢，接头：聚碳酸酯；导管	通过			

1267	C0106030350100203089000006	引流导管	ULT12.0-38-25-P-6S-CLM-RH	ULT12.0-38-25-P-6S-CLM-RH	国械注进20192142121	引流装置	丙类	6						31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目。3.诊疗中所	导管	引流导管被设计用于放射介入诊断和治疗手术时，经皮插入胆道、肾盂或脓肿进行引流。	引流导管由引流导管（导管、导管座和固定拉线）、导管导入套管、套管针、皮肤固定器组成。材料：引流导管：导管：聚亚氨酯，导管座：ABS材料（丙烯腈-丁二烯-苯乙烯）、304不锈钢，固定拉线：3-0尼龙缝线：涂层：AQ亲水涂层（聚乙烯吡咯烷酮）；套管针：针管和针芯：304不锈钢，接头：聚碳酸酯；导管	通过			
1268	C0106030350100203089000009	引流导管	ULT14.0-38-25-P-6S-CLM-RH	ULT14.0-38-25-P-6S-CLM-RH	国械注进20192142121	引流装置	丙类	6						31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目。3.诊疗中所需	导管	引流导管被设计用于放射介入诊断和治疗手术时，经皮插入胆道、肾盂或脓肿进行引流。	引流导管由引流导管（导管、导管座和固定拉线）、导管导入套管、套管针、皮肤固定器组成。材料：引流导管：导管：聚亚氨酯，导管座：ABS材料（丙烯腈-丁二烯-苯乙烯）、304不锈钢，固定拉线：3-0尼龙缝线：涂层：AQ亲水涂层（聚乙烯吡咯烷酮）；套管针：针管和针芯：304不锈钢，接头：聚碳酸酯；导管	通过			

1269	C0106030350100203089000016	引流导管	ULT8.5-38-25-P-5S-CLDM-HC	ULT8.5-38-25-P-5S-CLDM-HC	国械注进20192142121	引流装置	丙类	6						31	(一)临床各系统诊疗	"1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目。3.诊疗中所需	导管	引流导管被设计用于放射介入诊断和治疗手术时，经皮插入胆道、肾盂或脓肿进行引流。	引流导管由引流导管（导管、导管座和固定拉线）、导管导入套管、套管针、皮肤固定器组成。材料：引流导管：导管：聚亚氨酯，导管座：ABS材料（丙烯腈-丁二烯-苯乙烯）、304不锈钢，固定拉线：3-0尼龙缝线：涂层：AQ亲水涂层（聚乙烯吡咯烷酮）；套管针：针管和针芯：304不锈钢，接头：聚碳酸酯；导管	通过			
1270	C0106030350100203089000017	引流导管	ULT8.5-38-25-P-6S-CLM-RH	ULT8.5-38-25-P-6S-CLM-RH	国械注进20192142121	引流装置	丙类	6						31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目。3.诊疗中所	导管	引流导管被设计用于放射介入诊断和治疗手术时，经皮插入胆道、肾盂或脓肿进行引流。	引流导管由引流导管（导管、导管座和固定拉线）、导管导入套管、套管针、皮肤固定器组成。材料：引流导管：导管：聚亚氨酯，导管座：ABS材料（丙烯腈-丁二烯-苯乙烯）、304不锈钢，固定拉线：3-0尼龙缝线：涂层：AQ亲水涂层（聚乙烯吡咯烷酮）；套管针：针管和针芯：304不锈钢，接头：聚碳酸酯；导管	通过			

1271	C0106030350100200123000001	一次性使用引流导管套件	2.0mm(6Fr)	Y型	苏械注准20192141555	引流装置	丙类	6						331006014	经十二指肠奥狄氏括约肌切开成形术	包括十二指肠乳头括约肌切开术	PTCD引流管	适用于将患者积液、渗出液或气体向体外引流。	一次性使用引流导管套件由基本配置（引流导管、导管导入加硬套管、套管针、皮肤固定器、吸引管、透明敷贴、手术刀）和选用配置（扩张器、穿刺针、导丝、穿刺架、塑料加硬套管、同轴扩张器组件）组成，按照配置不同，可分为Z 型、Y 型、KZ 型、KY 型。该产品以无菌形式	通过			
1272	C0106030350100200123000002	一次性使用引流导管套件	2.0mm(6Fr)	Z型	苏械注准20192141555	引流装置	丙类	6						331006014	经十二指肠奥狄氏括约肌切开成形术	包括十二指肠乳头括约肌切开术	PTCD引流管	适用于将患者积液、渗出液或气体向体外引流。	一次性使用引流导管套件由基本配置（引流导管、导管导入加硬套管、套管针、皮肤固定器、吸引管、透明敷贴、手术刀）和选用配置（扩张器、穿刺针、导丝、穿刺架、塑料加硬套管、同轴扩张器组件）组成，按照配置不同，可分为Z 型、Y 型、KZ 型、KY 型。该产品以无菌形式	通过			
1273	C0106030350100200123000003	一次性使用引流导管套件	2.33mm(7Fr)	Y型	苏械注准20192141555	引流装置	丙类	6						331006014	经十二指肠奥狄氏括约肌切开成形术	包括十二指肠乳头括约肌切开术	PTCD引流管	适用于将患者积液、渗出液或气体向体外引流。	一次性使用引流导管套件由基本配置（引流导管、导管导入加硬套管、套管针、皮肤固定器、吸引管、透明敷贴、手术刀）和选用配置（扩张器、穿刺针、导丝、穿刺架、塑料加硬套管、同轴扩张器组件）组成，按照配置不同，可分为Z 型、Y 型、KZ 型、KY 型。该产品以无菌形式	通过			

1274	C0106030350100200123000004	一次性使用引流导管套件	2.33mm(7Fr)	Z型	苏械注准20192141555	引流装置	丙类	6						331006014	经十二指肠奥狄氏括约肌切开成形术	包括十二指肠乳头括约肌切开术	PTCD引流管	适用于将患者积液、渗出液或气体向体外引流。	一次性使用引流导管套件由基本配置（引流导管、导管导入加硬套管、套管针、皮肤固定器、吸引管、透明敷贴、手术刀）和选用配置（扩张器、穿刺针、导丝、穿刺架、塑料加硬套管、同轴扩张器组件）组成，按照配置不同，可分为Z 型、Y 型、KZ 型、KY 型。该产品以无菌形式	通过			
1275	C0106030350100200123000005	一次性使用引流导管套件	2.67mm(8Fr)	Y型	苏械注准20192141555	引流装置	丙类	6						331006014	经十二指肠奥狄氏括约肌切开成形术	包括十二指肠乳头括约肌切开术	PTCD引流管	适用于将患者积液、渗出液或气体向体外引流。	一次性使用引流导管套件由基本配置（引流导管、导管导入加硬套管、套管针、皮肤固定器、吸引管、透明敷贴、手术刀）和选用配置（扩张器、穿刺针、导丝、穿刺架、塑料加硬套管、同轴扩张器组件）组成，按照配置不同，可分为Z 型、Y 型、KZ 型、KY 型。该产品以无菌形式	通过			
1276	C0106030350100200123000006	一次性使用引流导管套件	2.67mm(8Fr)	Z型	苏械注准20192141555	引流装置	丙类	6						331006014	经十二指肠奥狄氏括约肌切开成形术	包括十二指肠乳头括约肌切开术	PTCD引流管	适用于将患者积液、渗出液或气体向体外引流。	一次性使用引流导管套件由基本配置（引流导管、导管导入加硬套管、套管针、皮肤固定器、吸引管、透明敷贴、手术刀）和选用配置（扩张器、穿刺针、导丝、穿刺架、塑料加硬套管、同轴扩张器组件）组成，按照配置不同，可分为Z 型、Y 型、KZ 型、KY 型。该产品以无菌形式	通过			

1277	C0106030350100200123000007	一次性使用引流导管套件	2.83mm(8.5Fr)	Y型	苏械注准20192141555	引流装置	丙类	6						331006014	经十二指肠奥狄氏括约肌切开成形术	包括十二指肠乳头括约肌切开术	PTCD引流管	适用于将患者积液、渗出液或气体向体外引流。	一次性使用引流导管套件由基本配置（引流导管、导管导入加硬套管、套管针、皮肤固定器、吸引管、透明敷贴、手术刀）和选用配置（扩张器、穿刺针、导丝、穿刺架、塑料加硬套管、同轴扩张器组件）组成，按照配置不同，可分为Z 型、Y 型、KZ 型、KY型。该产品以无菌形式	通过			
1278	C0106030350100200123000011	一次性使用引流导管套件	3.33mm(10Fr)	Y型	苏械注准20192141555	引流装置	丙类	6						331006014	经十二指肠奥狄氏括约肌切开成形术	包括十二指肠乳头括约肌切开术	PTCD引流管	适用于将患者积液、渗出液或气体向体外引流。	一次性使用引流导管套件由基本配置（引流导管、导管导入加硬套管、套管针、皮肤固定器、吸引管、透明敷贴、手术刀）和选用配置（扩张器、穿刺针、导丝、穿刺架、塑料加硬套管、同轴扩张器组件）组成，按照配置不同，可分为Z 型、Y 型、KZ 型、KY型。该产品以无菌形式	通过			
1279	C0106030350100200123000012	一次性使用引流导管套件	3.33mm(10Fr)	Z型	苏械注准20192141555	引流装置	丙类	6						331006014	经十二指肠奥狄氏括约肌切开成形术	包括十二指肠乳头括约肌切开术	PTCD引流管	适用于将患者积液、渗出液或气体向体外引流。	一次性使用引流导管套件由基本配置（引流导管、导管导入加硬套管、套管针、皮肤固定器、吸引管、透明敷贴、手术刀）和选用配置（扩张器、穿刺针、导丝、穿刺架、塑料加硬套管、同轴扩张器组件）组成，按照配置不同，可分为Z 型、Y 型、KZ 型、KY型。该产品以无菌形式	通过			

1280	C0106030350100200123000013	一次性使用引流导管套件	4.0mm(12Fr)	Y型	苏械注准20192141555	引流装置	丙类	6						331006014	经十二指肠奥狄氏括约肌切开成形术	包括十二指肠乳头括约肌切开术	PTCD引流管	适用于将患者积液、渗出液或气体向体外引流。	一次性使用引流导管套件由基本配置（引流导管、导管导入加硬套管、套管针、皮肤固定器、吸引管、透明敷贴、手术刀）和选用配置（扩张器、穿刺针、导丝、穿刺架、塑料加硬套管、同轴扩张器组件）组成，按照配置不同，可分为Z 型、Y 型、KZ 型、KY 型。该产品以无菌形式	通过			
1281	C0106030350100200123000014	一次性使用引流导管套件	4.0mm(12Fr)	Z型	苏械注准20192141555	引流装置	丙类	6						331006014	经十二指肠奥狄氏括约肌切开成形术	包括十二指肠乳头括约肌切开术	PTCD引流管	适用于将患者积液、渗出液或气体向体外引流。	一次性使用引流导管套件由基本配置（引流导管、导管导入加硬套管、套管针、皮肤固定器、吸引管、透明敷贴、手术刀）和选用配置（扩张器、穿刺针、导丝、穿刺架、塑料加硬套管、同轴扩张器组件）组成，按照配置不同，可分为Z 型、Y 型、KZ 型、KY 型。该产品以无菌形式	通过			
1282	C0106030350100200123000015	一次性使用引流导管套件	4.67mm(14Fr)	Y型	苏械注准20192141555	引流装置	丙类	6						331006014	经十二指肠奥狄氏括约肌切开成形术	包括十二指肠乳头括约肌切开术	PTCD引流管	适用于将患者积液、渗出液或气体向体外引流。	一次性使用引流导管套件由基本配置（引流导管、导管导入加硬套管、套管针、皮肤固定器、吸引管、透明敷贴、手术刀）和选用配置（扩张器、穿刺针、导丝、穿刺架、塑料加硬套管、同轴扩张器组件）组成，按照配置不同，可分为Z 型、Y 型、KZ 型、KY 型。该产品以无菌形式	通过			

1283	C0106030350100200123000016	一次性使用引流导管套件	4.67mm（14Fr）	Z型	苏械注准20192141555	引流装置	丙类	6						331006014	经十二指肠奥狄氏括约肌切开成形术	包括十二指肠乳头括约肌切开术	PTCD引流管	适用于将患者积液、渗出液或气体向体外引流。	一次性使用引流导管套件由基本配置（引流导管、导管导入加硬套管、套管针、皮肤固定器、吸引管、透明敷贴、手术刀）和选用配置（扩张器、穿刺针、导丝、穿刺架、塑料加硬套管、同轴扩张器组件）组成，按照配置不同，可分为Z 型、Y 型、KZ 型、KY 型。该产品以无菌形式	通过			
1284	C0106030350100200123000017	一次性使用引流导管套件	5.33mm（16Fr）	Y型	苏械注准20192141555	引流装置	丙类	6						331006014	经十二指肠奥狄氏括约肌切开成形术	包括十二指肠乳头括约肌切开术	PTCD引流管	适用于将患者积液、渗出液或气体向体外引流。	一次性使用引流导管套件由基本配置（引流导管、导管导入加硬套管、套管针、皮肤固定器、吸引管、透明敷贴、手术刀）和选用配置（扩张器、穿刺针、导丝、穿刺架、塑料加硬套管、同轴扩张器组件）组成，按照配置不同，可分为Z 型、Y 型、KZ 型、KY 型。该产品以无菌形式	通过			
1285	C0106030350100200123000018	一次性使用引流导管套件	5.33mm（16Fr）	Z型	苏械注准20192141555	引流装置	丙类	6						331006014	经十二指肠奥狄氏括约肌切开成形术	包括十二指肠乳头括约肌切开术	PTCD引流管	适用于将患者积液、渗出液或气体向体外引流。	一次性使用引流导管套件由基本配置（引流导管、导管导入加硬套管、套管针、皮肤固定器、吸引管、透明敷贴、手术刀）和选用配置（扩张器、穿刺针、导丝、穿刺架、塑料加硬套管、同轴扩张器组件）组成，按照配置不同，可分为Z 型、Y 型、KZ 型、KY 型。该产品以无菌形式	通过			

1286	C0106030350100200123000092	一次性使用引流导管套件	2.0mm(6Fr)	KY型	苏械注准20192141555	引流装置	丙类	6						331006014	经十二指肠奥狄氏括约肌切开成形术	包括十二指肠乳头括约肌切开术	PTCD引流管	适用于将患者积液、渗出液或气体向体外引流。	一次性使用引流导管套件由基本配置（引流导管、导管导入加硬套管、套管针、皮肤固定器、吸引管、透明敷贴、手术刀）和选用配置（扩张器、穿刺针、导丝、穿刺架、塑料加硬套管、同轴扩张器组件）组成，按照配置不同，可分为Z 型、Y 型、KZ 型、KY型。该产品以无菌形式	通过			
1287	C0106030350100200123000094	一次性使用引流导管套件	2.67mm(8Fr)	KY型	苏械注准20192141555	引流装置	丙类	6						331006014	经十二指肠奥狄氏括约肌切开成形术	包括十二指肠乳头括约肌切开术	PTCD引流管	适用于将患者积液、渗出液或气体向体外引流。	一次性使用引流导管套件由基本配置（引流导管、导管导入加硬套管、套管针、皮肤固定器、吸引管、透明敷贴、手术刀）和选用配置（扩张器、穿刺针、导丝、穿刺架、塑料加硬套管、同轴扩张器组件）组成，按照配置不同，可分为Z 型、Y 型、KZ 型、KY型。该产品以无菌形式	通过			
1288	C0106030350100200123000095	一次性使用引流导管套件	4.0mm(12Fr)	KY型	苏械注准20192141555	引流装置	丙类	6						331006014	经十二指肠奥狄氏括约肌切开成形术	包括十二指肠乳头括约肌切开术	PTCD引流管	适用于将患者积液、渗出液或气体向体外引流。	一次性使用引流导管套件由基本配置（引流导管、导管导入加硬套管、套管针、皮肤固定器、吸引管、透明敷贴、手术刀）和选用配置（扩张器、穿刺针、导丝、穿刺架、塑料加硬套管、同轴扩张器组件）组成，按照配置不同，可分为Z 型、Y 型、KZ 型、KY型。该产品以无菌形式	通过			

1289	C0106030350100200123000096	一次性使用引流导管套件	4.67mm(14Fr)	KY型	苏械注准20192141555	引流装置	丙类	6						331006014	经十二指肠奥狄氏括约肌切开成形术	包括十二指肠乳头括约肌切开术	PTCD引流管	适用于将患者积液、渗出液或气体向体外引流。	一次性使用引流导管套件由基本配置（引流导管、导管导入加硬套管、套管针、皮肤固定器、吸引管、透明敷贴、手术刀）和选用配置（扩张器、穿刺针、导丝、穿刺架、塑料加硬套管、同轴扩张器组件）组成，按照配置不同，可分为Z 型、Y 型、KZ 型、KY型。该产品以无菌形式	通过			
1290	C0106030350100200123000102	一次性使用引流导管套件	2.83mm(8.5Fr)	KY型	苏械注准20192141555	引流装置	丙类	6						331006014	经十二指肠奥狄氏括约肌切开成形术	包括十二指肠乳头括约肌切开术	PTCD引流管	适用于将患者积液、渗出液或气体向体外引流。	一次性使用引流导管套件由基本配置（引流导管、导管导入加硬套管、套管针、皮肤固定器、吸引管、透明敷贴、手术刀）和选用配置（扩张器、穿刺针、导丝、穿刺架、塑料加硬套管、同轴扩张器组件）组成，按照配置不同，可分为Z 型、Y 型、KZ 型、KY型。该产品以无菌形式	通过			
1291	C0106030350100200123000103	一次性使用引流导管套件	1.33mm(4Fr)	KY型	苏械注准20192141555	引流装置	丙类	6						331006014	经十二指肠奥狄氏括约肌切开成形术	包括十二指肠乳头括约肌切开术	PTCD引流管	适用于将患者积液、渗出液或气体向体外引流。	一次性使用引流导管套件由基本配置（引流导管、导管导入加硬套管、套管针、皮肤固定器、吸引管、透明敷贴、手术刀）和选用配置（扩张器、穿刺针、导丝、穿刺架、塑料加硬套管、同轴扩张器组件）组成，按照配置不同，可分为Z 型、Y 型、KZ 型、KY型。该产品以无菌形式	通过			

1292	C0106030350100200123000107	一次性使用引流导管套件	3.33mm(10Fr)	KY型	苏械注准20192141555	引流装置	丙类	6						331006014	经十二指肠奥狄氏括约肌切开成形术	包括十二指肠乳头括约肌切开术	PTCD引流管	适用于将患者积液、渗出液或气体向体外引流。	一次性使用引流导管套件由基本配置（引流导管、导管导入加硬套管、套管针、皮肤固定器、吸引管、透明敷贴、手术刀）和选用配置（扩张器、穿刺针、导丝、穿刺架、塑料加硬套管、同轴扩张器组件）组成，按照配置不同，可分为Z 型、Y 型、KZ 型、KY型。该产品以无菌形式	通过			
1293	C0106030350100200123000109	一次性使用引流导管套件	1.67mm(5Fr)	KY型	苏械注准20192141555	引流装置	丙类	6						331006014	经十二指肠奥狄氏括约肌切开成形术	包括十二指肠乳头括约肌切开术	PTCD引流管	适用于将患者积液、渗出液或气体向体外引流。	一次性使用引流导管套件由基本配置（引流导管、导管导入加硬套管、套管针、皮肤固定器、吸引管、透明敷贴、手术刀）和选用配置（扩张器、穿刺针、导丝、穿刺架、塑料加硬套管、同轴扩张器组件）组成，按照配置不同，可分为Z 型、Y 型、KZ 型、KY型。该产品以无菌形式	通过			
1294	C0106030350100200123000110	一次性使用引流导管套件	2.33mm(7Fr)	KY型	苏械注准20192141555	引流装置	丙类	6						331006014	经十二指肠奥狄氏括约肌切开成形术	包括十二指肠乳头括约肌切开术	PTCD引流管	适用于将患者积液、渗出液或气体向体外引流。	一次性使用引流导管套件由基本配置（引流导管、导管导入加硬套管、套管针、皮肤固定器、吸引管、透明敷贴、手术刀）和选用配置（扩张器、穿刺针、导丝、穿刺架、塑料加硬套管、同轴扩张器组件）组成，按照配置不同，可分为Z 型、Y 型、KZ 型、KY型。该产品以无菌形式	通过			

1295	C0106030350100200123000111	一次性使用引流导管套件	3.0mm(9Fr)	KY型	苏械注准20192141555	引流装置	丙类	6						331006014	经十二指肠奥狄氏括约肌切开成形术	包括十二指肠乳头括约肌切开术	PTCD引流管	适用于将患者积液、渗出液或气体向体外引流。	一次性使用引流导管套件由基本配置（引流导管、导管导入加硬套管、套管针、皮肤固定器、吸引管、透明敷贴、手术刀）和选用配置（扩张器、穿刺针、导丝、穿刺架、塑料加硬套管、同轴扩张器组件）组成，按照配置不同，可分为Z 型、Y 型、KZ 型、KY型。该产品以无菌形式	通过			
1296	C0106030350100200123000113	一次性使用引流导管套件	1.0mm(3Fr)	KY型	苏械注准20192141555	引流装置	丙类	6						331006014	经十二指肠奥狄氏括约肌切开成形术	包括十二指肠乳头括约肌切开术	PTCD引流管	适用于将患者积液、渗出液或气体向体外引流。	一次性使用引流导管套件由基本配置（引流导管、导管导入加硬套管、套管针、皮肤固定器、吸引管、透明敷贴、手术刀）和选用配置（扩张器、穿刺针、导丝、穿刺架、塑料加硬套管、同轴扩张器组件）组成，按照配置不同，可分为Z 型、Y 型、KZ 型、KY型。该产品以无菌形式	通过			
1297	C0106030350100200123000114	一次性使用引流导管套件	5.33mm(16Fr)	KY型	苏械注准20192141555	引流装置	丙类	6						331006014	经十二指肠奥狄氏括约肌切开成形术	包括十二指肠乳头括约肌切开术	PTCD引流管	适用于将患者积液、渗出液或气体向体外引流。	一次性使用引流导管套件由基本配置（引流导管、导管导入加硬套管、套管针、皮肤固定器、吸引管、透明敷贴、手术刀）和选用配置（扩张器、穿刺针、导丝、穿刺架、塑料加硬套管、同轴扩张器组件）组成，按照配置不同，可分为Z 型、Y 型、KZ 型、KY型。该产品以无菌形式	通过			

1298	C0106030350100204462000013	一次性使用引流导管	BT-PD0-0720	BT-PD0-0720	国械注许20142140187	引流装置	丙类	6						331006014	经十二指肠奥狄氏括约肌切开成形术	包括十二指肠乳头括约肌切开术	PTCD引流管	本产品适用于经皮穿刺之体内积液引流，例如：肝胆科之胆道引流、肝脏引流；肾脏科之肾脏（脓疮）引流.	本产品由导管和穿刺针两部分组成。导管管体采用聚氨酯材料制成，表面涂覆由聚氨酯和聚乙烯吡咯烷酮组成的亲水图层。导管由内鲁尔接头、螺旋帽、TPU管、导直管、扣环（带线产品）和尼龙线（带线产品）组成。穿刺针体采用304不锈钢材料制成，穿刺针由含有外鲁尔接头的内针、含有内鲁尔接头及旋转外鲁尔接头	通过			
1299	C0106030350100204462000045	一次性使用引流导管	BT-PD0-1220	BT-PD0-1220	国械注许20142140187	引流装置	丙类	6						331006014	经十二指肠奥狄氏括约肌切开成形术	包括十二指肠乳头括约肌切开术	PTCD引流管	本产品适用于经皮穿刺之体内积液引流，例如：肝胆科之胆道引流、肝脏引流；肾脏科之肾脏（脓疮）引流.	本产品由导管和穿刺针两部分组成。导管管体采用聚氨酯材料制成，表面涂覆由聚氨酯和聚乙烯吡咯烷酮组成的亲水图层。导管由内鲁尔接头、螺旋帽、TPU管、导直管、扣环（带线产品）和尼龙线（带线产品）组成。穿刺针体采用304不锈钢材料制成，穿刺针由含有外鲁尔接头的内针、含有内鲁尔接头及旋转外鲁尔接头	通过			

1300	C0106030350100204462000102	一次性使用引流导管	BT-PD1-0930-W	BT-PD1-0930-W	国械注许20142140187	引流装置	丙类	6						331006014	经十二指肠奥狄氏括约肌切开成形术	包括十二指肠乳头括约肌切开术	PTCD引流管	本产品适用于经皮穿刺之体内积液引流，例如：肝胆科之胆道引流、肝脏引流；肾脏科之肾脏（脓疮）引流.	本产品由导管和穿刺针两部分组成。导管管体采用聚氨酯材料制成，表面涂覆由聚氨酯和聚乙烯吡咯烷酮组成的亲水图层。导管由内鲁尔接头、螺旋帽、TPU管、导直管、扣环（带线产品）和尼龙线（带线产品）组成。穿刺针体采用304不锈钢材料制成，穿刺针由含有外鲁尔接头的内针、含有内鲁尔接头及旋转外鲁尔接头	通过			
1301	C0106030350100406937000001	一次性使用留置引流导管	Ⅷ-8.5Fr-250	弯头型（Ⅷ）	苏械注准20152141189	引流装置	丙类	6						1206	6.换药		引流管	适用于腔体内积液积脓的留置引流	一次性使用留置引流导管由引流导管（带接头）、带线引流导管（带接头）、连接管、引流连接管、固定装置、导引芯、导丝、扶直管、扩皮管/针、内套管/针组成。引流导管和引流连接管管体材料采用医用聚氨酯材料制成，连接管采用符合GB 15593-1995输血（液）器具用软聚氯乙烯塑料制成。 导引芯采用铝合	通过			

1302	C0106030350100406937000002	一次性使用留置引流导管	Ⅷ-12Fr-200	弯头型（Ⅷ）	苏械注准20152141189	引流装置	丙类	6						1206	6.换药		引流管	适用于腔体内积液积脓的留置引流.	一次性使用留置引流导管由引流导管（带接头）、带线引流导管（带接头）、连接管、引流连接管、固定装置、导引芯、导丝、扶直管、扩皮管/针、内套管/针组成。引流导管和引流连接管管体材料采用医用聚氨酯材料制成，连接管采用符合GB 15593-1995输血（液）器具用软聚氯乙烯塑料制成。 导引芯采用铝合	通过			
1303	C0106030350100406937000003	一次性使用留置引流导管	Ⅷ-8.5Fr-200	弯头型（Ⅷ）	苏械注准20152141189	引流装置	丙类	6						1206	6.换药		引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)	适用于腔体内积液积脓的留置引流.	一次性使用留置引流导管由引流导管（带接头）、带线引流导管（带接头）、连接管、引流连接管、固定装置、导引芯、导丝、扶直管、扩皮管/针、内套管/针组成。引流导管和引流连接管管体材料采用医用聚氨酯材料制成，连接管采用符合GB 15593-1995输血（液）器具用软聚氯乙烯塑料制成。 导引芯采用铝合	通过			

1304	C0106030350100406937000004	一次性使用留置引流导管	Ⅱ-8.5Fr-200	弯头型（Ⅱ）	苏械注准20152141189	引流装置	丙类	6						1206	6.换药		引流管	适用于腔体内积液积脓的留置引流	一次性使用留置引流导管由引流导管（带接头）、带线引流导管（带接头）、连接管、引流连接管、固定装置、导引芯、导丝、扶直管、扩皮管/针、内套管/针组成。引流导管和引流连接管管体材料采用医用聚氨酯材料制成，连接管采用符合GB 15593-1995输血（液）器具用软聚氯乙烯塑料制成。 导引芯采用铝合	通过			
1305	C0106030350100406937000007	一次性使用留置引流导管	Ⅱ-12Fr-250	弯头型（Ⅱ）	苏械注准20152141189	引流装置	丙类	6						1206	6.换药		引流管	适用于腔体内积液积脓的留置引流.	一次性使用留置引流导管由引流导管（带接头）、带线引流导管（带接头）、连接管、引流连接管、固定装置、导引芯、导丝、扶直管、扩皮管/针、内套管/针组成。引流导管和引流连接管管体材料采用医用聚氨酯材料制成，连接管采用符合GB 15593-1995输血（液）器具用软聚氯乙烯塑料制成。 导引芯采用铝合	通过			

1306	C0106030350100406937000008	一次性使用留置引流导管	WⅡ-7Fr-250	弯头型（WⅡ）	苏械注准20152141189	引流装置	丙类	6						1206	6.换药		引流管	适用于腔体内积液积脓的留置引流	一次性使用留置引流导管由引流导管（带接头）、带线引流导管（带接头）、连接管、引流连接管、固定装置、导引芯、导丝、扶直管、扩皮管/针、内套管/针组成。引流导管和引流连接管管体材料采用医用聚氨酯材料制成，连接管采用符合GB 15593-1995输血（液）器具用软聚氯乙烯塑料制成。 导引芯采用铝合	通过			
1307	C0106030350100406937000010	一次性使用留置引流导管	WⅠ-10Fr-200	弯头型（WⅠ）	苏械注准20152141189	引流装置	丙类	6						1206	6.换药		引流管	适用于腔体内积液积脓的留置引流	一次性使用留置引流导管由引流导管（带接头）、带线引流导管（带接头）、连接管、引流连接管、固定装置、导引芯、导丝、扶直管、扩皮管/针、内套管/针组成。引流导管和引流连接管管体材料采用医用聚氨酯材料制成，连接管采用符合GB 15593-1995输血（液）器具用软聚氯乙烯塑料制成。 导引芯采用铝合	通过			

1308	C0106030350100406937000011	一次性使用留置引流导管	WIII-7Fr-250	弯头型（WIII）	苏械注准20152141189	引流装置	丙类	6						1206	6.换药		引流管	适用于腔体内积液积脓的留置引流.	一次性使用留置引流导管由引流导管（带接头）、带线引流导管（带接头）、连接管、引流连接管、固定装置、导引芯、导丝、扶直管、扩皮管/针、内套管/针组成。引流导管和引流连接管管体材料采用医用聚氨酯材料制成，连接管采用符合GB 15593-1995输血（液）器具用软聚氯乙烯塑料制成。 导引芯采用铝合	通过			
1309	C0106030350100406937000014	一次性使用留置引流导管	WIII-12Fr-250	弯头型（WIII）	苏械注准20152141189	引流装置	丙类	6						1206	6.换药		引流管	适用于腔体内积液积脓的留置引流	一次性使用留置引流导管由引流导管（带接头）、带线引流导管（带接头）、连接管、引流连接管、固定装置、导引芯、导丝、扶直管、扩皮管/针、内套管/针组成。引流导管和引流连接管管体材料采用医用聚氨酯材料制成，连接管采用符合GB 15593-1995输血（液）器具用软聚氯乙烯塑料制成。 导引芯采用铝合	通过			

1310	C0106030350100406937000016	一次性使用留置引流导管	WIII-10Fr-250	弯头型（WIII）	苏械注准20152141189	引流装置	丙类	6						1206	6.换药		引流管	适用于腔体内积液积脓的留置引流.	一次性使用留置引流导管由引流导管（带接头）、带线引流导管（带接头）、连接管、引流连接管、固定装置、导引芯、导丝、扶直管、扩皮管/针、内套管/针组成。引流导管和引流连接管管体材料采用医用聚氨酯材料制成，连接管采用符合GB 15593-1995输血（液）器具用软聚氯乙烯塑料制成。 导引芯采用铝合	通过			
1311	C0106030350100406937000017	一次性使用留置引流导管	WⅡ-10Fr-250	弯头型（WⅡ）	苏械注准20152141189	引流装置	丙类	6						1206	6.换药		引流管	适用于腔体内积液积脓的留置引流	一次性使用留置引流导管由引流导管（带接头）、带线引流导管（带接头）、连接管、引流连接管、固定装置、导引芯、导丝、扶直管、扩皮管/针、内套管/针组成。引流导管和引流连接管管体材料采用医用聚氨酯材料制成，连接管采用符合GB 15593-1995输血（液）器具用软聚氯乙烯塑料制成。 导引芯采用铝合	通过			

1312	C0106030350100406937000018	一次性使用留置引流导管	WⅠ-7Fr-200	弯头型（WⅠ）	苏械注准20152141189	引流装置	丙类	6						1206	6.换药		引流管	适用于腔体内积液积脓的留置引流.	一次性使用留置引流导管由引流导管（带接头）、带线引流导管（带接头）、连接管、引流连接管、固定装置、导引芯、导丝、扶直管、扩皮管/针、内套管/针组成。引流导管和引流连接管管体材料采用医用聚氨酯材料制成，连接管采用符合GB 15593-1995输血（液）器具用软聚氯乙烯塑料制成。 导引芯采用铝合	通过			
1313	C0106030350100406937000019	一次性使用留置引流导管	WⅢ-8.5Fr-250	弯头型（WⅢ）	苏械注准20152141189	引流装置	丙类	6						1206	6.换药		引流管	适用于腔体内积液积脓的留置引流	一次性使用留置引流导管由引流导管（带接头）、带线引流导管（带接头）、连接管、引流连接管、固定装置、导引芯、导丝、扶直管、扩皮管/针、内套管/针组成。引流导管和引流连接管管体材料采用医用聚氨酯材料制成，连接管采用符合GB 15593-1995输血（液）器具用软聚氯乙烯塑料制成。 导引芯采用铝合	通过			

1314	C0106030350100406937000020	一次性使用留置引流导管	Ⅶ-12Fr-250	弯头型（Ⅶ）	苏械注准20152141189	引流装置	丙类	6						1206	6.换药		引流管	适用于腔体内积液积脓的留置引流.	一次性使用留置引流导管由引流导管（带接头）、带线引流导管（带接头）、连接管、引流连接管、固定装置、导引芯、导丝、扶直管、扩皮管/针、内套管/针组成。引流导管和引流连接管管体材料采用医用聚氨酯材料制成，连接管采用符合GB 15593-1995输血（液）器具用软聚氯乙烯塑料制成。 导引芯采用铝合	通过			
1315	C0106030350100406937000021	一次性使用留置引流导管	Ⅶ-12Fr-200	弯头型（Ⅶ）	苏械注准20152141189	引流装置	丙类	6						1206	6.换药		引流管	适用于腔体内积液积脓的留置引流	一次性使用留置引流导管由引流导管（带接头）、带线引流导管（带接头）、连接管、引流连接管、固定装置、导引芯、导丝、扶直管、扩皮管/针、内套管/针组成。引流导管和引流连接管管体材料采用医用聚氨酯材料制成，连接管采用符合GB 15593-1995输血（液）器具用软聚氯乙烯塑料制成。 导引芯采用铝合	通过			

1316	C0106030350100406937000022	一次性使用留置引流导管	Ⅶ-7Fr-250	弯头型（Ⅶ）	苏械注准20152141189	引流装置	丙类	6						1206	6.换药		引流管	适用于腔体内积液积脓的留置引流.	一次性使用留置引流导管由引流导管（带接头）、带线引流导管（带接头）、连接管、引流连接管、固定装置、导引芯、导丝、扶直管、扩皮管/针、内套管/针组成。引流导管和引流连接管管体材料采用医用聚氨酯材料制成，连接管采用符合GB 15593-1995输血（液）器具用软聚氯乙烯塑料制成。 导引芯采用铝合	通过			
1317	C0106030350100406937000025	一次性使用留置引流导管	Ⅶ-8.5Fr-250	弯头型（Ⅶ）	苏械注准20152141189	引流装置	丙类	6						1206	6.换药		引流管	适用于腔体内积液积脓的留置引流	一次性使用留置引流导管由引流导管（带接头）、带线引流导管（带接头）、连接管、引流连接管、固定装置、导引芯、导丝、扶直管、扩皮管/针、内套管/针组成。引流导管和引流连接管管体材料采用医用聚氨酯材料制成，连接管采用符合GB 15593-1995输血（液）器具用软聚氯乙烯塑料制成。 导引芯采用铝合	通过			

1318	C0106030350100406937000028	一次性使用留置引流导管	WⅡ-7Fr-200	弯头型（WⅡ）	苏械注准20152141189	引流装置	丙类	6						1206	6.换药		引流管	适用于腔体内积液积脓的留置引流	一次性使用留置引流导管由引流导管（带接头）、带线引流导管（带接头）、连接管、引流连接管、固定装置、导引芯、导丝、扶直管、扩皮管/针、内套管/针组成。引流导管和引流连接管管体材料采用医用聚氨酯材料制成，连接管采用符合GB 15593-1995输血（液）器具用软聚氯乙烯塑料制成。 导引芯采用铝合	通过			
1319	C0106030350100406937000029	一次性使用留置引流导管	WⅡ-10Fr-200	弯头型（WⅡ）	苏械注准20152141189	引流装置	丙类	6						1206	6.换药		引流管	适用于腔体内积液积脓的留置引流	一次性使用留置引流导管由引流导管（带接头）、带线引流导管（带接头）、连接管、引流连接管、固定装置、导引芯、导丝、扶直管、扩皮管/针、内套管/针组成。引流导管和引流连接管管体材料采用医用聚氨酯材料制成，连接管采用符合GB 15593-1995输血（液）器具用软聚氯乙烯塑料制成。 导引芯采用铝合	通过			

1320	C0106030350100406937000033	一次性使用留置引流导管	Ⅰ-24Fr-280	直头型（Ⅰ）	苏械注准20152141189	引流装置	丙类	6						1206	6.换药		引流管	适用于腔体内积液积脓的留置引流	一次性使用留置引流导管由引流导管（带接头）、带线引流导管（带接头）、连接管、引流连接管、固定装置、导引芯、导丝、扶直管、扩皮管/针、内套管/针组成。引流导管和引流连接管管体材料采用医用聚氨酯材料制成，连接管采用符合GB 15593-1995输血（液）器具用软聚氯乙烯塑料制成。 导引芯采用铝合	通过			
1321	C0106030350100406937000040	一次性使用留置引流导管	Ⅱ-16Fr-300	直头型（Ⅱ）	苏械注准20152141189	引流装置	丙类	6						1206	6.换药		引流管	适用于腔体内积液积脓的留置引流.	一次性使用留置引流导管由引流导管（带接头）、带线引流导管（带接头）、连接管、引流连接管、固定装置、导引芯、导丝、扶直管、扩皮管/针、内套管/针组成。引流导管和引流连接管管体材料采用医用聚氨酯材料制成，连接管采用符合GB 15593-1995输血（液）器具用软聚氯乙烯塑料制成。 导引芯采用铝合	通过			

1322	C0106030350100406937000056	一次性使用留置引流导管	ZⅠ-10Fr-250	直头型（ZⅠ）	苏械注准20152141189	引流装置	丙类	6						1206	6.换药		引流管	适用于腔体内积液积脓的留置引流	一次性使用留置引流导管由引流导管（带接头）、带线引流导管（带接头）、连接管、引流连接管、固定装置、导引芯、导丝、扶直管、扩皮管/针、内套管/针组成。引流导管和引流连接管管体材料采用医用聚氨酯材料制成，连接管采用符合GB 15593-1995输血（液）器具用软聚氯乙烯塑料制成。 导引芯采用铝合	通过			
1323	C0106030350100406937000063	一次性使用留置引流导管	ZⅠ-7Fr-250	直头型（ZⅠ）	苏械注准20152141189	引流装置	丙类	6						1206	6.换药		引流管	适用于腔体内积液积脓的留置引流.	一次性使用留置引流导管由引流导管（带接头）、带线引流导管（带接头）、连接管、引流连接管、固定装置、导引芯、导丝、扶直管、扩皮管/针、内套管/针组成。引流导管和引流连接管管体材料采用医用聚氨酯材料制成，连接管采用符合GB 15593-1995输血（液）器具用软聚氯乙烯塑料制成。 导引芯采用铝合	通过			

1324	C0106030350100406937000064	一次性使用留置引流导管	ZⅡ-16Fr-250	直头型（ZⅡ）	苏械注准20152141189	引流装置	丙类	6						1206	6.换药		引流管	适用于腔体内积液积脓的留置引流	一次性使用留置引流导管由引流导管（带接头）、带线引流导管（带接头）、连接管、引流连接管、固定装置、导引芯、导丝、扶直管、扩皮管/针、内套管/针组成。引流导管和引流连接管管体材料采用医用聚氨酯材料制成，连接管采用符合GB 15593-1995输血（液）器具用软聚氯乙烯塑料制成。 导引芯采用铝合	通过			
1325	C0106030350100406937000070	一次性使用留置引流导管	ZⅠ-20Fr-280	直头型（ZⅠ）	苏械注准20152141189	引流装置	丙类	6						1206	6.换药		引流管	适用于腔体内积液积脓的留置引流	一次性使用留置引流导管由引流导管（带接头）、带线引流导管（带接头）、连接管、引流连接管、固定装置、导引芯、导丝、扶直管、扩皮管/针、内套管/针组成。引流导管和引流连接管管体材料采用医用聚氨酯材料制成，连接管采用符合GB 15593-1995输血（液）器具用软聚氯乙烯塑料制成。 导引芯采用铝合	通过			

1326	C0207040720 00020947900 00001	植入式给药装置及附件	I- 6.6Fr×30cm	I- 6.6Fr×30cm	国械注准 20193140125	输液港	丙类	6						320100013	植入式给药装置（输液港）置入术	消毒辅巾，麻醉，血管穿刺置管，皮肤切开，扩张皮下，造影摄片，留管接植入式输液港给药装置，肝素盐水封管，皮下包埋植入式输液港给药装置，皮肤缝合。人工报告。	植入式给药装置（输液港）	本产品适用于对多种恶性肿瘤的导向性化疗、肿瘤切除后预防性化疗和需长期局部给药的其他病变。	植入式给药装置及附件分为单根装、标准装和复合装。单根装由给药装置组成；I 型和 II 型标准装由给药装置、一次性使用无菌导管鞘、注射针、隧道针、弯钩、冲管 接头组成；I 型和 II 型复合装由给药装置、一次性使用无菌导管鞘、注射针、隧道针、 弯钩、冲管接头、植入式给药装置专用针、超声血管导引穿刺套	通过			
1327	C0207040720 00020947900 00033	植入式给药装置及附件	II- 5Fr×65cmS	II- 5Fr×65cmS	国械注准 20193140125	输液港	丙类	6						320100013	植入式给药装置（输液港）置入术	消毒辅巾，麻醉，血管穿刺置管，皮肤切开，扩张皮下，造影摄片，留管接植入式输液港给药装置，肝素盐水封管，皮下包埋植入式输液港给药装置，皮肤缝合。人工报告。	植入式给药装置（输液港）	本产品适用于对多种恶性肿瘤的导向性化疗、肿瘤切除后预防性化疗和需长期局部给药的其他病变。	植入式给药装置及附件分为单根装、标准装和复合装。单根装由给药装置组成；I 型和 II 型标准装由给药装置、一次性使用无菌导管鞘、注射针、隧道针、弯钩、冲管 接头组成；I 型和 II 型复合装由给药装置、一次性使用无菌导管鞘、注射针、隧道针、 弯钩、冲管接头、植入式给药装置专用针、超声血管导引穿刺套	通过			

1328	C0207040720 00020947900 00106	植入式给药装置及附件	II- 5Fr×65cmFS	II- 5Fr×65cmFS	国械注准 20193140125	输液港		6						320100013	植入式给药装置（输液港）置入术	消毒辅巾，麻醉，血管穿刺置管，皮肤切开，扩张皮下，造影摄片，留管接植入式输液港给药装置，肝素盐水封管，皮下包埋植入式输液港给药装置，皮肤缝合。人工报告。	植入式给药装置（输液港）	本产品适用于对多种恶性肿瘤的导向性化疗、肿瘤切除后预防性化疗和需长期局部给药的其他病变。	植入式给药装置及附件分为单根装、标准装和复合装。单根装由给药装置组成；I 型和 II 型标准装由给药装置、一次性使用无菌导管鞘、注射针、隧道针、弯钩、冲管接头组成；I 型和 II 型复合装由给药装置、一次性使用无菌导管鞘、注射针、隧道针、弯钩、冲管接头、植入式给药装置专用针、超声血管导引穿刺套	不通过	超声血管导引穿刺套件由导针器（选配）、探头护罩、医用超声耦合剂和弹性圈组成，扩大耗材内容。		
1329	C0207040720 00020947900 00108	植入式给药装置及附件	II- 4Fr×65cmBS	II- 4Fr×65cmBS	国械注准 20193140125	输液港	丙类	6						320100013	植入式给药装置（输液港）置入术	消毒辅巾，麻醉，血管穿刺置管，皮肤切开，扩张皮下，造影摄片，留管接植入式输液港给药装置，肝素盐水封管，皮下包埋植入式输液港给药装置，皮肤缝合。人工报告。	植入式给药装置（输液港）	本产品适用于对多种恶性肿瘤的导向性化疗、肿瘤切除后预防性化疗和需长期局部给药的其他病变。	植入式给药装置及附件分为单根装、标准装和复合装。单根装由给药装置组成；I 型和 II 型标准装由给药装置、一次性使用无菌导管鞘、注射针、隧道针、弯钩、冲管 接头组成；I 型和 II 型复合装由给药装置、一次性使用无菌导管鞘、注射针、隧道针、 弯钩、冲管接头、植入式给药装置专用针、超声血管导引穿刺套	通过			

1330	C0207040720 00020947900 00109	植入式给药装置及附件	II- 5Fr×50cmS	II- 5Fr×50cmS	国械注准 20193140125	输液港	丙类	6						320100013	植入式给药装置（输液港）置入术	消毒辅巾，麻醉，血管穿刺置管，皮肤切开，扩张皮下，造影摄片，留管接植入式输液港给药装置，肝素盐水封管，皮下包埋植入式输液港给药装置，皮肤缝合。人工报告。	植入式给药装置（输液港）	本产品适用于对多种恶性肿瘤的导向性化疗、肿瘤切除后预防性化疗和需长期局部给药的其他病变。	植入式给药装置及附件分为单根装、标准装和复合装。单根装由给药装置组成；I 型和 II 型标准装由给药装置、一次性使用无菌导管鞘、注射针、隧道针、弯钩、冲管 接头组成；I 型和 II 型复合装由给药装置、一次性使用无菌导管鞘、注射针、隧道针、 弯钩、冲管接头、植入式给药装置专用针、超声血管导引穿刺套	通过			
1331	C0207040720 00020947900 00140	植入式给药装置及附件	II- 6Fr×65cmS	II- 6Fr×65cmS	国械注准 20193140125	输液港	丙类	6						320100013	植入式给药装置（输液港）置入术	消毒辅巾，麻醉，血管穿刺置管，皮肤切开，扩张皮下，造影摄片，留管接植入式输液港给药装置，肝素盐水封管，皮下包埋植入式输液港给药装置，皮肤缝合。人工报告。	植入式给药装置（输液港）	本产品适用于对多种恶性肿瘤的导向性化疗、肿瘤切除后预防性化疗和需长期局部给药的其他病变。	植入式给药装置及附件分为单根装、标准装和复合装。单根装由给药装置组成；I 型和 II 型标准装由给药装置、一次性使用无菌导管鞘、注射针、隧道针、弯钩、冲管 接头组成；I 型和 II 型复合装由给药装置、一次性使用无菌导管鞘、注射针、隧道针、 弯钩、冲管接头、植入式给药装置专用针、超声血管导引穿刺套	通过			

1332	C0207040720 00020947900 00142	植入式给药装置及附件	II- 4Fr×65cmFS	II- 4Fr×65cmFS	国械注准 20193140125	输液港		6						320100013	植入式给药装置（输液港）置入术	消毒辅巾，麻醉，血管穿刺置管，皮肤切开，扩张皮下，造影摄片，留管接植入式输液港给药装置，肝素盐水封管，皮下包埋植入式输液港给药装置，皮肤缝合。人工报告。	植入式给药装置（输液港）	本产品适用于对多种恶性肿瘤的导向性化疗、肿瘤切除后预防性化疗和需长期局部给药的其他病变。	植入式给药装置及附件分为单根装、标准装和复合装。单根装由给药装置组成；I 型和 II 型标准装由给药装置、一次性使用无菌导管鞘、注射针、隧道针、弯钩、冲管 接头组成；I 型和 II 型复合装由给药装置、一次性使用无菌导管鞘、注射针、隧道针、 弯钩、冲管接头、植入式给药装置专用针、超声血管导引穿刺套	不通过	超声血管导引穿刺套件由导针器（选配）、探头护罩、医用超声耦合剂和弹性圈组成，扩大耗材内容。		
1333	C0207040720 00020947900 00143	植入式给药装置及附件	II- 6Fr×65cmBS	II- 6Fr×65cmBS	国械注准 20193140125	输液港	丙类	6						320100013	植入式给药装置（输液港）置入术	消毒辅巾，麻醉，血管穿刺置管，皮肤切开，扩张皮下，造影摄片，留管接植入式输液港给药装置，肝素盐水封管，皮下包埋植入式输液港给药装置，皮肤缝合。人工报告。	植入式给药装置（输液港）	本产品适用于对多种恶性肿瘤的导向性化疗、肿瘤切除后预防性化疗和需长期局部给药的其他病变。	植入式给药装置及附件分为单根装、标准装和复合装。单根装由给药装置组成；I 型和 II 型标准装由给药装置、一次性使用无菌导管鞘、注射针、隧道针、弯钩、冲管 接头组成；I 型和 II 型复合装由给药装置、一次性使用无菌导管鞘、注射针、隧道针、 弯钩、冲管接头、植入式给药装置专用针、超声血管导引穿刺套	通过			

1334	C0207040720 00020947900 00175	植入式给药装置及附件	II- 6Fr×65cmFS	II- 6Fr×65cmFS	国械注准 20193140125	输液港		6						320100013	植入式给药装置（输液港）置入术	消毒辅巾，麻醉，血管穿刺置管，皮肤切开，扩张皮下，造影摄片，留管接植入式输液港给药装置，肝素盐水封管，皮下包埋植入式输液港给药装置，皮肤缝合。人工报告。	植入式给药装置（输液港）	本产品适用于对多种恶性肿瘤的导向性化疗、肿瘤切除后预防性化疗和需长期局部给药的其他病变。	植入式给药装置及附件分为单根装、标准装和复合装。单根装由给药装置组成；I 型和 II 型标准装由给药装置、一次性使用无菌导管鞘、注射针、隧道针、弯钩、冲管 接头组成；I 型和 II 型复合装由给药装置、一次性使用无菌导管鞘、注射针、隧道针、 弯钩、冲管接头、植入式给药装置专用针、超声血管导引穿刺套	不通过	超声血管导引穿刺套件由导针器（选配）、探头护罩、医用超声耦合剂和弹性圈组成，扩大耗材内容。		
1335	C0207040720 00020947900 00188	植入式给药装置及附件	II- 4Fr×65cmS	II- 4Fr×65cmS	国械注准 20193140125	输液港	丙类	6						320100013	植入式给药装置（输液港）置入术	消毒辅巾，麻醉，血管穿刺置管，皮肤切开，扩张皮下，造影摄片，留管接植入式输液港给药装置，肝素盐水封管，皮下包埋植入式输液港给药装置，皮肤缝合。人工报告。	植入式给药装置（输液港）	本产品适用于对多种恶性肿瘤的导向性化疗、肿瘤切除后预防性化疗和需长期局部给药的其他病变。	植入式给药装置及附件分为单根装、标准装和复合装。单根装由给药装置组成；I 型和 II 型标准装由给药装置、一次性使用无菌导管鞘、注射针、隧道针、弯钩、冲管 接头组成；I 型和 II 型复合装由给药装置、一次性使用无菌导管鞘、注射针、隧道针、 弯钩、冲管接头、植入式给药装置专用针、超声血管导引穿刺套	通过			

1336	C0207040720 00020947900 00212	植入式给药装置及附件	II- 6.6Fr×65cm S	II- 6.6Fr×65cm S	国械注准 20193140125	输液港	丙类	6						320100013	植入式给药装置（输液港）置入术	消毒辅巾，麻醉，血管穿刺置管，皮肤切开，扩张皮下，造影摄片，留管接植入式输液港给药装置，肝素盐水封管，皮下包埋植入式输液港给药装置，皮肤缝合。人工报告。	植入式给药装置（输液港）	本产品适用于对多种恶性肿瘤的导向性化疗、肿瘤切除后预防性化疗和需长期局部给药的其他病变。	植入式给药装置及附件分为单根装、标准装和复合装。单根装由给药装置组成；I 型和 II 型标准装由给药装置、一次性使用无菌导管鞘、注射针、隧道针、弯钩、冲管 接头组成；I 型和 II 型复合装由给药装置、一次性使用无菌导管鞘、注射针、隧道针、 弯钩、冲管接头、植入式给药装置专用针、超声血管导引穿刺套	通过			
1337	C0207040720 00020947900 00224	植入式给药装置及附件	II- 4Fr×50cmS	II- 4Fr×50cmS	国械注准 20193140125	输液港	丙类	6						320100013	植入式给药装置（输液港）置入术	消毒辅巾，麻醉，血管穿刺置管，皮肤切开，扩张皮下，造影摄片，留管接植入式输液港给药装置，肝素盐水封管，皮下包埋植入式输液港给药装置，皮肤缝合。人工报告。	植入式给药装置（输液港）	本产品适用于对多种恶性肿瘤的导向性化疗、肿瘤切除后预防性化疗和需长期局部给药的其他病变。	植入式给药装置及附件分为单根装、标准装和复合装。单根装由给药装置组成；I 型和 II 型标准装由给药装置、一次性使用无菌导管鞘、注射针、隧道针、弯钩、冲管 接头组成；I 型和 II 型复合装由给药装置、一次性使用无菌导管鞘、注射针、隧道针、 弯钩、冲管接头、植入式给药装置专用针、超声血管导引穿刺套	通过			

1338	C0207040720 00020947900 00234	植入式给药装置及附件	II- 6.6Fr×65cm BS	II- 6.6Fr×65cm BS	国械注准 20193140125	输液港	丙类	6						320100013	植入式给药装置（输液港）置入术	消毒辅巾，麻醉，血管穿刺置管，皮肤切开，扩张皮下，造影摄片，留管接植入式输液港给药装置，肝素盐水封管，皮下包埋植入式输液港给药装置，皮肤缝合。人工报告。	植入式给药装置（输液港）	本产品适用于对多种恶性肿瘤的导向性化疗、肿瘤切除后预防性化疗和需长期局部给药的其他病变。	植入式给药装置及附件分为单根装、标准装和复合装。单根装由给药装置组成；I 型和 II 型标准装由给药装置、一次性使用无菌导管鞘、注射针、隧道针、弯钩、冲管 接头组成；I 型和 II 型复合装由给药装置、一次性使用无菌导管鞘、注射针、隧道针、 弯钩、冲管接头、植入式给药装置专用针、超声血管导引穿刺套	通过			
1339	C0207040720 00020947900 00274	植入式给药装置及附件	II- 5Fr×65cmBS	II- 5Fr×65cmBS	国械注准 20193140125	输液港	丙类	6						320100013	植入式给药装置（输液港）置入术	消毒辅巾，麻醉，血管穿刺置管，皮肤切开，扩张皮下，造影摄片，留管接植入式输液港给药装置，肝素盐水封管，皮下包埋植入式输液港给药装置，皮肤缝合。人工报告。	植入式给药装置（输液港）	本产品适用于对多种恶性肿瘤的导向性化疗、肿瘤切除后预防性化疗和需长期局部给药的其他病变。	植入式给药装置及附件分为单根装、标准装和复合装。单根装由给药装置组成；I 型和 II 型标准装由给药装置、一次性使用无菌导管鞘、注射针、隧道针、弯钩、冲管 接头组成；I 型和 II 型复合装由给药装置、一次性使用无菌导管鞘、注射针、隧道针、 弯钩、冲管接头、植入式给药装置专用针、超声血管导引穿刺套	通过			

1340	C0207040720 00020947900 00296	植入式给药装置及附件	II- 6.6Fr×65cm FS	II- 6.6Fr×65cm FS	国械注准 20193140125	输液港		6						320100013	植入式给药装置（输液港）置入术	消毒辅巾，麻醉，血管穿刺置管，皮肤切开，扩张皮下，造影摄片，留管接植入式输液港给药装置，肝素盐水封管，皮下包埋植入式输液港给药装置，皮肤缝合。人工报告。	植入式给药装置（输液港）	本产品适用于对多种恶性肿瘤的导向性化疗、肿瘤切除后预防性化疗和需长期局部给药的其他病变。	植入式给药装置及附件分为单根装、标准装和复合装。单根装由给药装置组成；I 型和 II 型标准装由给药装置、一次性使用无菌导管鞘、注射针、隧道针、弯钩、冲管 接头组成；I 型和 II 型复合装由给药装置、一次性使用无菌导管鞘、注射针、隧道针、 弯钩、冲管接头、植入式给药装置专用针、超声血管导引穿刺套	不通过	超声血管导引穿刺套件由导针器（选配）、探头护罩、医用超声耦合剂和弹性圈组成，扩大耗材内容。		
1341	C0207040720 00040947900 00002	植入式给药装置及附件	III- 12.6Fr×30cm	III- 12.6Fr×30cm	国械注准 20193140125	输液港	丙类	6						320100013	植入式给药装置（输液港）置入术	消毒辅巾，麻醉，血管穿刺置管，皮肤切开，扩张皮下，造影摄片，留管接植入式输液港给药装置，肝素盐水封管，皮下包埋植入式输液港给药装置，皮肤缝合。人工报告。	植入式给药装置（输液港）	本产品适用于对多种恶性肿瘤的导向性化疗、肿瘤切除后预防性化疗和需长期局部给药的其他病变。	植入式给药装置及附件分为单根装、标准装和复合装。单根装由给药装置组成；I 型和 II 型标准装由给药装置、一次性使用无菌导管鞘、注射针、隧道针、弯钩、冲管 接头组成；I 型和 II 型复合装由给药装置、一次性使用无菌导管鞘、注射针、隧道针、 弯钩、冲管接头、植入式给药装置专用针、超声血管导引穿刺套	通过			

1342	C0207040720000409479000011	植入式给药装置及附件	I-5Fr×70cmFS	I-5Fr×70cmFS	国械注准20193140125	输液港		6						320100013	植入式给药装置（输液港）置入术	消毒辅巾，麻醉，血管穿刺置管，皮肤切开，扩张皮下，造影摄片，留管接植入式输液港给药装置，肝素盐水封管，皮下包埋植入式输液港给药装置，皮肤缝合。人工报告。	植入式给药装置（输液港）	本产品适用于对多种恶性肿瘤的导向性化疗、肿瘤切除后预防性化疗和需长期局部给药的其他病变。	植入式给药装置及附件分为单根装、标准装和复合装。单根装由给药装置组成；I 型和 II 型标准装由给药装置、一次性使用无菌导管鞘、注射针、隧道针、弯钩、冲管 接头组成；I 型和 II 型复合装由给药装置、一次性使用无菌导管鞘、注射针、隧道针、 弯钩、冲管接头、植入式给药装置专用针、超声血管导引穿刺套	不通过	超声血管导引穿刺套件由导针器（选配）、探头护罩、医用超声耦合剂和弹性圈组成，扩大耗材内容。		
1343	C0207040720000409479000014	植入式给药装置及附件	I-6.6Fr×70cmS	I-6.6Fr×70cmS	国械注准20193140125	输液港	丙类	6						320100013	植入式给药装置（输液港）置入术	消毒辅巾，麻醉，血管穿刺置管，皮肤切开，扩张皮下，造影摄片，留管接植入式输液港给药装置，肝素盐水封管，皮下包埋植入式输液港给药装置，皮肤缝合。人工报告。	植入式给药装置（输液港）	本产品适用于对多种恶性肿瘤的导向性化疗、肿瘤切除后预防性化疗和需长期局部给药的其他病变。	植入式给药装置及附件分为单根装、标准装和复合装。单根装由给药装置组成；I 型和 II 型标准装由给药装置、一次性使用无菌导管鞘、注射针、隧道针、弯钩、冲管 接头组成；I 型和 II 型复合装由给药装置、一次性使用无菌导管鞘、注射针、隧道针、 弯钩、冲管接头、植入式给药装置专用针、超声血管导引穿刺套	通过			

1344	C0207040720000409479000015	植入式给药装置及附件	I-6Fr×70cmFS	I-6Fr×70cmFS	国械注准20193140125	输液港		6						320100013	植入式给药装置（输液港）置入术	消毒铺巾，麻醉，血管穿刺置管，皮肤切开，扩张皮下，造影摄片，留管接植入式输液港给药装置，肝素盐水封管，皮下包埋植入式输液港给药装置，皮肤缝合。人工报告。	植入式给药装置（输液港）	本产品适用于对多种恶性肿瘤的导向性化疗、肿瘤切除后预防性化疗和需长期局部给药的其他病变。	植入式给药装置及附件分为单根装、标准装和复合装。单根装由给药装置组成；I 型和 II 型标准装由给药装置、一次性使用无菌导管鞘、注射针、隧道针、弯钩、冲管 接头组成；I 型和 II 型复合装由给药装置、一次性使用无菌导管鞘、注射针、隧道针、 弯钩、冲管接头、植入式给药装置专用针、超声血管导引穿刺套	不通过	超声血管导引穿刺套件由导针器（选配）、探头护罩、医用超声耦合剂和弹性圈组成，扩大耗材内容。		
1345	C0207040720000409479000023	植入式给药装置及附件	I-6Fr×70cmS	I-6Fr×70cmS	国械注准20193140125	输液港	丙类	6						320100013	植入式给药装置（输液港）置入术	消毒铺巾，麻醉，血管穿刺置管，皮肤切开，扩张皮下，造影摄片，留管接植入式输液港给药装置，肝素盐水封管，皮下包埋植入式输液港给药装置，皮肤缝合。人工报告。	植入式给药装置（输液港）	本产品适用于对多种恶性肿瘤的导向性化疗、肿瘤切除后预防性化疗和需长期局部给药的其他病变。	植入式给药装置及附件分为单根装、标准装和复合装。单根装由给药装置组成；I 型和 II 型标准装由给药装置、一次性使用无菌导管鞘、注射针、隧道针、弯钩、冲管 接头组成；I 型和 II 型复合装由给药装置、一次性使用无菌导管鞘、注射针、隧道针、 弯钩、冲管接头、植入式给药装置专用针、超声血管导引穿刺套	通过			

1346	C0207040720 00040947900 00046	植入式给药装置及附件	I- 4Fr×70cmFS	I- 4Fr×70cmFS	国械注准 20193140125	输液港		6						320100013	植入式给药装置（输液港）置入术	消毒辅巾，麻醉，血管穿刺置管，皮肤切开，扩张皮下，造影摄片，留管接植入式输液港给药装置，肝素盐水封管，皮下包埋植入式输液港给药装置，皮肤缝合。人工报告。	植入式给药装置（输液港）	本产品适用于对多种恶性肿瘤的导向性化疗、肿瘤切除后预防性化疗和需长期局部给药的其他病变。	植入式给药装置及附件分为单根装、标准装和复合装。单根装由给药装置组成；I 型和 II 型标准装由给药装置、一次性使用无菌导管鞘、注射针、隧道针、弯钩、冲管 接头组成；I 型和 II 型复合装由给药装置、一次性使用无菌导管鞘、注射针、隧道针、 弯钩、冲管接头、植入式给药装置专用针、超声血管导引穿刺套	不通过	超声血管导引穿刺套件由导针器（选配）、探头护罩、医用超声耦合剂和弹性圈组成，扩大耗材内容。		
1347	C0207040720 00040947900 00053	植入式给药装置及附件	I- 5Fr×70cmBS	I- 5Fr×70cmBS	国械注准 20193140125	输液港	丙类	6						320100013	植入式给药装置（输液港）置入术	消毒辅巾，麻醉，血管穿刺置管，皮肤切开，扩张皮下，造影摄片，留管接植入式输液港给药装置，肝素盐水封管，皮下包埋植入式输液港给药装置，皮肤缝合。人工报告。	植入式给药装置（输液港）	本产品适用于对多种恶性肿瘤的导向性化疗、肿瘤切除后预防性化疗和需长期局部给药的其他病变。	植入式给药装置及附件分为单根装、标准装和复合装。单根装由给药装置组成；I 型和 II 型标准装由给药装置、一次性使用无菌导管鞘、注射针、隧道针、弯钩、冲管 接头组成；I 型和 II 型复合装由给药装置、一次性使用无菌导管鞘、注射针、隧道针、 弯钩、冲管接头、植入式给药装置专用针、超声血管导引穿刺套	通过			

1348	C0207040720000409479000061	植入式给药装置及附件	I-6Fr×70cmBS	I-6Fr×70cmBS	国械注准20193140125	输液港	丙类	6						320100013	植入式给药装置（输液港）置入术	消毒辅巾，麻醉，血管穿刺置管，皮肤切开，扩张皮下，造影摄片，留管接植入式输液港给药装置，肝素盐水封管，皮下包埋植入式输液港给药装置，皮肤缝合。人工报告。	植入式给药装置（输液港）	本产品适用于对多种恶性肿瘤的导向性化疗、肿瘤切除后预防性化疗和需长期局部给药的其他病变。	植入式给药装置及附件分为单根装、标准装和复合装。单根装由给药装置组成；I 型和 II 型标准装由给药装置、一次性使用无菌导管鞘、注射针、隧道针、弯钩、冲管 接头组成；I 型和 II 型复合装由给药装置、一次性使用无菌导管鞘、注射针、隧道针、 弯钩、冲管接头、植入式给药装置专用针、超声血管导引穿刺套	通过			
1349	C0207040720000409479000065	植入式给药装置及附件	I-6.6Fr×70cmBS	I-6.6Fr×70cmBS	国械注准20193140125	输液港	丙类	6						320100013	植入式给药装置（输液港）置入术	消毒辅巾，麻醉，血管穿刺置管，皮肤切开，扩张皮下，造影摄片，留管接植入式输液港给药装置，肝素盐水封管，皮下包埋植入式输液港给药装置，皮肤缝合。人工报告。	植入式给药装置（输液港）	本产品适用于对多种恶性肿瘤的导向性化疗、肿瘤切除后预防性化疗和需长期局部给药的其他病变。	植入式给药装置及附件分为单根装、标准装和复合装。单根装由给药装置组成；I 型和 II 型标准装由给药装置、一次性使用无菌导管鞘、注射针、隧道针、弯钩、冲管 接头组成；I 型和 II 型复合装由给药装置、一次性使用无菌导管鞘、注射针、隧道针、 弯钩、冲管接头、植入式给药装置专用针、超声血管导引穿刺套	通过			

1350	C0207040720 00040947900 00067	植入式给药装置及附件	I- 4Fr×70cmS	I- 4Fr×70cmS	国械注准 20193140125	输液港	丙类	6						320100013	植入式给药装置（输液港）置入术	消毒辅巾，麻醉，血管穿刺置管，皮肤切开，扩张皮下，造影摄片，留管接植入式输液港给药装置，肝素盐水封管，皮下包埋植入式输液港给药装置，皮肤缝合。人工报告。	植入式给药装置（输液港）	本产品适用于对多种恶性肿瘤的导向性化疗、肿瘤切除后预防性化疗和需长期局部给药的其他病变。	植入式给药装置及附件分为单根装、标准装和复合装。单根装由给药装置组成；I 型和 II 型标准装由给药装置、一次性使用无菌导管鞘、注射针、隧道针、弯钩、冲管 接头组成；I 型和 II 型复合装由给药装置、一次性使用无菌导管鞘、注射针、隧道针、 弯钩、冲管接头、植入式给药装置专用针、超声血管导引穿刺套	通过			
1351	C0207040720 00040947900 00086	植入式给药装置及附件	I- 5Fr×70cmS	I- 5Fr×70cmS	国械注准 20193140125	输液港	丙类	6						320100013	植入式给药装置（输液港）置入术	消毒辅巾，麻醉，血管穿刺置管，皮肤切开，扩张皮下，造影摄片，留管接植入式输液港给药装置，肝素盐水封管，皮下包埋植入式输液港给药装置，皮肤缝合。人工报告。	植入式给药装置（输液港）	本产品适用于对多种恶性肿瘤的导向性化疗、肿瘤切除后预防性化疗和需长期局部给药的其他病变。	植入式给药装置及附件分为单根装、标准装和复合装。单根装由给药装置组成；I 型和 II 型标准装由给药装置、一次性使用无菌导管鞘、注射针、隧道针、弯钩、冲管 接头组成；I 型和 II 型复合装由给药装置、一次性使用无菌导管鞘、注射针、隧道针、 弯钩、冲管接头、植入式给药装置专用针、超声血管导引穿刺套	通过			

1352	C0207040720 00040947900 00109	植入式给药装置及附件	I- 4Fr×70cmBS	I- 4Fr×70cmBS	国械注准 20193140125	输液港	丙类	6						320100013	植入式给药装置（输液港）置入术	消毒辅巾，麻醉，血管穿刺置管，皮肤切开，扩张皮下，造影摄片，留管接植入式输液港给药装置，肝素盐水封管，皮下包埋植入式输液港给药装置，皮肤缝合。人工报告。	植入式给药装置（输液港）	本产品适用于对多种恶性肿瘤的导向性化疗、肿瘤切除后预防性化疗和需长期局部给药的其他病变。	植入式给药装置及附件分为单根装、标准装和复合装。单根装由给药装置组成；I 型和 II 型标准装由给药装置、一次性使用无菌导管鞘、注射针、隧道针、弯钩、冲管 接头组成；I 型和 II 型复合装由给药装置、一次性使用无菌导管鞘、注射针、隧道针、 弯钩、冲管接头、植入式给药装置专用针、超声血管导引穿刺套	通过			
1353	C0207040720 00040947900 00112	植入式给药装置及附件	I- 6.6Fr×70cm FS	I- 6.6Fr×70cm FS	国械注准 20193140125	输液港		6						320100013	植入式给药装置（输液港）置入术	消毒辅巾，麻醉，血管穿刺置管，皮肤切开，扩张皮下，造影摄片，留管接植入式输液港给药装置，肝素盐水封管，皮下包埋植入式输液港给药装置，皮肤缝合。人工报告。	植入式给药装置（输液港）	本产品适用于对多种恶性肿瘤的导向性化疗、肿瘤切除后预防性化疗和需长期局部给药的其他病变。	植入式给药装置及附件分为单根装、标准装和复合装。单根装由给药装置组成；I 型和 II 型标准装由给药装置、一次性使用无菌导管鞘、注射针、隧道针、弯钩、冲管 接头组成；I 型和 II 型复合装由给药装置、一次性使用无菌导管鞘、注射针、隧道针、 弯钩、冲管接头、植入式给药装置专用针、超声血管导引穿刺套	不通过	超声血管导引穿刺套件由导针器（选配）、探头护罩、医用超声耦合剂和弹性圈组成，扩大耗材内容。		

1354	C0207040720000202834000063	植入式给药装置及其附件	CELSITE IMPLANTOFIX聚砜小药盒，6F硅胶导管，带附件	04438747	国械注进20173141677	输液港	丙类	否					是	320100013	植入式给药装置（输液港）置入术		植入式给药装置	静脉通路植入式给药装置可用于反复静脉输注，例如：化疗、抗生素和抗病毒药剂、肠道外营养、采血或输血。某些Celsite植入式给药装置可采用高压注射法，用于CECT成像（参见“X - 高压注射”）。 动脉型植入式给药装置可用于动脉内化疗。 腹腔植入式给药装置可用于腹腔化疗（04430069）。 腹腔/	本产品由植入式给药装置、导管、无损伤穿刺针、连接套环、螺旋式连接器、血管拔、注射器、隧道针、J头导丝、静脉留置针、导引穿刺针、扳手、导鞘、扩张器附件组成。采用环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			
1355	C0207040720004028340000001	植入式给药装置及其附件	CELSITE PSU聚砜大药盒，7.5F硅胶防反流阀导管，带附件	04430092	国械注进20173141677	输液港	丙类	6						320100013	植入式给药装置（输液港）置入术	消毒辅巾，麻醉，血管穿刺置管，皮肤切开，扩张皮下，造影摄片，留管接植入式输液港给药装置，肝素盐水封管，皮下包埋植入式输液港给药装置，皮肤缝合。人工报告。	植入式给药装置	静脉通路植入式给药装置可用于反复静脉输注，例如：化疗、抗生素和抗病毒药剂、肠道外营养、采血或输血。某些Celsite植入式给药装置可采用高压注射法，用于CECT成像（参见“X - 高压注射”）。 动脉型植入式给药装置可用于动脉内化疗。 腹腔植入式给药装置可用于腹腔化疗（04430069）。 腹腔/	本产品由植入式给药装置、导管、无损伤穿刺针、连接套环、螺旋式连接器、血管拔、注射器、隧道针、J头导丝、静脉留置针、导引穿刺针、扳手、导鞘、扩张器附件组成。采用环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			

1356	C0207040720000402834000002	植入式给药装置及其附件	CELSITE PSU聚砜小药盒，7.5F硅胶防反流阀导管，带附件	04430095	国械注进20173141677	输液港	丙类	6						320100013	植入式给药装置（输液港）置入术	消毒辅巾，麻醉，血管穿刺置管，皮肤切开，扩张皮下，造影摄片，留管接植入式输液港给药装置，肝素盐水封管，皮下包埋植入式输液港给药装置，皮肤缝合。人工报告。	植入式给药装置	静脉通路植入式给药装置可用于反复静脉输注，例如：化疗、抗生素和抗病毒药剂、肠道外营养、采血或输血。某些Celsite植入式给药装置可采用高压注射法，用于CECT成像（参见“X - 高压注射”）。 动脉型植入式给药装置可用于动脉内化疗。 腹腔植入式给药装置可用于腹腔化疗（04430069）。 腹腔/	本产品由植入式给药装置、导管、无损伤穿刺针、连接套环、螺旋式连接器、血管拔、注射器、隧道针、J头导丝、静脉留置针、导引穿刺针、扳手、导鞘、扩张器附件组成。采用环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			
1357	C0207040720005028340000001	植入式给药装置及其附件	CELSITE EPOXY 环氧树脂前臂型药盒，5F聚氨酯导管，带附件	04433734	国械注进20173141677	输液港	丙类	6						320100013	植入式给药装置（输液港）置入术	消毒辅巾，麻醉，血管穿刺置管，皮肤切开，扩张皮下，造影摄片，留管接植入式输液港给药装置，肝素盐水封管，皮下包埋植入式输液港给药装置，皮肤缝合。人工报告。	植入式给药装置	静脉通路植入式给药装置可用于反复静脉输注，例如：化疗、抗生素和抗病毒药剂、肠道外营养、采血或输血。某些Celsite植入式给药装置可采用高压注射法，用于CECT成像（参见“X - 高压注射”）。 动脉型植入式给药装置可用于动脉内化疗。 腹腔植入式给药装置可用于腹腔化疗（04430069）。 腹腔/	本产品由植入式给药装置、导管、无损伤穿刺针、连接套环、螺旋式连接器、血管拔、注射器、隧道针、J头导丝、静脉留置针、导引穿刺针、扳手、导鞘、扩张器附件组成。采用环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			

1358	C0207040720000502834000028	植入式给药装置及其附件	CELSITE PSU聚砜小药盒，6.5F聚氨酯导管，带附件	04436946	国械注进20173141677	输液港	丙类	6						320100013	植入式给药装置（输液港）置入术	消毒辅巾，麻醉，血管穿刺置管，皮肤切开，扩张皮下，造影摄片，留管接植入式输液港给药装置，肝素盐水封管，皮下包埋植入式输液港给药装置，皮肤缝合。人工报告。	植入式给药装置	静脉通路植入式给药装置可用于反复静脉输注，例如：化疗、抗生素和抗病毒药剂、肠道外营养、采血或输血。某些Celsite植入式给药装置可采用高压注射法，用于CECT成像（参见“X - 高压注射”）。 动脉型植入式给药装置可用于动脉内化疗。 腹腔植入式给药装置可用于腹腔化疗（04430069）。 腹腔/	本产品由植入式给药装置、导管、无损伤穿刺针、连接套环、螺旋式连接器、血管拔、注射器、隧道针、J头导丝、静脉留置针、导引穿刺针、扳手、导鞘、扩张器附件组成。采用环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			
1359	C0207040720000502834000041	植入式给药装置及其附件	CELSITE PSU聚砜小药盒，6.5F硅胶导管，带附件	04433750	国械注进20173141677	输液港	丙类	6						320100013	植入式给药装置（输液港）置入术	消毒辅巾，麻醉，血管穿刺置管，皮肤切开，扩张皮下，造影摄片，留管接植入式输液港给药装置，肝素盐水封管，皮下包埋植入式输液港给药装置，皮肤缝合。人工报告。	植入式给药装置	静脉通路植入式给药装置可用于反复静脉输注，例如：化疗、抗生素和抗病毒药剂、肠道外营养、采血或输血。某些Celsite植入式给药装置可采用高压注射法，用于CECT成像（参见“X - 高压注射”）。 动脉型植入式给药装置可用于动脉内化疗。 腹腔植入式给药装置可用于腹腔化疗（04430069）。 腹腔/	本产品由植入式给药装置、导管、无损伤穿刺针、连接套环、螺旋式连接器、血管拔、注射器、隧道针、J头导丝、静脉留置针、导引穿刺针、扳手、导鞘、扩张器附件组成。采用环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			

1360	C020704072000021161000000067	植入式静脉给药系统	输液座高度9.5mm,底座25mm*17.2mm	21-4591-24	国械注进20173141682	输液港	丙类	6						320100013	植入式给药装置（输液港）置入术	消毒辅巾，麻醉，血管穿刺置管，皮肤切开，扩张皮下，造影摄片，留管接植入式输液港给药装置，肝素盐水封管，皮下包埋植入式输液港给药装置，皮肤缝合。人工报告。	植入式给药装置（输液港）	本产品适用于患者在治疗过程中需反复穿刺静脉系统进行注射或输液治疗，和/或抽取静脉血样。植入式静脉给药系统可植入到手臂和胸部的皮下部位。	植入式静脉给药系统由给药装置（含输液座、导管、连接锁）及配套附件组成。配套附件有PORT-A-CATH？直针、钝针、穿刺针、扩张器/可撕开鞘组件、导丝、90°PORT-A-CATH？弯针、GRIPPER PLUS？ 化疗针、皮下隧道工具、注射器、Point-Lok？尖端安全装	通过			
1361	C020704072000021161000000046	植入式静脉给药系统-给药装置	输液座高度11.5mm，隔膜直径9.5mm	21-4083-24	国械注进20173141683	输液港	丙类	6						320100013	植入式给药装置（输液港）置入术	消毒辅巾，麻醉，血管穿刺置管，皮肤切开，扩张皮下，造影摄片，留管接植入式输液港给药装置，肝素盐水封管，皮下包埋植入式输液港给药装置，皮肤缝合。人工报告。	植入式给药装置（输液港）	植入式静脉给药系统预期用于对血管系统重复给药，以胃肠外方式输送药物，液体和营养溶液，也可用于静脉采血集。	植入式静脉给药系统由给药装置（包括输液座、导管、连接锁）及配套附件组成，分为套装和托盘包装。其中套装包括给药装置、钝针、PORT-A-CATH？直针、静脉选择器、Point-Lok？尖端安全装置；托盘包装包括给药装置、钝针、PORT-A-CATH？直针、PORT-A-CATH？ 90°弯针、GRIPPER？针或GRIPPER PLUS？ 针、	通过			
1362	C020704072000050305600000009	耐高压植入式给药装置	2015ISP	2015ISP	国械注进20173146658	输液港	丙类	6						320100013	植入式给药装置（输液港）置入术	消毒辅巾，麻醉，血管穿刺置管，皮肤切开，扩张皮下，造影摄片，留管接植入式输液港给药装置，肝素盐水封管，皮下包埋植入式输液港给药装	植入式给药装置（输液港）	本产品适用于静脉的局部化疗的药物输注。	该产品为无源器械，由植入泵、Huber针、辅助导引器械、10ML注射器、穿刺针、导管冲洗器组成。	通过			
1363	C020704072000050305600000028	耐高压植入式给药装置	3017ISP	3017ISP	国械注进20173146658	输液港	丙类	6						320100013	植入式给药装置（输液港）置入术	消毒辅巾，麻醉，血管穿刺置管，皮肤切开，扩张皮下，造影摄片，留管接植入式输液港给药装置，肝素盐水封管，皮下包埋植入式输液港给药装	植入式给药装置（输液港）	本产品适用于静脉的局部化疗的药物输注。	该产品为无源器械，由植入泵、Huber针、辅助导引器械、10ML注射器、穿刺针、导管冲洗器组成。	通过			

1364	C0207040720000117457000001	植入式给药装置-输注座	4.8F；TJL钛底标准型；动脉泵；PU特定聚氨酯	61.635.26.090v3	国械注进20193142168	输液港	丙类	6						320100013	植入式给药装置（输液港）置入术	消毒辅巾，麻醉，血管穿刺置管，皮肤切开，扩张皮下，造影摄片，留管接植入式输液港给药装置，肝素盐水封管，皮下包埋植入式输液港给药装置，皮肤缝合。人工报告。	植入式给药装置（输液港）	本产品适用于植入人体后，经皮向注射座内输注药物，经导管至所需部位。	产品为无源器械，由输注座、导管、Huber针、接头（卡口式连接器）、穿刺针、隧道针、导丝、扩张器、撕开鞘、静脉剥离器、冲洗针组成。其中，输注座、导管和接头（卡口式连接器）为植入人体的组件，其余为一次性使用	通过			
1365	C0207040720000117457000002	植入式给药装置-输注座	4.8F；JPP标准型；动脉泵；PU特定聚氨酯	61.635.36.090v3	国械注进20193142168	输液港	丙类	6						320100013	植入式给药装置（输液港）置入术	消毒辅巾，麻醉，血管穿刺置管，皮肤切开，扩张皮下，造影摄片，留管接植入式输液港给药装置，肝素盐水封管，皮下包埋植入式输液港给药装置，皮肤缝合。人工报告。	植入式给药装置（输液港）	本产品适用于植入人体后，经皮向注射座内输注药物，经导管至所需部位。	产品为无源器械，由输注座、导管、Huber针、接头（卡口式连接器）、穿刺针、隧道针、导丝、扩张器、撕开鞘、静脉剥离器、冲洗针组成。其中，输注座、导管和接头（卡口式连接器）为植入人体的组件，其余为一次性使用	通过			
1366	C0207040720000217457000001	植入式给药装置-输注座	6.6F；LPP钛底耐高压小型；套装；PU特定聚氨酯	61.636.08.070-kv3	国械注进20193142168	输液港	丙类	6						320100013	植入式给药装置（输液港）置入术	消毒辅巾，麻醉，血管穿刺置管，皮肤切开，扩张皮下，造影摄片，留管接植入式输液港给药装置，肝素盐水封管，皮下包埋植入式输液港给药装置，皮肤缝合。人工报告。	植入式给药装置（输液港）	本产品适用于植入人体后，经皮向注射座内输注药物，经导管至所需部位。	产品为无源器械，由输注座、导管、Huber针、接头（卡口式连接器）、穿刺针、隧道针、导丝、扩张器、撕开鞘、静脉剥离器、冲洗针组成。其中，输注座、导管和接头（卡口式连接器）为植入人体的组件，其余为一次性使用	通过			

1367	C0207040720000217457000002	植入式给药装置-输注座	6.6F；LPP小型；儿童型；硅胶	61.647.07.070v3	国械注进20193142168	输液港	丙类	6						320100013	植入式给药装置（输液港）置入术	消毒辅巾，麻醉，血管穿刺置管，皮肤切开，扩张皮下，造影摄片，留管接植入式输液港给药装置，肝素盐水封管，皮下包埋植入式输液港给药装置，皮肤缝合。人工报告。	植入式给药装置（输液港）	本产品适用于植入人体后，经皮向注射座内输注药物，经导管至所需部位。	产品为无源器械，由输注座、导管、Huber针、接头（卡口式连接器）、穿刺针、隧道针、导丝、扩张器、撕开鞘、静脉剥离器、冲洗针组成。其中，输注座、导管和接头（卡口式连接器）为植入人体的组件，其余为一次性使用	通过			
1368	C0207040720000217457000004	植入式给药装置-输注座	6.6F；TJL钛底标准型；硅胶	61.645.25.075v3	国械注进20193142168	输液港	丙类	6						320100013	植入式给药装置（输液港）置入术	消毒辅巾，麻醉，血管穿刺置管，皮肤切开，扩张皮下，造影摄片，留管接植入式输液港给药装置，肝素盐水封管，皮下包埋植入式输液港给药装置，皮肤缝合。人工报告。	植入式给药装置（输液港）	本产品适用于植入人体后，经皮向注射座内输注药物，经导管至所需部位。	产品为无源器械，由输注座、导管、Huber针、接头（卡口式连接器）、穿刺针、隧道针、导丝、扩张器、撕开鞘、静脉剥离器、冲洗针组成。其中，输注座、导管和接头（卡口式连接器）为植入人体的组件，其余为一次性使用	通过			
1369	C0207040720000217457000005	植入式给药装置-输注座	6.6F；TJL钛底标准型；PU特定聚氨酯	61.635.23.075v3	国械注进20193142168	输液港	丙类	6						320100013	植入式给药装置（输液港）置入术	消毒辅巾，麻醉，血管穿刺置管，皮肤切开，扩张皮下，造影摄片，留管接植入式输液港给药装置，肝素盐水封管，皮下包埋植入式输液港给药装置，皮肤缝合。人工报告。	植入式给药装置（输液港）	本产品适用于植入人体后，经皮向注射座内输注药物，经导管至所需部位。	产品为无源器械，由输注座、导管、Huber针、接头（卡口式连接器）、穿刺针、隧道针、导丝、扩张器、撕开鞘、静脉剥离器、冲洗针组成。其中，输注座、导管和接头（卡口式连接器）为植入人体的组件，其余为一次性使用	通过			

1370	C0207040720000217457000006	植入式给药装置-输注座	8.4F；TJL钛底标准型；硅胶	61.645.21.080v3	国械注进20193142168	输液港	丙类	6						320100013	植入式给药装置（输液港）置入术	消毒辅巾，麻醉，血管穿刺置管，皮肤切开，扩张皮下，造影摄片，留管接植入式输液港给药装置，肝素盐水封管，皮下包埋植入式输液港给药装置，皮肤缝合。人工报告。	植入式给药装置（输液港）	本产品适用于植入人体后，经皮向注射座内输注药物，经导管至所需部位。	产品为无源器械，由输注座、导管、Huber针、接头（卡口式连接器）、穿刺针、隧道针、导丝、扩张器、撕开鞘、静脉剥离器、冲洗针组成。其中，输注座、导管和接头（卡口式连接器）为植入人体的组件，其余为一次性使用	通过			
1371	C0207040720000217457000008	植入式给药装置-输注座	6.6F；JPP标准型；硅胶	61.645.35.075v3	国械注进20193142168	输液港	丙类	6						320100013	植入式给药装置（输液港）置入术	消毒辅巾，麻醉，血管穿刺置管，皮肤切开，扩张皮下，造影摄片，留管接植入式输液港给药装置，肝素盐水封管，皮下包埋植入式输液港给药装置，皮肤缝合。人工报告。	植入式给药装置（输液港）	本产品适用于植入人体后，经皮向注射座内输注药物，经导管至所需部位。	产品为无源器械，由输注座、导管、Huber针、接头（卡口式连接器）、穿刺针、隧道针、导丝、扩张器、撕开鞘、静脉剥离器、冲洗针组成。其中，输注座、导管和接头（卡口式连接器）为植入人体的组件，其余为一次性使用	通过			
1372	C0207040720000217457000009	植入式给药装置-输注座	6.6F；JPP标准型；PU特定聚氨酯	61.635.33.075v3	国械注进20193142168	输液港	丙类	6						320100013	植入式给药装置（输液港）置入术	消毒辅巾，麻醉，血管穿刺置管，皮肤切开，扩张皮下，造影摄片，留管接植入式输液港给药装置，肝素盐水封管，皮下包埋植入式输液港给药装置，皮肤缝合。人工报告。	植入式给药装置（输液港）	本产品适用于植入人体后，经皮向注射座内输注药物，经导管至所需部位。	产品为无源器械，由输注座、导管、Huber针、接头（卡口式连接器）、穿刺针、隧道针、导丝、扩张器、撕开鞘、静脉剥离器、冲洗针组成。其中，输注座、导管和接头（卡口式连接器）为植入人体的组件，其余为一次性使用	通过			

1373	C0207040720000217457000010	植入式给药装置-输注座	6.6F；TJL钛底耐高压钛底标准型；PU特定聚氨酯	61.636.83.077-kv3	国械注进20193142168	输液港	丙类	6						320100013	植入式给药装置（输液港）置入术	消毒辅巾，麻醉，血管穿刺置管，皮肤切开，扩张皮下，造影摄片，留管接植入式输液港给药装置，肝素盐水封管，皮下包埋植入式输液港给药装置，皮肤缝合。人工报告。	植入式给药装置（输液港）	本产品适用于植入人体后，经皮向注射座内输注药物，经导管至所需部位。	产品为无源器械，由输注座、导管、Huber针、接头（卡口式连接器）、穿刺针、隧道针、导丝、扩张器、撕开鞘、静脉剥离器、冲洗针组成。其中，输注座、导管和接头（卡口式连接器）为植入人体的组件，其余为一次性使用	通过			
1374	C0207040720000217457000011	植入式给药装置-输注座	JPP标准型；动静脉泵	61.665.31.090v3	国械注进20193142168	输液港	丙类	6						320100013	植入式给药装置（输液港）置入术	消毒辅巾，麻醉，血管穿刺置管，皮肤切开，扩张皮下，造影摄片，留管接植入式输液港给药装置，肝素盐水封管，皮下包埋植入式输液港给药装置，皮肤缝合。人工报告。	植入式给药装置（输液港）	本产品适用于植入人体后，经皮向注射座内输注药物，经导管至所需部位。	产品为无源器械，由输注座、导管、Huber针、接头（卡口式连接器）、穿刺针、隧道针、导丝、扩张器、撕开鞘、静脉剥离器、冲洗针组成。其中，输注座、导管和接头（卡口式连接器）为植入人体的组件，其余为一次性使用	通过			
1375	C0207040720000217457000012	植入式给药装置-输注座	4.8F；JPP标准型、手臂型PU特定聚氨酯	61.635.35.075v3	国械注进20193142168	输液港	丙类	6						320100013	植入式给药装置（输液港）置入术	消毒辅巾，麻醉，血管穿刺置管，皮肤切开，扩张皮下，造影摄片，留管接植入式输液港给药装置，肝素盐水封管，皮下包埋植入式输液港给药装置，皮肤缝合。人工报告。	植入式给药装置（输液港）	本产品适用于植入人体后，经皮向注射座内输注药物，经导管至所需部位。	产品为无源器械，由输注座、导管、Huber针、接头（卡口式连接器）、穿刺针、隧道针、导丝、扩张器、撕开鞘、静脉剥离器、冲洗针组成。其中，输注座、导管和接头（卡口式连接器）为植入人体的组件，其余为一次性使用	通过			

1376	C0207040720000217457000013	植入式给药装置-输注座	4.8F；LPP小型；手臂/儿童型；PU特定聚氨酯	61.635.07.070v3	国械注进20193142168	输液港	丙类	6						320100013	植入式给药装置（输液港）置入术	消毒辅巾，麻醉，血管穿刺置管，皮肤切开，扩张皮下，造影摄片，留管接植入式输液港给药装置，肝素盐水封管，皮下包埋植入式输液港给药装置，皮肤缝合。人工报告。	植入式给药装置（输液港）	本产品适用于植入人体后，经皮向注射座内输注药物，经导管至所需部位。	产品为无源器械，由输注座、导管、Huber针、接头（卡口式连接器）、穿刺针、隧道针、导丝、扩张器、撕开鞘、静脉剥离器、冲洗针组成。其中，输注座、导管和接头（卡口式连接器）为植入人体的组件，其余为一次性使用	通过			
1377	C0207040720000217457000014	植入式给药装置-输注座	6.6F；LPP小型；PU特定聚氨酯	61.635.03.070v3	国械注进20193142168	输液港	丙类	6						320100013	植入式给药装置（输液港）置入术	消毒辅巾，麻醉，血管穿刺置管，皮肤切开，扩张皮下，造影摄片，留管接植入式输液港给药装置，肝素盐水封管，皮下包埋植入式输液港给药装置，皮肤缝合。人工报告。	植入式给药装置（输液港）	本产品适用于植入人体后，经皮向注射座内输注药物，经导管至所需部位。	产品为无源器械，由输注座、导管、Huber针、接头（卡口式连接器）、穿刺针、隧道针、导丝、扩张器、撕开鞘、静脉剥离器、冲洗针组成。其中，输注座、导管和接头（卡口式连接器）为植入人体的组件，其余为一次性使用	通过			
1378	C0207040720000217457000016	植入式给药装置-输注座	6.6F；JPP标准型；硅胶	61.645.35.075	国械注进20193142168	输液港	丙类	6						320100013	植入式给药装置（输液港）置入术	消毒辅巾，麻醉，血管穿刺置管，皮肤切开，扩张皮下，造影摄片，留管接植入式输液港给药装置，肝素盐水封管，皮下包埋植入式输液港给药装置，皮肤缝合。人工报告。	植入式给药装置（输液港）	本产品适用于植入人体后，经皮向注射座内输注药物，经导管至所需部位。	产品为无源器械，由输注座、导管、Huber针、接头（卡口式连接器）、穿刺针、隧道针、导丝、扩张器、撕开鞘、静脉剥离器、冲洗针组成。其中，输注座、导管和接头（卡口式连接器）为植入人体的组件，其余为一次性使用	通过			

1379	C0207040720000217457000017	植入式给药装置-输注座	6.6F；微小型；手臂型；儿童型；硅胶	61.648.05.075v3	国械注进20193142168	输液港	丙类	6						320100013	植入式给药装置（输液港）置入术	消毒辅巾，麻醉，血管穿刺置管，皮肤切开，扩张皮下，造影摄片，留管接植入式输液港给药装置，肝素盐水封管，皮下包埋植入式输液港给药装置，皮肤缝合。人工报告。	植入式给药装置（输液港）	本产品适用于植入人体后，经皮向注射座内输注药物，经导管至所需部位。	产品为无源器械，由输注座、导管、Huber针、接头（卡口式连接器）、穿刺针、隧道针、导丝、扩张器、撕开鞘、静脉剥离器、冲洗针组成。其中，输注座、导管和接头（卡口式连接器）为植入人体的组件，其余为一次性使用	通过			
1380	C0207040720000217457000018	植入式给药装置-输注座	4.8F；LPP钛底耐高压小型；手臂/儿童型；PU特定聚氨酯	61.636.09.070-kv3	国械注进20193142168	输液港	丙类	6						320100013	植入式给药装置（输液港）置入术	消毒辅巾，麻醉，血管穿刺置管，皮肤切开，扩张皮下，造影摄片，留管接植入式输液港给药装置，肝素盐水封管，皮下包埋植入式输液港给药装置，皮肤缝合。人工报告。	植入式给药装置（输液港）	本产品适用于植入人体后，经皮向注射座内输注药物，经导管至所需部位。	产品为无源器械，由输注座、导管、Huber针、接头（卡口式连接器）、穿刺针、隧道针、导丝、扩张器、撕开鞘、静脉剥离器、冲洗针组成。其中，输注座、导管和接头（卡口式连接器）为植入人体的组件，其余为一次性使用	通过			
1381	C0207040720000217457000019	植入式给药装置-输注座	8.4F；JPP标准型；硅胶	61.645.31.080v3	国械注进20193142168	输液港	丙类	6						320100013	植入式给药装置（输液港）置入术	消毒辅巾，麻醉，血管穿刺置管，皮肤切开，扩张皮下，造影摄片，留管接植入式输液港给药装置，肝素盐水封管，皮下包埋植入式输液港给药装置，皮肤缝合。人工报告。	植入式给药装置（输液港）	本产品适用于植入人体后，经皮向注射座内输注药物，经导管至所需部位。	产品为无源器械，由输注座、导管、Huber针、接头（卡口式连接器）、穿刺针、隧道针、导丝、扩张器、撕开鞘、静脉剥离器、冲洗针组成。其中，输注座、导管和接头（卡口式连接器）为植入人体的组件，其余为一次性使用	通过			

1382	C0207040720000217457000020	植入式给药装置-输注座	4.8F；TJL钛底标准型、手臂型；PU特定聚氨酯	61.635.25.075V3	国械注进20193142168	输液港	丙类	6						320100013	植入式给药装置（输液港）置入术	消毒辅巾，麻醉，血管穿刺置管，皮肤切开，扩张皮下，造影摄片，留管接植入式输液港给药装置，肝素盐水封管，皮下包埋植入式输液港给药装置，皮肤缝合。人工报告。	植入式给药装置（输液港）	本产品适用于植入人体后，经皮向注射座内输注药物，经导管至所需部位。	：产品为无源器械，由输注座、导管、Huber针、接头（卡口式连接器）、穿刺针、隧道针、导丝、扩张器、撕开鞘、静脉剥离器、冲洗针组成。其中，输注座、导管和接头（卡口式连接器）为植入人体的组件，其余为一次性使	通过			
1383	C0207040720000217457000022	植入式给药装置-输注座	4.8F；微小型；手臂型；儿童型；PU特定聚氨酯	61.638.15.075v3	国械注进20193142168	输液港	丙类	6						320100013	植入式给药装置（输液港）置入术	消毒辅巾，麻醉，血管穿刺置管，皮肤切开，扩张皮下，造影摄片，留管接植入式输液港给药装置，肝素盐水封管，皮下包埋植入式输液港给药装置，皮肤缝合。人工报告。	植入式给药装置（输液港）	本产品适用于植入人体后，经皮向注射座内输注药物，经导管至所需部位。	产品为无源器械，由输注座、导管、Huber针、接头（卡口式连接器）、穿刺针、隧道针、导丝、扩张器、撕开鞘、静脉剥离器、冲洗针组成。其中，输注座、导管和接头（卡口式连接器）为植入人体的组件，其余为一次性使用	通过			
1384	C0207040720000317457000001	植入式给药装置-输注座	8.0F；TJL钛底耐高压钛底标准型；PU特定聚氨酯	61.635.82.087v3	国械注进20193142168	输液港	丙类	6						320100013	植入式给药装置（输液港）置入术	消毒辅巾，麻醉，血管穿刺置管，皮肤切开，扩张皮下，造影摄片，留管接植入式输液港给药装置，肝素盐水封管，皮下包埋植入式输液港给药装置，皮肤缝合。人工报告。	植入式给药装置（输液港）	本产品适用于植入人体后，经皮向注射座内输注药物，经导管至所需部位。	产品为无源器械，由输注座、导管、Huber针、接头（卡口式连接器）、穿刺针、隧道针、导丝、扩张器、撕开鞘、静脉剥离器、冲洗针组成。其中，输注座、导管和接头（卡口式连接器）为植入人体的组件，其余为一次性使用	通过			

1385	C0207040720000317457000002	植入式给药装置-输注座	8.0F；JPP标准型；PU特定聚氨酯	61.635.32.080v3	国械注进20193142168	输液港	丙类	6						320100013	植入式给药装置（输液港）置入术	消毒辅巾，麻醉，血管穿刺置管，皮肤切开，扩张皮下，造影摄片，留管接植入式输液港给药装置，肝素盐水封管，皮下包埋植入式输液港给药装置，皮肤缝合。人工报告。	植入式给药装置（输液港）	本产品适用于植入人体后，经皮向注射座内输注药物，经导管至所需部位。	产品为无源器械，由输注座、导管、Huber针、接头（卡口式连接器）、穿刺针、隧道针、导丝、扩张器、撕开鞘、静脉剥离器、冲洗针组成。其中，输注座、导管和接头（卡口式连接器）为植入人体的组件，其余为一次性使用	通过			
1386	C0207040720000317457000003	植入式给药装置-输注座	8.0F；TJL钛底耐高压钛底标准型；PU特定聚氨酯	61.636.82.087-kv3	国械注进20193142168	输液港	丙类	6						320100013	植入式给药装置（输液港）置入术	消毒辅巾，麻醉，血管穿刺置管，皮肤切开，扩张皮下，造影摄片，留管接植入式输液港给药装置，肝素盐水封管，皮下包埋植入式输液港给药装置，皮肤缝合。人工报告。	植入式给药装置（输液港）	本产品适用于植入人体后，经皮向注射座内输注药物，经导管至所需部位。	产品为无源器械，由输注座、导管、Huber针、接头（卡口式连接器）、穿刺针、隧道针、导丝、扩张器、撕开鞘、静脉剥离器、冲洗针组成。其中，输注座、导管和接头（卡口式连接器）为植入人体的组件，其余为一次性使用	通过			
1387	C0207040720000317457000004	植入式给药装置-输注座	8.0F；JPP普通耐高压标准型；PU特定聚氨酯	61.635.72.087v3	国械注进20193142168	输液港	丙类	6						320100013	植入式给药装置（输液港）置入术	消毒辅巾，麻醉，血管穿刺置管，皮肤切开，扩张皮下，造影摄片，留管接植入式输液港给药装置，肝素盐水封管，皮下包埋植入式输液港给药装置，皮肤缝合。人工报告。	植入式给药装置（输液港）	本产品适用于植入人体后，经皮向注射座内输注药物，经导管至所需部位。	产品为无源器械，由输注座、导管、Huber针、接头（卡口式连接器）、穿刺针、隧道针、导丝、扩张器、撕开鞘、静脉剥离器、冲洗针组成。其中，输注座、导管和接头（卡口式连接器）为植入人体的组件，其余为一次性使用	通过			

1388	C0207040720000317457000005	植入式给药装置-输注座	8.0F；TJL钛底标准型；PU特定聚氨酯	61.635.22.080v3	国械注进20193142168	输液港	丙类	6						320100013	植入式给药装置（输液港）置入术	消毒辅巾，麻醉，血管穿刺置管，皮肤切开，扩张皮下，造影摄片，留管接植入式输液港给药装置，肝素盐水封管，皮下包埋植入式输液港给药装置，皮肤缝合。人工报告。	植入式给药装置（输液港）	本产品适用于植入人体后，经皮向注射座内输注药物，经导管至所需部位。	产品为无源器械，由输注座、导管、Huber针、接头（卡口式连接器）、穿刺针、隧道针、导丝、扩张器、撕开鞘、静脉剥离器、冲洗针组成。其中，输注座、导管和接头（卡口式连接器）为植入人体的组件，其余为一次性使用	通过			
1389	C0207040720000317457000006	植入式给药装置-输注座	8.0F；JPP普通耐高压标准型；PU特定聚氨酯	61.636.72.087-kv3	国械注进20193142168	输液港	丙类	6						320100013	植入式给药装置（输液港）置入术	消毒辅巾，麻醉，血管穿刺置管，皮肤切开，扩张皮下，造影摄片，留管接植入式输液港给药装置，肝素盐水封管，皮下包埋植入式输液港给药装置，皮肤缝合。人工报告。	植入式给药装置（输液港）	本产品适用于植入人体后，经皮向注射座内输注药物，经导管至所需部位。	产品为无源器械，由输注座、导管、Huber针、接头（卡口式连接器）、穿刺针、隧道针、导丝、扩张器、撕开鞘、静脉剥离器、冲洗针组成。其中，输注座、导管和接头（卡口式连接器）为植入人体的组件，其余为一次性使用	通过			
1390	C0207040720000517457000001	植入式给药装置-输注座	6.6F；JPP普通耐高压标准型；套装	61.636.73.077-kv3	国械注进20193142168	输液港	丙类	6						320100013	植入式给药装置（输液港）置入术	消毒辅巾，麻醉，血管穿刺置管，皮肤切开，扩张皮下，造影摄片，留管接植入式输液港给药装置，肝素盐水封管，皮下包埋植入式输液港给药装置，皮肤缝合。人工报告。	植入式给药装置（输液港）	本产品适用于植入人体后，经皮向注射座内输注药物，经导管至所需部位。	产品为无源器械，由输注座、导管、Huber针、接头（卡口式连接器）、穿刺针、隧道针、导丝、扩张器、撕开鞘、静脉剥离器、冲洗针组成。其中，输注座、导管和接头（卡口式连接器）为植入人体的组件，其余为一次性使用	通过			

1391	C0207040720000517457000002	植入式给药装置-输注座	6.6F；JPP普通耐高压标准型；非套装	61.635.73.077v3	国械注进20193142168	输液港	丙类	6						320100013	植入式给药装置（输液港）置入术	消毒辅巾，麻醉，血管穿刺置管，皮肤切开，扩张皮下，造影摄片，留管接植入式输液港给药装置，肝素盐水封管，皮下包埋植入式输液港给药装置，皮肤缝合。人工报告。	植入式给药装置（输液港）	本产品适用于植入人体后，经皮向注射座内输注药物，经导管至所需部位。	产品为无源器械，由输注座、导管、Huber针、接头（卡口式连接器）、穿刺针、隧道针、导丝、扩张器、撕开鞘、静脉剥离器、冲洗针组成。其中，输注座、导管和接头（卡口式连接器）为植入人体的组件，其余为一次性使用	通过			
1392	C0207040720000517457000003	植入式给药装置-输注座	6.6F；TJL钛底耐高压钛底标准型；非套装	61.635.83.077v3	国械注进20193142168	输液港	丙类	6						320100013	植入式给药装置（输液港）置入术	消毒辅巾，麻醉，血管穿刺置管，皮肤切开，扩张皮下，造影摄片，留管接植入式输液港给药装置，肝素盐水封管，皮下包埋植入式输液港给药装置，皮肤缝合。人工报告。	植入式给药装置（输液港）	本产品适用于植入人体后，经皮向注射座内输注药物，经导管至所需部位。	产品为无源器械，由输注座、导管、Huber针、接头（卡口式连接器）、穿刺针、隧道针、导丝、扩张器、撕开鞘、静脉剥离器、冲洗针组成。其中，输注座、导管和接头（卡口式连接器）为植入人体的组件，其余为一次性使用	通过			
1393	C0207040720000512761000001	植入式给药装置及附件	PT-507520	PT-507520	国械注准20223141666	输液港	丙类	6						320100013	植入式给药装置（输液港）置入术	消毒辅巾，麻醉，血管穿刺置管，皮肤切开，扩张皮下，造影摄片，留管接植入式输液港给药装置，肝素盐水封管，皮下包埋植入式输液港给药装置，皮肤缝合。人工报告。	植入式给药装置（输液港）	本产品用于临床中需要反复进入静脉血管通道的患者，包括肿瘤化疗、静脉输液、抽取血液样本。当与耐高压一次性使用植入式给药装置专用针结合使用时，可用于高压注射造影剂（建议最大压力317psi）	本产品由植入式给药装置及附件组成，植入式给药装置为植入物，附件为一次性使用耗材。植入式给药装置包括注射座、卡扣式连接环和导管；附件包括冲洗接头(预装在导管上)、穿刺针、J型导丝、可撕裂鞘组、隧道针、注射器和植入式给药装置专用针（其中蝶型专用	通过			

1394	C0207040720000512761000002	植入式给药装置及附件	PT-508520	PT-508520	国械注准20223141666	输液港	丙类	6						320100013	植入式给药装置（输液港）置入术	消毒辅巾，麻醉，血管穿刺置管，皮肤切开，扩张皮下，造影摄片，留管接植入式输液港给药装置，肝素盐水封管，皮下包埋植入式输液港给药装置，皮肤缝合。人工报告。	植入式给药装置（输液港）	本产品用于临床中需要反复进入静脉血管通道的患者，包括肿瘤化疗、静脉输液、抽取血液样本。当与耐高压一次性使用植入式给药装置专用针结合使用时， 可用于高压注射造影剂（建议最大压力317psi）	本产品由植入式给药装置及附件组成， 植入式给药装置为植入 物，附件为一次性使用耗材。植入式给药装置包括注射座、卡扣 式连接环和导管； 附件包括冲洗接头(预装在导管上)、穿刺针、J 型导丝、可撕裂鞘组、隧道针、注射器和植入式给药装置专用针 （ 其	通过			
1395	C0207040720000512761000003	植入式给药装置及附件	PT-155022	PT-155022	国械注准20223141666	输液港	丙类	6						320100013	植入式给药装置（输液港）置入术	消毒辅巾，麻醉，血管穿刺置管，皮肤切开，扩张皮下，造影摄片，留管接植入式输液港给药装置，肝素盐水封管，皮下包埋植入式输液港给药装置，皮肤缝合。人工报告。	植入式给药装置（输液港）	本产品用于临床中需要反复进入静脉血管通道的患者，包括肿瘤化疗、静脉输液、抽取血液样本。当与耐高压一次性使用植入式给药装置专用针结合使用时， 可用于高压注射造影剂（建议最大压力317psi）	本产品由植入式给药装置及附件组成， 植入式给药装置为植入 物，附件为一次性使用耗材。植入式给药装置包括注射座、卡扣 式连接环和导管； 附件包括冲洗接头(预装在导管上)、穿刺针、J 型导丝、可撕裂鞘组、隧道针、注射器和植入式给药装置专用针 （ 其	通过			
1396	C0207040720000512761000004	植入式给药装置及附件	PT-255022	PT-255022	国械注准20223141666	输液港	丙类	6						320100013	植入式给药装置（输液港）置入术	消毒辅巾，麻醉，血管穿刺置管，皮肤切开，扩张皮下，造影摄片，留管接植入式输液港给药装置，肝素盐水封管，皮下包埋植入式输液港给药装置，皮肤缝合。人工报告。	植入式给药装置（输液港）	本产品用于临床中需要反复进入静脉血管通道的患者，包括肿瘤化疗、静脉输液、抽取血液样本。当与耐高压一次性使用植入式给药装置专用针结合使用时， 可用于高压注射造影剂（建议最大压力317psi）	本产品由植入式给药装置及附件组成， 植入式给药装置为植入 物，附件为一次性使用耗材。植入式给药装置包括注射座、卡扣 式连接环和导管； 附件包括冲洗接头(预装在导管上)、穿刺针、J 型导丝、可撕裂鞘组、隧道针、注射器和植入式给药装置专用针 （ 其	通过			

1397	C0207040720000512761000005	植入式给药装置及附件	PT-256520	PT-256520	国械注准20223141666	输液港	丙类	6						320100013	植入式给药装置（输液港）置入术	消毒辅巾，麻醉，血管穿刺置管，皮肤切开，扩张皮下，造影摄片，留管接植入式输液港给药装置，肝素盐水封管，皮下包埋植入式输液港给药装置，皮肤缝合。人工报告。	植入式给药装置（输液港）	本产品用于临床中需要反复进入静脉血管通道的患者，包括肿瘤化疗、静脉输液、抽取血液样本。当与耐高压一次性使用植入式给药装置专用针结合使用时，可用于高压注射造影剂（建议最大压力317psi）	本产品由植入式给药装置及附件组成，植入式给药装置为植入物，附件为一次性使用耗材。植入式给药装置包括注射座、卡扣式连接环和导管；附件包括冲洗接头(预装在导管上)、穿刺针、J型导丝、可撕裂鞘组、隧道针、注射器和植入式给药装置专用针（其中蝶型专用	通过			
1398	C0207040720000512761000006	植入式给药装置及附件	PT-257520	PT-257520	国械注准20223141666	输液港	丙类	6						320100013	植入式给药装置（输液港）置入术	消毒辅巾，麻醉，血管穿刺置管，皮肤切开，扩张皮下，造影摄片，留管接植入式输液港给药装置，肝素盐水封管，皮下包埋植入式输液港给药装置，皮肤缝合。人工报告。	植入式给药装置（输液港）	本产品用于临床中需要反复进入静脉血管通道的患者，包括肿瘤化疗、静脉输液、抽取血液样本。当与耐高压一次性使用植入式给药装置专用针结合使用时，可用于高压注射造影剂（建议最大压力317psi）	本产品由植入式给药装置及附件组成，植入式给药装置为植入物，附件为一次性使用耗材。植入式给药装置包括注射座、卡扣式连接环和导管；附件包括冲洗接头(预装在导管上)、穿刺针、J型导丝、可撕裂鞘组、隧道针、注射器和植入式给药装置专用针（其中蝶型专用	通过			
1399	C0207040720000512761000007	植入式给药装置及附件	PT-256520	PT-256520	国械注准20223141666	输液港	丙类	6						320100013	植入式给药装置（输液港）置入术	消毒辅巾，麻醉，血管穿刺置管，皮肤切开，扩张皮下，造影摄片，留管接植入式输液港给药装置，肝素盐水封管，皮下包埋植入式输液港给药装置，皮肤缝合。人工报告。	植入式给药装置（输液港）	本产品用于临床中需要反复进入静脉血管通道的患者，包括肿瘤化疗、静脉输液、抽取血液样本。当与耐高压一次性使用植入式给药装置专用针结合使用时，可用于高压注射造影剂（建议最大压力317psi）	本产品由植入式给药装置及附件组成，植入式给药装置为植入物，附件为一次性使用耗材。植入式给药装置包括注射座、卡扣式连接环和导管；附件包括冲洗接头(预装在导管上)、穿刺针、J型导丝、可撕裂鞘组、隧道针、注射器和植入式给药装置专用针（其中蝶型专用	通过			

1400	C0408161230000000106000001	植入式给药装置	3363628	3363628	国械注准20233141675	神经刺激材料		6						320100013	植入式给药装置（输液港）置入术	消毒辅巾，麻醉，血管穿刺置管，皮肤切开，扩张皮下，造影摄片，留管接植入式输液港给药装置，肝素盐水封管，皮下包埋植入式输液港给药装置，皮肤缝合。人工报告。	植入式给药装置	该产品是一种给药途径，适用于脊柱内的给药	该产品由港体（包括港座、注射件、储液腔、连接管）、导管锁（含钛环）、导管和选用器械或附件组成。选用器械或附件可根据临床需要选择配置。包括：一次性使用注射器（仅用于术前冲洗导管）、一次性使用注射针、麻醉用针、一次性塑柄手术刀、牵引针、钝针、导管固定锚、肝素帽、一次性使用植入式给药装	不通过	申报产品的适用范围与填报的除外内容不符		
1401	C0408161230000000106000002	植入式给药装置	3363630	3363630	国械注准20233141675	神经刺激材料		6						320100013	植入式给药装置（输液港）置入术	消毒辅巾，麻醉，血管穿刺置管，皮肤切开，扩张皮下，造影摄片，留管接植入式输液港给药装置，肝素盐水封管，皮下包埋植入式输液港给药装置，皮肤缝合。人工报告。	植入式给药装置	该产品是一种给药途径，适用于脊柱内的给药	该产品由港体（包括港座、注射件、储液腔、连接管）、导管锁（含钛环）、导管和选用器械或附件组成。选用器械或附件可根据临床需要选择配置。包括：一次性使用注射器（仅用于术前冲洗导管）、一次性使用注射针、麻醉用针、一次性塑柄手术刀、牵引针、钝针、导管固定锚、肝素帽、一次性使用植入式给药装	不通过	申报产品的适用范围与填报的除外内容不符		

1402	C040816123000000010600000003	植入式给药装置	3363330	3363330	国械注准20233141675	神经刺激材料		6						320100013	植入式给药装置（输液港）置入术	消毒辅巾，麻醉，血管穿刺置管，皮肤切开，扩张皮下，造影摄片，留管接植入式输液港给药装置，肝素盐水封管，皮下包埋植入式输液港给药装置，皮肤缝合。人工报告。	植入式给药装置	该产品是一种给药途径，适用于脊柱内的给药	该产品由港体（包括港座、注射件、储液腔、连接管）、导管锁（含钛环）、导管和选用器械或附件组成。选用器械或附件可根据临床需要选择配置。包括：一次性使用注射器（仅用于术前冲洗导管）、一次性使用注射针、麻醉用针、一次性塑柄手术刀、牵引针、钝针、导管固定锚、肝素帽、一次性使用植入式给药装	不通过	申报产品的适用范围与填报的除外内容不符		
1403	C040816123000000010600000004	植入式给药装置	3363328	3363328	国械注准20233141675	神经刺激材料		6						320100013	植入式给药装置（输液港）置入术	消毒辅巾，麻醉，血管穿刺置管，皮肤切开，扩张皮下，造影摄片，留管接植入式输液港给药装置，肝素盐水封管，皮下包埋植入式输液港给药装置，皮肤缝合。人工报告。	植入式给药装置	该产品是一种给药途径，适用于脊柱内的给药	该产品由港体（包括港座、注射件、储液腔、连接管）、导管锁（含钛环）、导管和选用器械或附件组成。选用器械或附件可根据临床需要选择配置。包括：一次性使用注射器（仅用于术前冲洗导管）、一次性使用注射针、麻醉用针、一次性塑柄手术刀、牵引针、钝针、导管固定锚、肝素帽、一次性使用植入式给药装	不通过	申报产品的适用范围与填报的除外内容不符		

1404	C0103110150000404566000001	一次性使用输尿管导引鞘	NPS-1136	NPS- 1136	粤械注准20162020589	鞘管		6						311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	仅用于泌尿外科输尿管镜手术中，用作建立器械通道。	一次性使用输尿管导引鞘由扩张器、鞘管和导丝组成。常规型输尿管导引鞘的扩张器由管体、底座和锁定夹组成，鞘管由管体、底座（有缝合孔）组成。负压型输尿管导引鞘的扩张器由管体、锁定接头组成，鞘管由管体、Y型鞘接头、密封帽组成。腔道导丝由镍	不通过	申报项目与除外内容不符合		
1405	C0103110150000404566000002	一次性使用输尿管导引鞘	NPS-1146	NPS- 1146	粤械注准20162020589	鞘管		6						311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	仅用于泌尿外科输尿管镜手术中，用作建立器械通道。	一次性使用输尿管导引鞘由扩张器、鞘管和导丝组成。常规型输尿管导引鞘的扩张器由管体、底座和锁定夹组成，鞘管由管体、底座（有缝合孔）组成。负压型输尿管导引鞘的扩张器由管体、锁定接头组成，鞘管由管体、Y型鞘接头、密封帽组成。腔道导丝由镍	不通过	申报项目与除外内容不符合		
1406	C0103110150000404566000003	一次性使用输尿管导引鞘	NPS-1236	NPS- 1236	粤械注准20162020589	鞘管		6						311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	仅用于泌尿外科输尿管镜手术中，用作建立器械通道。	一次性使用输尿管导引鞘由扩张器、鞘管和导丝组成。常规型输尿管导引鞘的扩张器由管体、底座和锁定夹组成，鞘管由管体、底座（有缝合孔）组成。负压型输尿管导引鞘的扩张器由管体、锁定接头组成，鞘管由管体、Y型鞘接头、密封帽组成。腔道导丝由镍	不通过	申报项目与除外内容不符合		

1407	C0103110150000404566000004	一次性使用输尿管导引鞘	NPS-1246	NPS- 1246	粤械注准20162020589	鞘管		6						311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	仅用于泌尿外科输尿管镜手术中，用作建立器械通道。	一次性使用输尿管导引鞘由扩张器、鞘管和导丝组成。常规型输尿管导引鞘的扩张器由管体、底座和锁定夹组成，鞘管由管体、底座（有缝合孔）组成。负压型输尿管导引鞘的扩张器由管体、锁定接头组成，鞘管由管体、Y型鞘接头、密封帽组成。腔道导丝由镍	不通过	申报项目与除外内容不符合		
1408	C0103110150000404566000005	一次性使用输尿管导引鞘	NPS-1336	NPS- 1336	粤械注准20162020589	鞘管		6						311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	仅用于泌尿外科输尿管镜手术中，用作建立器械通道。	一次性使用输尿管导引鞘由扩张器、鞘管和导丝组成。常规型输尿管导引鞘的扩张器由管体、底座和锁定夹组成，鞘管由管体、底座（有缝合孔）组成。负压型输尿管导引鞘的扩张器由管体、锁定接头组成，鞘管由管体、Y型鞘接头、密封帽组成。腔道导丝由镍	不通过	申报项目与除外内容不符合		
1409	C0103110150000404566000006	一次性使用输尿管导引鞘	NPS-1346	NPS- 1346	粤械注准20162020589	鞘管		6						311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	仅用于泌尿外科输尿管镜手术中，用作建立器械通道。	一次性使用输尿管导引鞘由扩张器、鞘管和导丝组成。常规型输尿管导引鞘的扩张器由管体、底座和锁定夹组成，鞘管由管体、底座（有缝合孔）组成。负压型输尿管导引鞘的扩张器由管体、锁定接头组成，鞘管由管体、Y型鞘接头、密封帽组成。腔道导丝由镍	不通过	申报项目与除外内容不符合		

1410	C0103110150 00040456600 00007	一次性使用输尿管导引鞘	NPS-1436	NPS- 1436	粤械注准20162020589	鞘管		6						311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	仅用于泌尿外科输尿管镜手术中，用作建立器械通道。	一次性使用输尿管导引鞘由扩张器、鞘管和导丝组成。常规型输尿管导引鞘的扩张器由管体、底座和锁定夹组成，鞘管由管体、底座（有缝合孔）组成。负压型输尿管导引鞘的扩张器由管体、锁定接头组成，鞘管由管体、Y型鞘接头、密封帽组成。腔道导丝由镍	不通过	申报项目与除外内容不符合		
1411	C0103110150 00040456600 00008	一次性使用输尿管导引鞘	NPS-1446	NPS- 1446	粤械注准20162020589	鞘管		6						311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	仅用于泌尿外科输尿管镜手术中，用作建立器械通道。	一次性使用输尿管导引鞘由扩张器、鞘管和导丝组成。常规型输尿管导引鞘的扩张器由管体、底座和锁定夹组成，鞘管由管体、底座（有缝合孔）组成。负压型输尿管导引鞘的扩张器由管体、锁定接头组成，鞘管由管体、Y型鞘接头、密封帽组成。腔道导丝由镍	不通过	申报项目与除外内容不符合		
1412	C0106030350 10031029000 00001	一次性使用引流导管	8Fr*30cm	NOD8J	国械注进20172142037	引流装置	丙类	否					是	331006014	经十二指肠奥狄氏括约肌切开成形术	包括十二指肠乳头括约肌切开术	PTCD引流管	具有镍钛合金材料的Bard*Navarre*OPTI-DRAIN*多功能引流导管拟定用于脓肿、囊肿和其他常用目的的引流应用。	产品由导管，穿刺针套件（包含穿刺针与穿刺套管）和塑料管组成。导管由聚酯及聚酰胺材料制成，分别通过不锈钢编织网和镍钛合金进行加强。穿刺针套件为不锈钢，固定线材质为尼龙，产品以环氧乙	通过			

1413	C0106030350100310290000002	一次性使用引流导管	10Fr*30cm	NOD10J	国械注进20172142037	引流装置	丙类	否					是	331006014	经十二指肠奥狄氏括约肌切开成形术	包括十二指肠乳头括约肌切开术	PTCD引流管	具有镍钛合金材料的Bard*Navarre*OPTI-DRAIN*多功能引流导管拟定用于脓肿、囊肿和其他常用目的的引流应用。	产品由导管，穿刺针套件（包含穿刺针与穿刺套管）和塑料管组成。导管由聚酯及聚酰胺材料制成，分别通过不锈钢编织网和镍钛合金进行加强。穿刺针套件为不锈钢，固定线材质为尼龙，产品以环氧乙	通过			
1414	C0106030350100310290000003	一次性使用引流导管	12Fr*30cm	NOD12J	国械注进20172142037	引流装置	丙类	否					是	331006014	经十二指肠奥狄氏括约肌切开成形术	包括十二指肠乳头括约肌切开术	PTCD引流管	具有镍钛合金材料的Bard*Navarre*OPTI-DRAIN*多功能引流导管拟定用于脓肿、囊肿和其他常用目的的引流应用。	产品由导管，穿刺针套件（包含穿刺针与穿刺套管）和塑料管组成。导管由聚酯及聚酰胺材料制成，分别通过不锈钢编织网和镍钛合金进行加强。穿刺针套件为不锈钢，固定线材质为尼龙，产品以环氧乙	通过			
1415	C0106030350100410290000001	一次性使用引流导管	12Fr*30cm	NOD12PT	国械注进20172142037	引流装置	丙类	否					是	331006014	经十二指肠奥狄氏括约肌切开成形术	包括十二指肠乳头括约肌切开术	PTCD引流管	具有镍钛合金材料的Bard*Navarre*OPTI-DRAIN*多功能引流导管拟定用于脓肿、囊肿和其他常用目的的引流应用。	产品由导管，穿刺针套件（包含穿刺针与穿刺套管）和塑料管组成。导管由聚酯及聚酰胺材料制成，分别通过不锈钢编织网和镍钛合金进行加强。穿刺针套件为不锈钢，固定线材质为尼龙，产品以环氧乙	通过			
1416	C0106030350100410290000002	一次性使用引流导管	8Fr*30cm	NOD8PT	国械注进20172142037	引流装置	丙类	否					是	331006014	经十二指肠奥狄氏括约肌切开成形术	包括十二指肠乳头括约肌切开术	PTCD引流管	具有镍钛合金材料的Bard*Navarre*OPTI-DRAIN*多功能引流导管拟定用于脓肿、囊肿和其他常用目的的引流应用。	产品由导管，穿刺针套件（包含穿刺针与穿刺套管）和塑料管组成。导管由聚酯及聚酰胺材料制成，分别通过不锈钢编织网和镍钛合金进行加强。穿刺针套件为不锈钢，固定线材质为尼龙，产品以环氧乙	通过			

1417	C0106030350100410290000003	一次性使用引流导管	8Fr*30cm	NOD8LPT	国械注进20172142037	引流装置	丙类	否					是	331006014	经十二指肠奥狄氏括约肌切开成形术	包括十二指肠乳头括约肌切开术	PTCD引流管	具有镍钛合金材料的Bard*Navarre*OPTI-DRAIN*多功能引流导管拟定用于脓肿、囊肿和其他常用目的的引流应用。	产品由导管，穿刺针套件（包含穿刺针与穿刺套管）和塑料管组成。导管由聚酯及聚酰胺材料制成，分别通过不锈钢编织网和镍钛合金进行加强。穿刺针套件为不锈钢，固定线材质为尼龙，产品以环氧乙	通过			
1418	C0106030350100410290000004	一次性使用引流导管	10Fr*30cm	NOD10PT	国械注进20172142037	引流装置	丙类	否					是	331006014	经十二指肠奥狄氏括约肌切开成形术	包括十二指肠乳头括约肌切开术	PTCD引流管	具有镍钛合金材料的Bard*Navarre*OPTI-DRAIN*多功能引流导管拟定用于脓肿、囊肿和其他常用目的的引流应用。	产品由导管，穿刺针套件（包含穿刺针与穿刺套管）和塑料管组成。导管由聚酯及聚酰胺材料制成，分别通过不锈钢编织网和镍钛合金进行加强。穿刺针套件为不锈钢，固定线材质为尼龙，产品以环氧乙	通过			
1419	C0106030350100410290000005	一次性使用引流导管	12Fr*30cm	NOD12LPT	国械注进20172142037	引流装置	丙类	否					是	331006014	经十二指肠奥狄氏括约肌切开成形术	包括十二指肠乳头括约肌切开术	PTCD引流管	具有镍钛合金材料的Bard*Navarre*OPTI-DRAIN*多功能引流导管拟定用于脓肿、囊肿和其他常用目的的引流应用。	产品由导管，穿刺针套件（包含穿刺针与穿刺套管）和塑料管组成。导管由聚酯及聚酰胺材料制成，分别通过不锈钢编织网和镍钛合金进行加强。穿刺针套件为不锈钢，固定线材质为尼龙，产品以环氧乙	通过			
1420	C0106030350100410290000006	一次性使用引流导管	10Fr*30cm	NOD10LPT	国械注进20172142037	引流装置	丙类	否					是	331006014	经十二指肠奥狄氏括约肌切开成形术	包括十二指肠乳头括约肌切开术	PTCD引流管	具有镍钛合金材料的Bard*Navarre*OPTI-DRAIN*多功能引流导管拟定用于脓肿、囊肿和其他常用目的的引流应用。	产品由导管，穿刺针套件（包含穿刺针与穿刺套管）和塑料管组成。导管由聚酯及聚酰胺材料制成，分别通过不锈钢编织网和镍钛合金进行加强。穿刺针套件为不锈钢，固定线材质为尼龙，产品以环氧乙	通过			

1421	C0106030350400310290000001	一次性使用引流导管	6Fr*30cm	NNU6J	国械注进20172142037	引流装置	丙类	否					是	331006014	经十二指肠奥狄氏括约肌切开成形术	包括十二指肠乳头括约肌切开术	PTCD引流管	具有镍钛合金材料的Bard*Navarre*OPTI-DRAIN*多功能引流导管拟定用于脓肿、囊肿和其他常用目的的引流应用。	产品由导管，穿刺针套件（包含穿刺针与穿刺套管）和塑料管组成。导管由聚酯及聚酰胺材料制成，分别通过不锈钢编织网和镍钛合金进行加强。穿刺针套件为不锈钢，固定线材质为尼龙，产品以环氧乙	通过			
1422	C0106030350400310290000002	一次性使用引流导管	10Fr*30cm	NNU10J	国械注进20172142037	引流装置	丙类	否					是	331006014	经十二指肠奥狄氏括约肌切开成形术	包括十二指肠乳头括约肌切开术	PTCD引流管	具有镍钛合金材料的Bard*Navarre*OPTI-DRAIN*多功能引流导管拟定用于脓肿、囊肿和其他常用目的的引流应用。	产品由导管，穿刺针套件（包含穿刺针与穿刺套管）和塑料管组成。导管由聚酯及聚酰胺材料制成，分别通过不锈钢编织网和镍钛合金进行加强。穿刺针套件为不锈钢，固定线材质为尼龙，产品以环氧乙	通过			
1423	C0106030350400310290000003	一次性使用引流导管	12Fr*30cm	NNU12J	国械注进20172142037	引流装置	丙类	否					是	331006014	经十二指肠奥狄氏括约肌切开成形术	包括十二指肠乳头括约肌切开术	PTCD引流管	具有镍钛合金材料的Bard*Navarre*OPTI-DRAIN*多功能引流导管拟定用于脓肿、囊肿和其他常用目的的引流应用。	产品由导管，穿刺针套件（包含穿刺针与穿刺套管）和塑料管组成。导管由聚酯及聚酰胺材料制成，分别通过不锈钢编织网和镍钛合金进行加强。穿刺针套件为不锈钢，固定线材质为尼龙，产品以环氧乙	通过			
1424	C0106030350400310290000004	一次性使用引流导管	8Fr*30cm	NNU8J	国械注进20172142037	引流装置	丙类	否					是	331006014	经十二指肠奥狄氏括约肌切开成形术	包括十二指肠乳头括约肌切开术	PTCD引流管	具有镍钛合金材料的Bard*Navarre*OPTI-DRAIN*多功能引流导管拟定用于脓肿、囊肿和其他常用目的的引流应用。	产品由导管，穿刺针套件（包含穿刺针与穿刺套管）和塑料管组成。导管由聚酯及聚酰胺材料制成，分别通过不锈钢编织网和镍钛合金进行加强。穿刺针套件为不锈钢，固定线材质为尼龙，产品以环氧乙	通过			

1425	C0106030350400410290000001	一次性使用引流导管	12Fr*30cm	NNU12LPT	国械注进20172142037	引流装置	丙类	否					是	331006014	经十二指肠奥狄氏括约肌切开成形术	包括十二指肠乳头括约肌切开术	PTCD引流管	具有镍钛合金材料的Bard*Navarre*OPTI-DRAIN*多功能引流导管拟定用于脓肿、囊肿和其他常用目的的引流应用。	产品由导管，穿刺针套件（包含穿刺针与穿刺套管）和塑料管组成。导管由聚酯及聚酰胺材料制成，分别通过不锈钢编织网和镍钛合金进行加强。穿刺针套件为不锈钢，固定线材质为尼龙，产品以环氧乙	通过			
1426	C0106030350400410290000002	一次性使用引流导管	12Fr*40cm	NBD12	国械注进20172142037	引流装置	丙类	否					是	331006014	经十二指肠奥狄氏括约肌切开成形术	包括十二指肠乳头括约肌切开术	PTCD引流管	具有镍钛合金材料的Bard*Navarre*OPTI-DRAIN*多功能引流导管拟定用于脓肿、囊肿和其他常用目的的引流应用。	产品由导管，穿刺针套件（包含穿刺针与穿刺套管）和塑料管组成。导管由聚酯及聚酰胺材料制成，分别通过不锈钢编织网和镍钛合金进行加强。穿刺针套件为不锈钢，固定线材质为尼龙，产品以环氧乙	通过			
1427	C0106030350400410290000003	一次性使用引流导管	10Fr*30cm	NNU10PT	国械注进20172142037	引流装置	丙类	否					是	331006014	经十二指肠奥狄氏括约肌切开成形术	包括十二指肠乳头括约肌切开术	PTCD引流管	具有镍钛合金材料的Bard*Navarre*OPTI-DRAIN*多功能引流导管拟定用于脓肿、囊肿和其他常用目的的引流应用。	产品由导管，穿刺针套件（包含穿刺针与穿刺套管）和塑料管组成。导管由聚酯及聚酰胺材料制成，分别通过不锈钢编织网和镍钛合金进行加强。穿刺针套件为不锈钢，固定线材质为尼龙，产品以环氧乙	通过			
1428	C0106030350400410290000004	一次性使用引流导管	10Fr*40cm	NBD10	国械注进20172142037	引流装置	丙类	否					是	331006014	经十二指肠奥狄氏括约肌切开成形术	包括十二指肠乳头括约肌切开术	PTCD引流管	具有镍钛合金材料的Bard*Navarre*OPTI-DRAIN*多功能引流导管拟定用于脓肿、囊肿和其他常用目的的引流应用。	产品由导管，穿刺针套件（包含穿刺针与穿刺套管）和塑料管组成。导管由聚酯及聚酰胺材料制成，分别通过不锈钢编织网和镍钛合金进行加强。穿刺针套件为不锈钢，固定线材质为尼龙，产品以环氧乙	通过			

1429	C0106030350400410290000005	一次性使用引流导管	8Fr*30cm	NNU8LPT	国械注进20172142037	引流装置	丙类	否					是	331006014	经十二指肠奥狄氏括约肌切开成形术	包括十二指肠乳头括约肌切开术	PTCD引流管	具有镍钛合金材料的Bard*Navarre*OPTI-DRAIN*多功能引流导管拟定用于脓肿、囊肿和其他常用目的的引流应用。	产品由导管，穿刺针套件（包含穿刺针与穿刺套管）和塑料管组成。导管由聚酯及聚酰胺材料制成，分别通过不锈钢编织网和镍钛合金进行加强。穿刺针套件为不锈钢，固定线材质为尼龙，产品以环氧乙	通过			
1430	C0106030350400410290000006	一次性使用引流导管	8Fr*40cm	NBD8	国械注进20172142037	引流装置	丙类	否					是	331006014	经十二指肠奥狄氏括约肌切开成形术	包括十二指肠乳头括约肌切开术	PTCD引流管	具有镍钛合金材料的Bard*Navarre*OPTI-DRAIN*多功能引流导管拟定用于脓肿、囊肿和其他常用目的的引流应用。	产品由导管，穿刺针套件（包含穿刺针与穿刺套管）和塑料管组成。导管由聚酯及聚酰胺材料制成，分别通过不锈钢编织网和镍钛合金进行加强。穿刺针套件为不锈钢，固定线材质为尼龙，产品以环氧乙	通过			
1431	C0106030350400410290000007	一次性使用引流导管	6Fr*15cm	NNU6LP15	国械注进20172142037	引流装置	丙类	否					是	331006014	经十二指肠奥狄氏括约肌切开成形术	包括十二指肠乳头括约肌切开术	PTCD引流管	具有镍钛合金材料的Bard*Navarre*OPTI-DRAIN*多功能引流导管拟定用于脓肿、囊肿和其他常用目的的引流应用。	产品由导管，穿刺针套件（包含穿刺针与穿刺套管）和塑料管组成。导管由聚酯及聚酰胺材料制成，分别通过不锈钢编织网和镍钛合金进行加强。穿刺针套件为不锈钢，固定线材质为尼龙，产品以环氧乙	通过			
1432	C0106030350400410290000008	一次性使用引流导管	6Fr*30cm	NNU6PT	国械注进20172142037	引流装置	丙类	否					是	331006014	经十二指肠奥狄氏括约肌切开成形术	包括十二指肠乳头括约肌切开术	PTCD引流管	具有镍钛合金材料的Bard*Navarre*OPTI-DRAIN*多功能引流导管拟定用于脓肿、囊肿和其他常用目的的引流应用。	产品由导管，穿刺针套件（包含穿刺针与穿刺套管）和塑料管组成。导管由聚酯及聚酰胺材料制成，分别通过不锈钢编织网和镍钛合金进行加强。穿刺针套件为不锈钢，固定线材质为尼龙，产品以环氧乙	通过			

1433	C0106030350400410290000009	一次性使用引流导管	8Fr*30cm	NNU8LPT	国械注进20172142037	引流装置	丙类	否					是	331006014	经十二指肠奥狄氏括约肌切开成形术	包括十二指肠乳头括约肌切开术	PTCD引流管	具有镍钛合金材料的Bard*Navarre*OPTI-DRAIN*多功能引流导管拟定用于脓肿、囊肿和其他常用目的的引流应用。	产品由导管，穿刺针套件（包含穿刺针与穿刺套管）和塑料管组成。导管由聚酯及聚酰胺材料制成，分别通过不锈钢编织网和镍钛合金进行加强。穿刺针套件为不锈钢，固定线材质为尼龙，产品以环氧乙	通过			
1434	C0106030350400410290000010	一次性使用引流导管	10Fr*30cm	NNU10LPT	国械注进20172142037	引流装置	丙类	否					是	331006014	经十二指肠奥狄氏括约肌切开成形术	包括十二指肠乳头括约肌切开术	PTCD引流管	具有镍钛合金材料的Bard*Navarre*OPTI-DRAIN*多功能引流导管拟定用于脓肿、囊肿和其他常用目的的引流应用。	产品由导管，穿刺针套件（包含穿刺针与穿刺套管）和塑料管组成。导管由聚酯及聚酰胺材料制成，分别通过不锈钢编织网和镍钛合金进行加强。穿刺针套件为不锈钢，固定线材质为尼龙，产品以环氧乙	通过			
1435	C0106030350400410290000011	一次性使用引流导管	6Fr*30cm	NNU6LPT	国械注进20172142037	引流装置	丙类	否					是	331006014	经十二指肠奥狄氏括约肌切开成形术	包括十二指肠乳头括约肌切开术	PTCD引流管	具有镍钛合金材料的Bard*Navarre*OPTI-DRAIN*多功能引流导管拟定用于脓肿、囊肿和其他常用目的的引流应用。	产品由导管，穿刺针套件（包含穿刺针与穿刺套管）和塑料管组成。导管由聚酯及聚酰胺材料制成，分别通过不锈钢编织网和镍钛合金进行加强。穿刺针套件为不锈钢，固定线材质为尼龙，产品以环氧乙	通过			
1436	C0106030350400410290000012	一次性使用引流导管	8Fr*15cm	NNU8LP15	国械注进20172142037	引流装置	丙类	否					是	331006014	经十二指肠奥狄氏括约肌切开成形术	包括十二指肠乳头括约肌切开术	PTCD引流管	具有镍钛合金材料的Bard*Navarre*OPTI-DRAIN*多功能引流导管拟定用于脓肿、囊肿和其他常用目的的引流应用。	产品由导管，穿刺针套件（包含穿刺针与穿刺套管）和塑料管组成。导管由聚酯及聚酰胺材料制成，分别通过不锈钢编织网和镍钛合金进行加强。穿刺针套件为不锈钢，固定线材质为尼龙，产品以环氧乙	通过			

1437	C0106030350400410290000013	一次性使用引流导管	12Fr*30cm	NNU12PT	国械注进20172142037	引流装置	丙类	否					是	331006014	经十二指肠奥狄氏括约肌切开成形术	包括十二指肠乳头括约肌切开术	PTCD引流管	具有镍钛合金材料的Bard*Navarre*OPTI-DRAIN*多功能引流导管拟定用于脓肿、囊肿和其他常用目的的引流应用。	产品由导管，穿刺针套件（包含穿刺针与穿刺套管）和塑料管组成。导管由聚酯及聚酰胺材料制成，分别通过不锈钢编织网和镍钛合金进行加强。穿刺针套件为不锈钢，固定线材质为尼龙，产品以环氧乙	通过			
1438	C1008070040400011029000000031	透析导管	14.5F*23cm	5833730	国械注进20183101940	导管	甲类	否					是	120400011	中心静脉穿刺置管术	包括深静脉穿刺置管术	中心静脉套件、测压套件、导管	本产品适用于血液透析、血液灌流或血浆分离透析治疗时，通过颈静脉、锁骨下动脉（或静脉）或股静脉建立临时或短期或长期的血管通路。	透析导管套件包括导管、扩张器、导丝、穿刺针、肝素帽和医用透明贴膜，部分型号还带有阀导入器、微导入器、隧道针等配件。导管的材料为聚氨酯，导丝、穿刺针和隧道针的材料是不锈钢。本产品为环	通过			
1439	C0103110150000310290000000001	一次性使用无菌输尿管鞘	10Fr*25cm	231025	国械注进20202020095	鞘管		否					是	311000019	经皮肾镜取石术	包括肾上腺肿瘤切除、取异物	经皮穿刺鞘组、造瘘鞘	该产品适用于内窥镜下泌尿外科手术，以帮助扩张输尿管建立通道，便于内窥镜和相关器械插入取出以	该产品由带母鲁尔接头的亲水涂层扩张器和带座的亲水涂层输尿管鞘组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用	不通过	产品适用范围与除外内容不符		
1440	C0103110150000310290000000002	一次性使用无菌输尿管鞘	10Fr*35cm	231035	国械注进20202020095	鞘管		否					是	311000019	经皮肾镜取石术	包括肾上腺肿瘤切除、取异物	经皮穿刺鞘组、造瘘鞘	该产品适用于内窥镜下泌尿外科手术，以帮助扩张输尿管建立通道，便于内窥镜和相关器械插入取出以	该产品由带母鲁尔接头的亲水涂层扩张器和带座的亲水涂层输尿管鞘组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用	不通过	产品适用范围与除外内容不符		
1441	C0103110150000310290000000003	一次性使用无菌输尿管鞘	10Fr*45cm	231045	国械注进20202020095	鞘管		否					是	311000019	经皮肾镜取石术	包括肾上腺肿瘤切除、取异物	经皮穿刺鞘组、造瘘鞘	该产品适用于内窥镜下泌尿外科手术，以帮助扩张输尿管建立通道，便于内窥镜和相关器械插入取出以	该产品由带母鲁尔接头的亲水涂层扩张器和带座的亲水涂层输尿管鞘组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用	不通过	产品适用范围与除外内容不符		
1442	C0103110150000310290000000004	一次性使用无菌输尿管鞘	12Fr*25cm	231225	国械注进20202020095	鞘管		否					是	311000019	经皮肾镜取石术	包括肾上腺肿瘤切除、取异物	经皮穿刺鞘组、造瘘鞘	该产品适用于内窥镜下泌尿外科手术，以帮助扩张输尿管建立通道，便于内窥镜和相关器械插入取出以	该产品由带母鲁尔接头的亲水涂层扩张器和带座的亲水涂层输尿管鞘组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用	不通过	产品适用范围与除外内容不符		

1443	C0103110150 00031029000 00005	一次性使用无菌输尿管鞘	12Fr*35cm	231235	国械注进20202020095	鞘管		否					是	311000019	经皮肾镜取石术	包括肾上腺肿瘤切除、取异物	经皮穿刺鞘组、造瘘鞘	该产品适用于内窥镜下泌尿外科手术，以帮助扩张输尿管建立通道，便于内窥镜和相关器械插入取出以	该产品由带母鲁尔接头的亲水涂层扩张器和带座的亲水涂层输尿管鞘组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用	不通过	产品适用范围与除外内容不符		
1444	C0103110150 00031029000 00006	一次性使用无菌输尿管鞘	12Fr*45cm	231245	国械注进20202020095	鞘管		否					是	311000019	经皮肾镜取石术	包括肾上腺肿瘤切除、取异物	经皮穿刺鞘组、造瘘鞘	该产品适用于内窥镜下泌尿外科手术，以帮助扩张输尿管建立通道，便于内窥镜和相关器械插入取出以	该产品由带母鲁尔接头的亲水涂层扩张器和带座的亲水涂层输尿管鞘组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用	不通过	产品适用范围与除外内容不符		
1445	C0102110040 00021921400 00001	一次性使用胆胰管成像导管	TY-ISS-L37G	TY-ISS-L37G	苏械注准20222061739	导管		否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管、导丝、取石网篮、内镜切开刀、气囊	该产品与电子内窥镜图像处理器连接使用，专为胰胆系统的内镜手术过程的诊疗应用提供直接显像，并为其他诊疗附件提供工作通道。	成像导管由操作手柄、插入管、主机插头、连接线缆、注液管、吸引管和Y形阀组成。其中，操作手柄集成了角度调节旋钮、角度锁紧旋钮、冻结按钮、工作通道口、辅助通道口(仅TY-ISS-L37G、TY-ISS-S37G适用）和固定带（仅TY-ISS-L37G、TY-ISS-L37、TY-ISS-L31适用)；插入管包括插入部、弯曲部和头端。	不通过	申报耗材为内镜辅助成像功能耗材，我市设有腹腔镜等内镜收费项目，对配合镜子使用的耗材单列收费，目前找不到政策出处。		
1446	C0102110040 00021921400 00002	一次性使用胆胰管成像导管	TY-ISS-S37G	TY-ISS-S37G	苏械注准20222061739	导管		否					是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管、导丝、取石网篮、内镜切开刀、气囊	该产品与电子内窥镜图像处理器连接使用，专为胰胆系统的内镜手术过程的诊疗应用提供直接显像，并为其他诊疗附件提供工作通道。	成像导管由操作手柄、插入管、主机插头、连接线缆、注液管、吸引管和Y形阀组成。其中，操作手柄集成了角度调节旋钮、角度锁紧旋钮、冻结按钮、工作通道口、辅助通道口(仅TY-ISS-L37G、TY-ISS-S37G适用）和固定带（仅TY-ISS-L37G、TY-ISS-L37、TY-ISS-L31适用)；插入管包括插入部、弯曲部和头端。	不通过	申报耗材为内镜辅助成像功能耗材，我市设有腹腔镜等内镜收费项目，对配合镜子使用的耗材单列收费，目前找不到政策出处。		